

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 689 del 26/06/2026

OGGETTO: Acquisto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs.n.36/2023, pulsossimetri. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6.C2 I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie).Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP: C49J22001690001 -CIG:BC2D910950

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.457/2022 quest'Azienda ha presa d'atto del decreto della DG Welfare n.8332 del 13.6.2022: "Assegnazione e impegno di € 495.638.148,00 di cui alla DGR n.XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori esterni" con cui la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore dell'ASST della Valcamonica la somma complessiva di € 16.956.000,00 di cui:
 - € 15.626.800,00 per M6 – C2 – Investimento 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile – Fondi PNC
 - € 1.329.200,00 per M6 – C2 – Intervento 1.1.2 - Grandi apparecchiature – Fondi PNRR;
- in particolare, relativamente alla Missione 6.C2 I 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie), le tipologie di apparecchiature e i relativi quantitativi finanziati con i fondi PNRR per l'ASST Valcamonica sono così riassunte:

ALLEGATO DECRETO DGW 8332/2022	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	IMPORTO ASSEGNA TO PNRR (Iva inclusa)
C	Component 2 Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature	n.01 RMN A 1.5 T - Radiologia Esine (Bs)	C49J22001690001	€ 914.000,00
		n.01 MAMMOGRAFO – Radiologia Esine (Bs)	C49J22001700001	€ 260.000,00
		n.01 ECOTOMOGRAFO – Poliambulatori Esine (Bs)	C49J22001710001	€ 82.000,00
		n.01 SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – ORTOPANTOMOGRAFO - Radiologia Esine (Bs)	C49J22001720001	€ 73.200,00
TOTALE				€ 1.329.200,00

- Regione Lombardia, con DGR n.XII/5523/2025 del 15.12.2025: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del tavolo istituzionale del contratto istituzionale di sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale VII rimodulazione – Approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo Regionale." ha approvato le proposte di rimodulazione avanzate dai soggetti Attuatori Esterni, di cui quest'Azienda ha preso atto con decreto n.122/2026. Gli importi assegnati rimodulati per quest'Azienda sono così riassunti:

ALLEGATO DECRETO DGW 8332/2022	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	IMPORTO ASSEGNATO RIMODULATO PNRR (Iva inclusa)
C	Component 2 Investimento 1.1 Grandi apparecchiature	n.01 RMN A 1.5 T - Radiologia Esine (Bs)	C49J22001690001	€ 1.049.621,70
		n.01 MAMMOGRAFO – Radiologia Esine (Bs)	C49J22001700001	€ 183.609,50
		n.01 ECOTOMOGRAFO – Poliambulatori Esine (Bs)	C49J22001710001	€ 38.556,00
		n.01 SISTEMI RADIOLOGICI FISSI – ORTOPANTOMOGRAFO - Radiologia Esine (Bs)	C49J22001720001	€ 57.412,80

ALLEGATO DECRETO DGW 8332/2022	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	IMPORTO ASSEGNATO RIMODULATO PNRR (Iva inclusa)
TOTALE				€ 1.329.200,00

RILEVATO che:

- la DGR sopra richiamata dà mandato ai Direttori Generali delle ASST/IRCCS, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni, di porre in essere ogni azione utile al fine di rispettare Milestone e Target previsti dal PNRR in coerenza con le rimodulazioni approvate ed è pertanto necessario procedere con l'acquisizione di software e accessori integrativi per la risonanza magnetica installata;

PRESO ATTO che il referente della SS "Servizio Ingegneria Clinica", a seguito dell'esigenza manifestata dal reparto utilizzatore, ha richiesto l'acquisto di pulsossimetri da destinare all'attività di risonanza magnetica, al fine di consentire la rilevazione dei parametri vitali basali (saturazione di ossigeno e frequenza cardiaca) nei pazienti fragili o affetti da patologie cardiorespiratorie prima dell'esecuzione degli esami diagnostici, soprattutto nei casi in cui sia previsto l'utilizzo del mezzo di contrasto;

DATO ATTO che:

- gli acquisti in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche identificate nel DPCM del 11.7.2018 ai sensi dell'art.9 co.3 DL n.66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

- per gli acquisti di beni e servizi non DPCM, nell'ambito di un efficace controllo della spesa sanitaria, Regione Lombardia adotterà un sistema di monitoraggio degli acquisti degli Enti Sanitari con l'obiettivo di aumentare il livello di aggregazione regionale, ridurre il numero di proroghe extracontrattuali e monitorare le aggiudicazione di gare autonome, come dettagliato nell'Allegato alla DGR XII/5589/2025 per l'esercizio 2026 in tema di acquisti. Per le esigenze di approvvigionamento, in assenza di Convenzione ARIA o Consip, è pertanto possibile procedere:

- con una procedura di adesione in quanto nell'Unione denominata ATS Insubria-Montagna è attiva una procedura di gara comprendente i dispositivi/servizi di nostro interesse;

- con una procedura autonoma in quanto nell'Unione denominata ATS Insubria-Montagna non è presente alcuna procedura di gara comprendente la fornitura di nostro interesse;

VISTO il Regolamento degli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Valcamonica, il cui aggiornamento è stato approvato con decreto n.715/2023;

RICHIAMATO l'art.49 co.6 del D.Lgs n.36/2023, il quale prevede che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;

RICHIAMATO l'art. 50, co.1, lettera b) del D. Lgs n.36/2023 che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che è stato individuato quale fornitore per la presente procedura la ditta Bimal srl che risulta essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che con nota registrata a prot. ASST il 24.6.2026 al n.20058/26 la Bimal srl con sede in Via XXV Aprile n.16 a Rivolta d'Adda (CR), ha trasmesso il preventivo di spesa per la fornitura di n.4 pulsossimetri OXY-2 e n.3 pulsossimetri OXY 110, da desti-

nare all'attività di risonanza magnetica, per un importo di € 607,14 oltre all'IVA al 5%;

EVIDENZIATO che gli acquisti derivanti dal presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026, DGR n.XI/6426/2022 Allegato C DG Welfare n.8332/22 Ammodernamento tecnologico Grandi apparecchiature, alla voce DGR_6426AP;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023 e smi, la fornitura di n.4 pulsossimetri OXY-2 e n. 3pulsossimetri OXY 110, da destinare all'attività di risonanza magnetica, alla Bimal srl con sede in Via XXV Aprile n.16 a Rivolta d'Adda (CR), alle condizioni tecnico-economiche previste nel preventivo di spesa recepito con nota registrata a prot. ASST il 24.6.2026 al n.20058/26;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023 e smi, la fornitura di n.4 pulsossimetri OXY-2 e n.3 pulsossimetri OXY 110, da destinare all'attività di risonanza magnetica, alla Bimal srl snc con sede in Via XXV Aprile n.16 a Rivolta d'Adda (CR), alle condizioni tecnico-economiche previste nel preventivo di spesa recepito con nota registrata a prot. ASST il 24.6.2026 al n.20058/26, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 637,50 (di cui € 30,36 per IVA al 5%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

OGGETTO: ACQUISTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50
COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023, PULSOSSIMETRI. PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE 6.C2 I 1.1.2
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO
(GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE). FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA NEXT GENERATION EU.

CUP: C49J22001690001 -CIG: BC2D910950

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 25/06/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 637,50 (di cui € 30,36 per IVA al 5%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	Fornitura di pulsossimetri	0203000100 ATTREZZATURE SANITARIE 2003000020 PNRR-DGR XI/6426/22-GRANDI APPARECCHIATURE	3210100 SC Radiologia Diagnostica Esine	DGR n.XI/6426/2022 Allegato C DGW n.8332/22 Ammodernamento tecnologico Grandi apparecchiature	DGR_6426AP	€ 637,50	€ 0,00	€ 637,50	
		TOTALE				€ 637,50	€ 0,00	€ 637,50	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale- esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 25.6.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Capitale Sociale Euro 50.000,00 int. versato
Via XXV Aprile, 16 (C.P. 27) - 26027 Rivolta d'Adda (CR) (C.P. n. 27)
Tel. 0363 370.307 (2 linee r.a.) - Fax 0363 370.328
E-mail: info@bimalsrl.it - R.E.A CR 116461
Reg. Impr., Cod. Fisc. e Part. IVA 00842790198

Cliente: 000892
ASST DELLA VALCAMONICA

VIA NISSOLINA 2
25043 BRENO

BS

RIVOLTA D'ADDA, li 23/06/26

Dest:

OFFERTA N. 384		RICHIESTA				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:109 R.D.60 GG D.F.						
POS.	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT.	Q.TA'	IMPORTO	IVA
1	35072	PULSOSSIMETRO OXY-2 .	19,80	4	79,20	05
2	34341	PULSOSSIMETRO OXY 110 .	175,98	3	527,94	05
		TOTALE FORNITURA(IVA COMPRESA): € 637.50= -----				

CONSEGNA: PORTO FRANCO

IMBALLO E TRASPORTO: COMPRESI

PULSOXIMETRO OXY-110



Codice	34341
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II A

CH-REP	Si
RDM (NSIS)	1698835
CND	Z1203020408
EAN/UPC	8023279343410
PARAF	979382963
GMDN	17148

Descrizione

PULSOSSIMETRO OXY 110

Grande display TFT 3,5" autorotante per SpO2, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura.
Tecnologia SpO2 brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento.
Varia scelta di sonde SpO2 per adulti, bambini e neonati.
Batteria al litio integrata, fino a 18 ore di monitoraggio continuo.
Limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili.
Fino a 580 ore di dati SpO2 archiviati.
Opzionale termometro auricolare a infrarossi.

Fornito con copri-pulsossimetro, sonda a clip per adulti, base per ricarica, cavo USB.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES

Caratteristiche tecniche

Tecnica: LED a due lunghezze d'onda
Intervallo SpO2: 70 - 100% $\pm 2\%$
Intervallo pulsazioni: 30 - 250 bpm $\pm 2\%$
Intervallo indice perfusione (PI): 0,2 - 20%
Schermo: TFT 3,5"
Memoria dati: fino a 580 ore
Modalità misurazione: continua o saltuaria
Alimentazione: batteria al litio
Ricarica: base di ricarica o cavo USB
Dimensioni: 158x73x25 mm
Peso: 230 g (inclusa batteria)
Caricamento dati: cavo USB o wireless

PULSOXIMETRO OXY-2



Codice	35072
Unità di vendita	1 pz.
Quantitativi minimi	1
Tipo	Dispositivo medico
Classe	II B

RDM (NSIS)	2968761
CND	Z1203020408
EAN/UPC	8023279350722
PARAF	973923081
GMDN	17148

Descrizione

PULSOXIMETRO OXY 2 GB, FR, IT, ES, PT, GR

Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente.

Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale.

Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa.

- visualizzazione valori SpO2 e frequenza cardiaca, visualizzazione istogramma
- indicatore bassa tensione
- spegnimento automatico dopo 5 secondi

Caratteristiche tecniche

- Modalità visualizzazione: LED
- SpO2
campo: 0-100%, (risoluzione 1%)
precisione: 70-100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70%
- PR
campo: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm)
precisione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
- Riempimento debole: SpO2 e frequenza cardiaca sono mostrate correttamente quando il rapporto frequenza cardiaca-riempimento è 0,4%. Errore SpO2 $\pm 4\%$, errore frequenza cardiaca ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore)
- Consumo energetico: minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V
- Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore
- Sicurezza: batteria interna, tipo BF
- Dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese due batterie