

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 370 del 18/09/2020 AGRM N. 296/2020

OGGETTO: Affidamento della fornitura di elettrodi blue sensor, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: Z4D2E0251F

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- in data 31.8.2020 è scaduto il contratto di cui alla Determinazione dirigenziale n.52/2020 relativo alla fornitura di elettrodi blue sensor, affidati alla Ambu srl;

- con Determinazione dirigenziale digitale n.313/2020 si è pertanto proceduto ad indire nuova procedura di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, tramite RDO su piattaforma SinTel e aggiudicazione ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs n.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...);

DATO ATTO che entro la scadenza fissata alle ore 11:00 del 3.9.2020 hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: Ceracarta SpA e Ambu srl;

VISTI:

- l'allegato verbale n.27/AGRM/2020 redatto a seguito della prova della campionatura presentata dai concorrenti dal cui esito si evince che gli elettrodi offerti e consegnati dalla Ambu srl risultano i migliori dal punto di vista dell'adesività e della stabilità della traccia ecografica;

- l'allegato "Documento d'Offerta" prodotto dal portale SinTel;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE:

- l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4, la fornitura di elettrodi blue sensor per un periodo di 36 mesi (16.9.2020-15.9.2023) eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, alla Ambu srl alle condizioni sotto riportate e indicate nel "Documento d'offerta" e nel verbale che, allegati, diventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	Q.TA' (PZ)	CND	RDM	CF	IMPORTO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA
VL-00-S/25	Elettrodo monouso per monitoraggio ECG a lungo termine adulti	42.000	C020501	60766	25 PZ	€ 0,160
R-00-S/25	Elettrodo monouso per monitoraggio ECG o prova da sforzo adulti	42.000	C020501	57506	25 PZ	€ 0,1286



2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 14.787,87 (di cui € 2.666,67 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore AGRM;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

PER IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI BLUE SENSOR, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT.A) DEL DL 76/2020 “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE” E DELL'ART.4.1.3 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 09/09/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.760,46 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
16.9.2020-31.12.2020	4001000405 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd:C	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.760,46	€ 0,00	€ 1.760,46	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.488/2019
		TOTALE 2020	€ 1.760,46	€ 0,00	€ 1.760,46	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 13.027,41 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione dell'esercizio di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2021-31.12.2021	4001000405 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd:C	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 4.929,29	€ 0,00	€ 4.929,29	
1.1.2022-31.12.2022	4001000405 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd:C	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 4.929,29	€ 0,00	€ 4.929,29	
1.1.2023-15.9.2023	4001000405 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Cnd:C	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 3.168,83	€ 0,00	€ 3.168,83	
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 13.027,41	€ 0,00	€ 13.027,41	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 15.09.2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati
firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Documento d'offerta

affidamento della fornitura di elettrodi blue sensor o dispositivo equivalente

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Prodotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	affidamento della fornitura di elettrodi blue sensor o dispositivo equivalente
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	128047729

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	Ambu S.r.l.
------------------------	-------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	busta amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	inserire: - la Dichiarazione Sostitutiva "M AGRM 031" corredata da un documento d'identità. Il documento richiesto deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente; - Il Patto d'Integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Ambu Docs.Amm.vi.zip Dimensioni: 509 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): AG15+JcpX1NWT22Vj5o7mQ== Hash(SHA-1-Hex): d28fa8bcee8dbff9e860f36f78ae8c0a3348cb74

	Hash(SHA-256-Hex): 55adad5ae016e6b93e3e84a931ccadb-d991d3c07027f8c636d9b76e17e36dc8a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	busta tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	inserire la scheda tecnica del prodotto offerto con l'indicazione del CND, dell'eventuale numero di repertorio (RDM) e del confezionamento
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Ambu Tecnica.zip
	Dimensioni: 658 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): KKBhl3CcxgAsJGaEyd7UPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 697b3ace06a7874d77487d3bf07efd8384cf05db
	Hash(SHA-256-Hex): 03cf82a425075346b8894a87b88fa85-e3d7fa06f7cd816eaf8cccd8533058b98
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	14.070,00000 EUR

Prodotti dell'offerta

<i>Prodotto</i>	ELETTRODO BLUE SENSOR CODICE R-00-S O DISPOSITIVO EQUIVALENTE
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	0,1286 EUR
<i>Unità di misura</i>	pezzi
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: C - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO.
<i>Parametri del Prodotto</i>	ELETTRODO BLUE SENSOR CODICE R-00-S O DISPOSITIVO EQUIVALENTE
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	57506/R
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)

<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	C020501
<i>Prodotto</i>	ELETTRODO BLUE SENSOR CODICE VL-00-S O DISPOSITIVO EQUIVALENTE
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	0,16 EUR
<i>Unità di misura</i>	pezzi
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: C - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO.
<i>Parametri del Prodotto</i>	ELETTRODO BLUE SENSOR CODICE VL-00-S O DISPOSITIVO EQUIVALENTE
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	60766/R
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	C020501

VERBALE PROVA CAMPIONATURA – 27/AGRM/2020

Affidamento della fornitura di elettrodi monouso Blue sensor o dispositivo equivalente

Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale digitale n.313/2020 ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di elettrodi monouso Blue sensor o dispositivo equivalente. La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)".

In data 8.9.2020 alle h.15:00 si è riunito il tavolo di lavoro, al fine di relazionare a seguito di prova della campionatura presentata da ciascun concorrente, così composto:

- Enrico Moscardi, C.I. del Pronto Soccorso di Esine;
- Gessica Vaira, assistente amministrativo AGRM, con funzione di verbalizzante.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h 11:00 del 3.9.2020 come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte, alle quali è stato inoltre richiesto l'invio del campione del prodotto offerto:

DITTA PARTECIPANTE	BASE D'ASTA SINGOLO PZ	OFFERTA SINGOLO PZ (iva esclusa)	TOT OFFERTA 36 mesi (iva esclusa)
AMBU SRL	CODICE VL-00-S € 0,170	€ 0,160	€ 12.121,20
	CODICE R-00-S € 0,165	€ 0,1286	
CERACARTA SPA	CODICE VL-00-S € 0,170	€ 0,108	€ 9.240,00
	CODICE R-00-S € 0,165	€ 0,112	


Dalla prova dei campioni presentati si rilevano le seguenti considerazioni:


Gli elettrodi pervenuti dalla ditta Ambu srl risultano migliori dal punto di vista dell'adesività e di stabilità della traccia ECGrafica. Gli Ambu R-00-S risultano anche più resistenti alla trazione in caso di movimenti del pz (sia adesività dell'elettrodo alla cute che contatto elettrodo-cavo monitoraggio).

E' dunque preferibile, anche se leggermente più costosi, procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Ambu srl.

La seduta termina alle h. 15:30

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
C.I. Pronto Soccorso Esine - Enrico Moscardi	



Esine, 8.9.2020

IL VERBALIZZANTE

(Vaira Gessica)

