



## SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Sede di ESINE  
Tel. 0364/369461 – fax 0364/369519  
e-mail: stb@asst-valcamonica.it

Classificazione: 1.6.3 Data documento 24.09.2020  
Prot. n. 2017/20del 24.09.2020

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA DI  
ASPIRAZIONE FUMI CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E DI N.1 SISTEMA DI  
ACQUISIZIONE IMMAGINI E VIDEO PER IL COMPLETAMENTO DI UNA COLONNA  
OPERATORIA ENDOSCOPICA**

Si informa che l'ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto per la fornitura di n.1 sistema di aspirazione fumi con relativo materiale di consumo e di n. 1 sistema di acquisizione immagini e video per il completamento di una colonna operatoria endoscopica (mod. centralina IM8000 – CONMED) in uso presso l'UO Blocco Operatorio di Esine.

Le apparecchiature dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

**Sistema di evacuazione fumi**

- sistema per l'eliminazione e la filtrazione dei fumi chirurgici e degli aerosol
- modalità di funzionamento per chirurgia laparotomica e laparoscopica
- utilizzabile con tubi di aspirazione di diversi diametri (indicativamente 6.5, 9.5, 22 mm)
- dotato di pannello di controllo touch screen semplice ed intuitivo
- diverse modalità di attivazione (continua, a pedale, automatica)
- dotato di allarmi di occlusione, guasto motore e fine filtro
- facilmente sanificabile
- bassa rumorosità
- unità filtrante dotata di filtro ULPA e completamente chiusa per proteggere il personale sanitario da potenziali contaminazioni

**Sistema di acquisizione immagini e video**

- registrazione Full HD in formato mp4 e foto in formato JPEG, BMP o PNG
- gestione Worklist
- importazione delle Worklist tramite funzione Query DICOM Modality worklist
- possibilità di inserire note in modo vocale o manuale
- interfaccia DICOM e HL7
- possibilità di connessione wireless al sistema PACS
- capacità hard disk interno:  $\geq 2,0$  TB
- ingressi: HDMI
- uscite: VGA – HDMI
- sistema operativo  $\geq$  Windows 10

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei consumabili (filtri, tubi, manipoli, ecc.) verranno dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato nella successiva fase di gara.



Le apparecchiature e i relativi consumabili dovranno essere provvisti di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (secondo la Direttiva 93/42/CE recepita in Italia con D.L. 24/02/1997 n. 46 e s.m.i. per le apparecchiature per cui è prevista l'applicazione).

### IMPORTO DELLA FORNITURA

La gara prevederà un unico lotto la cui base d'asta ammonterà a circa € 15.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura delle apparecchiature, a cui andrà aggiunta la quota relativa al materiale di consumo.

### REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla futura procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, purchè in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. Dovranno inoltre essere iscritti come "Operatore Economico" sulla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e inseriti nell'elenco fornitori telematico dell'ASST della Valcamonica.

In caso di interesse alla procedura, le ditte sono invitate a darne comunicazione entro la data di **GIOVEDI' 8 OTTOBRE 2020 ORE 12.00** all'indirizzo [stb@asst-valcamonica.it](mailto:stb@asst-valcamonica.it) riportando come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura di n.1 sistema di aspirazione fumi con relativo materiale di consumo e di n.1 sistema di acquisizione immagini e video".

Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportate le seguenti informazioni e/o dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico, nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario della manifestazione stessa;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si richiede inoltre di allegare schede tecniche o depliant illustrativi dei prodotti che si intendono proporre.

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini puramente esplorativi per individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto; gli operatori economici, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della stessa.

Per eventuali chiarimenti o necessità è possibile rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica: Responsabile Ing. Chiara Guirri (tel 0364.369461).

Servizio di Ingegneria Clinica  
IL RESPONSABILE  
(Ing. Chiara Guirri)