

Decreto n. 444 del 09/07/2020

OGGETTO: DGR n.XI/770/2018 - Acquisizione di n.1 tomografo a coerenza ottica:
aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 813928701E

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo ff: Dott Cristina Lazzati

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.621/2018 "Determinazioni ai fini della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci di cui alla DGR n.X/7009 del 31.7.2017. Approvazione procedure aziendali relative all'Area D) immobilizzazioni" sono state approvate le procedure aziendali relative all'Area D) Immobilizzazioni;

- con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;

- la procedura "Redazione Piano degli Investimenti" al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano investimenti, approvato in sede di Bilancio preventivo, per l'assegnazione di nuovi finanziamenti in corso di esercizio;

- con decreto n.1255/2018 quest'Azienda ha preso atto della DGR XI/770/2018 "Programma regionale straordinario investimenti in Sanità - determinazioni conseguenti alla DGR XI/24/2018 e stanziamento contributi" - Allegato 2 - e del relativo decreto di assegnazione e impegno di spesa n. 17098 del 22.11.2018, con i quali è stato approvato e finanziato il seguente intervento:

FINANZIAMENTO	INTERVENTO PREVISTO	IMPORTO ASSEGNATO (IVA Inclusa)
DGR XI/770/2018 Allegato 2 Ambito B	Sostituzione di grandi apparecchiature: sostituzioni di n.1 Tomografo a coerenza ottica	€ 199.000,00

- con decreto n.942/2019 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica SinTel, del seguente bene:

BENE	UO DESTINATARIA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	CIG	COPERTURA ECONOMICA
n.1 tomografo a coerenza ottica	3170408 UOS Oculistica ambulatori	€ 160.000,00	813928701E	DGR XI/770/2018 Allegato 2 Ambito B

- per la selezione dei fornitori è stata utilizzata la piattaforma telematica SinTel e l'esito della manifestazione d'interesse pubblicata in data 20.11.2019;

- n.2 ditte hanno manifestato interesse a partecipare registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel:

APPARECCHIATURA	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
n.1 tomografo a coerenza ottica	CARL ZEISS SpA CON SOCIO UNICO	00721920155
	NIDEK MEDICAL SRL	10404060153

- in data 23.1.2020 è stata indetta, tramite piattaforma telematica SinTel, ID 120849322, la procedura di gara per la "Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia", ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e smi e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 co.3 lett.b-bis);

- alla data di scadenza della presentazione delle offerte, il 13.2.2020, ha presentato offerta la ditta Nidek Medical srl;

- con decreto n.205/2020 quest'Azienda ha nominato il Seggio di gara e la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;

- successivamente, in varie sedute come risulta dai verbali n.1, n.2, n.3 e n.4, allega-



ti, il seggio di gara e la commissione giudicatrice hanno proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalla ditta Nidek Medical srl;

- la commissione giudicatrice ha considerato congrua l'offerta presentata, così riassunta:

APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa)	OFFERTA ECONOMICA (IVA inclusa)
n.1 tomografo a coerenza ottica	€ 160.000,00	NIDEK MEDICAL SRL	€ 159.900,00	€ 195.078,00

VISTI:

- i verbali relativi alle fasi della procedura di gara, allegati al presente provvedimento;
- gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" della Nidek Medical srl prodotti dal portale SinTel;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, con DGR n.XI/2672/2019 ha fornito precise indicazioni sui criteri per l'accantonamento ex art.113, di cui si è tenuto conto nel presente provvedimento;

- l'acquisto di cui al presente provvedimento rientra del Piano degli Investimenti 2020, DGR XI/770/2018 - Allegato 2 - Ambito B, alla voce "DGR_770_TOMOGRAFO";

RITENUTO di procedere all'acquisto secondo quanto previsto dall'art.36 co.2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e smi;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo ff e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare alla Nidek Medical srl la fornitura di n.1 tomografo a coerenza ottica, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale, e così riassunte:

APPARECCHIATURA	CIG	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA ESCLUSA)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA INCLUSA)	DITTA AGGIUDICATARIA
n.1 tomografo a coerenza ottica	813928701E	€ 159.900,00	€ 195.078,00	NIDEK MEDICAL SRL

2 - che il costo complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 195.878,00 (di cui € 35.178,00 per IVA 22% e € 800,00 per incentivo ex art.113 D.Lgs.50/2016);

3 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs 50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) l'Ing. Chiara Guirri, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12,



co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: DGR XI/770/2018 - ACQUISIZIONE DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA:
AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/06/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CHIARA GUIRRI**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 195.078,00 annotata nel Bilancio 2020, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2020	n.01 Tomografo a coerenza ottica	020300100 attrezzature sanitarie	3170408 UOS Oculistica ambulatori	DGR XI/770/2018 Allegato 2 Ambito B	DGR_770_TOMOGRIFO	€ 195.078,00	€ 0.00	€ 195.078,00	
TOTALE						€ 195.078,00	€ 0,00	€ 195.078,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 800,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI/RICAVI (anno corrente/esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2020	6509000815 Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 2502000815 Fondo accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 800,00	€ 0.00	€ 800.00	
	TOTALE		€ 800.00	€ 0.00	€ 800.00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 06/07/2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ALLEGATO 5 – OFFERTA ECONOMICA
FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT)
CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI
DELL'OSPEDALE DI ESINE

IL SOTTOSCRITTO (Nome, cognome e Codice Fiscale)	GUIDO BATTARRA
NATO A IL	MILANO il 25/09/1948
IN QUALITA' DI (Carica Sociale)	AMMINISTRATORE UNICO
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale Operatore economico)	NIDEK MEDICAL S.R.L.
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	10404060153

PRESO ATTO DEI CONTENUTI DEL DISCIPLINARE, DEL CAPITOLATO TECNICO E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
 OFFRE PER I DISPOSITIVI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA I SEGUENTI PREZZI UNITARI E COMPLESSIVI (oneri fiscali esclusi)

DISPOSITIVO OFFERTO	MODELLO	CODICE PRODOTTO	CND	REPERTORIO	COSTO UNITARIO (Iva Esclusa)	QUANTITA'	COSTO TOTALE (Iva Esclusa)
Piattaforma di Imaging Multimodale OCT/FA/ICG completo di PC, monitor e corredato dai seguenti accessori :	MIRANTE	SR002-0040	Z12120114	1870117	€ 150.000,00	1	€159.484,00
- Licenza <i>ANGIO per OCT</i>		SRP02-0510	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- <i>Tavolo elettrico dedicato</i>		SRP02-0120	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- <i>Slim Cabinet per PC</i>		SRP02-0200	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- <i>Trasformatore di isolamento</i>		10747-3200	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
Sgabello 5 razze su ruote	Sgabello	CLUF9D9E9G99 R	-	-	€ 110,00	2	€220,00
Stampante esterna a colori Xerox Phaser	6510V_N	6510V_N	-	-	€ 196,00	1	€196,00
COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (BASE D'ASTA NON SUPERABILE €160.000,00)							€ 159.900,00
COSTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA 22%							€ 195.078,00

Si ricorda che da capitolato è previsto che "le apparecchiature devono essere nuove, di ultima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi, batterie, adattatori, snodi, supporti, agganci ecc..) per il loro utilizzo immediato e per l'utilizzo immediato di tutti gli accessori offerti, la loro pulizia e disinfezione. In caso contrario tali componenti dovranno essere fornite a titolo gratuito."

DATA, 11 / 02 / 2020

*** Da restituire firmata digitalmente ***

Report della Procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia n. 120849322 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	16
Registro di controllo	22
Comunicazioni di Procedura	23
Verbali intermedi	24

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All.1_Domanda di partecipazione_tomografo.docx

Documento Pubblicato

Allegato All.3 - DGUE da compilare.docx

Documento Pubblicato

Allegato All.2_magrm031_dichiarazione_art.80_00.odt

Documento Pubblicato

Allegato Patto di integrità 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All.5_OFFERTA ECONOMICA.xls

Documento Pubblicato

Allegato All. 4_QUESTIONARIO TECNICO.odt

Documento Pubblicato

Allegato magrm024_disciplinare_di_gara_sottosoglia_OCT.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato magrm002_capitolato_tecnico_qualità_prezzo_OCT.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	120849322
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia
<i>Codice CIG</i>	813928701E
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0190205
<i>Num. Protocollo Ente</i>	1454/20
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33100000-1 - Apparecchiature mediche
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Guirri Chiara
<i>Login</i>	user_200237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369461
<i>Nome</i>	Panighetti Angela
<i>Login</i>	user_200236
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Num. telefono 0364369870

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Mazzoli Francesco

Login user_127427

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)

Indirizzo email economato@pec.asst-valcamonica.it

Num. telefono 0364329460

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 gennaio 2020 13.32.38 CET

Data di chiusura della fase di accettazione offerte giovedì 13 febbraio 2020 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 160.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 0,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tecnica ed economica La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? No

Formula usata per il calcolo dei punteggi Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Disciplinare di gara	Il Disciplinare di gara dovrà essere restituito firmato digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato tecnico	Il capitolato tecnico dovrà essere restituito firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità	Il Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia e degli enti del sistema regionale di cui all'all.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	A1 alla LR 27 dicembre 2006 n.30 dovrà essere restituito firmato digitalmente per accettazione					
Domanda di partecipazione - Allegato 1	La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, in bollo, trasformata in .pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente (o da un procuratore munito di relativa procura, prodotta in copia conforme all'originale)	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà - Allegato 2	La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Allegato 2), contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità, dovrà essere trasformata in pdf e firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE - Allegato 3	Il DGUE (Allegato 3) dovrà essere compilato in ogni sua parte, trasforma-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to in .pdf e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente (o da un procuratore munito di relativa procura, prodotta in copia conforme all'originale)					
Garanzia fideiussoria e dichiarazione di impegno	Si prega di allegare il Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93 co.8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co.7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art.93 co.7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia del-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.					
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Spazio Aggiuntivo Altra documentazione	Non obbligatorio. Da utilizzare per caricare eventuale documentazione extra su indicazione della sta-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	zione appaltante					
Documentazione tecnica	Si prega di allegare tutta la documentazione tecnica prevista dai documenti di gara in una unica cartella compressa: - dichiarazione da parte del concorrente del prodotto offerto - scheda tecnica del prodotto offerto - descrizione dettagliata prodotto offerto - copia certificato marcatura CE - Descrizione servizio manutenzione - Questionario tecnico I singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente.	Tecnico	Libero	Max: 70,00	Allegato	
Offerta economia - Allegato 5	L'Offerta economica Allegato 5 andrà compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente (a pena di esclusione) a cura della ditta partecipante	Economico	Libero		Allegato	
Giustificativo all'offerta economica	Giustificazioni di cui all'art.97 del D.Lgs	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	50/2016, relative alle voci di prezzi che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara; l'offerente dovrà inoltre indicare i costi relativi alla sicurezza di cui all'art.95, comma 10 del D.lgs.50/2016 (c.d. costi aziendali da non confondersi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali, pari a 0,00 per l'appalto in oggetto).					
Listino prezzi completo	Allegare listino prezzi completo se previsto materiale di consumo. Nel caso in cui non sia previsto materiale di consumo, allegare opportuna dichiarazione.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_6390
<i>Indirizzo e-mail</i>	carlzeiss@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00721920155
<i>Indirizzo</i>	VIA VARESINA 162, 20156 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	02937731
<i>Ragione sociale</i>	NIDEK MEDICAL
<i>Login</i>	user_29310
<i>Indirizzo e-mail</i>	nidekmedicalsrll@pec.nidek.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10404060153
<i>Indirizzo</i>	VIA VERDI 17, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	023287735

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1581431163672
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0317072
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	NIDEK MEDICAL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 11 febbraio 2020 15.26.03 CET
<i>Offerta economica</i>	159.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	255,84000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Disciplinare di gara (Parametro Amministrativo)</i>	magrm024_disciplinare_di_gara_sottosoglia_OCT.pdf- p7m
	Dimensioni: 289 KB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO; FRANCESCO MAZZOLI
	Hash(MD5-Base64): f+xRxYhKoc0SxRhCEuARhg==
	Hash(SHA-1-Hex): edacd63251174cb724809a065cef089cb8274ca6
	Hash(SHA-256-Hex): 74cf412c4e8ad9eb71ff60d22f1fc93-5794c7af5e87574fe19ffd47582808e67
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	magrm002_capitolato_tecnico_qualità_prezzo_OCT.pdf- .p7m
	Dimensioni: 157 KB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): 207MMt8umaPHqNUyzvWvWWQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 7adde77a2e876fbac7bfe14724f35b86cec57929
	Hash(SHA-256-Hex): e4eaf2f5c2e8dfd3b575275933d3bc4- 88355dc7266e482158fc840a6666c2dd0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	Patto di integrità 2019.pdf.p7m
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): W5yaIP4Zdqh6WgXrVgK49A==
	Hash(SHA-1-Hex): fade47959983390855c19207e8fdb80cf3d90b4f
	Hash(SHA-256-Hex): 72ffb297c824453225a2dab41e1210a- 0e33c01ce5ff8e869673501e8d6876d06
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Domanda di partecipazione - Allegato 1 (Parametro Amministrativo)</i>	All.1_Domanda di partecipazione_tomografo.pdf.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): /NXH7attaeZe5Fdt8ZVgPA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7cd3fc8aea5fbe2e01fdb912ecaefb00edc6289e
	Hash(SHA-256-Hex): c20b40e18cd4791c8ab3ae7c4d358ae- 2c62811d827b315c5a092143b1f0997ba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà - Allegato 2 (Parametro Amministrativo)</i>	All.2_magrm031_dichiarazione_art.80_00.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BATTARRA GUIDO Hash(MD5-Base64): pmi9RshQWc1z5UmCm21NpQ== Hash(SHA-1-Hex): 1246b3821a0393c41930f934255b3710eebe225b Hash(SHA-256-Hex): a2792bea31bb3521c4b35b209fdd8d2-bc62cc5036430d9931e0cd689a6e58db2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE - Allegato 3 (Parametro Amministrativo)</i>	All.3 - DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 20 MB Firmatari: BATTARRA GUIDO Hash(MD5-Base64): YylzF/duEwhD0kTZoTmoww== Hash(SHA-1-Hex): 935e5ad121dffca5cfb288da6fe174f11d822fe8 Hash(SHA-256-Hex): ea45af65ce518c5cc3766ce7877cb4e-400cb4574ff057e2fbf08307f3f3f18de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria e dichiarazione di impegno (Parametro Amministrativo)</i>	Garanzia Fidejussoria cauzione provvisoria.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): xuZ97ef1ZbNCIdl7aWZwVQ== Hash(SHA-1-Hex): fc663aa47f110687d8f2d442de7e872a174f0688

	Hash(SHA-256-Hex): a4e3611438c4c0350da5b768da1c8e1-d98c095805b744089ef545141c1918cac
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta.pdf.p7m
	Dimensioni: 127 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IPWl0aXXXm+tsnqSEKG6nw==
	Hash(SHA-1-Hex): 042e7349d7061caca1111bc7398815e772f22eb1
	Hash(SHA-256-Hex): 71dd29f3f42cc9f72d1d6df72daa631-6e23d70b1cfd5b82bc13f5057097fd58a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Spazio Aggiuntivo Altra documentazione (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Documentazione tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Documentazione Tecnica.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 0Y+TBZPszq+7A0IH3IS3rQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 934ba44db409254ac3f62a6fece26e3f19186827
	Hash(SHA-256-Hex): c2cd9d6eb3c94cdb4319e1080d573c4-45c66edb8a2f07fb45d503e1cf6548150
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta economia - Allegato 5 (Parametro Economico)</i>	All.5_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): 0JU8Uux9ix6cmf+MVwQlyA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9f5921c3b100584a5d5d46f3a7820e44b8c6fb52
	Hash(SHA-256-Hex): ae467ea73b6bf8e9dfeba751f3870d0- d7681cd7ff26b4d1a24588409f4124867
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	c) Giustificazioni.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): h1Wa+aKHIy5f58treNcKzg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3044398243b3c39d7500a50e5176f7d696b1b644
	Hash(SHA-256-Hex): 2c75c1e6367b18179bf6ba2a5a86842- 7b8ca4ba245f8bc8ba97c2b97210bc63f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Listino prezzi completo (Parametro Economico)</i>	b) Listino Materiali di Consumo.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO
	Hash(MD5-Base64): +o1eaCd7z75u9n/hEzAcRg==
	Hash(SHA-1-Hex): bc2ee79acef0b3b961ae401d5d2d61b5d58d66b1

	Hash(SHA-256-Hex): b06fa067907fd2350a3bb7ce2ff2196-777162ee850fe406bd7e8f6f59f74a807
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1581431163672
<i>Fornitore</i>	NIDEK MEDICAL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 11 febbraio 2020 15.26.03 CET
<i>Offerta economica</i>	159.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	70
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Disciplinare di gara (Parametro Amministrativo)</i>	magrm024_disciplinare_di_gara_sottosoglia_OCT.pdf.- p7m
	Dimensioni: 289 KB
	Firmatari: BATTARRA GUIDO; FRANCESCO MAZZOLI

	<p>Hash(MD5-Base64): f+xRxYhKoc0SxRhCEuARhg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): edacd63251174cb724809a065cef089cb8274ca6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 74cf412c4e8ad9eb71ff60d22f1fc93-5794c7af5e87574fe19ffd47582808e67</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato tecnico (Parametro Amministrativo)</i>	<p>magrm002_capitolato_tecnico_qualità_prezzo_OCT.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 157 KB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 207MMt8umaPHqNUyzvvWWQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7adde77a2e876fbac7bfe14724f35b86cec57929</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4eaf2f5c2e8dfd3b575275933d3bc4-88355dc7266e482158fc840a6666c2dd0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Patto di integrità 2019.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 122 KB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W5yaIP4Zdqh6WgXrVgK49A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fade47959983390855c19207e8fdb80cf3d90b4f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 72ffb297c824453225a2dab41e1210a-0e33c01ce5ff8e869673501e8d6876d06</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Domanda di partecipazione - Allegato 1 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.1_Domanda di partecipazione_tomografo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): /NXH7attaeZe5Fdt8ZVgPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7cd3fc8aea5fbe2e01fdb912ecaefb00edc6289e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c20b40e18cd4791c8ab3ae7c4d358ae-2c62811d827b315c5a092143b1f0997ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà - Allegato 2 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.2_magrm031_dichiarazione_art.80_00.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): pmi9RshQWc1z5UmCm21NpQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1246b3821a0393c41930f934255b3710eebe225b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a2792bea31bb3521c4b35b209fdd8d2-bc62cc5036430d9931e0cd689a6e58db2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE - Allegato 3 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>All.3 - DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 20 MB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): YylzF/duEwhD0kTZoTmoww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 935e5ad121dffca5cfb288da6fe174f11d822fe8</p>

<p><i>Garanzia fideiussoria e dichiarazione di impegno (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): ea45af65ce518c5cc3766ce7877cb4e-400cb4574ff057e2fbf08307f3f3f18de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Garanzia Fidejussoria cauzione provvisoria.pdf.p7m</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): xuZ97ef1ZbNCIdl7aWZwVQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc663aa47f110687d8f2d442de7e872a174f0688</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a4e3611438c4c0350da5b768da1c8e1-d98c095805b744089ef545141c1918cac</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 127 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): IPWl0aXXXm+tsnqSEKG6nw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 042e7349d7061caca1111bc7398815e772f22eb1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71dd29f3f42cc9f72d1d6df72daa631-6e23d70b1cfd5b82bc13f5057097fd58a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>-</p>

<i>Spazio Aggiuntivo Altra documentazione (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Documentazione tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Documentazione Tecnica.zip Dimensioni: 9 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 0Y+TBZPszq+7A0IH3IS3rQ== Hash(SHA-1-Hex): 934ba44db409254ac3f62a6fece26e3f19186827 Hash(SHA-256-Hex): c2cd9d6eb3c94cdb4319e1080d573c4-45c66edb8a2f07fb45d503e1cf6548150 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	70,00
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Come da verbale n.3 commissione giudicatrice - valutazione economica, punteggio già riparametrato
<i>Punteggio tecnico</i>	70
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Offerta economia - Allegato 5 (Parametro Economico)</i>	All.5_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: BATTARRA GUIDO Hash(MD5-Base64): 0JU8Uux9ix6cmf+MVwQlyA== Hash(SHA-1-Hex): 9f5921c3b100584a5d5d46f3a7820e44b8c6fb52

<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): ae467ea73b6bf8e9dfeba751f3870d0-d7681cd7ff26b4d1a24588409f4124867</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>c) Giustificazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): h1Wa+aKHIy5f58treNcKzg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3044398243b3c39d7500a50e5176f7d696b1b644</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c75c1e6367b18179bf6ba2a5a86842-7b8ca4ba245f8bc8ba97c2b97210bc63f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Listino prezzi completo (Parametro Economico)</i>	<p>b) Listino Materiali di Consumo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BATTARRA GUIDO</p> <p>Hash(MD5-Base64): +o1eaCd7z75u9n/hEzAcRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bc2ee79acef0b3b961ae401d5d2d61b5d58d66b1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b06fa067907fd2350a3bb7ce2ff2196-777162ee850fe406bd7e8f6f59f74a807</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 17 giugno 2020 10.53.45 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322) è iniziata.
mercoledì 17 giugno 2020 10.53.39 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1581431163672) della Procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 giugno 2020 10.53.39 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322) è stata completata.
lunedì 25 maggio 2020 12.01.28 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322) è iniziata.
lunedì 11 maggio 2020 16.24.41 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1581431163672) della Procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 11 maggio 2020 15.45.23 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_29310 sulla Procedura con ID 120849322 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 13 febbraio 2020 12.00.24 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322).
martedì 11 febbraio 2020 15.26.03 CET	Invio Offerta	L'offerente NIDEK MEDICAL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 23 gennaio 2020 13.32.49 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322).
giovedì 23 gennaio 2020 13.32.39 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura di n.1 Tomografo a coerenza ottica (OCT) con fluorangiografia (ID 120849322). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	124997401
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 maggio 2020 8.18.45 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	NIDEK MEDICAL (NIDEK MEDICAL), ricevuto in data venerdì 29 maggio 2020 11.26.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Sessione Dimostrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmettono le indicazioni per lo svolgimento della sessione dimostrativa prevista, prot. n.12599/20 del 29/05/2020. Si prega di comunicare, tramite piattaforma SinTel, entro le ore 12:00 del 05/06/2020 la data prescelta per la prova/visione. Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	lettera per richiesta di visione.pdf.p7m Dimensioni: 70 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): q7LOdz/Yy/V4zGzHEiYycA== Hash(SHA-1-Hex): ed6666d1e04987b0fab48bad8965f5c394e5d142 Hash(SHA-256-Hex): f27673aad9a28f007626472c4d25094-a137af2cb0cb29e44012c1035d3de5633

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	125011960
<i>Data di invio</i>	venerdì 29 maggio 2020 11.30.41 CEST
<i>Mittente</i>	NIDEK MEDICAL (NIDEK MEDICAL)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Sessione Dimostrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da vs. gentile comunicazione relativa allo svolgimento della sessione dimostrativa dell'apparecchiatura offerta, vi confermiamo la ns. disponibilità a effettuare la prova/visione in data venerdì 12 giugno 2020, presso l'Ambulatorio di Esine. A disposizione per qualsiasi necessità, ringraziamo. Cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in allegato si trasmettono le indicazioni per lo svolgimento della sessione dimostrativa prevista, prot. n.12599/20 del 29/05/2020. Si prega di comunicare, tramite piattaforma SinTel, entro le ore 12:00 del 05/06/2020 la data prescelta per la prova/visione. Cordiali Saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 23 giugno 2020 13.47.44 CEST
<i>Commento</i>	Si crea report intermedio da allegare al decreto di aggiudicazione a firma del Direttore Denerale
<i>Numero di protocollo interno</i>	1304833



FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE

CIG 813928701E

**VERBALE N.1
APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Questa Amministrazione, con decreto n.942/2019 ha predisposto gli atti relativi alla procedura per "Acquisizione di n.1 tomografo a coerenza ottica" - CIG 813928701E.

In data **11 MAGGIO 2020** alle ore 15:45, presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale di Esine, Via Manzoni 142, si è riunito il seggio di gara così composto:

- Ing. Francesco Mazzoli (RUP), presidente;
- Roberto Bonomelli, componente;
- Angela Panighetti, componente e verbalizzante.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12:00 del 13.02.2020, come previsto dall'art.13 del Disciplinare di gara, ha presentato offerta la seguente ditta:

NIDEK MEDICAL SRL

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata:

DOCUMENTO RICHIESTO	DESCRIZIONE	NIDEK MEDICAL SRL	
		presente	corretto
DISCIPLINARE DI GARA	Firmato digitalmente per accettazione	v	SI
CAPITOLATO TECNICO	Firmato digitalmente per accettazione	v	SI
PATTO DI INTEGRITA'	Firmato digitalmente per accettazione	v	SI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	Redatta, in bollo, trasformata in .pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente (o da un procuratore munito di relativa procura, prodotta in copia conforme all'originale)	v	SI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	Contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità, trasformata in pdf e firmato digitalmente	v	SI
DGUE	Compilato in ogni sua parte, trasformato in .pdf e sottoscritto digitalmente	v	SI
GARANZIA PROVVISORIA	Presente garanzia € 3.200,00	v	SI
DICHIARAZIONE IMPEGNO FIDEIUSSORE	Presente	v	SI
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	Presente ricevuta € 20,00	v	SI

Dalle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa, la ditta **NIDEK MEDICAL SRL**

Handwritten signature and initials:
Panighetti
CAP



risulta ammessa alla fase successiva.

Si procede alla verifica della presenza della busta tecnica. La data per l'apertura della stessa da parte della Commissione Tecnica è fissata per il giorno **LUNEDI' 25 MAGGIO 2020 ORE 12:00.**

La seduta termina alle ore 16:15.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n. 2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI SEGGIO DI GARA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Ing. Francesco Mazzoli	
Roberto Bonomelli	
Angela Panighetti	



FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE

CIG 813928701E

**VERBALE N.2
COMMISSIONE GIUDICATRICE
APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Oggi **25 MAGGIO 2020** alle **ore 12,00** presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale di Esine, Via Manzoni 142, si è riunita la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.205 del 30.03.2020.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Cosimo Franco Delfino - presidente;
- Dr. Mazzoli Giovanni Francesco - componente;
- Dott.ssa Manfredi Carla- componente;
- Angela Panighetti - Coadiutore Amm.vo Esperto, in servizio presso il SIC dell'ASST della Valcamonica , con funzione di verbalizzante

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12:00 del 13.02.2020, come previsto dall'art.13 del Disciplinare di gara, ha presentato offerta la seguente ditta:

NIDEK MEDICAL SRL

La Commissione procede, ai sensi degli art.20-21 del Disciplinare di Gara, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara:

DOCUMENTO RICHIESTO	DESCRIZIONE	NIDEK MEDICAL SRL	
		presente	corretto
DICHIARAZIONE PRODOTTO	Con indicato: - ditta produttrice - nome commerciale del dispositivo offerto - codice produttore dispositivo offerto: - - codice attribuito al dispositivo dal produttore - codice CND: codice di classificazione nazionale dei dispositivi medici come da Decreto Ministero della Salute 22/9/2005 ss.mm.ii. - numero repertorio: numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute	v	SI
SCHEDA TECNICA	In lingua italiana, una per ciascun dispositivo offerto, riportante il CND ed il Numero di Repertorio del dispositivo offerto	v	SI



DESCRIZIONE DETTAGLIATA APPARECCHIATURA OFFERTA	Firmato digitalmente per accettazioneDescrizione dettagliata dell'apparecchiatura offerta	v	SI
COPIA CERTIFICATO POSSESSO MARCATURA CE	Copia certificato	v	SI
DESCRIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia, di tipo full-risk, della durata di almeno 24 mesi	v	SI
QUESTIONARIO TECNICO	Questionario tecnico opportunamente compilato in ogni sua parte, con le specifiche tecniche relative ai prodotti offerti, nella configurazione offerta	v	SI

La Commissione ritiene di proseguire ad una prima lettura dell'offerta tecnica presentata, rilevando la rispondenza tra i requisiti minimi richiesti e quelli offerti.

Si procede pertanto a definire 3 date in cui poter fissare la sessione dimostrativa con prova pratica, sottolineando che tale prova/visione non eccederà la durata di una giornata:

Mercoledì 10 Giugno

Giovedì 11 Giugno

Venerdì 12 Giugno

La commissione quindi, durante la prossima seduta, in funzione della prova pratica effettuata, esprimerà i propri giudizi, con la conseguente attribuzione dei punteggi.

I lavori terminano alle ore 12,30. La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
COSIMO DELFINO	
GIOVANNI FRANCESCO MAZZOLI	
CARLA MANFREDI	
ANGELA PANIGHETTI - verbalizzante	

Esine, 25 maggio 2020



FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE

CIG 813928701E

**VERBALE N.3
COMMISSIONE GIUDICATRICE
VALUTAZIONE TECNICA**

Oggi **12 GIUGNO 2020** alle ore **14,00** presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale di Esine, Via Manzoni 142, si è riunita la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.205 del 30.03.2020.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Cosimo Delfino - presidente;
- Dr. Mazzoli Giovanni Francesco - componente;
- Dott.ssa Carla Manfredi - componente;
- Angela Panighetti - Coadiutore Amm.vo Esperto, in servizio presso il SIC dell'ASST della Valcamonica , con funzione di verbalizzante

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12:00 del 13.02.2020, come previsto dall'art.13 del Disciplinare di gara, ha presentato offerta la seguente ditta:

NIDEK MEDICAL SRL

Come previsto dal Disciplinare di gara, art.10.2 "Sessione Dimostrativa" al fine di un'ottimale valutazione dell'apparecchiatura proposta, in data **12 GIUGNO 2020 dalle ore 08:00 alle ore 14:30** si è svolta la sessione dimostrativa con prova pratica.

Si procede pertanto alla valutazione tecnica dell'apparecchiatura offerta, in funzione della documentazione tecnica presentata in sede di gara e della prova pratica effettuata, analizzando approfonditamente i singoli parametri di qualità ed esprimendo la relativa valutazione.

Viene utilizzata l'apposita "SCHEDA DI VALUTAZIONE" predisposta precedentemente e conforme a quanto previsto dall'art. 18 "Criteri di aggiudicazione" del Disciplinare di Gara.

Per semplicità si conviene che i componenti della Commissione vengano così individuati:

Dr. Cosimo Delfino	COMMISSARIO 1	GIUDIZIO 1
Dr. Mazzoli Giovanni Francesco	COMMISSARIO 2	GIUDIZIO 2
Dott.ssa Carla Manfredi	COMMISSARIO 3	GIUDIZIO 3

Ciascun componente attribuirà il proprio voto singolarmente, in modo palese e a rotazione.

Si comunica che, al termine della valutazione, la ditta NIDEK MEDICAL SRL ha ottenuto il seguente punteggio:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
NIDEK MEDICAL SRL	59,23	70





Si procede, quindi, all'ammissione della ditta NIDEK MEDICAL SRL alla fase successiva di apertura delle buste economiche.

I lavori terminano alle ore 14,30.

La procedura in piattaforma telematica presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
DR. COSIMO DELFINO	
DR. GIOVANNI FRANCESCO MAZZOLI	
DOTT.SSA CARLA MANFREDI	
ANGELA PANIGHETTI – verbalizzante -	

Esine, 12 giugno 2020

ALLEGATI AL PRESENTE VERBALE:

1 - "Scheda di Valutazione_NIDEK MEDICAL"

FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE - CIG 813928701E

n.	CRITERIO	SOTTOCRITERIO	TIPO CRITERIO: Discrezionale Quantitativo	PUNTEGGIO MASSIMO	NIDEK MEDICAL SRL						
					GIUDIZIO 1	GIUDIZIO 2	GIUDIZIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	COMMENTO DELLA COMMISSIONE
1	CARATTERISTICHE GENERALI	Tecnologia di acquisizione delle immagini	Discrezionale	6	0,90	0,90	0,90	0,90	5,40	6,00	La tecnologia di acquisizione delle immagini risulta soddisfacente
		Software di analisi e sistema di archiviazione	Discrezionale	5	0,90	0,90	0,90	0,90	4,50	5,00	Buono e di facile utilizzo il software di analisi e il sistema di archiviazione
		Estensione anni di garanzia oltre i 24 mesi	Quantitativo	4	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	La fornitura offerta prevede una garanzia full-rsk di 36 mesi
2	CARATTERISTICHE SPECIFICHE SEZIONE ANGIOGRAFICA	N. Laser	Quantitativo	4	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	L'apparecchiatura offerta è dotata di n.4 laser
		Velocità di scansione (A scan/sec)	Quantitativo	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	Richiesta una Velocità di scansione > 70.000 A/Scan al secondo. L'apparecchiatura offerta ha una velocità di scansione pari a 85.000 A/scan al secondo
3	CARATTERISTICHE SPECIFICHE SEZIONE OCT	Caratteristiche tecniche e funzionali	Discrezionale	10	0,70	0,70	0,80	0,73	7,33	10,00	Buone le caratteristiche tecniche della componente OCT con immagini ottenute soddisfacenti
		Ergonomia strumento	Discrezionale	15	0,80	0,70	0,70	0,73	11,00	15,00	Buona l'ergonomia con caratteristiche che consentono l'utilizzo in modo agevole e semplificato
4	PROVA PRATICA	Qualità delle immagini	Discrezionale	15	0,90	0,90	0,80	0,87	13,00	15,00	Qualità di immagini soddisfacente sia per quanto riguarda la componente FAG che quella OCT/ANGIO-OCT
		Semplicità e praticità di utilizzo	Discrezionale	5	0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	5,00	Strumento semplice da utilizzare con buona postazione di lavoro
TOTALE				70					59,23	70	



Criteri discrezionali: ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della "attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario".

Il coefficiente per ogni criterio valutato verrà attribuito dalla Commissione Tecnica effettuando una media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:

Giudizio	Peso giudizio
eccellente	1
ottimo	0,9
buono	0,8
discreto	0,7
sufficiente	0,6
quasi sufficiente	0,5
scadente	0,4
insufficiente	0,3
gravemente insufficiente	0,2
inadeguato	0,1
non valutabile	0

Formula attribuzione punteggio per singola voce oggetto di valutazione qualitativa:
D attribuito = D massimo x Peso Giudizio



FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE - CIG 813928701E

**VERBALE N.4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
APERTURA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
E RELATIVA VALUTAZIONE**

Oggi **17 GIUGNO 2020** alle ore **11,00** presso gli uffici del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ospedale di Esine, Via Manzoni 142, si è riunita la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di cui sopra, nominata con decreto del Direttore Generale n.205 del 30.03.2020.

La commissione risulta così composta :

- Dr. Cosimo Delfino - presidente;
- Dr. Mazzoli Giovanni Francesco - componente;
- Dott.ssa Carla Manfredi - componente;
- Angela Panighetti - Coadiutore Amm.vo Esperto, in servizio presso il SIC dell'ASST della Valcamonica , con funzione di verbalizzante

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12:00 del 13.02.2020, come previsto dall'art.13 del Disciplinare di gara, ha presentato offerta la seguente ditta:

NIDEK MEDICAL SRL

Richiamati i verbali del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice relativi a tutte le fasi della procedura in oggetto:

- verbale n.1 del 11.05.2020 verifica della documentazione amministrativa – Seggio di gara;
- verbale n.2 del 25.05.2020 verifica della documentazione tecnica – Commissione giudicatrice;
- verbale n.3 del 12.06.2020 valutazione tecnica – Commissione giudicatrice;

Si è provveduto ad inserire sulla piattaforma SinTel il punteggio tecnico-qualitativo conseguito dalla ditta partecipante e risultato della valutazione della Commissione giudicatrice, chiudendo così la fase di valutazione tecnica:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO OTTENUTO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
NIDEK MEDICAL SRL	59,23	70

LA Commissione di Gara procede, direttamente dal portale SinTel, all'apertura della busta economica, verificando la documentazione presentata:

NIDEK MEDICAL SRL		
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	presente	corretto
Allegato 5 Offerta economica	v	v
Listino prezzi completo	v	v
Giustificazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016	v	v

1



L'offerta economica presentata è di seguito così riassunta:

DITTA	PREZZO OFFERTO
NIDEK MEDICAL SRL	€ 159.900,00

La Commissione considerato che:

- l'offerta economica risulta conforme al disciplinare di Gara;
 - il prezzo complessivo offerto per la fornitura ammonta a € 159.900,00 Iva Esclusa, come da prospetto di dettaglio allegato;
- esprime parere favorevole, ritenendo congrua l'offerta presentata dalla ditta dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione chiude le operazioni di gara, formulando la proposta di aggiudicazione in favore della NIDEK MEDICAL SRL sottoponendola alla Direzione Aziendale.

I lavori terminano alle ore 11:40.

La procedura in piattaforma telematica presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

Si trasmettono al RUP tutti gli atti e i documenti di gara, ai fini dei successivi adempimenti.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, composto da n.2 pagine, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	
NOME E COGNOME	FIRMA
DR. COSIMO DELFINO	
DR. GIOVANNI FRANCESCO MAZZOLI	
DOTT.SSA CARLA MANFREDI	
ANGELA PANIGHETTI – verbalizzante -	

Esine, 17 giugno 2020

Allegati:

- OFFERTA ECONOMICA ditta NIDEK MEDICAL SRL

 Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valcamonica	ALLEGATO 5 – OFFERTA ECONOMICA FORNITURA DI N.1 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT) CON FLUORANGIOGRAFIA PER L'UOS OCULISTICA – AMBULATORI DELL'OSPEDALE DI ESINE
---	--

IL SOTTOSCRITTO (Nome, cognome e Codice Fiscale)	GUIDO BATTARRA
NATO A IL	MILANO il 25/09/1948
IN QUALITA' DI (Carica Sociale)	AMMINISTRATORE UNICO
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale Operatore economico)	NIDEK MEDICAL S.R.L.
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	10404060153

PRESO ATTO DEI CONTENUTI DEL DISCIPLINARE, DEL CAPITOLATO TECNICO E DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
OFFRE PER I DISPOSITIVI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA I SEGUENTI PREZZI UNITARI E COMPLESSIVI (oneri fiscali esclusi)

DISPOSITIVO OFFERTO	MODELLO	CODICE PRODOTTO	CND	REPERTORIO	COSTO UNITARIO (Iva Esclusa)	QUANTITA'	COSTO TOTALE (Iva Esclusa)
Piattaforma di Imaging Multimodale OCT/FAICG completo di PC, monitor e corredato dai seguenti accessori:	MIRANTE	SR002-0040	Z12120114	1870117	€ 150.000,00	1	€ 159.484,00
- Licenza ANGIO per OCT		SRP02-0510	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- Tavolo elettrico dedicato		SRP02-0120	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- Slim Cabinet per PC		SRP02-0200	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
- Trasformatore di isolamento		10747-3200	-	-	€ 0,00	1	€ 0,00
Sgabello 5 razze su ruote	Sgabello 6510V_N	CLUF9D9E9G99 R	-	-	€ 110,00	2	€ 220,00
Stampante esterna a colori Xerox Phaser	6510V_N	6510V_N	-	-	€ 196,00	1	€ 196,00
COSTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA (BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 160.000,00)							€ 159.900,00
COSTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA 22%							€ 195.078,00

Si ricorda che da capitolato è previsto che "le apparecchiature devono essere nuove, di ultima generazione e complete di tutti gli accessori (cavi, batterie, adattatori, snodi, supporti, agganci ecc..) per il loro utilizzo immediato e per l'utilizzo immediato di tutti gli accessori offerti, la loro pulizia e disinfezione. In caso contrario tali componenti dovranno essere fornite a titolo gratuito."

DATA, 11 / 02 / 2020

*** Da restituire firmata digitalmente ***