



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Sede di ESINE
Tel. 0364/369461 – fax 0364/369519
e-mail: stb@asst-valcamonica.it

Classificazione: 1.6.3 Data documento 03.07.2020
Prot. n. 15097/20 del 06.07.2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI n.3 LAVAPADELLE COMPLETE DI ARREDI

Si informa che l'ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto per la fornitura di n.3 lavapadelle complete di arredi per il Presidio Ospedaliero di Esine.

L'apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- lavapadelle automatica dedicata a svuotamento, lavaggio, risciacquo, disinfezione termica e asciugatura di padelle, pappagalli e contenitori clinici per raccolta urine
- completa di tutti i supporti necessari per l'alloggiamento di padelle e pappagalli
- dotata di sistema di aggancio e bloccaggio padelle e pappagalli in posizione dritta (con manico verso l'esterno)
- dotata di sistema di ribaltamento e svuotamento automatico di padelle e pappagalli durante il lavaggio
- apertura/chiusura automatica dello sportello tramite sensore o pedale
- struttura a colonna monoblocco realizzata interamente in acciaio inossidabile con un unico scarico ed un unico allaccio fluidi compatibili con gli attuali impianti, senza necessità di interventi strutturali ed impiantistici (**sopralluogo obbligatorio**)
- possibilità di impostare diversi cicli di lavaggio
- display completo dei tasti per avvio del ciclo, per le funzioni di programmazione, per la scelta delle opzioni del ciclo e per le informazioni di convalida e fine ciclo;
- generatore di vapore autonomo incorporato
- sistema anticalcare
- il ciclo di lavaggio e disinfezione non deve prevedere l'utilizzo di detersivi

L'apparecchiatura deve possedere tutte le omologazioni previste dalle normative che regolano la produzione di tali dispositivi, normative CEI – IEC, normative UNI, normative ISPESL, marchio CE.

Ogni apparecchiatura dovrà essere completa di:

- vuotatoio in acciaio inox completo di rubinetto di dimensioni indicative di 50*60*100 cm
- banco lavello in acciaio inox completo di vasca di lavaggio e miscelatore a leva lunga di dimensioni indicative di 110*60*90 cm
- pensile chiuso porta accessori in acciaio inox, preferibilmente con ante scorrevoli della dimensione indicativa di cm.115(l)*40(p)*60(h)
- vuotatoio, banco lavello, pensile e lavapadelle devono essere indipendenti uno dall'altro e quindi al bisogno sostituibili singolarmente.

Si ricorda che le caratteristiche indicate sono a puro titolo indicativo, saranno poi maggiormente



dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato nella successiva fase di gara.

IMPORTO DELLA FORNITURA

La fornitura ammonterà a circa € 21.000,00 (IVA esclusa).

REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla futura procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, purchè in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. Dovranno inoltre essere iscritti come "Operatore Economico" sulla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e inseriti nell'elenco fornitori telematico dell'ASST della Valcamonica.

In caso di interesse alla procedura, le ditte sono invitate a darne comunicazione entro la data di **VENERDI' 17 LUGLIO 2020 ORE 12.00** all'indirizzo stb@asst-valcamonica.it riportando come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura di n.3 lavapadelle complete di arredi".

Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportate le seguenti informazioni e/o dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico, nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario della manifestazione stessa;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini puramente esplorativi per individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto; gli operatori economici, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della stessa.

Per eventuali chiarimenti o necessità è possibile rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica: Responsabile Ing. Chiara Guirri (tel 0364.369461)

Servizio di Ingegneria Clinica
IL RESPONSABILE
(Ing. Chiara Guirri)