

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 526 del 03/11/2020 AGRM N. 363/2020

OGGETTO: DGR XI/2903/2020: Emergenza Covid-19. Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 co.2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 e smi: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: Z6F2EE65C9

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2020;
- con decreto n.621/2018 e n. 77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR XI/2903/2020 "Prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di concerto con gli assessori Gallera, Caparini e Feroni)" è stata messa a disposizione dell'ASST della Valcamonica la cifra di € 1.000.000,00 per fronteggiare gli acquisti urgenti di apparecchiature necessarie per l'emergenza in corso;
- visto lo stato di emergenza dovuto al rapido aumento dei pazienti affetti da Covid-19, secondo le indicazioni della Direzione Strategica, come da mail agli atti, a seguito della riorganizzazione logistica e strutturale delle unità adibite a rianimazione, è necessario dotare urgentemente l'UOC Cardiologia di una centrale di monitoraggio. In questo modo si potrà effettuare il monitoraggio dei pazienti ricoverati nel reparto, rendendosi indipendenti dalla centrale ubicata presso l'UOS Unità Cura Coronarica che in caso di necessità potrà essere convertita in rianimazione Covid-19;
- con determinazione dirigenziale digitale n.492/2020 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, del seguente bene:

BENE	UO DESTINATARIA	BASE D'ASTA (iva esclusa)	CIG	COPERTURA ECONOMICA
n.1 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia	3160700 UOC Cardiologia	€ 11.000,00	Z6F2EE65C9	DGR XI/2903/2020 Emergenza Covid-19

DATO ATTO CHE:

- è stata invitata a presentare offerta la ditta SIDEM SPA poiché essendo il reparto dotato di n.8 telemetrie mod. TRX4851A, si necessita di una centrale di monitoraggio compatibile con le stesse, di marca PHILIPS, il cui rivenditore ufficiale regionale è appunto la ditta sopra indicata;
- la procedura, ID SinTel 130501241, ha dato il seguente esito, come risulta dal "Report di procedura" che allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale:

APPARECCHIATURA	DITTA PARTECIPANTE	BASE D'ASTA (Iva esclusa)	OFFERTA ECONOMICA (Iva esclusa)
n.1 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia	SIDEM SPA	€ 11.000,00	€ 11.000,00

EVIDENZIATO che:

- il D.L. n.34/2020, art. 124 "Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", al comma 2 recita: "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

- il bene oggetto del presente provvedimento rientra tra i beni elencati nel comma 1 e risulta pertanto esente da IVA;

VISTI:

- gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" della ditta SIDEM SPA, prodotti dal portale SinTel;

CONSIDERATO che:

- l'acquisto di cui al presente provvedimento rientra del Piano degli Investimenti 2020, DGR XI/2903/2020 – Emergenza Covid-19, alla voce "DGR_2903";

RITENUTO di procedere all'acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020 denominato "Decreto semplificazioni" e convertito con legge n.120/2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020 denominato "Decreto semplificazioni" e convertito con legge n.120/2020, alla SIDEM SPA la fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale, e così riassunte:

APPARECCHIATURA	CIG	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA ESENTE)	DITTA AGGIUDICATARIA	COPERTURA ECONOMICA
n.1 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia	Z6F2EE65C9	€ 11.000,00	SIDEM SPA	DGR XI/2903/2020 Emergenza Covid-19

2 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del Codice sulla base di quanto specificato all'art.7 del capitolato tecnico di gara;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 11.000,00 ESENTE IVA ai sensi del D.L. n.34/2020 art.124;

4 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs 50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) l'Ing. Chiara Guirri, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
Ing. Francesco Mazzoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: DGR XI/2903/2020: EMERGENZA COVID-19. FORNITURA URGENTE DI N.01 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER L'UOC CARDIOLOGIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 CO.2 LETT.C) DEL D.LGS.50/2016 E SMI: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 30/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.000,00 annotato nel Bilancio 2020, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA esente)	Bilancio Territoriale (IVA esente)	Totale (IVA esente)	Annotazioni
2020	n.01 centrale di monitoraggio	020300100 attrezzature sanitarie	3160700 UOC Cardiologia	DGR XI/2903/2020 Emergenza Covid-19	DGR_2903	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	
		TOTALE				€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 02/11/2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**EMERGENZA COVID-19 – FORNITURA URGENTE DI
 N.01 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER L'UOC CARDIOLOGIA**

CIG: Z6F2EE65C9

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO	DOTT. AMABILE PIETRO MANDELLI		
NATO A	MERATE (LC)	IL	10/11/1966
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	LEGALE RAPPRESENTANTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	S.I.D.E.M. S.p.A.		
SEDE LEGALE in	BELLUSCO (MB)	CAP	20882
VIA/PIAZZA	BERGAMO	n° civ	94
TELEFONO	039 606771	N° Fax	039 6883289
PEC	sidempas@legalmail.it	MAIL	commerciale@sidempas.it
CODICE FISCALE	06664600159	P. IVA	00833160963
CANALE RICEZIONE NSO	Y6EM4H47		

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
PHILIPS PATIENT INFORMATION CENTER iX ENTERPRISE	866389_OVR	Z12030201	1762806	01	€ 11.000,00 (UNDICIMILA/00)	€ 11.000,00 (UNDICIMILA/00)
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 11.000,00						

Oneri per la sicurezza ricompresi nell'importo offerto pari ad € 55,00 (CINQUANTACINQUE/00)

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valcamonica

**EMERGENZA COVID-19 – FORNITURA URGENTE DI
N.01 CENTRALE DI MONITORAGGIO PER L'UOC CARDIOLOGIA**

CIG: Z6F2EE65C9

OFFERTA ECONOMICA

La ditta con la sottoscrizione della presente offerta dichiara di garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, nonché la fornitura di eventuali aggiornamenti, per almeno 10 anni a decorrere dalla data di collaudo.

DATA 27/10/2020

Ns. Offerta 2020/6058990/CC/rd

S.I.D.E.M. S.p.A.
- Dott. Amabile Pietro Mandelli -

Legale Rappresentante

****Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante****

Report della Procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia n. 130501241 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	130501241
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia
<i>Codice CIG</i>	Z6F2EE65C9
<i>Num. Protocollo</i>	2247749
<i>Num. Protocollo Ente</i>	22534/20
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33195000-3 - Sistema di controllo dei pazienti a distanza
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Mazzoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto
Modalità offerta economica? Valore economico
Base dell'asta 11.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 26 ottobre 2020 10.30.41 CET
Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 29 ottobre 2020 18.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto d'Integrità di Regione Lombardia	Firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione Sostitutiva	Corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato Tecnico	Firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Descrizione dettagliata della fornitura offerta	Da firmare digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Scheda tecnica	della centrale offerta, in lingua italiana	Informativo	Libero		Allegato	
Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE		Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
modalità di esecuzione del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica	Descrizione dettagliata, firmata digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	Firmata digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SIDEM
<i>Login</i>	user_5465
<i>Indirizzo e-mail</i>	sidemspa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00833160963
<i>Indirizzo</i>	VIA BERGAMO 94, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039606771

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1603873544970
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	SIDEM
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 28 ottobre 2020 9.25.44 CET
<i>Prezzo offerto</i>	11.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
-------------------------	--------

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 30 ottobre 2020 9.50.12 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241) è iniziata.
venerdì 30 ottobre 2020 9.50.09 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1603873544970) della Procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 ottobre 2020 9.50.09 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241) è stata completata.
venerdì 30 ottobre 2020 9.44.11 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241) è iniziata.
venerdì 30 ottobre 2020 9.44.03 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1603873544970) della Procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 ottobre 2020 9.42.39 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5465 sulla Procedura con ID 130501241 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 ottobre 2020 18.01.10 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241).
mercoledì 28 ottobre 2020 9.25.44 CET	Invio Offerta	L'offerente SIDEM ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura urgente di

Data	Oggetto	Testo
		n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241).
martedì 27 ottobre 2020 10.30.38 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 130501241
lunedì 26 ottobre 2020 10.30.58 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241).
lunedì 26 ottobre 2020 10.30.42 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura urgente di n.01 centrale di monitoraggio per l'UOC Cardiologia (ID 130501241). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	130566187
<i>Data di invio</i>	martedì 27 ottobre 2020 10.26.24 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	SIDEM (SIDEM), ricevuto in data mercoledì 28 ottobre 2020 9.19.36 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si trasmette risposta al chiarimento da Voi richiesto, ns prot. n.22654/20 del 27.10.2020. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio Ingegneria Clinica ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, Rif. Art.2 pag. 1 Capitolato Tecnico viene richiesto "Centrale di monitoraggio per n.08 telemetrie PHILIPS TRX4851A, già in dotazione" Si chiede se è considerato equivalente la fornitura di una Centrale Client da 14 posti letto collegabile alla centrale esistente in Unità Coronarica, che permette il controllo e la visualizzazione da due aree distinte dei n. 6 monitor IntelliVue e n. 8 Telemetrie attualmente installati nel reparto di Cardiologia e Unità Coronarica. In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_CENTRALE MONITORAGGIO.pdf

	<p>Dimensioni: 235 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): pym9oFX0C/oG4iG4SOCWRQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afcae84dde050a04b830da08de73a647947b1506</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 070dfc89032565d9866243326fe727c- bc8dc5bd51fbc7c1b180d39ca31d6db0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	130518090
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 ottobre 2020 12.52.18 CET
<i>Mittente</i>	SIDEM (SIDEM)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 27 ottobre 2020 8.23.32 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Rif. Art.2 pag. 1 Capitolato Tecnico viene richiesto “Centrale di monitoraggio per n.08 telemetrie PHILIPS TRX4851A, già in dotazione” Si chiede se è considerato equivalente la fornitura di una Centrale Client da 14 posti letto collegabile alla centrale esistente in Unità Coronarica, che permette il controllo e la visualizzazione da due aree distinte dei n. 6 monitor IntelliVue e n. 8 Telemetrie attualmente installati nel reparto di Cardiologia e Unità Coronarica. In attesa di un Vs. cortese riscontro, si porgono cordiali saluti