

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 740 del 29/12/2020 AGRM N. 443/2020**

**OGGETTO:** Aggiudicazione della fornitura di adattatori vie respiratorie monouso da utilizzare sui sensori Co2 Philips in dotazione all'interno dell'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per il periodo 11.1.2021-31.12.2024.

CIG: Z232FB8EC8

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA  
GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- all'interno dell'UOC di Anestesia e Rianimazione si rileva la necessità della fornitura di adattatori per tubo endotracheale monouso da utilizzare su sensore Co2 di n.6 monitor parametri vitali, fino ad oggi acquistati in economia;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.50/2016 e smi;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L. n.488/1999 e smi né convenzioni ARCA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL n.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

**VERIFICATO** che l'art.15 co.13 lett.d) della L. n.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016;

### **DATO ATTO CHE:**

- in data 25.11.2020 è stato pubblicato sul sito aziendale e sul portale SinTel un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.1 ditta ha manifestato interesse a partecipare (Sidem SpA), registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel;

- con determinazione dirigenziale digitale n.689/2020 sono stati predisposti gli atti di gara per l'affidamento della fornitura tramite RDO in SinTel;

- in data 15.12.2020 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, con scadenza entro cui presentare offerte prevista entro le ore 10:00 del 22.12.2020;

### **PRESO ATTO** che:

- a causa dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile lo scenario futuro;

- le regole di sistema 2021 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2021 non sono al momento pervenute;

**DATO ATTO** che per l'esercizio 2021 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella approvata con il Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2020, poiché tali consumabili venivano precedentemente acquistati in economia;

**DATO ATTO** altresì che nel caso la normativa in materia e le "Regole di Gestione 2021" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2021 che sarà prossimamente adottato;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

### **VISTI:**

- l'allegato "Documento d'Offerta" prodotto dal portale SinTel;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine all'annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare alla Sidem SpA di Bellusco (Mb) la fornitura di adattatori per vie respiratorie monouso da utilizzare su sensori Co2 Philips in dotazione all'interno dell'UOC Anestesia e Rianimazione dell'ASST della Valcamonica, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016, per il periodo 11.1.2021-31.12.2024, alle condizioni tecniche ed economiche riassunte nella tabella sottoriportata e nel Documento d'Offerta che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

PRODOTTO	CODICE	CND	RDM	CF	FABB. 4 ANNI	OFFERTA CAD (iva escl.)
Adattatore vie respiratorie	M2533A	Z1203019080	75841	1 cf da 10 pz	400pz	€ 16,30

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 7.954,40 (di cui € 1.434,40 per IVA al 22%), così composto:

- anno 2021: € 1.988,60 (di cui € 358,60 per iva al 22%);
- anno 2022: € 1.988,60 (di cui € 358,60 per iva al 22%);
- anno 2023: € 1.988,60 (di cui € 358,60 per iva al 22%);
- anno 2024: € 1.988,60 (di cui € 358,60 per iva al 22%);

4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016, quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Denise Petenzi Coordinatore Infermieristico dell'UOC Anestesia e Rianimazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE AREA  
GESTIONE RISORSE MATERIALI  
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ADATTATORI VIE RESPIRATORIE MONOUSO DA UTILIZZARE SUI SENSORI CO2 PHILIPS IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DELL'UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'ASST DELLA VALCAMONICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, PER IL PERIODO 11.1.2021-31.12.2024.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 7.954,40 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI (anni successivi)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
11.1.2021 – 31.12.2021	4001000401 Dispositivi Medici: app sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico, CND Z	3200200 UOC Anestesia e Rianimazione	€ 1.988,60	€ 0,00	€ 1.988,60	
1.1.2022- 31.12.2022	4001000401 Dispositivi Medici: app sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico, CND Z	3200200 UOC Anestesia e Rianimazione	€ 1.988,60	€ 0,00	€ 1.988,60	
1.1.2023- 31.12.2023	4001000401 Dispositivi Medici: app sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico, CND Z	3200200 UOC Anestesia e Rianimazione	€ 1.988,60	€ 0,00	€ 1.988,60	
1.1.2024- 31.12.2024	4001000401 Dispositivi Medici: app sanitarie e relativi componenti accessori e materiale radiografico, CND Z	3200200 UOC Anestesia e Rianimazione	€ 1.988,60	€ 0,00	€ 1.988,60	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 7.954,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.954,40</b>	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 28.12.2020

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

---

# Documento d'offerta

Adattatori per tubo endotracheale monouso

## Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto .....	1
Informazioni sul fornitore .....	1
Offerta .....	1
Prodotti dell'offerta .....	2

## Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Adattatori per tubo endotracheale monouso
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	132504045

## Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	SIDEM
------------------------	-------

## Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di caricare un file zippato contenente: • il "Patto d'Integrità di Regione Lombardia", firmato digitalmente per accettazione; • la "Dichiarazione Sostitutiva" corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.RAR  Dimensioni: 546 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): qWJEGU6TaaGLFOckSonPwA==  Hash(SHA-1-Hex): 026ed7461cd23276fc24852f2de09ecf12c26f45

	Hash(SHA-256-Hex): e05fef0687bc8cb86a1f3fdd7c3da15-f351a5d914ad27de5decfda973c842015
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire un file zippato contenente: - la scheda tecnica del prodotto offerto; - una dichiarazione di compatibilità rilasciata dal fornitore (in caso di fornitura di materiale equivalente/compatibile).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	M2533A_SCHEDA_TECNICA.pdf.p7m
	Dimensioni: 290 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): FGdSrI/v3fKePLCH1EAE4A==
	Hash(SHA-1-Hex): bf92ec2495611d914511d2543e6eb5285c92577a
	Hash(SHA-256-Hex): eff27af4217814a48fc86a8229ceca2-bca61b18eaba66e2edb2a527c23ec2240
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	6.520,00000 EUR

## Prodotti dell'offerta

<i>Prodotto</i>	Adattatore vie respiratorie
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	16,30 EUR
<i>Unità di misura</i>	PZ
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Z1203019080 - STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE.
<i>Parametri del Prodotto</i>	Adattatore vie respiratorie
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	75847

---

<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	Z1203019080

**PHILIPS**

SCHEDA TECNICA:

**CODICE PRODOTTO M2533A**

TIPO DI PRODOTTO	ADATTATORE VIE RESPIRATORIE
TIPO DI MONITORAGGIO	MAINSTREAM CO2
APPLICAZIONE PAZIENTE	ADULTO, PER TUBO ENDOTRACHEALE MAGGIORE DI 4mm
CONFEZIONAMENTO	1 SCATOLA= 10 ADATTATORI
PESO	0,100 Kg
DA USARE CON PHILIPS	SENSORE MAINSTREAM CO2 COD. M2501A
	CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42/EEC, E ALLE NORMATIVE CE IN VIGORE
DA USARE CON SRUMENTI PHILIPS	INTELLIVUE C.0



CO <sub>2</sub> Airway Adapters	Model	ET Tube Size	Deadspace
Reusable	M2513A (Adult/Pediatric) - black	> 4.0mm	< 5cc
	M2516A (Infant/Neonatal) - red	≤ 4.0mm	<1 cc
Single-Patient Disposable	M2533A (Adult/Pediatric) - clear	> 4.0mm	< 5cc
	M2536A (Infant/Neonatal) - violet	≤ 4.0mm	<1 cc

Soluzione di monitoraggio della CO<sub>2</sub> Mainstream Philips IntelliVue

Codice prodotto	Descrizione	Confezione	Per l'uso con:
M2501A CE	Sensore CO <sub>2</sub> Mainstream	1 sensore	Modulo di estensione per Capnografia M3014A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, Modulo Multiparametrico □: M3002A
M2513A CE	Adattatore per tubo endotracheale riutilizzabile, per adulti/ pediatrico (colore: nero) Dimensioni tubo endotracheale: maggiore di 4 mm, spazio morto meno di 5cc	1 adattatore	Sensore M2501A con Modulo di Estensione per Capnografia M3014A, Monitor: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Modulo Multiparametrico □: M3002A
M2516A CE	Adattatore per tubo endotracheale riutilizzabile per misurazione CO <sub>2</sub> , infantile/neonatale (colore: rosso) Dimensioni tubo endotracheale: inferiore a 4 mm, spazio morto meno di 1 cc	1 adattatore	Sensore M2501A con Modulo di Estensione per Capnografia M3014A, Monitor: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Modulo Multiparametrico □: M3002A
M2533A CE	Adattatore per tubo endotracheale monouso, su paziente singolo, per misurazione CO <sub>2</sub> , per adulti/pediatrico (colore: trasparente) Dimensioni tubo endotracheale: maggiore di 4 mm, spazio morto meno di 5 cc	10 adattatori	Sensore M2501A con Modulo di Estensione per Capnografia M3014A, Monitor: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Modulo Multiparametrico □: M3002A
M2536A CE	Adattatore per tubo endotracheale monouso, su paziente singolo, per misurazione CO <sub>2</sub> , infantile/neonatale (colore: viola) Dimensioni tubo endotracheale: inferiore a 4 mm, spazio morto meno di 1 cc	10 adattatori	Sensore M2501A con Modulo di Estensione per Capnografia M3014A, Monitor: MP5: M8105A, MP2: M8102A, Modulo Multiparametrico □: M3002A