



## SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Sede di ESINE  
Tel. 0364/369461 – fax 0364/369519  
e-mail: [stb@asst-valcamonica.it](mailto:stb@asst-valcamonica.it)

Classificazione: 1.6.3 Data documento 15.01.2021

PROT. 1038/21 DEL 15.01.2021

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AGGIORNAMENTO ALL'ULTIMA REVISIONE SW DEL SISTEMA SIRIUS PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA

Si informa che l'ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto per la fornitura dell'aggiornamento all'ultima revisione software del sistema Sirius per il monitoraggio della temperatura di frigoriferi e congelatori già monitorati dell'ASST Valcamonica.

Il SW dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- possibilità di gestione di almeno 150 sonde di temperatura/umidità
- compatibilità con i datalogger attualmente installati mod Marconi Spy U1-U2-N1-T+
- versione server (installazione server in data center regionale)

La fornitura dovrà essere comprensiva di installazione e formazione e dovrà essere dotata di tutti gli accessori e i collegamenti necessari per il perfetto funzionamento di tutte le componenti del sistema.

Nella fornitura sarà prevista anche la possibilità di acquisto di circa 10 datalogger per frigocongelatori con display (indicativamente -50 ... +105°C).

Le caratteristiche indicate sono a titolo indicativo, saranno poi maggiormente dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato alla successiva fase di gara.

#### IMPORTO DELLA FORNITURA

La base d'asta ammonterà a circa € 14.000,00 (IVA esclusa).

#### REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla futura procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, purchè in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Dovranno inoltre essere iscritti come "Operatore Economico" sulla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e inseriti nell'elenco fornitori telematico dell'ASST della Valcamonica.

In caso di interesse alla procedura, le ditte sono invitate a darne comunicazione entro la data di **VENERDI' 22 GENNAIO 2021 ORE 18.00** all'indirizzo [stb@asst-valcamonica.it](mailto:stb@asst-valcamonica.it) riportando come oggetto "Manifestazione di interesse per l'aggiornamento all'ultima revisione software del sistema Sirius".

Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportate le seguenti informazioni e/o dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico, nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario della manifestazione stessa;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini puramente esplorativi per individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto; gli operatori economici, per il solo interesse manifestato, non



potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della stessa.

Per eventuali chiarimenti o necessità è possibile rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica: Responsabile Ing. Chiara Guirri (tel 0364.369461).

Servizio di Ingegneria Clinica  
IL RESPONSABILE  
(Ing. Chiara Guirri)

*Chiara Guirri*