



Decreto n. 796 del 02/12/2021

OGGETTO: Fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Esine (Bs) ai sensi dell'art.1 co.2 lett.b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 8887482628 - CUP: C49J2000167000

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" veniva approvato il Piano degli Investimenti esercizio 2021;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- si rende necessario procedere alla sostituzione degli arredi del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine in quanto quelli in dotazione risultano ormai obsoleti e non più conformi alla normativa vigente;

- la Direzione Aziendale ha approvato tale acquisto procedendo allo stanziamento di una somma pari ad € 150.000,00 IVA compresa, che trova copertura con decreto n.362/2020 "AIUTIAMO L'OSPEDALE - Emergenza Coronavirus. Ricognizione delle donazioni ricevute e conseguente finalizzazione" tramite il quale l'ASST della Valcamonica prende atto delle donazioni ricevute nell'ambito dell'iniziativa "Aiutiamo l'Ospedale, Emergenza Coronavirus";

- con DGR n.XI/3479/2020 del 5.8.2020 Allegato 3 Regione Lombardia ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.50/2016 e del DL 76/2020 denominato "decreto semplificazioni" e convertito in L.120/2020, integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARCA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente atto;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL n.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

VERIFICATO che l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

DATO ATTO che:

- è stato pubblicato sul sito aziendale e sul portale SinTel un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.10 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.778/2021 con la quale si è proceduto all'indizione di gara ai sensi dell'art.1 co.2 lettera b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021;

CONSIDERATO che:



- alla scadenza per la presentazione delle offerte fissata in data 9.10.2021 alle ore 12:00 ha presentato offerta solamente un concorrente: Ahsi SpA;
- con Determinazione Dirigenziale n.935/2021 si è provveduto alla nomina del seggio di gara e della commissione per la valutazione delle offerte tecniche;
- in data 10.11.2021 il seggio di gara ha proceduto all'apertura delle buste amministrative, come da verbale;
- in data 19.11.2021 la commissione tecnica si è riunita per l'assegnazione dei punteggi tecnici sulla base dei vari criteri indicati nel capitolato, come da verbale e da "foglio di lavoro attribuzione punteggio tecnico";

VISTO l'"All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio" e il Report generato dalla piattaforma;

CONSIDERATO che:

- il presente contratto rientra tra quelli per cui è previsto il riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che "le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti" per attività legate al contratto, da ripartire sulla base di apposito Regolamento aziendale;
- l'importo esatto della somma da accantonare verrà definito a seguito di confronto con Regione Lombardia che ne autorizzerà l'iscrizione a bilancio;
- la ripartizione tra gli aventi diritto avverrà sulla base dell'apposito Regolamento Aziendale approvato con decreto n.689/2021 e successive revisioni;

CONSIDERATO che il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2021 alle voci "Donazioni Covid 2020" e "DGR XI/3479/2020 ALL.3";

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Referente dell'UO;
- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2021;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare la fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs) ai sensi dell'art.1 co.2 lett.b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021, alla Ahsi SpA di Bernareggio (TV) alle condizioni tecniche ed economiche riportate nei verbali del seggio e della commissione, nell'"All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio" e nel Report che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 141.737,16 (di cui € 25.559,16 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il Coordinatore



Tecnico del Laboratorio Simona Salvadori;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL'OSPEDALE DI ESINE (BS) AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA B) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.120/2020 E INTEGRATO DAL DL N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.108/2021: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/11/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/11/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MAZZOLI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 141.737,16 annotata nel Bilancio dell'esercizio 2021, i conti di riferimento sono:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2021	Arredi tecnici da laboratorio	0203000930 altri beni mobili sanitari 2002000705 DONAZIONI_COVID-19_ANNO 2020	3210300 UOC Laboratorio Analisi (Patologia Clinica) Esine	Donazioni di cui al dec.362/2020	DN_COVID	€ 140.356,96	€ 0.00	€ 140.356,96	
2021	Arredi tecnici da laboratorio	0203000930 altri beni mobili sanitari 2002000134 CONTRIBUTO DGW XI/3479/2020 ALL 3 PROGR_REG_STRAOR_INV	3210300 UOC Laboratorio Analisi (Patologia Clinica) Esine	DGR XI_3479_2020 ALLEGATO_3	DGR_3479_3	€ 1.380,20	€ 0.00	€ 1.380,20	
TOTALE						€ 141.737.16	€ 0.00	€ 141.737.16	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000930 "Amm.to altri beni mobili sanitari) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 30.11.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Verbale n.39/AGRM/2021

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs)

Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale di indizione n.778/2021 ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs) ai sensi dell'art.1 co.2 lettera b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016.

In data 10.11.2021 alle h.9.15 si è riunito il seggio di gara così composto:

- Ing. Francesco Mazzoli, Direttore AGRM, presidente;
- Paola Lascioli, dipendente AGRM, componente;
- Gessica Vaira, dipendente AGRM, con funzione di verbalizzante

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12.00 del 9.10.2021, come previsto dall'art.13 del disciplinare di gara, ha presentato domanda solamente un concorrente, per il quale viene controllato il corretto invio della documentazione amministrativa richiesta:

DITTE	Capitolato di gara	Disciplinare di gara	Domanda di partecipazione	Patto di integrità	DGUE	Certificato avvenuto sopralluogo	Ricevuta pagamento contributo ANAC
AHSI SPA	X	X	X	X	X	X	X

NOTE

sulla verifica della documentazione amministrativa ed eventuale ricorso al Soccorso Istruttorio:


Nessun ricorso al soccorso istruttorio.

SI DICHIARA:

che la documentazione amministrativa presentata risulta regolare. Si procede con la nomina della commissione tecnica per la valutazione del progetto presentato.

La seduta termina alle h.9.45

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
Francesco Mazzoli - AGRM	
Paola Lascioli - AGRM	

Breno, 10.11.2021

IL VERBALIZZANTE

Gessica Vaira



**Verbale n.40/AGRM/2021****VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA****Fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs)**

Questa Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale di indizione n.778/2021 ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs) ai sensi dell'art.1 co.2 lettera b) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020 e integrato dal DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016.

Con determinazione dirigenziale n.935/2021 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.12.00 del 9.10.2021, come previsto dall'art.13 del disciplinare di gara, ha presentato offerta solamente un concorrente, per il quale è stato controllato il corretto invio della documentazione amministrativa (verbale del seggio di gara n.39 del 10.11.2021):

DITTE	Controllo documentazione amministrativa
AHSI SPA	SI

In data 19.11.2021 alle h.8.45 si è riunita la commissione tecnica deputata alla valutazione dell'offerta tecnica, così composta:


- Presidente: Dr.ssa Graziella Bonetti Direttore del Laboratorio di Patologia Clinica;
- Componente: Francesco Minolfi, Responsabile Ufficio Tecnico;
- Componente: Ing. Chiara Guirri, Responsabile STB
- Verbalizzante: Gessica Vaira, Assistente Amministrativo in servizio presso l'AGRM

La commissione effettua l'analisi della documentazione tecnica presentata dall'unica ditta partecipante e, in considerazione dei criteri previsti all'interno della documentazione di gara, inserisce i punteggi attribuiti all'interno del file excel, allegato al presente verbale e le relative motivazioni.

Alle h.10:00 i commissari dichiarano chiuse le attività della commissione tecnica, provvedendo a consegnare al RUP il verbale ed il file compilato con i punteggi attribuiti, ai fini del proseguimento della procedura di gara.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:



NOME E COGNOME	FIRMA
Dr.ssa Graziella Bonetti	
Francesco Minolfi	
Ing. Chiara Guirri	

Breno, 19.11.2021

IL VERBALIZZANTE

(Gessica Vaira)


Vaira Gessica

Fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica dell'ospedale di Esine (Bs)



OPERATORE ECONOMICO:		AHSI SRL								
CRITERIO		OGGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO COMM 1	PUNTEGGIO COMM 2	PUNTEGGIO COMM 3	MEDIA	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO RIPARAMETRATO	MOTIVAZIONE
PROGRAMMA DI CONSEGNA E MONTAGGIO	1.1	tempi massimi per la consegna e il successivo montaggio degli arredi	10	0,5	0,5	0,5	0,5	5		La fase di produzione incide notevolmente sui tempi di consegna
	1.2	progetto organizzativo per lo stoccaggio e il montaggio degli arredi finalizzato a limitare il più possibile i disagi per l'attività del Laboratorio	15	0,9	0,9	0,9	0,9	13,5		L'installazione nei fine settimana permette la continuità dell'attività diagnostica di Laboratorio
BANCHI DA LABORATORIO	2.1	capacità di carico	4	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2		Adeguata alla strumentazione presente in Laboratorio
	2.2	sistema di distribuzione dei servizi con pannelli tecnici modulari	3	1	1	1	1,00	3,00		Distribuzione uniforme e personalizzabile su tutta la lunghezza del banco
	2.3	materiali utilizzati per i pannelli portaservizi	3	0,9	0,8	0,8	0,83	2,50		Buona la qualità dei materiali
	2.4	materiali utilizzati per le strutture e piantane	4	0,8	0,8	0,9	0,83	3,33		Buona la qualità dei materiali
	2.5	presenza di piastre dedicate ad una singola categoria di utenze	3	1	1	1	1,00	3,00		non esistono pannelli con utenze miste ma ogni pannello ha una singola tipologia di utenze
	2.6	design ed estetica degli arredi tecnici proposti	3	0,8	0,9	0,9	0,87	2,60		I sistemi sono flessibili e sono svincolati dagli elementi strutturali del Laboratorio
	2.7	funzionalità degli arredi, il dettaglio e finitura degli accessori	4	0,8	0,9	0,9	0,87	3,47		la soluzione proposta risulta pienamente rispondente all'attività di Laboratorio
	2.8	tipologia di cerniere e apertura dei mobiletti	3	0,9	0,9	0,9	0,90	2,70		Apertura 265° e viti non a vista
	2.9	tipologia di verniciatura superficiale delle parti metalliche	3	0,8	0,8	0,8	0,8	2,4		Resistente ad agenti aggressivi utilizzabili in Laboratorio
POSTAZIONI MOBILI CARRELLATE	3.1	capacità di carico	4	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6		capacità di carico di 700Kg adeguata alle apparecchiature presenti in Laboratorio
	3.2	materiali utilizzati per la struttura	4	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2		Buona la qualità dei materiali
	3.3	possibilità di spostare l'altezza del piano di lavoro in qualsiasi momento anche successivo alla vendita senza l'integrazione di alcun elemento	4	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2		Altezza variabile adeguata all'attività del Laboratorio
	3.4	possibilità di trasformare il banco mobile in fisso mediante speciali piedi di fissaggio	3	0,9	0,9	0,9	0,9	2,7		Le ruote hanno un semplice sistema di conversione da mobile a fisso (zoccolo)
			70					57,4		

Procedura di gara per la fornitura di arredi tecnici per le esigenze del Laboratorio di Patologia Clinica presso il PO di Esine dell'ASST della Valcamonica

COMPILARE SOLTANTO LE CELLE DI COLORE AZZURRO

IL SOTTOSCRITTO	FEDELE DI PALMA		
NATO A	MILANO	IL	21/11/1959
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	AMMINISTRATORE DELEGATO		
DEL/LA (Denominazione e ragione sociale)	AHSI S.P.A.		
SEDE LEGALE Cap	20881	Città	BERNAREGGIO (MB)
Via/Piazza	DELLE INDUSTRIE	n° civ	33
SEDE OPERATIVA Cap	20881	Città	BERNAREGGIO (MB)
NUMERO DI TELEFONO	039/6827.1	N° Fax	039/6827.500
e- mail	gare@ahsi.it	PEC	offerte.ahsi@pec.it
CODICE FISCALE	IT 02481080964	PARTITA IVA	IT 02481080964

	1 - LABORATORIO MICROBIOLOGICO Progetto	Quantità	1 - LABORATORIO MICROBIOLOGICO Proposta del concorrente	Quantità	Costo unitario banco (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	Costo totale (IVA esclusa) (compreso il montaggio)
Laboratorio 1	1.1 Banco a parete ad "L", da cm 240+180x90x90/125h	1	Banco a parete ad "L" MECC, da mm 2400+1800x900x900/1250h	1	€ 6.199,00	€ 6.199,00
	1.2 Banco centrale, da cm 420x90/165x90/210/310h	1	Banco centrale MECC, da mm 4200x900/1650x900/2120/3100h	1	€ 12.156,00	€ 12.156,00
	1.3 Banco lavello, da cm 60x90x90/210h	1	Banco lavello MECC, da mm 600x900x900/2120h	1	€ 3.390,00	€ 3.390,00
						€ 0,00
						€ 0,00
						€ 21.745,00

	2 - LABORATORIO PROTEINE IMMUNOLOGIA Progetto	Quantità	2 - LABORATORIO PROTEINE IMMUNOLOGIA Proposta del concorrente	Quantità	Costo unitario banco (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	Costo totale (IVA esclusa) (compreso il montaggio)
Laboratorio 2	2.1 Banco a parete, da cm 480x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 4800x900x900/2120h	1	€ 8.342,00	€ 8.342,00
	2.2 Banco centrale, da cm 360x165x90/210/310h	1	Banco centrale MECC, da mm 3600x1650x900/2120/3100h	1	€ 11.535,00	€ 11.535,00
	2.3 Banco a parete, da cm 240x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 2400x900x900/2120h	1	€ 6.063,00	€ 6.063,00
	2.4 Tavolo a parete, da cm 120x60x90h	1	Tavolo a parete, da mm 1200x600x900h	1	€ 936,00	€ 936,00
	2.5 Tavolo a parete, da cm 120x60x90h	1	Tavolo a parete, da mm 1200x600x900h	1	€ 936,00	€ 936,00

Offerta economica

					€ 0,00
					€ 0,00
					€ 27.812,00

Laboratorio 6	6 - LABORATORIO UNIFICATO Progetto	Quantità	6 - LABORATORIO UNIFICATO Proposta del concorrente	Quantità	Costo unitario banco (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	Costo totale (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	
	6.1	Banco a parete, da cm 480x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 4800x900x900/2120h	1	€ 7.723,00	€ 7.723,00
	6.2	Banco a parete, da cm 420x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 4200x900x900/2120h	1	€ 6.845,00	€ 6.845,00
	6.3	Sistema mobile, da cm 180x90x91h	1	KOMPATTO SMART, da mm 1800x900x910h	1	€ 3.019,00	€ 3.019,00
	6.4	Banco centrale, da cm 300x165x90/210/310h	1	Banco centrale MECC, da mm 3000x1650x900/2120/3100h	1	€ 8.857,00	€ 8.857,00
	6.5	Banco a parete, da cm 420x75/90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 4200x750/900x900/2120h	1	€ 8.605,00	€ 8.605,00
	6.6	Banco centrale, da cm 360x165x90/210/310h	1	Banco centrale MECC, da mm 3600x1650x900/2120/3100h	1	€ 10.722,00	€ 10.722,00
	6.7	Banco a parete, da cm 180x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 1800x900x900/2120h	1	€ 2.748,00	€ 2.748,00
	6.8	Banco a parete, da cm 180x90x90/210h con Tavolo a parete, da cm 120x60x90h	1	Banco a parete MECC, da mm 1800x900x900/2120h con Tavolo a parete, da mm 120x60x90h	1	€ 4.853,00	€ 4.853,00
	6.9	Banco a parete, da cm 180x90x90/210/310h	1	Banco a parete MECC, da mm 1800x900x900/2120/3100h	1	€ 3.150,00	€ 3.150,00
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
						€ 0,00	
					€ 56.522,00		

Laboratorio 7	7 – CENTRIFUGHE Progetto	Quantità	7 – CENTRIFUGHE Proposta del concorrente	Quantità	Costo unitario banco (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	Costo totale (IVA esclusa) (compreso il montaggio)
	7.1	Banco a parete da cm 270x90x90/210h	1	Banco a parete MECC, da mm 2700x900x900/2120h	1	€ 5.232,00
7.2	Armadio contenitore da laboratorio in nobilitato ignifugo, con 4 ripiani regolabili - base metallica con livellatori - cm 90x48x203h - 2 ANTE cieche a battente Con serratura	1	Armadio ALTO EN16121 2 ANTE cieche a battente - mm 900x(480+20)x2030h	1	€ 810,00	€ 810,00

Offerta economica

Lab						€ 0,00
						€ 0,00
						€ 0,00
						€ 6.042,00

Laboratorio 9	9 – ACCETTAZIONE Progetto	Quantità	9 – ACCETTAZIONE Proposta del concorrente	Quantità	Costo unitario banco (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	Costo totale (IVA esclusa) (compreso il montaggio)	
	9.1	Tavolo a parete, da cm 180x60x90h	1	Tavolo a parete, da mm 1800x600x900h	1	€ 1.493,00	€ 1.493,00
	9.2	Tavolo carrellato, da cm 180x75x90h	1	Tavolo carrellato, da mm 1800x750x900h	1	€ 1.282,00	€ 1.282,00
	9.3	Tavolo carrellato, da cm 180x75x90h	1	Tavolo carrellato, da mm 1800x750x900h	1	€ 1.282,00	€ 1.282,00
							€ 0,00
						€ 0,00	
					€ 4.057,00		

€ 116.178,00

Base d'asta non superabile (IVA esclusa)	€ 123.000,00
---	---------------------

TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA)	€ 116.178,00
-------------------------------------	---------------------

Report della Procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica n. 144621264 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	12
Registro di controllo	15
Comunicazioni di Procedura	16
Verbali intermedi	23

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato magrm002_capitolato_tecnico.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi
Laboratorio.xls

Documento disattivato il 05/10/2021 10:44:14

Allegato Schema grafico di progetto-scala 1-200.pdf

Documento Pubblicato

Allegato magrm024_disciplinare_di_gara_sottosoglia.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato All.5_Elenco dettagliato degli arredi offerti.docx

Documento Pubblicato

Allegato All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio corretto.xls

Documento Pubblicato

Allegato DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI n.1_ GARA ARREDI.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Schema grafico di Progetto.dwg

Documento Pubblicato

Allegato Domanda di partecipazione.docx

Documento Pubblicato

Allegato Patto d integrità in materia di contratti pubblici regionali.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Elenco dettagliato degli arredi richiesti.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 144621264

Nome Procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica

Codice CIG 8887482628

<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1925013
<i>Num. Protocollo Ente</i>	19423/21
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	39150000-8 - Arredi ed attrezzature varie
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Vaira Gessica
<i>Login</i>	user_169140
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329204
<i>Nome</i>	Lascioli Paola
<i>Login</i>	user_127432
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329319
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Mazzoli Francesco
<i>Login</i>	user_127427
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329460
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 3 settembre 2021 15.06.33 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	sabato 9 ottobre 2021 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	123.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	123.000,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Prezzo minimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile an-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	che sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"					
Offerta tecnica	Vedasi art. 16 del Disciplinare di gara. Il Concorrente deve caricare una cartella compressa (formato.zip) contenente tutti i documenti ritenuti utili per la valutazione della qualità dei prodotti offerti. Nella cartella compressa dovrà essere inserito anche l' "All.5_Elenco dettagliato degli arredi offerti", compilato con il maggior dettaglio possibile per consentire alla Commissione tecnica di poter chiaramente valutare le soluzioni offerte	Tecnico	Libero	Max: 70,00 Min: 40,00	Allegato	
Offerta Economica	Vedasi art. 17 del Disciplinare di gara Il Concorrente de-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>ve caricare sul Sistema i seguenti documenti: - "All.4_ Offerta economica_detalle prezzi Arredi Laboratorio" relativo alle singole composizioni offerte, che andrà compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente (a pena di esclusione); i prezzi unitari vanno arrotondati alla seconda cifra decimale; - Giustificazioni di cui all'art.97, co.4 del D.Lgs.50/2016;</p>					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	LABOSYSTEM SRL
<i>Login</i>	user_35878
<i>Indirizzo e-mail</i>	labosystem@postacertificata.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01250740139
<i>Indirizzo</i>	Via C. Battisti 29, 22069 ROVELLASCA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0296749160
<i>Ragione sociale</i>	ASEM S.R.L.
<i>Login</i>	user_34862

<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione.atcasem@propec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02340580360
<i>Indirizzo</i>	VIA PESCHIERE, 53/A, 31032 CASALE SUL SILE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0422785536
<i>Ragione sociale</i>	AHSI S.P.A.
<i>Login</i>	user_5459
<i>Indirizzo e-mail</i>	offerte.ahsi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02481080964
<i>Indirizzo</i>	VIALE DELLE INDUSTRIE 33, 20881 BERNAREGGIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03968271
<i>Ragione sociale</i>	TALASSI SRL
<i>Login</i>	user_6032
<i>Indirizzo e-mail</i>	anna@talassiarredamenti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01943640209
<i>Indirizzo</i>	VIA PAROLARA NR 59, 46032 CASTELBELFORTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037642100
<i>Ragione sociale</i>	MOMO LINE SRL
<i>Login</i>	user_25910
<i>Indirizzo e-mail</i>	momoline@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02701341212
<i>Indirizzo</i>	Via circumvallazione esterna 12, 80025 CASANDRINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815053714
<i>Ragione sociale</i>	Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino
<i>Login</i>	user_155631
<i>Indirizzo e-mail</i>	pederzolimobili@pec.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01601770363
<i>Indirizzo</i>	via Achille Grandi 20, 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	053555343
<i>Ragione sociale</i>	Carlo Erba Reagents S.r.l.
<i>Login</i>	user_5812
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.carloerbareagents@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01802940484
<i>Indirizzo</i>	Piazza Erculea, 11, 20122 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029399190
<i>Ragione sociale</i>	ETT S.r.l.
<i>Login</i>	user_75013
<i>Indirizzo e-mail</i>	ett@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04606020875
<i>Indirizzo</i>	Via Carammone n. 5, 95024 ACIREALE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3803299976
<i>Ragione sociale</i>	MONTEPAONE SRL
<i>Login</i>	user_132424
<i>Indirizzo e-mail</i>	montepaonesrl@crpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04980350013
<i>Indirizzo</i>	CORSO LOMBARDIA 75, 10099 SAN MAURO TORINESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112734257
<i>Ragione sociale</i>	Ferraro Arredi Tecnici Srl a s.u.
<i>Login</i>	user_36222
<i>Indirizzo e-mail</i>	ferraroarreditecnicisrl@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00426680096

<i>Indirizzo</i>	Via Brigate Partigiane, 2 , 17014 CAIRO MONTENOTTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	019504671
<i>Ragione sociale</i>	tekno' scientific
<i>Login</i>	user_95532
<i>Indirizzo e-mail</i>	tekno@pec.teknoscientific.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07165460960
<i>Indirizzo</i>	via garibaldi, 39, 20070 VIZZOLO PREDABISSI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0295357488

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1633524509353
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2357763
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	AHSI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 6 ottobre 2021 14.48.29 CEST
<i>Offerta economica</i>	116.178,00000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	46,47000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	116.178,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): gU7ZJV0hOc2u5P4yM93Uqg== Hash(SHA-1-Hex): b1e11c861d84a8083e28c271727abf41d1ae5ff6 Hash(SHA-256-Hex): 02d823c33dd3121a2ce5237a29e3dd8- 693af3c6c3a8ceb039372b325d5ba6b53 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
<i>Offerta tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Offerta tecnica.zip.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: DI PALMA FEDELE Hash(MD5-Base64): duVZRiYes1z9bhUykQEW/g==

	Hash(SHA-1-Hex): 54e7d26d42569fedc31178dedbfdadc25479f25e
	Hash(SHA-256-Hex): b7ab212bfd28c0c0358d3d466b5093d- 722c56643b933bc81c27fc09c31cbe6a5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	Offerta economica.zip.p7m
	Dimensioni: 213 KB
	Firmatari: DI PALMA FEDELE
	Hash(MD5-Base64): 0HCxPzJUn7yQt4ETexiGcw==
	Hash(SHA-1-Hex): 048af3fb94d37ae79b745450a9cc0fe7269750d2
	Hash(SHA-256-Hex): 9d61d0ada2564391b26490b9e03f485- b863ef996f5c23b7bfad9c677fe6ab825
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1633524509353
<i>Fornitore</i>	AHSI S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	mercoledì 6 ottobre 2021 14.48.29 CEST
<i>Offerta economica</i>	116.178,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	57,4
<i>Punteggio totale</i>	57,40
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): gU7ZJV0hOc2u5P4yM93Uqg== Hash(SHA-1-Hex): b1e11c861d84a8083e28c271727abf41d1ae5ff6 Hash(SHA-256-Hex): 02d823c33dd3121a2ce5237a29e3dd8- 693af3c6c3a8ceb039372b325d5ba6b53 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Offerta tecnica (Parametro Tecnico)</i>	Offerta tecnica.zip.p7m Dimensioni: 7 MB Firmatari: DI PALMA FEDELE

	<p>Hash(MD5-Base64): duVZRiYes1z9bhUykQEW/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 54e7d26d42569fedc31178dedbfdadc25479f25e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b7ab212bfd28c0c0358d3d466b5093d- 722c56643b933bc81c27fc09c31cbe6a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	57,40
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	la commissione tecnica ha attribuito il punteggio sopra indicato, si procede con l'aggiudicazione della procedura
<i>Punteggio tecnico</i>	57,4
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Offerta Economica (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 213 KB</p> <p>Firmatari: DI PALMA FEDELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0HCxPzJUn7yQt4ETexiGcw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 048af3fb94d37ae79b745450a9cc0fe7269750d2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9d61d0ada2564391b26490b9e03f485- b863ef996f5c23b7bfad9c677fe6ab825</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 23 novembre 2021 10.33.58 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264) è iniziata.
martedì 23 novembre 2021 10.33.26 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264) è stata completata.
martedì 23 novembre 2021 10.33.26 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1633524509353) della Procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 novembre 2021 9.23.55 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264) è iniziata.
mercoledì 10 novembre 2021 9.23.49 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1633524509353) della Procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 novembre 2021 9.11.03 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5459 sulla Procedura con ID 144621264 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
sabato 9 ottobre 2021 12.00.03 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264).
mercoledì 6 ottobre 2021 14.48.29 CEST	Invio Offerta	L'offerente AHSI S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264).
martedì 5 ottobre 2021 11.44.39 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 144621264
	Nuovo documento disponibile	

Data	Oggetto	Testo
venerdì 24 settembre 2021 15.22.47 CEST		Allegato nuovo documento per procedura 144621264
venerdì 3 settembre 2021 15.06.44 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura arredi tecnici per il Laboratorio di Patologia Clinica (ID 144621264).
venerdì 3 settembre 2021 15.06.34 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 144621264). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	145658821
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 settembre 2021 9.23.12 CEST
<i>Mittente</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data mercoledì 22 settembre 2021 11.26.02 CEST; Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTI GARA ASST DELLA VALLECAMONICA CIG 8887482628
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in merito alla gara della ASST DELLA VALLECAMONICA di cui CIG in oggetto siamo a chiedere alcuni chiarimenti: 1. Nel capitolato è richiesta una postazione mobile ad alta portata certificata EN13150 PENA ESCLUSIONE DALLA GARA: Dal momento che la norma EN13150 NON è APPLICABILE ALLE STRUTTURE SANITARIE (ma solamente alle scuole) Potete chiarire se tale richiesta è valida o se si tratta di un refuso 2. Il disciplinare ordina espressamente che i montaggi siano effettuati nei giorni di sabato e domenica e Che gli arredi vadano stoccati in un magazzino della struttura. Dal momento che è richiesta l'elaborazione di un cronoprogramma per lo stoccaggio e il montaggio degli arredi Potete chiarire i seguenti punti: a. Volume disponibile del magazzino in cui stoccare la merce b. Se il magazzino è raggiungibile agevolmente da mezzi di trasporto e camion c. Se sono disponibili dei vostri mezzi per trasportare la merce dal magazzino ai laboratori d. QUANTO DISTA IL MAGAZZINO DAL LABORATORIO DA ALLESTIRE Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	144843110

<i>Data di invio</i>	mercoledì 8 settembre 2021 13.49.25 CEST
<i>Mittente</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto; Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data lunedì 13 settembre 2021 10.23.35 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon giorno, con la presente siamo a richiedere di poter effettuare il sopralluogo relativo alla gara in oggetto in data 28 settembre. La persona che effettuerà tale sopralluogo è il Dott. Ivan Pecis Mob. +39 340 6841213 / e-mail: pecis@ahsi.it In attesa di conferma porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	145716349
<i>Data di invio</i>	giovedì 23 settembre 2021 12.08.28 CEST
<i>Mittente</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto; Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data giovedì 23 settembre 2021 13.21.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: DATA SOPRALLUOGO Gara CIG 8887482628
<i>Testo del Messaggio</i>	Gent.ma faccio seguito alla comunicazione telefonica intercorsa e sono a comunicarLe i miei riferimenti: Agente Asem Barbieri Massimo via alberazza,25 44042 Cento FE tel 3483861055 cordialmente Barbieri Massimo ----- Testo del messaggio originale: Si conferma il sopralluogo nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 11:30. La persona di riferimento in laboratorio è il Tecnico Valeria Maretti. Si chiede di comunicare nome e cognome della persona incaricata al sopralluogo, si ricorda che dovrà essere munita di green pass e che questo verrà controllato all'ingresso dell'ospedale. Cordiali saluti Gessica Vaira ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo a richiedere data per sopralluogo riferito alla gara in oggetto nella giornata di martedì 28 settembre ore 11.00. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	145262350
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 settembre 2021 8.54.55 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), ricevuto in data martedì 21 settembre 2021 11.21.31 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si conferma sopralluogo per il giorno 28 settembre ore 10 presso il Laboratorio di Patologia clinica di Esine, referente tecnico Valeria Maretti. Cordiali saluti. Vaira Gessica ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno, con la presente siamo a richiedere di poter effettuare il sopralluogo relativo alla gara in oggetto in data 28 settembre. La persona che effettuerà tale sopralluogo è il Dott. Ivan Pecis Mob. +39 340 6841213 / e-mail: pecis@ahsi.it In attesa di conferma porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	145766793
<i>Data di invio</i>	venerdì 24 settembre 2021 15.21.56 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	TALASSI SRL (TALASSI SRL), non ricevuto; MOMO LINE SRL (MOMO LINE SRL), non ricevuto; Carlo Erba Reagents S.r.l. (Carlo Erba Reagents S.r.l.), non ricevuto; ETT S.r.l. (ETT S.r.l.), non ricevuto; AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), ricevuto in data venerdì 24 settembre 2021 15.38.39 CEST; ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.), non ricevuto; LABOSYSTEM SRL (LABOSYSTEM SRL), non ricevuto; Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino (Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino), non ricevuto; tekno' scientific (tekno' scientific), non ricevuto; MONTEPAONE SRL (MONTEPAONE SRL), non ricevuto; Ferraro Arredi Tecnici Srl a s.u. (Ferraro Arredi Tecnici Srl a s.u.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RISPOSTA A CHIARIMENTI N.1
<i>Testo del Messaggio</i>	In allegato risposta a chiarimenti n.1. Cordiali saluti Gessica Vaira
<i>Allegato</i>	RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI n.1_ GARA ARREDI.pdf.p7m Dimensioni: 93 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): pNLUzhaLADnQjsgH1q42w== Hash(SHA-1-Hex): a8909f7e437f73af55afbc3cf28ece5d630e4513 Hash(SHA-256-Hex): 8b466e8d0b5eedf79276df0bdc04443-7f3d98284cb56ea09df0646f09375f8d6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	146083537
<i>Data di invio</i>	martedì 5 ottobre 2021 10.43.58 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), ricevuto in data martedì 5 ottobre 2021 11.06.01 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica di aver provveduto a sostituire nella documentazione di gara l'"All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio" con il file corretto. Cordiali saluti. Vaira Gessica ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno il file "All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio" è bloccato e le formule relative al totale offerta sono errate, potrebbe inviare il file corretto. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	146062636
<i>Data di invio</i>	lunedì 4 ottobre 2021 17.10.12 CEST
<i>Mittente</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data martedì 5 ottobre 2021 10.34.02 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon giorno il file "All.4_Offerta economica_dettaglio prezzi Arredi Laboratorio" è bloccato e le formule relative al totale offerta sono errate, potrebbe inviare il file corretto. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	145270214
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 settembre 2021 11.14.03 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), ricevuto in data martedì 21 settembre 2021 11.21.04 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Dimenticavo, ovviamente la persona delegata al sopralluogo dovrà essere munita di Green Pass che le verrà controllato

	<p>all'ingresso dell'ospedale. grazie. ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno, con la presente siamo a richiedere di poter effettuare il sopralluogo relativo alla gara in oggetto in data 28 settembre. La persona che effettuerà tale sopralluogo è il Dott. Ivan Pecis Mob. +39 340 6841213 / e-mail: pecis@ahsi.it In attesa di conferma porgiamo cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	145805028
<i>Data di invio</i>	lunedì 27 settembre 2021 12.10.04 CEST
<i>Mittente</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data mercoledì 29 settembre 2021 9.25.35 CEST; Lascioli Paola (Lascioli Paola), ricevuto in data lunedì 27 settembre 2021 13.49.59 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: DATA SOPRALLUOGO Gara CIG 8887482628
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, comunichiamo la cancellazione dell'appuntamento del sopralluogo previsto. Distinti saluti ----- Testo del messaggio originale: Si conferma il sopralluogo nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 11:30. La persona di riferimento in laboratorio è il Tecnico Valeria Maretti. Si chiede di comunicare nome e cognome della persona incaricata al sopralluogo, si ricorda che dovrà essere munita di green pass e che questo verrà controllato all'ingresso dell'ospedale. Cordiali saluti Gessica Vaira ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo a richiedere data per sopralluogo riferito alla gara in oggetto nella giornata di martedì 28 settembre ore 11.00. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	145126301
<i>Data di invio</i>	lunedì 13 settembre 2021 10.41.40 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura CIG 8887482628 arredi tecnici per Laboratorio di Patologia Clinica PO di Esine
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno si chiede di proporre una nuova data, si ricorda che il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 29 settembre. Cordiali saluti Vaira Gessica ----- Testo del messaggio originale: Gent.mi la presente a richiedere di poter effettuare il sopralluogo nelle giornate del 09 - 10 settembre 2021 possibilmente nella tarda mattinata. In attesa di vs gradito riscontro siamo a porgere cordiali saluti. Asem srl</p>
<i>Id Messaggio</i>	147790992

<i>Data di invio</i>	lunedì 22 novembre 2021 14.21.57 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), ricevuto in data martedì 23 novembre 2021 9.13.16 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta di chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	si inoltra la richiesta di chiarimento.
<i>Allegato</i>	<p>RICHIESTA DI CHIARIMENTI_ gara arredi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 91 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI</p> <p>Hash(MD5-Base64): FIDF2PSYcHTiVsnTRjAiHg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c8eec2d4e16665650997f0c5e7f6b6b33d7b7a5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2c73b99e794101c8ebacd7f07310d2c-42fe9e055db51441da7687070fbefa70f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	147821312
<i>Data di invio</i>	martedì 23 novembre 2021 9.16.02 CET
<i>Mittente</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data martedì 23 novembre 2021 9.43.18 CET; Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta di chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon giorno, in riferimento alla vostra richiesta di chiarimento, con la presente confermiamo che le prese elettriche offerte sono valide sia per l'inserimento di presa Italiana P17/P11 che per presa tedesca tipo Schuko perfettamente corrispondenti alla specifica di capitolato. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	145618427
<i>Data di invio</i>	martedì 21 settembre 2021 16.42.49 CEST
<i>Mittente</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.)

<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data mercoledì 22 settembre 2021 8.57.45 CEST; Lascioli Paola (Lascioli Paola), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DATA SOPRALLUOGO Gara CIG 8887482628
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo a richiedere data per sopralluogo riferito alla gara in oggetto nella giornata di martedì 28 settembre ore 11.00. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	144678206
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 settembre 2021 12.27.11 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Lascioli Paola)
<i>Destinatari</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura CIG 8887482628 arredi tecnici per Laboratorio di Patologia Clinica PO di Esine
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, verrete contattati direttamente dal funzionario istruttore/RUP della procedura a partire dal giorno 13 settembre in poi, per definire data e ora del sopralluogo. Non è possibile procedere prima di quella data. Cordiali saluti Paola Lascioli 0364 329319 ----- Testo del messaggio originale: Gent.mi la presente a richiedere di poter effettuare il sopralluogo nelle giornate del 09 - 10 settembre 2021 possibilmente nella tarda mattinata. In attesa di vs gradito riscontro siamo a porgere cordiali saluti. Asem srl
<i>Id Messaggio</i>	145673857
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 settembre 2021 13.03.13 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Vaira Gessica)
<i>Destinatari</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 22 settembre 2021 22.24.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DATA SOPRALLUOGO Gara CIG 8887482628
<i>Testo del Messaggio</i>	Si conferma il sopralluogo nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 11:30. La persona di riferimento in laboratorio è il Tecnico Valeria Maretti. Si chiede di comunicare nome e cognome della persona incaricata al sopralluogo, si ricorda che dovrà essere munita di green pass e che questo verrà controllato all'ingresso dell'ospedale. Cordiali saluti Gessica Vaira ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo a richiedere data per sopralluogo riferito alla gara in oggetto nella giornata di martedì 28 settembre ore 11.00. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	144672587

<i>Data di invio</i>	lunedì 6 settembre 2021 11.19.44 CEST
<i>Mittente</i>	ASEM S.R.L. (ASEM S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Vaira Gessica (Vaira Gessica), ricevuto in data lunedì 13 settembre 2021 10.25.26 CEST; Lascioli Paola (Lascioli Paola), ricevuto in data lunedì 6 settembre 2021 12.15.43 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura CIG 8887482628 arredi tecnici per Laboratorio di Patologia Clinica PO di Esine
<i>Testo del Messaggio</i>	Gent.mi la presente a richiedere di poter effettuare il sopralluogo nelle giornate del 09 - 10 settembre 2021 possibilmente nella tarda mattinata. In attesa di vs gradito riscontro siamo a porgere cordiali saluti. Asem srl

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	martedì 23 novembre 2021 10.55.39 CET
<i>Commento</i>	si procede all'aggiudicazione della procedura
<i>Numero di protocollo interno</i>	2724169