

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 127 del 17/02/2023

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 smi e ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, della fornitura di "Accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi": aggiudicazione tramite indagine di mercato sulla piattaforma SinTel.

CIG: 9396325CAD

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA
SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.826 DEL 22.12.2022**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale AGRM n.116/2019 si aggiudicava la fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UOC di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi, per il periodo 1.10.2019-30.9.2021;

- con determinazione dirigenziale n. 59/2020 la scrivente ASST ha acquistato n. 2 umidificatori con generatore di flusso con relativi consumabili per far fronte all'emergenza da Covid-19;

- nel corso dell'esercizio 2022 i dispositivi per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi e il materiale di consumo relativo all'umidificatore di flusso di cui sopra sono stati acquistati in economia;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/7758 disciplina le Regole di Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2023 in linea con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, confermando nell'Allegato 7 l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- con la citata DGR, inoltre, viene precisato che per tutti gli ambiti merceologici diversi da quelli previsti dal DPCM l'aggregazione e l'integrazione tra i vari livelli della rete regionale degli acquisti diventa fondamentale per raggiungere un ottimale equilibrio nella suddivisione della programmazione integrata così come definita all'interno della DGR di Pianificazione aggregata quale esito dei lavori del Tavolo Tecnico regionale degli Appalti;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e smi e dalla L.120/2020;

- non sono attive convenzioni di ARIA SpA né di Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative a beni identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

VERIFICATO che l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

DATO ATTO che:

- in data 17.3.2022 è stato pubblicato sul sito aziendale un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.2 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel;

- con determinazione n.803/2022 sono stati predisposti gli atti di gara per l'affidamento della fornitura tramite RDO in SinTel e aggiudicazione ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)";

- in data 13.9.2022 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, con scadenza entro cui presentare offerte prevista per le h.11:00 del 29.9.2022;

- gli esiti di tali operazioni sono di seguito sintetizzati:

PRODOTTO	FABBISOGNO 24 MESI	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA DITTE PARTECIPANTI	
			EUROMED SRL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
Kit monouso neonatale/pediatrico per ossigenoterapia per flussi da 0,5-25L/Min	160 PZ	€ 38.00	€ 30.00	€ 38.00
Cannula nasale Prematuro , con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	80 PZ	€ 38.00	€ 30.00	€ 38.00
Cannula nasale Neonatale , con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	160 PZ	€ 38.00	€ 30.00	€ 38.00
Cannula nasale Lattante , con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 20,0 L/Min.	120 PZ	€ 38.00	€ 30.00	€ 38.00
Cannula nasale Pediatrico , con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 25,0 L/Min.	40 PZ	€ 38.00	€ 30.00	€ 38.00
Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	800 PZ	€ 4.00	€ 4.00	€ 4.00
Kit monouso AIRSPIRAL	60 PZ	€ 50.00	€ 42.00	€ 50.00
TOTALE BASE D'ASTA E TOTALE OFFERTA ECONOMICA		€ 27,180.00	€ 22,520.00	€ 27,480.00

CONSIDERATO che:

- in data 30.11.2022 si è riunito il tavolo tecnico di valutazione composto dal Dr. Dario Magnini Direttore dell'UOC Pediatria e dalla Sig.ra Iolanda Fedrica Capo Sala dell'UOC Pediatria, al fine di visionare e valutare la campionatura presentata dalle ditte;

- le cannule nasali proposte dall'operatore economico Fisher & Paykel Healthcare sas hanno un cerotto integrato che garantisce maggiore aderenza e stabilità sui piccoli pazienti utilizzatori garantendo allo stesso tempo un flusso costante di ossigeno mentre le cannule nasali proposte dall'operatore economico Euromed srl sono sprovviste di adesivo integrato limitando l'aderenza che è fondamentali in pazienti pediatriche ed inoltre risultano essere rigide e poco adattabili ai continui movimenti dell'infante;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della visione dei campioni;
- l'allegato "Documento d'Offerta" della ditta migliore offerente, prodotto dal portale SinTel;
- l'allegato "Report di procedura" generato dalla piattaforma SinTel;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.L.76/2020 denominato "decreto semplificazione" convertito in L.120/2020 e modificato con D.L.77/2021 ed ai sensi del Regolamento Aziendale relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al decreto n.347/2020;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2023 la spesa di cui al presente provvedimento è in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2022;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE:

- l'attestazione del Direttore del Direttore del SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023;

- l'attestazione del Direttore del Direttore del SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa mediante l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020 smi della fornitura di "Accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi" alla Fisher & Paykell Healthcare SaS, per il periodo 17.2.2023-16.2.2025, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla tabella sotto riportata e nel documento denominato "Offerta Economica" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

COD.	PRODOTTO	CND	RDM	CF.	IMPORTO/PZ I.E.	FABB. 24 MESI
RT330	Optiflow Junior – Circuito riscaldato per ossigenoterapia (NHF) lunghezza – 1,75m con connessione cannule nasali Optiflow Junior, completo di valvola di pressione e camera di umidificazione ad autoriempimento MR290	R02010101	605467/R	10 PZ	€ 38.00	160 PZ
OPT312	Optiflow Junior cannula nasale – misura prematuro	R03010203	602464/R	20 PZ	€ 38.00	80 PZ
OPT314	Optiflow Junior cannula nasale – misura neonatale	R03010203	602467/R	20 PZ	€ 38.00	160 PZ
OPT316	Optiflow Junior cannula nasale – misura lattante	R03010203	602468/R	20 PZ	€ 38.00	120 PZ
OPT318	Optiflow Junior cannula nasale – misura pediatrico	R03010203	602469/R	20 PZ	€ 38.00	40 PZ
OPT010	Wigglepads – ricambi adesivo per fissaggio cannula nasale Optiflow Junior	R03010203	N.A.	20 PZ	€ 4.00	800 PZ
900PT561	Kit monouso AIRSPIRAL dedicato all'apparecchio AIRVO2	R020199	1478323/R	10 PZ	€ 50.00	60 PZ

2 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 33.525,60 (di cui € 6.045,60 per IVA al 22%);

3 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;



4 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo SC Gestione acquisti (provveditorato - economato) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) il Dr. Dario Magnini Direttore dell'UOC Pediatria;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.120/2020, INTEGRATO DALL'ART.51 DEL DL N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.108/2021 E AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4, DELLA FORNITURA DI "ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA PEDIATRICA AD ALTI FLUSSI": AGGIUDICAZIONE TRAMITE INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 10/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 8.381,40 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
17.2.2023-31.12.2023	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 8.381,40	€ 0,00	€ 8.381,40	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto per gli acquisti in economia.
	TOTALE		€ 8.381,40	€ 0,00	€ 8.381,40	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 25.144,20 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024 e 2025 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2024-31.12.2024	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 16.762,80	€ 0,00	€ 16.762,80	
1.1.2025-16.2.2025	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 8.381,40	€ 0,00	€ 8.381,40	
	TOTALE		€ 25.144,20	€ 0,00	€ 25.144,20	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 17.02.2023

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

DITTA	COD. PRODOTTO	PRODOTTO	CND	RDM	IMPORTO SIGNOLO PZ	FABBISOGNO 24 MESI / PZ	TOTALE 24 MESI	CODICI F&P	CONTO ECONOMICO	CIG
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS	RT330	Kit monouso neonatale/pediatrico per ossigenoterapia per flussi da 0,5-25L/Min completo di circuito termoregolato, camera di umidificazione ed autorimpimento, valvola pressione di sicurezza (manifold o equivalenti) – compatibili a umidificatori attivi Fisher & Paykel MR850 – cf.10pz	R02010101	605467/R	€ 38,00	160	€ 6.080,00	RT330	401407	9592440BEE5
	OPT312	Cannula nasale Prematuro, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min. - cf. 20pz	R03010203	602464/R	€ 38,00	80	€ 3.040,00	OPT312		
	OPT314	Cannula nasale Neonatale, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min. - cf.20pz	R03010203	602467/R	€ 38,00	160	€ 6.080,00	OPT314		
	OPT316	Cannula nasale Lattante, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 20,0 L/Min. - cf.20pz	R03010203	602468/R	€ 38,00	120	€ 4.560,00	OPT316		
	OPT318	Cannula nasale Pediatrico, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 25,0 L/Min. - cf.20pz	R03010203	602469/R	€ 38,00	40	€ 1.520,00	OPT318		
	OPT010	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi – cf.20pz	R03010203	849827/R	€ 4,00	800	€ 3.200,00	OPT010		
	900PT561	KIT MONOUSO AIRSPIRAL – cf.10pz	R020199	1478323/R	€ 50,00	60	€ 3.000,00	900PT561		
			€ 13.740,00		TOTALE 24 MESI I.E.		€ 27.480,00			
			€ 3.022,80		IVA 22%		€ 6.045,60			
			€ 16.762,80		TOTALE 24 MESI I.C.		€ 33.525,60			

Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1
Sublotti dell'offerta	2

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Nome procedura</i>	Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi
<i>Identificativo della procedura</i>	159414072

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	27.480,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	274,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	27.480,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	27.480,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	27.480,00000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire nell'apposito campo: - la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità o, in alternativa, il DGUE compilato almeno nelle parti I, II e III. Il documento richiesto deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente. - Il Patto d'Integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente;
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Doc. Amministrativa.zip Dimensioni: 466 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): /vysCvtEXRaK3QLmPeGJaQ== Hash(SHA-1-Hex): bbb3861ff9313057a5a30b6330ef8d22f3f8ffd Hash(SHA-256-Hex): 159504b7c956fdfb08b41882826022d-47f2612da862d0c2e2f2154770f56cbb4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare le schede tecniche dei prodotti offerti.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Scheda Tecnica.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): nE9McWN/w96yglEjD2ysIA== Hash(SHA-1-Hex): c99d23ab8b7a37eca7cbb22c350239414f177ee9 Hash(SHA-256-Hex): 8f591754f209952ba9f685bd19b8cc9-32388fd4953b1ecc4360539e2e28dcf4d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

Sublotti dell'offerta

<i>Sublotto:</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Offerta:</i>	38,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	kit
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	Kit monouso neonatale/pediatico
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	605467/R
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R02010101
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	RT330 REV 24.03.2015.pdf Dimensioni: 214 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): /yem84gSCIKH9+O4tdMAWg== Hash(SHA-1-Hex): 5028517340ed6d40ff55e7fed6bb8c3638a9d221 Hash(SHA-256-Hex): 80cb74c3723a239bcc18aad5f4d17af-7b39afbf3d6a07d4c3ca206a19244950e Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	KIT MONOUSO NEONATALE/PEDIATRICO PER OSSI-GENOTERAPIA
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Offerta:</i>	38,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	602464
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R03010203
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Offerta:</i>	38,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	602467
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R03010203
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Offerta:</i>	38,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	602468
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R03010203
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Offerta:</i>	38,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	602469
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R03010203
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37- bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Offerta:</i>	4,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	pezzo

<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	N.A
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	n/d - produttore estero
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	V90
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	OPT010 REV 05-09-2019.pdf
	Dimensioni: 138 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ASqCl0H8gAqzAEL8uQUNDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 22f6a9cd6739a57b9c83fcd521bf5c6c9e545be1
	Hash(SHA-256-Hex): 78455d61574ca437dcbfc3a7357cac1-718da3f621d291b87707e55e4b62b9039
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	ADESIVI DI RICAMBIO
<i>Sublotto:</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Offerta:</i>	50,00 EUR
<i>Unità di misura:</i>	KIT

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: - - Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	1478323
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R020199
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	900PT561 REV 2020-06-10.pdf Dimensioni: 458 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): dVkyKsg47vjYUnXLDd4g8w== Hash(SHA-1-Hex): 3397e6581f43c300607b844a2ffcdb23e5c5cd02 Hash(SHA-256-Hex): 845acd717f9a2ae308cc80d668962e6-e137c876057c874b92025cf479b9f1047 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto
<i>Risposta:</i>	Kit monouso AirSpiral™ adulti/pediatrico/neonatale dedicato all'apparecchio Airvo™2

Report della Procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi n. 159414072 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	13
Gara aggregata	14
Riepilogo Offerte	14
Attribuzione dei Punteggi	30
Registro di controllo	47
Comunicazioni di Procedura	49
Verbali intermedi	50

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato All.1_Patto di integrità 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato RICHIESTA DATI FORNITORE_.pdf

Documento Pubblicato

Allegato magrm005_capitolato_tecnico_ACCESSORI OSSIGENOTERAPIA PEDIATRICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 20582-22_magrm003_lett_invito_02_ACCESSORI OSSIGENOTERAPIA PEDIADRICA.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	159414072
<i>Nome Procedura</i>	Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi

Descrizione Procedura

<i>Codice CIG</i>	9396325CAD
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva

No

<i>Num. Protocollo Interno</i>	2471050
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	De Mola Alessandro
<i>Login</i>	user_176207
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329205

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Ducoli Raffella
<i>Login</i>	user_139901
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asstvalcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329316

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Unitaria

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 13 settembre 2022 16.13.05 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	giovedì 29 settembre 2022 11.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	27.480,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	27.480,00000 EUR
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui Sublotti della trattativa

Tabella 1. Sublotti della Procedura

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di mi- sura	Peso tecnico	Incidenza % nella for- nitura
Kit monouso neonatale/pediatrico	per ossigenoterapia per flussi da 0,5-25L/Min completo di circuito termoregolato, camera di umidificazione ed autorisempimento, valvola pressione di sicurezza (manifold o equivalenti) – compatibili a umidificatori attivi Fisher & Paykel MR850	38,00000 EUR	160,00	kit	0	-
Cannula nasale Prematuro	con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	38,00000 EUR	80,00	pezzo	0	-
Cannula nasale Neonatale	con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	38,00000 EUR	160,00	pezzo	0	-
Cannula nasale Lattante	con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 20,0 L/Min.	38,00000 EUR	120,00	pezzo	0	-
Cannula nasale Pediatrico	con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in	38,00000 EUR	40,00	pezzo	0	-

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di misura	Peso tecnico	Incidenza % nella fornitura
	uscita 25,0 L/Min.					
Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi		4,00000 EUR	800,00	pezzo	0	-
KIT MONOUSO AIRSPIRAL	UMIDIFICATORI AIRVO2	50,00000 EUR	60,00	KIT	0	-

Tabella 2. Categorie Merceologiche dei Sublotti di Procedura

Nome	Categoria merceologica
Kit monouso neonatale/pediatrico	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Cannula nasale Prematuro	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Cannula nasale Neonatale	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Cannula nasale Lattante	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Cannula nasale Pediatrico	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Codice CND: Codice CND non disponibile.
KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Codice CND: Codice CND non disponibile.

Informazioni sui parametri dei sublotti della trattativa

Tabella 3. Parametri dei Sublotti di Procedura

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Codice RDM	Kit monouso neonatale/pediatrico	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilità codice RDM	Kit monouso neonatale/pediatrico	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico dia-

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
		selezioni il motivo					agnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Kit monouso neonatale/pediatrico	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Kit monouso neonatale/pediatrico	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Kit monouso neonatale/pediatrico	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Cannula nasale Pre-maturo	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Cannula nasale Pre-maturo	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
		selezioni il motivo					vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Cannula nasale Prematuro	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Cannula nasale Prematuro	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Cannula nasale Prematuro	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Cannula nasale Neonatale	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Cannula nasale Neonatale	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art.

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Cannula nasale Neonatale	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Cannula nasale Neonatale	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Cannula nasale Neonatale	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Cannula nasale Latitante	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Cannula nasale Latitante	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezionano il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs.

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Cannula nasale Latitante	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Cannula nasale Latitante	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Cannula nasale Latitante	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Cannula nasale Pediatrico	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Cannula nasale Pediatrico	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000),

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Cannula nasale Pediatrico	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Cannula nasale Pediatrico	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Cannula nasale Pediatrico	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezionano il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispo-

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
							sitivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Solo se non e' disponibile il codice RDM	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispo-

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
		per questo prodotto, si selezionano il motivo					sitivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Scheda tecnica	KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	Informativo	Libero		Allegato	
Nome commerciale del prodotto	KIT MONOUSO AIRSPIRAL	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	Informativo	Libero		Testo	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 4. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tut-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ti i termini e le condizioni ivi previste.					
Busta amministrativa	Inserire nell'apposito campo: - la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità o, in alternativa, il DGUE compilato almeno nelle parti I, II e III. Il documento richiesto deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente. - Il Patto d'Integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente;	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documentazione tecnica	Si prega di allegare le schede tecniche dei prodotti offerti.	Informativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 5. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
<i>Login</i>	user_48211

<i>Indirizzo e-mail</i>	fisherpaykelhealthcareitalia@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	31417626587
<i>Indirizzo</i>	10, AVENUE DU QUEBEC BAT F5 SILIC 512 COURTA-BOEUF, 91946 VILLEBON SUR YVETTE (France)
<i>Numero telefono</i>	0678392939
<i>Ragione sociale</i>	EUROMED SRL
<i>Login</i>	user_37346
<i>Indirizzo e-mail</i>	legalmail@pec.euromeditaly.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03698030289
<i>Indirizzo</i>	via Fiesso, n. 20, 35020 ARRE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0495389430

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 6. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1664287489332
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2550732
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 settembre 2022 16.04.49 CEST

<i>Offerta economica</i>	27.480,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	274,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	27.480,00000 EUR
<i>Sublotto:</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Offerta:</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	160,00
<i>Unità di misura:</i>	kit
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	605467/R
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R02010101
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	RT330 REV 24.03.2015.pdf
	Dimensioni: 214 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): /yem84gSCIKH9+O4tdMAWg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5028517340ed6d40ff55e7fed6bb8c3638a9d221

	Hash(SHA-256-Hex): 80cb74c3723a239bcc18aad5f4d17af-7b39afbf3d6a07d4c3ca206a19244950e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	KIT MONOUSO NEONATALE/PEDIATRICO PER OSSIGENOTERAP- IA
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Offerta:</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	80,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602464
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Offerta:</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	160,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602467
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel

<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Offerta:</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	120,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602468
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37- bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Pediatrico

<i>Offerta:</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	40,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602469
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf Dimensioni: 417 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA== Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794 Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Sublotto:</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Offerta:</i>	4,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	800,00

<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	N.A
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	n/d - produttore estero
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	V90
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT010 REV 05-09-2019.pdf Dimensioni: 138 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): ASqCloH8gAqzAEL8uQUndw== Hash(SHA-1-Hex): 22f6a9cd6739a57b9c83fcd521bf5c6c9e545be1 Hash(SHA-256-Hex): 78455d61574ca437dcbfc3a7357cac1-718da3f621d291b87707e55e4b62b9039 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	ADESIVI DI RICAMBIO
<i>Sublotto:</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Offerta:</i>	50,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	60,00
<i>Unità di misura:</i>	KIT
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.

<i>Parametri del Sublotto</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1478323
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R020199
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	900PT561 REV 2020-06-10.pdf Dimensioni: 458 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): dVkYKsg47vjYUnXLDd4g8w== Hash(SHA-1-Hex): 3397e6581f43c300607b844a2ffcdb23e5c5cd02 Hash(SHA-256-Hex): 845acd717f9a2ae308cc80d668962e6-e137c876057c874b92025cf479b9f1047 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Kit monouso AirSpiral™ adulti/pediatrico/neonatale- dedicato all'apparecchio Airvo™2
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Doc. Amministrativa.zip Dimensioni: 466 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): /vysCvtEXRaK3QLmPeGJaQ==

	Hash(SHA-1-Hex): bbbb3861ff9313057a5a30b6330ef8d22f3f8ffd
	Hash(SHA-256-Hex): 159504b7c956fdfb08b41882826022d-47f2612da862d0c2e2f2154770f56cbb4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Scheda Tecnica.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nE9McWN/w96yglEjD2ysIA==
	Hash(SHA-1-Hex): c99d23ab8b7a37eca7cbb22c350239414f177ee9
	Hash(SHA-256-Hex): 8f591754f209952ba9f685bd19b8cc9-32388fd4953b1ecc4360539e2e28dcf4d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1663841233675
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2525786
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EUROMED SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 22 settembre 2022 12.07.13 CEST

<i>Offerta economica</i>	22.520,00000 EUR		
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	222,50000 EUR		
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR		
<i>Offerta economica complessiva</i>	22.520,00000 EUR		
<i>Sublotto:</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico		
<i>Offerta:</i>	30,00000 EUR		
<i>Quantità / Peso:</i>	160,00		
<i>Unità di misura:</i>	kit		
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.		
<i>Parametri del Sublotto</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico		
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2050873		
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile		
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R020199		
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_EUAMHO1509-009_Circuito NEO_rev.- 05_02.2022.pdf	High	Flow
	Dimensioni: 551 KB		
	Firmatari: Controllo non previsto		
	Hash(MD5-Base64): 1HkNIBff6MZu1+O18Y6qQA==		
	Hash(SHA-1-Hex): 7a5b62919bb127aeb1a67b01bfa135b63e76ae8b		

	Hash(SHA-256-Hex): efd6704bbd7729981e867a761f8d146-f1382ce245483f94d5cc787ca1ae95995
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	CIRCUITI PER ALTI FLUSSI AQUAVENT
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Offerta:</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	80,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1984883
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.-2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7fl/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8-523430e6a13c62a292adf24be306c3afe

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Prematuro AMNC2001
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Offerta:</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	160,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1986410
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.-2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 7fI/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8-523430e6a13c62a292adf24be306c3afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Neonatale AMNC2002
<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Offerta:</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	120,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1987243
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10-2020.pdf Dimensioni: 445 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7fl/F8CLftmW3WvCialRxA== Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65 Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8-523430e6a13c62a292adf24be306c3afe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Lattante AMNC2004

<i>Sublotto:</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Offerta:</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	40,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1987244
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOfLOWCannulaStandard_rev.01_10-2020.pdf Dimensioni: 445 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7fI/F8CLftmW3WvCialRxA== Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65 Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8-523430e6a13c62a292adf24be306c3afe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Pediatrico AMNC2005

<i>Sublotto:</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Offerta:</i>	4,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	800,00
<i>Unità di misura:</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2050872
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	M9001
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMFX17-013-14_CannulaFixation_rev.02_11.21-.pdf Dimensioni: 295 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): IQ6mTvIkeh9T334uMax3Cw== Hash(SHA-1-Hex): 71075f19fbf943a51500ec242c9cf9d34952c077 Hash(SHA-256-Hex): e899c2e6e94c2ace7e44a93ba202451-ca00fcd8cc9294a8b35ba9f7de466d77d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	ADESIVI FISSAGGIO CANNULE AMFX17-014
<i>Sublotto:</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL

<i>Offerta:</i>	42,00000 EUR
<i>Quantità / Peso:</i>	60,00
<i>Unità di misura:</i>	KIT
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Parametri del Sublotto</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2129516
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R0680
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_RES_RVTH002_CIRCUITO HF_rev.02_12.2021.pdf Dimensioni: 271 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): PdJUczyCDraUJi8xns7FtA== Hash(SHA-1-Hex): 2538080899a927859bf9693bd0c48dad92cbf702 Hash(SHA-256-Hex): b63a1d364db453fff43da8d46b74418-6204c3c3e1718dde5037ff566e26cc4de Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	KIT CIRCUITO PER AIRVO 2
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): DGaE1qpVMi7XZfuttlqluw== Hash(SHA-1-Hex): 90061917371fcffead5cd5baf9771826365767bb Hash(SHA-256-Hex): 68e97009998aaadc1db95c446b5334a-98dccb1a5815d8d1a872cacf7648827ee Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	DOC. TECNICA.zip Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): jOMqDfRmjakDV6yIVQ69Uw== Hash(SHA-1-Hex): 81f09cf12db1b1c4f1d12384b02192057aa4d69e Hash(SHA-256-Hex): 5af3348e21ad487961710027ec2dd55-fbe68109be7e7f762f47d0cb43867a1ff Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1664287489332
-------------------	---------------

<i>Fornitore</i>	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 27 settembre 2022 16.04.49 CEST
<i>Sublotto</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Valore economico</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	160,00
<i>Unità di misura</i>	kit
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	605467/R
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R02010101
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	RT330 REV 24.03.2015.pdf Dimensioni: 214 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): /yem84gSCIKH9+O4tdMAWg== Hash(SHA-1-Hex): 5028517340ed6d40ff55e7fed6bb8c3638a9d221 Hash(SHA-256-Hex): 80cb74c3723a239bcc18aad5f4d17af-7b39afb3d6a07d4c3ca206a19244950e

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	KIT MONOUSO NEONATALE/PEDIATRICO PER OSSIGENOTERAP- IA
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Valore economico</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	80,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602464
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37- bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Valore economico</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	160,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602467
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Valore economico</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	120,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602468
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Valore economico</i>	38,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	40,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	602469
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT312_OPT314_OPT316_OPT318 REV 2020-06-12.pdf
	Dimensioni: 417 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): d4MunndwNTJlsqQ6c0xNHA==
	Hash(SHA-1-Hex): d7d05e5c2ae5b055d8356f8e7b1d0151422af794
	Hash(SHA-256-Hex): f90beb6304ec599f5dc376d927ceb37-bfafa27f77564517997f9a7e493ee9f77

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannule nasali per alti flussi Optiflow™ Junior Fisher & Paykel
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Valore economico</i>	4,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	800,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	N.A
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	n/d - produttore estero
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	V90
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	OPT010 REV 05-09-2019.pdf
	Dimensioni: 138 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ASqCloH8gAqzAEL8uQUNDw==
	Hash(SHA-1-Hex): 22f6a9cd6739a57b9c83fcd521bf5c6c9e545be1

	Hash(SHA-256-Hex): 78455d61574ca437dcbfc3a7357cac1-718da3f621d291b87707e55e4b62b9039
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	ADESIVI DI RICAMBIO
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Sublotto</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Valore economico</i>	50,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	60,00
<i>Unità di misura</i>	KIT
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1478323
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R020199
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	900PT561 REV 2020-06-10.pdf
	Dimensioni: 458 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): dVkYKsg47vjYUnXLDd4g8w==
	Hash(SHA-1-Hex): 3397e6581f43c300607b844a2ffcdb23e5c5cd02

	Hash(SHA-256-Hex): 845acd717f9a2ae308cc80d668962e6-e137c876057c874b92025cf479b9f1047
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Kit monouso AirSpiral™ adulti/pediatrico/neonatale- dedicato all'apparecchio Airvo™2
<i>Punteggio economico</i>	0,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	Doc. Amministrativa.zip
	Dimensioni: 466 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): /vysCvtEXRaK3QLmPeGJaQ==
	Hash(SHA-1-Hex): bbbb3861ff9313057a5a30b6330ef8d22f3f8ffd
	Hash(SHA-256-Hex): 159504b7c956fdfb08b41882826022d-47f2612da862d0c2e2f2154770f56cbb4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	Scheda Tecnica.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): nE9McWN/w96yglEjD2ysIA==
	Hash(SHA-1-Hex): c99d23ab8b7a37eca7cbb22c350239414f177ee9

	Hash(SHA-256-Hex): 8f591754f209952ba9f685bd19b8cc9-32388fd4953b1ecc4360539e2e28dcf4d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1663841233675
<i>Fornitore</i>	EUROMED SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 22 settembre 2022 12.07.13 CEST
<i>Sublotto</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Valore economico</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	160,00
<i>Unità di misura</i>	kit
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Kit monouso neonatale/pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2050873
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R020199
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_EUAMHO1509-009_Circuito High Flow NEO_rev.- 05_02.2022.pdf Dimensioni: 551 KB Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): 1HkNIBff6MZu1+O18Y6qQA==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a5b62919bb127aeb1a67b01bfa135b63e76ae8b
	Hash(SHA-256-Hex): efd6704bbd7729981e867a761f8d146-f1382ce245483f94d5cc787ca1ae95995
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	CIRCUITI PER ALTI FLUSSI AQUAVENT
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Valore economico</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	80,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Prematuro
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1984883
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.-2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): 7fI/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8- 523430e6a13c62a292adf24be306c3afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Prematuro AMNC2001
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Valore economico</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	160,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Neonatale
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1986410
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.- 2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): 7fl/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8- 523430e6a13c62a292adf24be306c3afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Neonatale AMNC2002
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Valore economico</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	120,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Lattante
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1987243
<i>Disponibilità codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.- 2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): 7fI/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8- 523430e6a13c62a292adf24be306c3afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Lattante AMNC2004
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Valore economico</i>	30,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	40,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Cannula nasale Pediatrico
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	1987244
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R03010203
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMNC200X_NEOflowCannulastandard_rev.01_10.- 2020.pdf
	Dimensioni: 445 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	Hash(MD5-Base64): 7fI/F8CLftmW3WvCialRxA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2152616890472edb6a3958060d538c3810e3da65
	Hash(SHA-256-Hex): 121bb809b6eb74b068ade685ac6d2d8- 523430e6a13c62a292adf24be306c3afe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	Cannula nasale Pediatrico AMNC2005
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Valore economico</i>	4,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	800,00
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2050872
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	M9001
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_ARM_AMFX17-013-14_CannulaFixation_rev.02_11.21-.pdf
	Dimensioni: 295 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): IQ6mTvIkeh9T334uMax3Cw==
	Hash(SHA-1-Hex): 71075f19fbf943a51500ec242c9cf9d34952c077
	Hash(SHA-256-Hex): e899c2e6e94c2ace7e44a93ba202451- ca00fcd8cc9294a8b35ba9f7de466d77d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	ADESIVI FISSAGGIO CANNULE AMFX17-014
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Sublotto</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Valore economico</i>	42,00000 EUR
<i>Quantità / Peso</i>	60,00
<i>Unità di misura</i>	KIT
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: Codice CND non disponibile.
<i>Punteggi dei Parametri</i>	KIT MONOUSO AIRSPIRAL
<i>Codice RDM (Parametro Informativo)</i>	2129516
<i>Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)</i>	RDM disponibile
<i>Codice CND (Parametro Informativo)</i>	R0680
<i>Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	STI_RES_RVTH002_CIRCUITO HF_rev.02_12.2021.pdf
	Dimensioni: 271 KB

	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): PdjUczyCDraUJi8xns7FtA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2538080899a927859bf9693bd0c48dad92cbf702
	Hash(SHA-256-Hex): b63a1d364db453fff43da8d46b74418-6204c3c3e1718dde5037ff566e26cc4de
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome commerciale del prodotto (Parametro Informativo)</i>	KIT CIRCUITO PER AIRVO 2
<i>Punteggio economico</i>	18,05
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Busta amministrativa (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): DGaE1qpvMI7XZfuttlqluw==
	Hash(SHA-1-Hex): 90061917371fcffead5cd5baf9771826365767bb
	Hash(SHA-256-Hex): 68e97009998aaadc1db95c446b5334a-98dcdb1a5815d8d1a872cacf7648827ee
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documentazione tecnica (Parametro Informativo)</i>	DOC. TECNICA.zip
	Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): jOMqDfRmjakDV6yIVQ69Uw==
Hash(SHA-1-Hex): 81f09cf12db1b1c4f1d12384b02192057aa4d69e
Hash(SHA-256-Hex): 5af3348e21ad487961710027ec2dd55-fbe68109be7e7f762f47d0cb43867a1ff
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 30 settembre 2022 12.38.46 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è iniziata.
venerdì 30 settembre 2022 12.38.41 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1663841233675) della Procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 settembre 2022 12.38.41 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1664287489332) della Procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 settembre 2022 12.38.41 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è stata completata.
venerdì 30 settembre 2022 12.37.26 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Affidamento della fornitura di accessori per

Data	Oggetto	Testo
		ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è iniziata.
venerdì 30 settembre 2022 12.37.21 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1664287489332) della Procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 settembre 2022 12.37.21 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1663841233675) della Procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 30 settembre 2022 12.36.03 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_37346 sulla Procedura con ID 159414072 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 30 settembre 2022 12.36.03 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_48211 sulla Procedura con ID 159414072 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 29 settembre 2022 11.00.04 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072).
martedì 27 settembre 2022 16.04.49 CEST	Invio Offerta	L'offerente FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072).
giovedì 22 settembre 2022 12.07.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente EUROMED SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072).
lunedì 19 settembre 2022 9.01.48 CEST	Modifica base d'asta	La Stazione Appaltante ha determinato la Modifica di Base d'asta della procedura in oggetto Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072).

Data	Oggetto	Testo
martedì 13 settembre 2022 16.13.30 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi (ID 159414072).
martedì 13 settembre 2022 16.13.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 159414072). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	159540624
<i>Data di invio</i>	venerdì 16 settembre 2022 14.43.21 CEST
<i>Mittente</i>	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS (FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS)
<i>Destinatari</i>	Ducoli Raffella (Ducoli Raffella), non ricevuto; De Mola Alessandro (De Mola Alessandro), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rettifica importo a base d'asta
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come anticipato telefonicamente chiediamo cortesemente di rettificare l'importo a base d'asta del kit circuito respiratorio Airspiral in quanto non coincidente a quanto riportato nella nostra ultima offerta n° SGO220328.2 in allegato e correttamente riportato nella procedura sintel analogo CIG 93835362DF. A disposizione per eventuali chiarimenti. Grazie Cordiali Saluti
<i>Allegato</i>	SGO220328.2_Materialiadaltiflussi_SIGNED.pdf Dimensioni: 237 KB Firmatari: Adobe Sign, a Document Cloud solution Hash(MD5-Base64): ZXR/XJb11YinMFQat1Pshw== Hash(SHA-1-Hex): fe9c1b5c4345847784a715d951bdfcb3d0053c3e Hash(SHA-256-Hex): ea476db120d0cf492ddc052ac79bc53-8a559e101e4fbd8f052f39c8a88ab10cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	venerdì 30 settembre 2022 12.41.52 CEST
<i>Commento</i>	Si chiede creazione di report intermedio di procedura.
<i>Numero di protocollo interno</i>	2575173



VERBALE VISIONE CAMPIONATURA – 40/AGRM/2022

Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 e ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4.

Questa Amministrazione, con Determinazione n.803/2022 ha predisposto gli atti relativi Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 e ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4. e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”* in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero *“(…) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (..) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (..)”*.

In data 30.11.2022 alle h. 11:00 si è riunito il tavolo di lavoro, al fine della visione e valutazione dei campioni presentati dalle ditte partecipanti, così composto:

- Dr. Dario Magnini Direttore UOC Pediatria
- C.S. Iolanda Fedriga Titolare id incarico di funzione presso UOC Pediatria
- Sig. Alessandro De Mola, dipendente SC Gestione Acquisti, con funzione di verbalizzante

**PREMESSO CHE:**

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h.11.00 del 29.9.2022, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte, alle quali è stato inoltre richiesto l'invio del campione del prodotto offerto:

PRODOTTO RICHIESTO	QUANTITA' 24 MESI	BASE D'ASTA	PREZZO OFFERTO IVA ESCLUSA DITTE PARTECIPANTI	
			EUROMED SRL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS
Kit monouso neonatale/pediatrico per ossigenoterapia per flussi da 0,5-25L/Min	160 PZ	€ 38,00	€ 30,00	€ 38,00
Cannula nasale Prematuro con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min	80 PZ	€ 38,00	€ 30,00	€ 38,00
Cannula nasale Neonatale con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min	160 PZ	€ 38,00	€ 30,00	€ 38,00
Cannula nasale Lattante con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 20,0 L/Min	120 PZ	€ 38,00	€ 30,00	€ 38,00
Cannula nasale Pediatrico con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 25,0 L/Min	40 PZ	€ 38,00	€ 30,00	€ 38,00
Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi	800 PZ	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
Kit monouso AIRSPIRAL	60 PZ	€ 50,00	€ 42,00	€ 50,00
Totale base d'asta 24 mesi		€ 27.480,00	€ 22.520,00	€ 27.480,00

Dalla visione dei campioni presentati si rilevano le seguenti considerazioni:






- Le cannule nasali offerte da Fisher & Paykell Healthcare Sas, secondo classificato, sono del tipo "occhialini nasali" con cerotto integrato che garantisce maggiore aderenza e stabilità, permettendo un risparmio sull'utilizzo dei cerotti e assicurano un flusso costante di ossigeno, inoltre il nuovo modello prevede una curvatura fisiologica che garantisce maggior comfort al piccolo paziente.

- Le cannule nasali offerte dalla Euromed Srl, primo classificato, sono sprovviste di adesivo integrato, limitando aderenza, stabilità e possibilità di movimento/mobilizzazione del paziente; al tatto e manipolazione risultano più rigide, poco adattabili ai continui movimenti dell'infante.

Pertanto si ritiene opportuno aggiudicare la fornitura alla Fisher & Paykell Healthcare Sas, seconda classificata, ai sensi delle linee guida ANAC – congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

La seduta termina alle h. 12:00 , dichiarando quale aggiudicatario della fornitura la ditta
Fisher & Paykell Healthcare Sas


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
Dr. Dario Magnini	
C.S. Iolanda Fedriga	
Sig. Alessandro De Mola	

Esine, 30.11.2022

IL VERBALIZZANTE

(Alessandro De Mola)



Valutazione valutata e approvata da parte del RUP.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•