

Decreto n. 641 del 06/10/2022

OGGETTO: DGR n.XI/4386/2021: “Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l’esercizio finanziario 2021. Allegato 1 - Indistinti”. Acquisto di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 9304631866

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR XI/4386/2021: "Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2021", nell'Allegato 1 "Indistinti" è stata messa a disposizione dell'ASST della Valcamonica l'importo di € 600.000,00 finalizzato al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale; di questi, una quota pari ad € 207.146,90 è stata destinata all'acquisto di apparecchiature elettromedicali;
- gli ambulatori della SC Cardiologia del Presidio ospedaliero di Esine (Bs) e di Edolo (Bs) necessitano della sostituzione per obsolescenza di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG;
- con decreto n.465/2022 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, dei seguenti beni:

BENE	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	UO DESTINATARIA	CIG
Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG	€ 25.000,00	Ambulatori Cardiologia di Esine e di Edolo	9304631866

- in data 23.05.2022 è stata pubblicata sul sito aziendale e sul portale SinTel un "Avviso per manifestazione di interesse" contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;
- n.08 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel:

BENE	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG	ABINTRAX srl	07644780723
	CARDIO CALM srl	03243720988
	CARDIOLINE SpA	03153711209
	MICROPORT CRM srl	02654900022
	MORTARA INSTRUMENT EUROPE srl	03896820374
	SIDEM SpA	06664600159
	SIVIMA srl	02382060461
	SYLCO srl	09416770155

- in data 19.7.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, tramite piattaforma telematica SinTel, ID 157185137, la procedura per la "Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG", con scadenza in cui presentare offerte prevista entro le h.12.00 del 2.8.2022;



- la procedura, come risulta dal "Report di procedura" che ha dato il seguente esito:

BENE	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG	€ 25.000,00	CARDIOLINE SpA	€ 23.480,00
		MICROPORT CRM srl	€ 22.900,00
		MORTARA INSTRUMENT EUROPE srl	€ 24.840,00
		SIDEM SpA	€ 20.800,00
		SIVIMA srl	€ 23.000,00
		SYLCO srl	€ 20.500,00

- come previsto dal Capitolato Tecnico di gara, art. 4 - Requisiti speciali, relativi mezzi di prova e consegna campionatura - dopo una prima valutazione della documentazione tecnica presentata, si è deciso di procedere ad una visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte al fine di un'ottimale valutazione del prodotto; tali visioni si sono svolte tra il 29 agosto e il 9 settembre 2022 presso la SC di Cardiologia di Esine;

- Il Capitolato Tecnico di gara, art.5 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione - prevede che l'aggiudicazione della procedura avvenga ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)";

- al termine della visione dei prodotti, in data 14.9.2022 si è riunito il tavolo di lavoro composto dal Primario della SC Cardiologia, dal Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali e dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica al fine di valutare le apparecchiature e le soluzioni offerte dalle ditte;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della valutazione delle offerte, da cui risulta che quanto proposto dalla ditta SIDEM SPA è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali, anche da giustificare il maggior costo;

- gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" della Sidem SpA, prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che l'acquisto di cui al presente provvedimento rientra nel Piano Investimenti 2022, DGR XI/4386/2021, All.1 Indistinti, alla voce "DGR_4386";

RITENUTO di procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, alla Sidem SpA la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale e così riassunte:

BENE	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Esclusa)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Inclusa)	CIG	DITTA AGGIUDICATARIA
Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG	€ 20.800,00	€ 25.376,00	9304631866	Sidem SpA

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 per la fornitura di dispositivi/prodotti identici o accessori inerenti la fornitura stessa per un periodo di ulteriori mesi 48 dalla data del primo ordine e per un ulteriore importo non superiore al 300% del valore aggiudicato;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 25.376,00 (di cui € 4.576,00 per IVA 22%);

5 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs.50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing.Roberto Paolone Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: DGR XI/4386/2021: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ALLEGATO 1 – INDISTINTI”. ACQUISTO DI UN SISTEMA DI LETTURA DEI TRACCIATI HOLTER ECG E N.10 REGISTRATORI HOLTER ECG: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/09/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 29/09/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
PAOLONE ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 25.376,00 annotata nel Bilancio 2022, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	n.1 sistema Holter e n.3 registratori Holter	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000394 CONTR.C/CAP.DGR XI/ 4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3160709 Cardiologia Edolo - ambulatori	DGR n.XI/4386/2021 Allegato 1 - Indistinti	DGR_4386	€ 8.906,00	€ 0.00	€ 8.906,00	
2022	n.1 sistema Holter e n.7 registratori Holter	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000394 CONTR.C/CAP.DGR XI/ 4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3160703 Cardiologia - ambulatori	DGR n.XI/4386/2021 Allegato 1 - Indistinti	DGR_4386	€ 16.470,00	€ 0.00	€ 16.470,00	
TOTALE						€ 25.376,00		€ 25.376,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 29.09.2022

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



FORNITURA DI UN SISTEMA DI LETTURA DEI TRACCIATI HOLTER ECG
E n.10 REGISTRATORI HOLTER ECG

CIG: 9304631866

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO	DOTT. AMABILE PIETRO MANDELLI		
NATO A	MERATE (LC)	IL	10/11/1966
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	LEGALE RAPPRESENTANTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	S.I.D.EM. S.p.A.		
SEDE LEGALE in	BELLUSCO (MB)	Cap	20882
VIA/PIAZZA	VIA BERGAMO	n° civ	94
TELEFONO	039 606771	N° Fax	039 6883289
PEC	sidemspa@legalmail.it	MAIL	Ufficio.gare@sidemspa.it
CODICE FISCALE	06664600159	P. IVA	00833160963
CANALE RICEZIONE NSO	Y6EM4H47		

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
Sistema Holter (presidio di Esine)	SE – 1515	Z12050301	1236421	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00
Sistema Holter (presidio di Edolo)	SE – 1515	Z12050301	1236421	1	€ 2.650,00	€ 2.650,00
Registratore Holter a 12 derivazioni	SE - 2012	Z12050403	473259	10	€ 1.550,00	€ 15.500,00
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 25.000,00						€ 20.800,00



**FORNITURA DI UN SISTEMA DI LETTURA DEI TRACCIATI HOLTER ECG
E n.10 REGISTRATORI HOLTER ECG**

CIG: 9304631866

OFFERTA ECONOMICA

Oneri per la sicurezza ricompresi nell'importo offerto pari ad € 104,00 (Centoquattro/00)

Garanzia :

La garanzia ha durata di 24 mesi.

La garanzia comprende: ricambi, diritto di chiamata, ore lavoro, ore viaggio, trasferta

La garanzia non comprende il materiale di consumo e le riparazioni dovute :

- ad uso improprio;
- a danni accidentali o danni intenzionali causati da terzi;
- alla sparizione della strumentazione;
- a cambiamenti dell'ambiente operativo
- a causa di forza maggiore;
- manutenzione o riparazioni effettuate da personale non autorizzato
- accessori usurabili

Tempo di consegna: entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo.

DATA 01/08/2022

S.I.D.E.M. S.p.A.
- Dott. Amabile Pietro Mandelli -


Legale Rappresentante

Ns. Offerta 2022/6065912/CC/mq

Firmato Digitalmente dal Legale Rappresentante

*****Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante*****



VERBALE VALUTAZIONE TECNICA

FORNITURA DI UN SISTEMA DI LETTURA DEI TRACCIATI HOLTER ECG E n.10 REGISTRATORI HOLTER ECG

Questa Amministrazione, con decreto ASST n.465/2022, ha predisposto gli atti relativi alla fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG per gli ambulatori dell'UOC Cardiologia del presidio Ospedaliero di Esine (Bs) e di Edolo (Bs).

La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del decreto legge n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con decreto legge n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, **della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)**".

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, ID 157185137, entro le h.12:00 del 02.08.2022, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

IDENTIFICATIVO DITTA	DITTA	OFFERTA (IVA esclusa)
1	CARDIOLINE SPA	€ 23.480,00
2	MICROPORT CRM SRL	€ 22.900,00
3	MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	€ 24.840,00
4	SIDEM SPA	€ 20.800,00
5	SIVIMA SRL	€ 23.000,00
6	SYLCO SRL	€ 20.500,00
BASE D'ASTA (Iva Esclusa)		€ 25.000,00

Alle ditte che hanno presentato offerta è stata richiesta la visione dell'apprecchiatura offerta per una mattinata, dalle ore 9 alle ore 12, secondo il seguente calendario concordato:

DITTA	DATA
CARDIOLINE SPA	29 agosto 2022
MICROPORT CRM SRL	31 agosto 2022
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	02 settembre 2022
SIDEM SPA	05 settembre 2022
SIVIMA SRL	07 settembre 2022
SYLCO SRL	09 settembre 2022



In data 14.09.2022 alle ore 14.30 si è riunito il tavolo di lavoro per la valutazione dei dispositivi presentati dalle ditte partecipanti, così composto:

- Dr. Madureri Alberto, UOC Cardiologia
- Ing. Romellini Francesco, Sistemi Informatici Aziendali
- Ing. Paolone Roberto, Servizio Ingegneria Clinica



Dopo aver provato tutti e sei i dispositivi offerti e schematizzato nella tabella allegata i punti di forza e di debolezza e aver analizzato la documentazione tecnica caricata in piattaforma, si rilevano le seguenti considerazioni:

Il sistema di lettura Holter ECG offerto dalla ditta SIDEM risulta per semplicità di utilizzo, immediatezza nell'uso del software di lettura ed analisi dei dati, gestione del registratore holter ECG e compatibilità completa con i sistemi informatici aziendali la soluzione migliore per le esigenze clinico-gestionali del reparto di Cardiologia.

Come si evince infatti dalla tabella allegata, dove per ogni dispositivo sono stati riassunti punti di forza e di debolezza riscontrati durante le prove, gli altri 5 sistemi offerti, nonostante siano più o meno equivalenti, risultano avere delle caratteristiche ritenute meno performanti rispetto a quanto scelto.

La seduta termina dichiarando quale aggiudicatario della fornitura la ditta SIDEM


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
Dr. Alberto Madureri	
Ing. Francesco Romellini	

Esine (Bs), 14 settembre 2022

IL VERBALIZZANTE

Ing. Roberto Paolone





**ALLEGATO 1:****VALUTAZIONE SISTEMA DI LETTURA DEI TRACCIATI HOLTER E****n.10 REGISTRATORI HOLTER ECG**

DITTA	SISTEMA DI LETTURA HOLTER E RELATIVI REGISTRATORI	PUNTI DI FORZA	ASPETTI NEGATIVI
CARDIOLINE SPA	ECGWEBAPP-HOLTER	Registratori maneggevoli; Applicazione e scarico dati semplice ed intuitivo; Possibilità di refertazione su più pc; Compatibile con sistemi PACS.	Non visibilità immediata delle tracce dopo scarico dati su pc.
MICROPORT CRM SRL	SYNESCOPE V3	Registratori leggeri; Lettura tracciati chiara ed intuitiva; Compatibile con sistemi PACS.	Applicazione e scarico dati complesso
MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL	HSCRIBE 6	Registratori molto leggeri; Applicazione e scarico dati semplice e veloce; Lettura tracciati chiara ed intuitiva; Compatibile con sistemi PACS.	
SIDEM SPA	SE-2012	Registratori leggeri e maneggevoli; Applicazione e scarico dati estremamente semplice e veloce; Lettura dei tracciati estremamente chiara, completa ed intuitiva; Compatibile con sistemi PACS.	
SIVIMA SRL	EURO_HOLTER	Registratori maneggevoli; Applicazione e scarico dati semplici; Lettura tracciati chiara ed intuitiva; Compatibile con sistemi PACS.	
SYLCO SRL	CARDIO-TRACK	Registratori maneggevoli; Applicazione e scarico dati semplice; Lettura tracciati chiara ed intuitiva; Compatibile con sistemi PACS.	

Report della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG n. 157185137 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	5
Registro di controllo	7
Comunicazioni di Procedura	11

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	157185137
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice CIG</i>	9304631866
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1860318
<i>Num. Protocollo Ente</i>	16422/22
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33123000-8 - Apparecchi cardiovascolari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Mazzoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 25.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 19 luglio 2022 13.07.47 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte martedì 2 agosto 2022 12.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Caricare un unico file zippato contenente: - il "Patto d'Integrità di Regione Lombardia", firmato digitalmente per accettazione; - la "Dichiarazione Sostitutiva" corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente; - il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Documentazione tecnica	Caricare un unico file zippato contenente: - Scheda tecnica dei prodotti offerti, in lingua italiana; - Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE e dichiarazioni di conformità, per le apparecchiature/dispositivi per cui è prevista l'applicazione; - il Questionario tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente; - Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia, di tipo full-risk, della durata di almeno 24 mesi.	Informativo	Libero		Allegato	
file ASST "Offerta Economica"	debitamente compilato e firmato digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SYLCO
<i>Login</i>	user_5399
<i>Indirizzo e-mail</i>	giorgio@sylcomed.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00957910961
<i>Indirizzo</i>	VIA CARRA', 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392026365
<i>Ragione sociale</i>	SIVIMA S.r.l.
<i>Login</i>	user_225693
<i>Indirizzo e-mail</i>	sivimasrl@legal.email.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02382060461
<i>Indirizzo</i>	Via Antonio Cantore 128/130, 55100 LUCCA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0583426115
<i>Ragione sociale</i>	SIDEM
<i>Login</i>	user_5465
<i>Indirizzo e-mail</i>	sidemspa@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00833160963
<i>Indirizzo</i>	VIA BERGAMO 94, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	039606771
<i>Ragione sociale</i>	MICROPORT CRM S.r.l.
<i>Login</i>	user_175863
<i>Indirizzo e-mail</i>	microportcrm@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02654900022
<i>Indirizzo</i>	VIA CRESCENTINO SNC, 13040 SALUGGIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	01614871
<i>Ragione sociale</i>	Cardio Calm srl
<i>Login</i>	user_264646

<i>Indirizzo e-mail</i>	cardiocalmsrl@cgn.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03243720988
<i>Indirizzo</i>	via Martiri della Libertà nr. 40, 25018 MONTICHIARI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0308140128
<i>Ragione sociale</i>	CARDIOLINE S.P.A.
<i>Login</i>	user_48644
<i>Indirizzo e-mail</i>	cardioline.clienti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03153711209
<i>Indirizzo</i>	via Linz 151 Spini di Gardolo, 38121 TRENTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0294750481
<i>Ragione sociale</i>	Mortara Instrument Europe srl
<i>Login</i>	user_6270
<i>Indirizzo e-mail</i>	vendite.mortara@pecposteccloud.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00673881207
<i>Indirizzo</i>	Via G. Di Vittorio n. 21/B, 40013 CASTEL MAGGIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0512987811
<i>Ragione sociale</i>	Abintrax srl
<i>Login</i>	user_180720
<i>Indirizzo e-mail</i>	abintrax@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07644780723
<i>Indirizzo</i>	via marina del mondo 62, 70043 MONOPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0802149700

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1659360207505
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	SIDEM
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 1 agosto 2022 15.23.27 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	20.800,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	98,56
<i>Punteggio totale</i>	98,56
<i>Id Offerta</i>	1659356822148
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	CARDIOLINE S.P.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 1 agosto 2022 14.27.02 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	23.480,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	87,31
<i>Punteggio totale</i>	87,31
<i>Id Offerta</i>	1659100836475
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Mortara Instrument Europe srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 29 luglio 2022 15.20.36 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	24.840,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	82,53
<i>Punteggio totale</i>	82,53
<i>Id Offerta</i>	1659089775134
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	MICROPORT CRM S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 29 luglio 2022 12.16.15 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	22.900,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	89,52
<i>Punteggio totale</i>	89,52
<i>Id Offerta</i>	1659014049730
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	SIVIMA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 28 luglio 2022 15.14.09 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	23.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	89,13
<i>Punteggio totale</i>	89,13
<i>Id Offerta</i>	1658935288013
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	SYLCO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 27 luglio 2022 17.21.28 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	20.500,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 5 agosto 2022 10.10.15 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157185137
martedì 2 agosto 2022 14.25.39 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è iniziata.
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659360207505) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata completata.
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659356822148) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659100836475) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659014049730) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1659089775134) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 14.25.34 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1658935288013) della Procedura Fornitura di un sistema di let-

Data	Oggetto	Testo
		tura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.41.14 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è iniziata.
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659100836475) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659360207505) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659356822148) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659089775134) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1659014049730) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 13.40.33 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1658935288013) della Procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Data	Oggetto	Testo
martedì 2 agosto 2022 12.44.09 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_48644 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.44.09 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5465 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.44.08 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6270 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.44.08 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_175863 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.44.08 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5399 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.44.08 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_225693 sulla Procedura con ID 157185137 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 2 agosto 2022 12.00.36 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
lunedì 1 agosto 2022 15.23.27 CEST	Invio Offerta	L'offerente SIDEM ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
lunedì 1 agosto 2022 14.27.02 CEST	Invio Offerta	L'offerente CARDIOLINE S.P.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
venerdì 29 luglio 2022 15.20.36 CEST	Invio Offerta	L'offerente Mortara Instrument Europe srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).

Data	Oggetto	Testo
		ra dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
venerdì 29 luglio 2022 12.16.15 CEST	Invio Offerta	L'offerente MICROPORT CRM S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
giovedì 28 luglio 2022 15.14.09 CEST	Invio Offerta	L'offerente SIVIMA S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
mercoledì 27 luglio 2022 17.21.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente SYLCO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
mercoledì 27 luglio 2022 10.13.30 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157185137
venerdì 22 luglio 2022 11.52.01 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157185137
giovedì 21 luglio 2022 9.44.28 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 157185137
martedì 19 luglio 2022 13.08.00 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG (ID 157185137).
martedì 19 luglio 2022 13.07.47 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 157185137). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	157234227
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 luglio 2022 14.51.29 CEST
<i>Mittente</i>	CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.)

<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 21 luglio 2022 8.33.50 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DI CHIARIMENTO - LINGUA
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi Signori, con la presente siamo a chiedere di confermare che i documenti nativamente redatti in lingua inglese e relativi a protocolli/certificazioni internazionali possano essere presentati in lingua originale inglese. Ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	157838544
<i>Data di invio</i>	martedì 2 agosto 2022 13.34.10 CEST
<i>Mittente</i>	SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 2 agosto 2022 13.37.03 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, allego alla presente quanto richiesto nel soccorso istruttorio. Cordiali saluti Vincenzo Marino ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della documentazione amministrativa caricata in piattaforma, relativamente alla dichiarazione sostitutiva, non è stato utilizzato il modulo ASST e pertanto manca la dichiarazione relativa all'art.53 comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Il modulo ASST da utilizzare è presente nella sezione "Documenti di gara" ma per semplicità viene allegato anche alla presente comunicazione. Tale modulo ASST di dichiarazione sostitutiva, correttamente compilato, corredato da documento di identità e firmato digitalmente, dovrà essere restituito allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 12:00 del 03.08.2022, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Allegato</i>	02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_HOLTER.pdf.p7m Dimensioni: 284 KB Firmatari: MARINO VINCENZO Hash(MD5-Base64): GVFZ6Q4fPckZsn2HGD5u/g==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 67026ba652a6e672b00fc8d707e37f4a133d58e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e82a6065c417867785cad96cce389bd-97bd256fcdf160e5847f21a5bd20d2524</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	157234614
<i>Data di invio</i>	mercoledì 20 luglio 2022 14.57.17 CEST
<i>Mittente</i>	CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 21 luglio 2022 8.33.48 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DI CHIARIMENTO – DOCUMENTAZIONE DA SCARICARE
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi Signori, la Lettera d’invito elenca gli allegati da scaricare dalla piattaforma Sintel tra i quali figura “Dichiarazione sostitutiva”. Detto documento non è, però, presente tra quelli disponibili da scaricare. Con la presente siamo, pertanto, a chiedere di verificare e di caricare a piattaforma il documento “Dichiarazione sostitutiva”. Ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	158091950
<i>Data di invio</i>	mercoledì 10 agosto 2022 9.31.17 CEST
<i>Mittente</i>	CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 22 settembre 2022 11.15.58 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi Signori, con la presente siamo a confermare la presenza alla demo in oggetto fissata per il giorno 29 agosto 2022 ore 08.00. Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. Cardioline S.p.A. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature

	<p>offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870</p>
<i>Id Messaggio</i>	157293273
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 luglio 2022 17.34.20 CEST
<i>Mittente</i>	MICROPORT CRM S.r.l. (MICROPORT CRM S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data venerdì 22 luglio 2022 10.28.05 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG_Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Ns. Rif. 1006/2022 Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: Chiarimento 1) Il primo punto delle caratteristiche tecniche richieste cita "sistema di lettura holter con workstation completa o sistema di lettura holter web-base". La workstation completa deve includere solo il Software oppure è richiesto anche PC, monitor e stampante? Invece, per la predisposizione delle postazioni web-base, è previsto l'utilizzo di personal computer dell'azienda sanitaria con la sola installazione del software di lettura holter? Chiarimento 2) Nella parte "DATI TECNICI" del questionario tecnico i campi: Dimensioni(cm), installazione, Alimentazione, Tensione di alimentazione, tensione erogata, etc.. si riferiscono unicamente ai registratori holter? Grazie Chiarimento 3) Nella parte "SOFTWARE" del questionario tecnico, sono riportati i seguenti punti: -"integrabilità con sistema Aziendale di Order Management e gestione autonoma delle worklist" - possibilità di integrazione con PACS Aziendale Si chiede, pertanto, chiarimento su quale sia il PACS aziendale e quale sia il sistema Aziendale di Order Management attualmente in uso presso l'azienda sanitaria per verificarne l'integrabilità. Grazie Chiarimento 4) Tra le caratteristiche tecniche richieste per il sistema di lettura holter ECG è riportato il seguente punto: "Il sistema proposto comprende attività sistemistiche necessarie alla predisposizione/configurazione e test dell'integrazione del sistema". Si chiede chiarimento su quali possano essere le attività sistemistiche indicate. Grazie Cordiali Saluti MicroPort CRM S.r.l.</p>
<i>Id Messaggio</i>	157838078
<i>Data di invio</i>	martedì 2 agosto 2022 13.20.56 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)

<i>Destinatari</i>	SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.), ricevuto in data martedì 2 agosto 2022 13.28.42 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della documentazione amministrativa caricata in piattaforma, relativamente alla dichiarazione sostitutiva, non è stato utilizzato il modulo ASST e pertanto manca la dichiarazione relativa all'art.53 comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Il modulo ASST da utilizzare è presente nella sezione "Documenti di gara" ma per semplicità viene allegato anche alla presente comunicazione. Tale modulo ASST di dichiarazione sostitutiva, correttamente compilato, corredato da documento di identità e firmato digitalmente, dovrà essere restituito allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 12:00 del 03.08.2022, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Allegato</i>	02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_HOLTER.docx Dimensioni: 79 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ZFpS7Aqy0LNRw1QIHYG1Gw== Hash(SHA-1-Hex): f5bc78614c42ee2aad213b8ba57434544290cf41 Hash(SHA-256-Hex): 27cb14206720cfe5a2c6f0caa7e4389-5536d00020651dc6c9471184d7edbd0e3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	157976804
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 agosto 2022 10.49.44 CEST
<i>Mittente</i>	MICROPORT CRM S.r.l. (MICROPORT CRM S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 8 agosto 2022 15.17.46 CEST; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE

<i>Testo del Messaggio</i>	NS. RIF. 1093/2022/im Con la presente, facendo seguito alla vs. nota del 04.08.2022, si conferma la presenza per il giorno 31.08.2022. Cordiali saluti MicroPort CRM S.r.l. Ufficio Gare Tel. 02/38591400 ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Id Messaggio</i>	158042305
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 agosto 2022 16.51.39 CEST
<i>Mittente</i>	SIDEM (SIDEM)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 10 agosto 2022 9.21.53 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, confermiamo la presenza della ns. Società, per la visione della strumentazione proposta, fissata per il giorno 05/09/2022. Disponibili, si porgono cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Id Messaggio</i>	158026525
<i>Data di invio</i>	lunedì 8 agosto 2022 10.50.07 CEST
<i>Mittente</i>	SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.)

<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 8 agosto 2022 15.18.20 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente per confermare la nostra presenza alla vostra richiesta di visione del sistema Holter ECG Cordiali saluti Vincenzo Marino ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Id Messaggio</i>	157379937
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 luglio 2022 10.51.12 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	SYLCO (SYLCO), non ricevuto; CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.), ricevuto in data lunedì 1 agosto 2022 12.52.00 CEST; SIDEM (SIDEM), ricevuto in data lunedì 25 luglio 2022 12.44.30 CEST; Cardio Calm srl (Cardio Calm srl), non ricevuto; MICROPORT CRM S.r.l. (MICROPORT CRM S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 27 luglio 2022 10.05.42 CEST; Mortara Instrument Europe srl (Mortara Instrument Europe srl), non ricevuto; SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.), ricevuto in data giovedì 28 luglio 2022 15.07.16 CEST; Abintrax srl (Abintrax srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RISPOSTA AI CHIARIMENTI n.1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato alla presente comunicazione si trasmette risposta n.1 ai chiarimenti pervenuti, ns prot. n.16714/22 del 22.07.2022. La stessa è caricata anche nella sezione "Documenti di gara". Cordiali Saluti, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Roberto Paolone Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_HOLTER prot 16714_22.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 95 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI</p> <p>Hash(MD5-Base64): hs9XW7L7BGlajFM4QMg2Tg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fa44cac7d88a3e8bcea24644cd68b8330a0b625</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0bfada2157414197a3dd0f9cd41a7c5-280bac026feb424b99482b3cfe12e7e9a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	157971929
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 agosto 2022 9.48.07 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	Mortara Instrument Europe srl (Mortara Instrument Europe srl), ricevuto in data venerdì 5 agosto 2022 10.34.28 CEST; SYLCO (SYLCO), ricevuto in data venerdì 5 agosto 2022 11.56.30 CEST; MICROPORT CRM S.r.l. (MICROPORT CRM S.r.l.), ricevuto in data venerdì 5 agosto 2022 10.14.09 CEST; CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 10 agosto 2022 9.27.16 CEST; SIDEM (SIDEM), ricevuto in data lunedì 8 agosto 2022 16.49.02 CEST; SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.), ricevuto in data venerdì 5 agosto 2022 19.22.38 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870
<i>Allegato</i>	lettera per richiesta di visione_HOLTER prot 17823_22.pdf.p7m
	Dimensioni: 90 KB

	<p>Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI</p> <p>Hash(MD5-Base64): pW1G5ADFWejYFGcgOkss4g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e3af885fa1621f73ec14955492e3bfcfc031c0d4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a66a6f7b071d0f91e8fd0b6671ae165-f6804327a56eea136d3ff182cff6855ba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	157985759
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 agosto 2022 12.41.43 CEST
<i>Mittente</i>	Mortara Instrument Europe srl (Mortara Instrument Europe srl)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 8 agosto 2022 15.18.00 CEST; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, a seguito Vs. richiesta di visione relativa alla gara in valutazione, si conferma la disponibilità di Mortara Instrument Europe, tramite propri incaricati, per lo svolgimento dell'attività descritta nel giorno e ora indicati nella Vs. nota. Con i più cordiali saluti Ufficio Gare Mortara Instrument Europe +39 051 2987811 office +39 051 6133582 fax gare.mortarait@hillrom.com Via G. Di Vittorio, 21/B 40013 Castel Maggiore (BO) hillrom.com
<i>Id Messaggio</i>	157982892
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 agosto 2022 12.04.01 CEST
<i>Mittente</i>	SYLCO (SYLCO)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 8 agosto 2022 15.17.53 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DI VISIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno come richiesto, confermiamo la presenza della ditta Sylco Srl in data 09 settembre 2022 all'effettuazione della prova/visione di quanto offerto. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla

	<p>procedura per la fornitura di un sistema di lettura dei tracciati Holter ECG e n.10 registratori Holter ECG, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.17823/22 del 05.08.2022. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12:00 del 10.08.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870</p>
<i>Id Messaggio</i>	157381236
<i>Data di invio</i>	venerdì 22 luglio 2022 11.05.45 CEST
<i>Mittente</i>	Mortara Instrument Europe srl (Mortara Instrument Europe srl)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 26 luglio 2022 10.45.19 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento al requisito "Il sistema di lettura fornisce report in pdf in uscita tramite messaggistica HL7 o tramite DICOM con ruolo SCP", si chiede di confermare che l'indicazione della necessità da parte del software di agire quale Service Class Provider sia un refuso. La trasmissione dei report PDF tramite protocollo DICOM prevede infatti solitamente l'utilizzo quale Service Class User (SCU) del servizio di Storage messo a disposizione da un Service Class Provider terzo. Cordiali saluti Mortara Instrument Europe srl
<i>Id Messaggio</i>	157569822
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 luglio 2022 10.10.45 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	CARDIOLINE S.P.A. (CARDIOLINE S.P.A.), ricevuto in data lunedì 1 agosto 2022 12.51.59 CEST; MICROPORT CRM S.r.l. (MICROPORT CRM S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 27 luglio 2022 10.17.57 CEST; Cardio Calm srl (Cardio Calm srl), non ricevuto; SYLCO (SYLCO), non ricevuto; Abintrax srl (Abintrax srl), non ricevuto; Mortara Instrument Europe srl (Mortara Instrument Europe srl), non ricevuto; SIVIMA S.r.l. (SIVIMA S.r.l.), ricevuto in data giovedì 28 luglio 2022 15.07.14 CEST; SIDEM (SIDEM), ricevuto in data mercoledì 27 luglio 2022 10.15.52 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RISPOSTA AI CHIARIMENTI n.2

Testo del Messaggio

Buongiorno, si allega risposta n.2 ai chiarimenti richiesti, rif.prot.ASST n.17014/22 del 27.07.2022. La stessa comunicazione verrà caricata nella sezione "Documentazione di gara" presente in piattaforma. Cordiali Saluti, Angela Panighetti
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA
Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it

Allegato

Risposta Richiesta Chiarimenti_2_HOLTER prot
17014_22.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI

Hash(MD5-Base64): U4XcRoPyYkWJJqHsSdvSIw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6d24ebc7a0f44c046fad4f4dbf94a25d0b6e50f

Hash(SHA-256-Hex): 9584469f59b7b616e4f24a5cda8be01-
eb02815c14a6cf3a04cff2306de086007

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato