

**SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**

Sede di ESINE
Tel. 0364/369461 – fax 0364/369519
e-mail: stb@asst-valcamonica.it

Classificazione: 1.6.3 Data documento 25.08.2020
Prot. n. 18210/20 del 25.08.2020

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI n.1 APPARECCHIATURA PER MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA (MOC)

Si informa che l'ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto per la fornitura di n.1 apparecchiatura per Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) per l'UO Radiologia del Presidio Ospedaliero di Edolo.

L'apparecchiatura dovrà avere le seguenti caratteristiche di minima:

- Metodica: DEXA - Dual Energy X-ray Absorptiometry
- Finestra di scansione max (larghezza x lunghezza) $\geq 10.800 \text{ cm}^2$
- Sistema di centratura del paziente
- Precisione: coefficiente di variazione (C.V.) in vivo sulla scansione della colonna $\leq 1\%$ C.V. / 3 mRem (30 microSv)
- Produzione di due distinti livelli di energia per la discriminazione del tessuto molle ed osseo mediante tecnica ad energia filtrata o pulsata
- Tecnica di acquisizione isocentrica
- Interfaccia DICOM per la connessione efficace ed operativa al RIS/PACS aziendale

Dovrà permettere la visualizzazione /calcolo dei seguenti parametri:

- BMC (contenuto minerale osseo) per ogni distretto scansionabile
- Area di scansione per ogni distretto scansionabile
- BMD (densità minerale ossea) calcolata per ogni sede scansionabile
- T-score e Z-score

L'apparecchiatura deve possedere tutte le omologazioni previste dalle normative che regolano la produzione di tali dispositivi, normative CEI – IEC, normative UNI, normative ISPESL, marchio CE.

Si ricorda che le caratteristiche indicate sono a puro titolo indicativo, saranno poi maggiormente dettagliate nel capitolato tecnico che verrà allegato nella successiva fase di gara.

IMPORTO DELLA FORNITURA

La base d'asta ammonterà a circa € 28.000,00 (IVA esclusa).

REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla futura procedura i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, purchè in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art.83 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.



Dovranno inoltre essere iscritti come "Operatore Economico" sulla Piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia e inseriti nell'elenco fornitori telematico dell'ASST della Valcamonica.

In caso di interesse alla procedura, le ditte sono invitate a darne comunicazione entro la data di **MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2020 ORE 12.00** all'indirizzo stb@asst-valcamonica.it riportando come oggetto "Manifestazione di interesse per la fornitura di n.1 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC)".

Nella manifestazione di interesse dovranno essere riportate le seguenti informazioni e/o dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000:

- ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico, nonché le generalità del legale rappresentante, firmatario della manifestazione stessa;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Si precisa che tale indagine di mercato ha fini puramente esplorativi per individuare gli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto; gli operatori economici, per il solo interesse manifestato, non potranno vantare alcun diritto in ordine all'eventuale partecipazione alla procedura né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento della stessa.

Per eventuali chiarimenti o necessità è possibile rivolgersi al Servizio di Ingegneria Clinica: Responsabile Ing. Chiara Guirri (tel 0364.369461)

Servizio di Ingegneria Clinica
IL RESPONSABILE
(Ing. Chiara Guirri)