

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI, PENA ESCLUSIONE**

I prodotti oggetto di appalto devono obbligatoriamente essere:

1. Conformità alle norme: conformi alla normativa vigente e marcati CE nel rispetto della Direttiva 93/42 CE e 47/2007 CE sui Dispositivi medici
2. Fornibilità: fornibili al SSN e, pertanto, in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge
3. Confezionamento: forniti in imballaggi idonei a garantire un'efficace barriera contro umidità, polvere e qualsiasi altra contaminazione, nonché l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell'Azienda prima dell'installazione.

### **REQUISITI SPECIFICI MINIMI E INDISPENSABILI, PENA ESCLUSIONE**

Oggetto del presente Capitolato Tecnico è l'aggiornamento dei seguenti gruppi di lampade scialitiche:

- Lampade gemellari X6 – Sala Operatoria di ORL – sede di ESINE
- Lampade gemellari ML1000/500 – Sala Operatoria di ORTOPEDIA – sede di ESINE
- Lampade gemellari X6 – Sala Operatoria di ORTOPEDIA – sede di EDOLO
- Lampada singola ML 700 – Sala PICCOLI INTERVENTI – sede di ESINE

### **CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

La fornitura dovrà essere comprensiva di smontaggio e ritiro dei dispositivi esistenti, trasporto, consegna presso il reparto di installazione, montaggio, installazione, collaudo.

Prima della consegna, si richiede sopralluogo al fine di definire le modalità di installazione e le esigenze impiantistiche per il corretto funzionamento.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad effettuare tutte le operazioni di installazione richieste nei tempi e con le modalità richieste dalla SA in fase di sopralluogo e compatibilmente con l'attività clinica svolta nei singoli reparti, anche nelle giornate di sabato e domenica.

L'aggiudicatario, in fase di collaudo dovrà farsi carico dell'addestramento degli operatori all'uso corretto e sicuro dell'apparecchiatura.

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, previ accordi con il Servizio incaricato, all'installazione della strumentazione non oltre 30 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo di consegna, o in alternativa dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettato dall'Azienda appaltante. L'accettazione dell'apparecchiatura è subordinata al reperimento, da parte della ditta, della necessaria autorizzazione all'installazione da parte del RUP.

**Entro 20 (venti) giorni dalla consegna o dal collaudo, alla presenza di RUP/DEC, saranno eseguite opportune prove atte a verificare, nelle reali condizioni di utilizzo, il funzionamento degli strumenti consegnati, ed il possesso dei requisiti minimi richiesti. In caso di esito positivo delle prove, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo. In caso di esito negativo, la ditta aggiudicataria, senza pretendere alcun onere da parte di quest'Azienda, dovrà consegnare in sostituzione prodotti conformi alle richieste (anche di altro produttore), previa accettazione dei prodotti sostitutivi da parte del RUP.**

La ditta si impegna inoltre a fornire, all'atto della prima consegna delle apparecchiature, manuale d'uso in lingua italiana (una copia cartacea ed una copia su supporto elettronico), manuale di service, schema di installazione, copia delle certificazioni di conformità alle direttive di riferimento e norme di sicurezza, schede di sicurezza in originale dei materiali di consumo, ove presenti.

### **GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA**

Il periodo di garanzia è di 12 mesi full risk.

La ditta dovrà farsi carico, per tutta la durata del periodo di garanzia (12 mesi), di ogni onere relativo alla manutenzione (preventiva e correttiva) dell'apparecchiatura e dovrà garantirne la completa funzionalità e, di conseguenza, garantire assistenza "full risk" omnicomprensiva (**nessuna** parte di ricambio esclusa, neppure componenti consumabili di cui periodicamente l'apparecchiatura necessita la sostituzione) ed almeno n.1 manutenzione preventiva annua, o comunque un numero di manutenzioni

**CAPITOLATO TECNICO**

preventive congruente a quanto previsto dal fabbricante nel manuale d'uso. Dovranno quindi essere compresi tutti gli interventi di manutenzione (preventiva e correttiva) dovuti alla normale attività; restano esclusi i danni dovuti a dolo, negligenza, uso improprio.

\* \* \*

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conforme alle richieste del capitolato. L'aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica da parte del RUP della corrispondenza tra i prodotti offerti e le richieste del capitolato.

\* \* \*

Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi al RUP Ing. Angelica Formentelli (tel. 0364.369461 – e-mail [a.formentelli@asst-valcamonica.it](mailto:a.formentelli@asst-valcamonica.it)).

Da restituire firmato digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione.