

## **Decreto n. 23 del 19/01/2023**

**OGGETTO:** DGR XI/4386/2021: "Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2021. Allegato 1 - Indistinti". Acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: Z7E381EF86

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto”;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR XI/4386/2021: “Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2021”, nell'Allegato 1 “Indistinti” è stata messa a disposizione dell'ASST della Valcamonica l'importo di € 600.000,00 finalizzato al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale; di questi, una quota pari ad € 207.146,90 è stata destinata all'acquisto di apparecchiature elettromedicali;

- la SC “Anatomia Patologica” di Esine necessita di n.2 microscopi ottici in quanto uno deve essere sostituito per obsolescenza e non più consono alle attività di analisi/referenziazione, l'altro per potenziamento tecnologico, al fine di permettere le analisi per lettura deposizione amiloide con rosso congo;

- con decreto n.692/2022 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, dei seguenti beni:

| BENE   | BASE D'ASTA<br>(IVA esclusa) | CIG        | UO DESTINATARIA                   |
|--|------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio | € 12.000,00                  | Z7E381EF86 | 3210500<br>SC Anatomia Patologica |

- in data 21.7.2022 è stata pubblicata sul sito aziendale e sul portale SinTel un“Avviso per manifestazione di interesse” contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso, n.6 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel; successivamente è stato ammesso alla gara un ulteriore concorrente registrato ed accreditato sul portale SinTel che, a seguito della pubblicazione della procedura sulla piattaforma, ne ha fatto espressa richiesta; gli operatori economici invitati sono così riassunti:

| BENE   | OPERATORI ECONOMICI INVITATI | CODICE FISCALE |
|--|------------------------------|----------------|
| Acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio | BIOIDEA 2 sas                | 09630570969    |
|  | EVIDENT EUROPE GMBH          | 12118550966    |
|  | NIKON EUROPE BV              | 94294570489    |
|  | REIS ELETTRONICA sas         | 06352830019    |
|  | SENECO                       | 07057740156    |
|  | TIESSELAB srl                | 02141500187    |
|  | VWR INTERNATIONAL srl        | 12864800151    |

- in data 3.11.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n. 108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, tramite piattaforma telematica SinTel, ID 161121782, la procedura per l'“Acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio”, con scadenza in cui presentare offerte prevista entro le h.10.00 del 18.11.2022;



- in data 23.11.2022, in fase di valutazione della documentazione tecnica caricata in piattaforma da parte della REIS ELETTRONICA sas, si è rilevata la mancanza di alcuni documenti richiesti; mediante la sezione “Comunicazioni” della piattaforma SinTel si è proceduto a richiedere la documentazione mancante, ai fini di valutare correttamente quanto offerto; a seguito della mancata ottemperanza della richiesta, in data 25.11.2022, si è proceduto all’esclusione di tale ditta dalla gara, dandone evidenza attraverso la piattaforma SinTel;

- la procedura, come risulta dal “Report di procedura” che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale, ha dato il seguente esito:

| BENE   | BASE D'ASTA<br>(IVA esclusa) | DITTA PARTECIPANTE  | OFFERTA<br>ECONOMICA<br>(IVA esclusa) |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio | € 12.000,00                  | EVIDENT EUROPE GMBH | € 11.972,78                           |
|  |                              | NIKON EUROPE BV     | € 9.770,00                            |
|  |                              | TIESSELAB srl       | € 8.900,00                            |

- come previsto dal Capitolato Tecnico di gara, art.4 - Requisiti speciali, relativi mezzi di prova e consegna campionatura - dopo una prima valutazione della documentazione tecnica presentata, si è deciso di procedere ad una visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte al fine di un'ottimale valutazione del prodotto; tali visioni si sono svolte tra il 7 e il 15 dicembre 2022 presso la SC “Anatomia Patologica” di Esine;

- Il Capitolato Tecnico di gara, art.5 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione - prevede che l'aggiudicazione della procedura avvenga ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero “(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...);*

- al termine della visione dei prodotti, in data 21.12.2022 si è riunito il tavolo di lavoro composto dal Direttore della SC “Anatomia Patologica” e dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica al fine di valutare le apparecchiature e le soluzioni offerte dalle ditte;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della valutazione delle offerte, da cui risulta che quanto proposto dalla TIESSELAB srl è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali; inoltre, è anche la ditta che ha offerto il prezzo più basso;

- gli allegati “Report della Procedura” e “Documento d'Offerta” della TIESSELAB srl prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che l’acquisto di cui al presente provvedimento rientra nel Piano Investimenti 2023, DGR XI/4386/2021, All.1 Indistinti, alla voce “DGR\_4386”, che presenta disponibilità previo utilizzo di economie realizzate su altri investimenti);

RITENUTO di procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n. 108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;  
 - il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;  
 - l'attestazione della SC “Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio



2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, alla TIESSELAB srl l'acquisto di n.2 microscopi ottici da laboratorio alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura Sin-Tel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale e così riassunte:

| BENE  | PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Esclusa) | PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Inclusa) | CIG        | DITTA AGGIUDICATARIA |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
| Acquisto di n.1 microscopio ottico                                    | € 4.250,00                          | € 5.185,00                          | Z7E381EF86 | TIESSELAB SRL        |
| Acquisto di n.1 microscopio ottico con dispositivo per polarizzazione | € 4.650,00                          | € 5.673,00                          |            |                      |
| TOTALE  | € 8.900,00                          | € 10.858,00                         |            |                      |

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 per la fornitura di dispositivi/prodotti identici o accessori inerenti la fornitura stessa per un periodo di ulteriori mesi 48 dalla data del primo ordine e per un ulteriore importo non superiore al 200% del valore aggiudicato;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 10.858,00 (di cui € 1.958,00 per IVA 22%);

4 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs n.50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato - economato)" e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing.Roberto Paolone Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura della SC "Servizio Affari Generali e Legali", la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore Generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: DGR XI/4386/2021: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ALLEGATO 1 – INDISTINTI”. ACQUISTO DI N.02 MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 09/01/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 09/01/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
PAOLONE ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 de l 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 10.858,00 annotata nel Bilancio 2023, come segue:

| Anno PI | BENE  | Conto patrimoniale   | Centro di costo                      | Finanziamento                                       | Codifica contributo | Bilancio Sanitario (IVA inclusa) | Bilancio Territoriale (IVA inclusa) | Totale (IVA inclusa) | Annotazioni  |
|---------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 2023    | n.01<br>microscopio ottico  | 020300100<br>ATTREZZATURE<br>SANITARIE<br>2002000394<br>CONTR.C/CAP.<br>DGR XI/4386/2021<br>ALL.1 INDISTINTI | 3210500<br>SC Anatomia<br>Patologica | DGR<br>n.XI/4386/2021<br>Allegato 1 -<br>Indistinti | DGR_4386            | € 5.185,00                       | € 0.00                              | € 5.185,00           | Il conto presenta disponibilità previo utilizzo di economie realizzate su altri investimenti |
| 2023    | n.01<br>microscopio ottico<br>con dispositivo per<br>polarizzazione | 020300100<br>ATTREZZATURE<br>SANITARIE<br>2002000394<br>CONTR.C/CAP.<br>DGR XI/4386/2021<br>ALL.1 INDISTINTI | 3210500<br>SC Anatomia<br>Patologica | DGR<br>n.XI/4386/2021<br>Allegato 1 -<br>Indistinti | DGR_4386            | € 5.673,00                       | € 0.00                              | € 5.673,00           | Il conto presenta disponibilità previo utilizzo di economie realizzate su altri investimenti |
| TOTALE  |   |  |                                      |   |                     | € 10.858,00                      | € 0,00                              | € 10.858,00          |  |

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 17/01/2023

IL DIRETTORE DELLA SC  
"Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità"  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**ACQUISTO DI n.02 MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO****CIG: Z7E381EF86****OFFERTA ECONOMICA**

|  |  |               |                             |
|--|--|---------------|-----------------------------|
| <b>IL SOTTOSCRITTO</b>                             | MICHELA CANTI  |               |                             |
| <b>NATO A</b>                                      | EDOLO BS   | <b>IL</b>     | 06/06/1979                  |
| <b>IN QUALITA' DI (Carica sociale)</b>             | LEGALE RAPPRESENTANTE  |               |                             |
| <b>DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)</b> | TIESSELAB S.R.L.   |               |                             |
| <b>SEDE LEGALE in</b>                              | MILANO   | <b>Cap</b>    | 20156                       |
| <b>VIA/PIAZZA</b>                                  | GAREGNANO  | <b>n° civ</b> | 47                          |
| <b>TELEFONO</b>                                    | 023082314  | <b>N° Fax</b> | 0233498643                  |
| <b>PEC</b>   | <a href="mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.-TIESSELAB.COM">AMMINISTRAZIONE@PEC.-TIESSELAB.COM</a> | <b>MAIL</b>   | MICHELA.CANTI@TIESSELAB.COM |
| <b>CODICE FISCALE</b>                              | 02141500187  | <b>P. IVA</b> | 02141500187                 |
| <b>CANALE RICEZIONE NSO</b>                        | ID PEPPOL: 0211:IT02141500187  |               |                             |

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

**OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA**

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

| DESCRIZIONE COMPONENTE  | CODICE ARTICOLO | CND                         | REPERTORIO | Q.TA' | PREZZO OFFERTO (iva esclusa) |             |
|---|-----------------|-----------------------------|------------|-------|------------------------------|-------------|
|   |                 |                             |            |       | UNITARIO                     | COMPLESSIVO |
| Microscopio ottico NE 920   | NE920           | <a href="#">W0202050303</a> | 1765723    | 01    | 4250,00                      | 4250,00     |
| Microscopio ottico NE 920 con dispositivo per polarizzazione                              | NE920P          | <a href="#">W0202050303</a> | 1765723    | 01    | 4650,00                      | 4650,00     |
|   |                 |                             |            |       |                              | 8.900,00    |
| <b>COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 12.000,00</b> |                 |                             |            |       |                              | 8.900,00    |
| <b>ALIQUOTA IVA DA APPLICARE</b>  |                 |                             |            |       |                              | 22%         |

DATA .Milano , 08/11/2022

\*\*\*Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante\*\*\*

**VERBALE VALUTAZIONE TECNICA****ACQUISTO DI n.02 MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO**

Questa Amministrazione, con decreto ASST n.692/2022, ha predisposto gli atti relativi all'acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio da destinare alla SC "Anatomia Patologica" dell'Ospedale di Esine (Bs).

La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del decreto legge n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con decreto legge n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)".

**PREMESSO CHE:**

- tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, ID 161121782, entro le h.10:00 del 18.11.2022, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

EVIDENT EUROPE GMBH

NIKON EUROPE BV

REIS ELETTRONICA SAS

TIESELAB SRL

- in data 23.11.2022, in fase di valutazione della documentazione tecnica caricata in piattaforma da parte della ditta REIS ELETTRONICA SAS, si è rilevata la mancanza di alcuni documenti richiesti; mediante la sezione "Comunicazioni" della piattaforma Sintel si è proceduto a richiedere la documentazione mancante, ai fini di valutare correttamente quanto offerto; a seguito della mancata ottemperanza della richiesta, in data 25.11.2022, si è proceduto all'esclusione di tale ditta dalla gara, dandone evidenza attraverso la piattaforma Sintel;

- hanno presentato correttamente l'offerta le seguenti ditte:

| DITTA                            | MODELLO OFFERTO         | OFFERTA<br>(IVA esclusa) |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| EVIDENT EUROPE GMBH              | BX43                    | € 11.972,78              |
| NIKON EUROPE BV                  | CI-L PLUS               | € 9.770,00               |
| TIESELAB SRL                     | NeXcope/TIEsseLab NE920 | € 8.900,00               |
| <b>BASE D'ASTA (Iva Esclusa)</b> |                         | <b>€ 12.000,00</b>       |

Alle ditte sopraindicate è stata richiesta la visione dell'apparecchiatura offerta per una mattinata, secondo il seguente calendario concordato:



| DITTA               | DATA             |
|---------------------|------------------|
| EVIDENT EUROPE GMBH | 15 dicembre 2022 |
| NIKON EUROPE BV     | 13 dicembre 2022 |
| TIESSELAB SRL       | 7 dicembre 2022  |

In data 21.12.2022 alle ore 10.30 si è riunito il tavolo di lavoro per la valutazione dei dispositivi presentati dalle ditte partecipanti, così composto:

- Dr.ssa Roberta Marchione, Direttore SC "Anatomia Patologica"
- Ing. Paolone Roberto, Responsabile Servizio Ingegneria Clinica
- Angela Panighetti, Amministrativo Servizio Ingegneria Clinica (verbalizzante)

Dopo aver analizzato la documentazione tecnica caricata in piattaforma e aver provato tutti i dispositivi offerti, si rilevano le seguenti considerazioni:

| CRITERI                                    | EVIDENT EUROPE GMBH  | NIKON EUROPE BV   | TIESSELAB SRL  | SINTESI   |
|--|--|---|--|---|
| Caratteristiche tecniche                   | Il modello offerto risponde ai requisiti minimi richiesti in sede di gara.                           | Il modello offerto presenta revolver portaobiettivi codificato con memorizzazione della luce, tubo ergonomico con uscita video, indice di campo 22. | Il modello offerto presenta revolver portaobiettivi codificato con memorizzazione della luce, tubo ergonomico con uscita video, indice di campo 25, telecamera con visore, stand-by in caso di non utilizzo. | Il modello offerto dalla ditta TIESSELAB SRL ha caratteristiche migliorative, rispetto ai requisiti minimi richiesti; tali caratteristiche consentono anche dal punto di vista clinico una migliore capacità di analisi, rendendo quanto offerto preferibile rispetto agli altri modelli. |
| Facilità di utilizzo                       | Durante la prova visione, i dispositivi sono risultati sufficienti nella loro praticità di utilizzo. | Durante la prova visione, i dispositivi sono risultati molto ergonomici.  | Durante la prova visione, i dispositivi sono risultati ottimi sia per facilità di utilizzo, sia per la loro ergonomia anche per personale mancino. Visione ottima ed ampio campo operativo di visione.       | Il modello offerto dalla TIESSELAB SRL risulta per gli operatori più ergonomico e facile da usare.  |
| Condizioni dell'assistenza tecnica offerta | Garanzia di 24 mesi ed assistenza tecnica full risk per tutta la durata della garanzia.              | Garanzia di 24 mesi ed assistenza tecnica full risk per tutta la durata della garanzia e fornitura di muletti in caso di fermo macchina.            | Garanzia 36 mesi, assistenza tecnica per tutta la durata della garanzia e fornitura muletti in caso di fermo macchina.   | La TIESSELAB SRL offre una garanzia maggiore rispetto a quanto richiesto in sede di gara, propone tempi di intervento ottimi e disponibilità di muletti in caso di necessità  |
| Prezzo offerto                             | € 11.972,78  | € 9.770,00  | € 8.900,00   | La ditta TIESSELAB SRL ha presentato l'offerta a prezzo più basso   |

*Handwritten signature and initials.*



Dalla tabella sopra riportata, dove sono stati riassunti punti di forza e di debolezza di ciascun prodotto, si deduce che dal punto di vista tecnico-qualitativo quanto proposto dalla ditta TIESSELAB SRL è in grado di rispondere maggiormente alle esigenze aziendali. Inoltre, è anche la ditta che ha offerto il prezzo più basso.

Si termina la seduta dichiarando la ditta TIESSELAB SRL aggiudicataria della fornitura in oggetto.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

| NOME E COGNOME           | FIRMA |
|--------------------------|-------|
| Dr.ssa Roberta Marchione |       |
| Ing. Roberto Paolone     |       |

Esine (Bs), 21 dicembre 2022

IL VERBALIZZANTE

Angela Panighetti

---

# Report della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio n. 161121782 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Configurazione della Procedura ..... | 1 |
| Partecipanti alla Procedura .....    | 4 |
| Riepilogo Offerte .....              | 5 |
| Registro di controllo .....          | 7 |
| Comunicazioni di Procedura .....     | 9 |

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

|  |   |
|--|---|
| <i>Id Procedura</i>                                  | 161121782   |
| <i>Nome Procedura</i>                                | Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio |
| <i>Descrizione Procedura</i>                         |   |
| <i>Codice Gara</i>                                   | -   |
| <i>Destinatari</i>                                   | -   |
| <i>Codice CIG</i>                                    | Z7E381EF86  |
|  | No  |
| <i>Num. Protocollo</i>                               | 2825948   |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>                          | 24958/22  |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i>                       | Non protocollata                                  |
| <i>Num. Procedura Ente</i>                           | Numero di Procedura assente                       |
| <i>Codice CPV principale</i>                         | 33100000-1 - Apparecchiature mediche              |
| <i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i> | Le offerte sopra la base dasta sono incluse       |
| <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>           | Francesco Mazzoli                                 |
| <i>Nome Ente</i>                                     | ASST DELLA VALCAMONICA                            |

### *Informazioni sul tipo di Procedura*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>Tipo di Procedura</i>           | Affidamento diretto previa richiesta di preventivi |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore economico                                   |
| <i>Base dell'asta</i>              | 12.000,00000 EUR                                   |
| <i>Opzione proroga (mesi)</i>      | -  |
| <i>Opzione rinnovo (mesi)</i>      | -  |
| <i>Opzione rinnovo (importo)</i>   | -  |

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <i>Data di avvio della Procedura</i>                     | giovedì 3 novembre 2022 12.40.12 CET  |
| <i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i> | venerdì 18 novembre 2022 10.00.00 CET |

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

| <b>Nome</b>  | <b>Descrizione</b>   | <b>Tecnico / Informativo</b> | <b>Tipologia</b>             | <b>Punteggio tecnico</b> | <b>Formato</b> | <b>Valori</b>                              |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.  | Amministrativo               | Vincolato a risposta singola |                          |                | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| Documentazione amministrativa                      | Caricare un unico file zippato contenente: - il "Patto d'Integrità di Regione Lombardia", firmato digitalmente per accettazione; - la "Dichiarazione Sostitutiva" corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente; - il "Capitolato Tecnico" firmato digi- | Amministrativo               | Libero                       |                          | Allegato       |  |

| Nome                          | Descrizione  | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato  | Valori |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|----------|--------|
|                               | talmente per accettazione.   |                       |           |                   |          |        |
| Documentazione tecnica        | Caricare un file zippato contenente: - Scheda tecnica dei prodotti offerti, in lingua italiana; - Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE e dichiarazioni di conformità, per le apparecchiature/dispositivi/software per cui è prevista l'applicazione; - il Questionario tecnico debitamente compilato e firmato digitalmente; - Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia, di tipo full-risk, della durata di almeno 24 mesi. | Informativo           | Libero    |                   | Allegato |        |
| file ASST "Offerta Economica" | Caricare il file debitamente compilato e firmato digitalmente.   | Economico             | Libero    |                   | Allegato |        |

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <i>Ragione sociale</i>     | BIOIDEA 2 SAS   |
| <i>Login</i>               | user_143230   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | bioidea2@pec.it   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 09630570969   |
| <i>Indirizzo</i>           | Via Libertà 61, 20019 SETTIMO MILANESE (Italia)   |
| <i>Numero telefono</i>     | 0266594580  |
| <i>Ragione sociale</i>     | TIESSELAB   |
| <i>Login</i>               | user_29233  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | michela.canti@tiesselab.com   |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 02141500187   |
| <i>Indirizzo</i>           | Via Garegnano,47, 20156 MILANO (Italia)   |
| <i>Numero telefono</i>     | 023082314   |
| <i>Ragione sociale</i>     | NIKON EUROPE B.V.   |
| <i>Login</i>               | user_248941   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | nikon.italy@pec.it  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 07055380484   |
| <i>Indirizzo</i>           | Via San Quirico 300 (sede operativa per l'Italia-stabile organizzazione), 50013 CAMPI BISENZIO (Italia) |
| <i>Numero telefono</i>     | 0553009601  |
| <i>Ragione sociale</i>     | VWR INTERNATIONAL SRL   |
| <i>Login</i>               | user_7268   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | info.gare.it@vwr.com  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 12864800151   |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA S. GIUSTO 85, 20153 MILANO (Italia)   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Numero telefono</i>     | 02332031223  |
| <i>Ragione sociale</i>     | Seneco   |
| <i>Login</i>               | user_17290   |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | seneco@legalmail.it  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 07057740156  |
| <i>Indirizzo</i>           | Via M. Prestinari 4, 20158 MILANO (Italia)                   |
| <i>Numero telefono</i>     | 0239313031   |
| <i>Ragione sociale</i>     | REIS ELETTRONICA S.A.S                                       |
| <i>Login</i>               | user_280504  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | reis@pec.it  |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 06352830019  |
| <i>Indirizzo</i>           | VIA TONALE 30, 10127 TORINO (Italia)                         |
| <i>Numero telefono</i>     | 3488077869   |
| <i>Ragione sociale</i>     | EVIDENT EUROPE GMBH  |
| <i>Login</i>               | user_277084  |
| <i>Indirizzo e-mail</i>    | olympusscientific@legalmail.it                               |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 12118550966  |
| <i>Indirizzo</i>           | Caffamacherreihe 8-10, Deutschland, 20355 Hamburg, (Germany) |
| <i>Numero telefono</i>     | 0049800200444241   |

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <i>Id Offerta</i>                 | 1668694068814          |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>       | Non protocollata       |
| <i>Fornitore</i>                  | REIS ELETTRONICA S.A.S |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola          |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <i>Data</i>                       | giovedì 17 novembre 2022 15.07.48 CET   |
| <i>Prezzo offerto</i>             | Informazione riservata                  |
| <i>Punteggio economico</i>        | Informazione riservata                  |
| <i>Punteggio totale</i>           | Informazione riservata                  |
| <i>Id Offerta</i>                 | 1668611403741                           |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>       | Non protocollata                        |
| <i>Fornitore</i>                  | EVIDENT EUROPE GMBH                     |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola                           |
| <i>Data</i>                       | mercoledì 16 novembre 2022 16.10.03 CET |
| <i>Prezzo offerto</i>             | 11.972,78000 EUR                        |
| <i>Punteggio economico</i>        | Informazione riservata                  |
| <i>Punteggio totale</i>           | Informazione riservata                  |
| <i>Id Offerta</i>                 | 1668444790704                           |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>       | Non protocollata                        |
| <i>Fornitore</i>                  | TIESSELAB                               |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola                           |
| <i>Data</i>                       | lunedì 14 novembre 2022 17.53.10 CET    |
| <i>Prezzo offerto</i>             | 8.900,00000 EUR                         |
| <i>Punteggio economico</i>        | Informazione riservata                  |
| <i>Punteggio totale</i>           | Informazione riservata                  |
| <i>Id Offerta</i>                 | 1668433551608                           |
| <i>Num. Protocollo Ente</i>       | Non protocollata                        |
| <i>Fornitore</i>                  | NIKON EUROPE B.V.                       |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola                           |
| <i>Data</i>                       | lunedì 14 novembre 2022 14.45.51 CET    |
| <i>Prezzo offerto</i>             | 9.770,00000 EUR                         |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <i>Punteggio economico</i> | Informazione riservata |
| <i>Punteggio totale</i>    | Informazione riservata |

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 4. Registro di controllo**

| <b>Data</b>                                | <b>Oggetto</b>                   | <b>Testo</b>  |
|--|----------------------------------|---|
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.23 CET    | Apertura buste economiche        | La apertura delle buste economiche della procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è iniziata.   |
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.18 CET    | Offerta Tecnica rifiutata        | La Busta Tecnica (ID 1668694068814) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata esclusa con la seguente motivazione: Non è stata inviata la documentazione tecnica richiesta ad integrazione di quella caricata in piattaforma.. |
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.18 CET    | Terminata Valutazione Tecnica    | La valutazione tecnica del Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata completata.   |
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.18 CET    | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1668611403741) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.   |
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.18 CET    | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1668444790704) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.   |
| venerdì 25 novembre 2022<br>9.02.18 CET    | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1668433551608) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.   |
| mercoledì 23 novembre 2022<br>12.16.25 CET | Apertura buste tecniche          | La apertura delle buste tecniche della procedura Acquisto di n.02   |

| <b>Data</b>                                | <b>Oggetto</b>                                    | <b>Testo</b>   |
|--|---|--|
|  |   | microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è iniziata.  |
| mercoledì 23 novembre 2022<br>12.16.20 CET | Offerta Amministrativa accettata                  | La Busta Amministrativa (ID 1668611403741) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 23 novembre 2022<br>12.16.20 CET | Offerta Amministrativa accettata                  | La Busta Amministrativa (ID 1668694068814) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 23 novembre 2022<br>12.16.20 CET | Offerta Amministrativa accettata                  | La Busta Amministrativa (ID 1668444790704) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 23 novembre 2022<br>12.16.20 CET | Offerta Amministrativa accettata                  | La Busta Amministrativa (ID 1668433551608) della Procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| venerdì 18 novembre 2022<br>12.43.36 CET   | La Firma Digitale su offerta è accettata          | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_280504 sulla Procedura con ID 161121782 è stata accettata, con la seguente motivazione: .                                  |
| venerdì 18 novembre 2022<br>12.43.36 CET   | La Firma Digitale su offerta è accettata          | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_277084 sulla Procedura con ID 161121782 è stata accettata, con la seguente motivazione: .                                  |
| venerdì 18 novembre 2022<br>12.43.36 CET   | La Firma Digitale su offerta è accettata          | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_29233 sulla Procedura con ID 161121782 è stata accettata, con la seguente motivazione: .                                   |
| venerdì 18 novembre 2022<br>12.43.36 CET   | La Firma Digitale su offerta è accettata          | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_248941 sulla Procedura con ID 161121782 è stata accettata, con la seguente motivazione: .                                  |
| venerdì 18 novembre 2022<br>10.10.14 CET   | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782).                            |

| <b>Data</b>                                | <b>Oggetto</b>                                       | <b>Testo</b>  |
|--|--|---|
| giovedì 17 novembre 2022<br>15.07.48 CET   | Invio Offerta  | L'offerente REIS ELETTRONICA S.A.S ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782). |
| mercoledì 16 novembre 2022<br>16.10.03 CET | Invio Offerta  | L'offerente EVIDENT EUROPE GMBH ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782).    |
| lunedì 14 novembre 2022<br>17.53.10 CET    | Invio Offerta  | L'offerente TIESSELAB ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782).              |
| lunedì 14 novembre 2022<br>14.45.51 CET    | Invio Offerta  | L'offerente NIKON EUROPE B.V. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782).      |
| giovedì 3 novembre 2022<br>12.40.22 CET    | Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta | Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Acquisto di n.02 microscopi ottici da laboratorio (ID 161121782).                                  |
| giovedì 3 novembre 2022<br>12.40.13 CET    | Inizio Processo                                      | Benvenuto al Mercato (ID 161121782). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.                |

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i>          | 161670176   |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 18 novembre 2022 13.05.09 CET   |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)  |
| <i>Destinatari</i>           | REIS ELETTRONICA S.A.S (REIS ELETTRONICA S.A.S), ricevuto in data lunedì 21 novembre 2022 17.20.43 CET                  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, con la presente si comunica che durante la verifica della documentazione amministrativa caricata in piatta- |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>forma mancano tutti i documenti amministrativi richiesti nella lettera di invito e di seguito riportati: - Patto di integrità di Regione Lombardia firmato digitalmente - il Modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva" corredato da carta di identità e firmato digitalmente - il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione. Si chiede pertanto, entro le ore 18:00 del giorno 21.11.2022, pena esclusione, di allegare in risposta alla presente comunicazione tutta la documentazione sopra riportata. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p> |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161568837  |
| <i>Data di invio</i>         | mercoledì 16 novembre 2022 10.32.02 CET  |
| <i>Mittente</i>              | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH)  |
| <i>Destinatari</i>           | Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 17 novembre 2022 10.44.27 CET  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta partecipazione e chiarimento   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Spettabile Azienda, alla richiesta di ricevere vs invito inviato via PEC avevamo anche richiesto un chiarimento (che rialleghiamo), sappiamo che il termine è scaduto, ma avendolo anticipato al momento della richiesta di invito sarebbe comunque possibile ricevere vs riscontro? Allego la pec contenente il chiarimento in Blu. Vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità, Cordiali Saluti Evident Europe GMBH  |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161670023  |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 18 novembre 2022 13.01.50 CET  |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)   |
| <i>Destinatari</i>           | TIESSELAB (TIESSELAB), ricevuto in data venerdì 18 novembre 2022 13.35.21 CET  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, con la presente si comunica che durante la verifica della documentazione amministrativa caricata in piattaforma: - il Modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva" non è corredato dalla carta di identità del sottoscrittore. Si chiede pertanto, entro le ore 18:00 del giorno 21.11.2022, pena esclusione, di allegare in risposta alla presente comunicazione: - il file "Dichiarazione Sostitutiva" corredato da carta di identità e firmato digitalmente. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i>          | 161669926   |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 18 novembre 2022 12.59.55 CET   |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)  |
| <i>Destinatari</i>           | NIKON EUROPE B.V. (NIKON EUROPE B.V.), ricevuto in data venerdì 18 novembre 2022 15.17.31 CET   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, con la presente si comunica che durante la verifica della documentazione amministrativa caricata in piattaforma: - il Modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva" non è corredato dalla carta di identità del sottoscrittore; - non è presente il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione. Si chiede pertanto, entro le ore 18:00 del giorno 21.11.2022, pena esclusione, di allegare in risposta alla presente comunicazione: - il file "Dichiarazione Sostitutiva" corredato da carta di identità e firmato digitalmente - il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it  |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161761851   |
| <i>Data di invio</i>         | lunedì 21 novembre 2022 17.27.51 CET  |
| <i>Mittente</i>              | REIS ELETTRONICA S.A.S (REIS ELETTRONICA S.A.S)   |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 22 novembre 2022 8.43.08 CET; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | ----- Testo del messaggio originale:<br>Buongiorno, con la presente si comunica che durante la verifica della documentazione amministrativa caricata in piattaforma mancano tutti i documenti amministrativi richiesti nella lettera di invito e di seguito riportati: - Patto di integrità di Regione Lombardia firmato digitalmente - il Modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva" corredato da carta di identità e firmato digitalmente - il "Capitolato Tecnico" firmato digitalmente per accettazione. Si chiede pertanto, entro le ore 18:00 del giorno 21.11.2022, pena esclusione, di allegare in risposta alla presente comunicazione tutta la documentazione sopra riportata. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Allegato</i>              | AGGIORNAMENTI DOCUMENTI.zip.p7m<br><br>Dimensioni: 597 KB<br><br>Firmatari: GUILLAUME GIULIO<br><br>Hash(MD5-Base64): ztf2uTfSBXOL8ha8dQd7Lg==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>f1c43d583452b8d592656d81dbdd29c97e31a6f5<br><br>Hash(SHA-256-Hex): a73c9e3d6c40de3b244a6b9c4770615-50530d1ecee7acb5c94382c5f73febce7<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Documento non marcato   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161671634  |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 18 novembre 2022 13.36.17 CET  |
| <i>Mittente</i>              | TIESSELAB (TIESSELAB)  |
| <i>Destinatari</i>           | Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 21 novembre 2022 8.20.21 CET; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | ----- Buongiorno in allegato dodichiarazione sostitutiva Distinti saluti Tiesselab srl Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che durante la verifica della documentazione amministrativa caricata in piattaforma: - il Modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva" non è corredato dalla carta di identità del sottoscrittore. Si chiede pertanto, entro le ore 18:00 del giorno 21.11.2022, pena esclusione, di allegare in risposta alla presente comunicazione: - il file "Dichiarazione Sostitutiva" corredato da carta di identità e firmato digitalmente. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it |
| <i>Allegato</i>              | Dichiarazione sostitutiva.pdf.p7m<br><br>Dimensioni: 882 KB<br><br>Firmatari: CANTI MICHELA<br><br>Hash(MD5-Base64): ygFx1TEf1wrfcZ+tcab6BA==  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>8a36a5986322b9adfd80d2396183d28f0aa60380</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e709ecc1e6c53addf883440f35975d5-7643b12219489679b5076ac81590ddf09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>  |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161778664   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 22 novembre 2022 8.51.59 CET  |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)  |
| <i>Destinatari</i>           | REIS ELETTRONICA S.A.S (REIS ELETTRONICA S.A.S), non ricevuto   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | SOCCORSO ISTRUTTORIO n.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | <p>Buongiorno, nei documenti inviati in risposta al primo soccorso istruttorio, si rileva l'assenza del seguente documento:<br/>- il modulo M AGRM 031 "Dichiarazione Sostitutiva", reperibile nella sezione "Documentazione di gara" e che si riallega, corredato da un documento d'identità e firmato digitalmente. Si chiede di restituire il modulo ASST di dichiarazione sostitutiva, firmato digitalmente e corredato da documento di identità, allegandolo alla presente comunicazione, entro le ore 18:00 del 22.11.2022, pena esclusione. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Roberto Paolone Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p> |
| <i>Allegato</i>              | <p>02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_REV.docx</p> <p>Dimensioni: 79 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): GH6m5eg4XrCMYDAaYYr3lQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>6841d261fa28f5b3d1fec8f062a9f9bf8e48258e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 085fc37114eedc5893cd85fd98a4e0b-591842a736057b198b409ee5685f9f7a1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Id Messaggio</i>          | 161676183   |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 18 novembre 2022 15.20.00 CET   |
| <i>Mittente</i>              | NIKON EUROPE B.V. (NIKON EUROPE B.V.)   |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 21 novembre 2022 8.21.42 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, in allegato quanto richiesto. Cordialmente  |
| <i>Allegato</i>              | documenti.zip<br><br>Dimensioni: 339 KB<br><br>Firmatari: Documento non firmato<br><br>Hash(MD5-Base64): 1yQeIz1OeG+Xevd+anHMAA==<br><br>Hash(SHA-1-Hex):<br>4e92fa33e55d89d59ffb04630e6918a946591154<br><br>Hash(SHA-256-Hex): 3af43cb824cbf493634ce378ccf2dc1-3882abe114542613cecc03c681a48b6ff<br><br>Controllo alterazione file: Controllo non previsto<br><br>Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Id Messaggio</i>          | 161843874   |
| <i>Data di invio</i>         | mercoledì 23 novembre 2022 13.43.20 CET   |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)  |
| <i>Destinatari</i>           | REIS ELETTRONICA S.A.S (REIS ELETTRONICA S.A.S), ricevuto in data giovedì 24 novembre 2022 11.13.29 CET   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, in fase di valutazione della documentazione tecnica caricata in piattaforma, si è rilevata la mancanza della seguente documentazione richiesta: - Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE e dichiarazioni di conformità, per le apparecchiature/dispositivi/software per cui è prevista l'applicazione; - Descrizione dettagliata delle moda-                         |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | <p>lità di esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia, di tipo full-risk, della durata di almeno 24 mesi. Tale documentazione dovrà essere caricata tramite piattaforma Sintel, in risposta alla presente comunicazione, entro le ore 12.00 del giorno 24.11.2022, pena esclusione. Cordiali Saluti, Angela Panighetti</p>  |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162403586   |
| <i>Data di invio</i>         | lunedì 5 dicembre 2022 17.44.27 CET   |
| <i>Mittente</i>              | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH)   |
| <i>Destinatari</i>           | Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 6 dicembre 2022 8.45.31 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta chiarimento VISIONE   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno gentilissimi, la presente per chiedervi se è possibile eseguire collaudo elettrico sul posto, subito prima di iniziare la visione. Restiamo in attesa di gentile riscontro, Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162282789   |
| <i>Data di invio</i>         | venerdì 2 dicembre 2022 9.49.17 CET   |
| <i>Mittente</i>              | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH)   |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 5 dicembre 2022 8.33.21 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RICHIESTA DI VISIONE  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, confermiamo visione in data 15/12 come da richiesta. Cordiali Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.2 microscopi ottici da laboratorio, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.27764/22. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12.00 del 05.12.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162428479   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <i>Data di invio</i>         | martedì 6 dicembre 2022 10.33.35 CET  |
| <i>Mittente</i>              | TIESSELAB (TIESSELAB)   |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 12 dicembre 2022 11.47.26 CET; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RICHIESTA DI VISIONE  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno confermiamo la prova visione dello strumento per il giorno da Voi fissato Distinti saluti Tiesselab srl ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.2 microscopi ottici da laboratorio, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.27764/22. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12.00 del 05.12.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162242997   |
| <i>Data di invio</i>         | giovedì 1 dicembre 2022 15.13.39 CET  |
| <i>Mittente</i>              | NIKON EUROPE B.V. (NIKON EUROPE B.V.)   |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 5 dicembre 2022 8.33.11 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RICHIESTA DI VISIONE  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, con la presente per confermare la nostra presenza il 13/12/2022 come da voi indicato. Cordialmente Valentina Maraziti   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162427181   |
| <i>Data di invio</i>         | martedì 6 dicembre 2022 10.21.28 CET  |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)  |
| <i>Destinatari</i>           | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH), ricevuto in data lunedì 12 dicembre 2022 8.53.17 CET   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta chiarimento VISIONE   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, gentilmente intendete che procedete Voi ad eseguire presso la nostra struttura le verifiche elettriche con Vs strumentazione? Cordiali Saluti, Panighetti Angela Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it<br>----- Testo del messaggio originale:<br>Buongiorno gentilissimi, la presente per richiedervi se è possibile eseguire collaudo elettrico sul posto, subito prima di iniziare la visione. Restiamo in attesa di gentile riscontro, Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162586686  |
| <i>Data di invio</i>         | lunedì 12 dicembre 2022 8.55.22 CET  |
| <i>Mittente</i>              | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH)  |
| <i>Destinatari</i>           | Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 12 dicembre 2022 11.48.29 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto   |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RE: Richiesta chiarimento VISIONE  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno Sig.ra Panighetti, confermiamo, procederemo con ns strumentazione. il collega avrà bisogno solo di una presa elettrica. Ringraziandovi, Cordiali Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, gentilmente intendete che procedete Voi ad eseguire presso la nostra struttura le verifiche elettriche con Vs strumentazione? Cordiali Saluti, Panighetti Angela Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno gentilissimi, la presente per richiedervi se è possibile eseguire collaudo elettrico sul posto, subito prima di iniziare la visione. Restiamo in attesa di gentile riscontro, Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162604628  |
| <i>Data di invio</i>         | lunedì 12 dicembre 2022 11.49.33 CET   |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)   |
| <i>Destinatari</i>           | EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH), non ricevuto  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RE: RE: Richiesta chiarimento VISIONE  |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | Buongiorno, per la presa elettrica nessun problema, procedete quindi pure ad eseguire le prove in loco. Cordiali Saluti, Angela Panighetti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno Sig.ra Panighetti, confermiamo, procederemo con ns strumentazione. il collega avrà bisogno solo di una presa elettrica. Ringraziandovi, Cordiali Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH -----   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, gentilmente intendete che procedete Voi ad eseguire presso la nostra struttura le verifiche elettriche con Vs strumentazione? Cordiali Saluti, Panighetti Angela Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno gentilissimi, la presente per richiedervi se è possibile eseguire collaudo elettrico sul posto, subito prima di iniziare la visione. Restiamo in attesa di gentile riscontro, Saluti Michela Ferrara Evident Europe GmbH</p>   |
| <i>Id Messaggio</i>          | 162239329  |
| <i>Data di invio</i>         | giovedì 1 dicembre 2022 14.24.16 CET   |
| <i>Mittente</i>              | ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)   |
| <i>Destinatari</i>           | TIESSELAB (TIESSELAB), ricevuto in data martedì 6 dicembre 2022 10.32.59 CET; NIKON EUROPE B.V. (NIKON EUROPE B.V.), ricevuto in data giovedì 1 dicembre 2022 15.12.16 CET; EVIDENT EUROPE GMBH (EVIDENT EUROPE GMBH), ricevuto in data venerdì 2 dicembre 2022 9.48.26 CET  |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RICHIESTA DI VISIONE   |
| <i>Testo del Messaggio</i>   | <p>Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.2 microscopi ottici da laboratorio, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto, rif. prot. ASST n.27764/22. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data in cui effettuare la visione. Si prega di confermare la Vs presenza, tramite piattaforma Sintel, entro le ore 12.00 del 05.12.2022. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p> |
| <i>Allegato</i>              | <p>lettera per richiesta di visione_MICROSCOPI prot 27764_22.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 89 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ed5devKjRzv8ABeTxEEEnWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex):<br/>9e9bed81fee6e0a1f235a4ed9f3a7c42331be003</p> <p>Hash(SHA-256-Hex):<br/>75090e1224764d5d162dea2e192400a-6dddb7abb4c23f148cf0db92c5be7de08</p>  |

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato