

Decreto n. 589 del 09/09/2021

OGGETTO: Acquisizione di n.1 osmosi portatile per l'UOSD Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero, sede di Esine (Bs): aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.
CIG: ZE8320932A

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo ff: Dott.ssa Cristina Lazzati

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" è stato approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XI/3479/2020 del 5.8.2020 e successivo decreto n.10853 del 17.9.2020, Regione Lombardia ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale, assegnando all'ASST Valcamonica un contributo pari a € 271.060,00 per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali a bassa e media tecnologia del quale quest'Azienda prendeva atto con decreto ASST n.866/2020;

- con decreto n.418/2021 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, del seguente bene:

BENE	UO DESTINATARIA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	CIG	COPERTURA ECONOMICA
n.1 osmosi portatile	3160200 UOSD Nefrologia e Dialisi	€ 10.000,00	ZE8320932A	DGR XI/3479/2020 Allegato 3 - Apparecchiature a bassa e media tecnologia

- per la selezione dei fornitori è stata utilizzata la piattaforma telematica SinTel e l'esito della manifestazione d'interesse pubblicata in data 30.4.2021;

- n.6 ditte hanno manifestato interesse a partecipare registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel:

APPARECCHIATURA	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
n.1 osmosi portatile	BAXTER SPA	00492340583
	B. BRAUN AVITUM ITALY SPA	02067940367
	CULLIGAN ITALIANA SPA	00321300378
	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	09291850155
	NIPRO MEDICAL EUROPE NV	97204800151
	SPINDIAL SPA SOCIO UNICO	02141870341

- in data 18.6.2021 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, ID 141365129, con scadenza in cui presentare offerte prevista entro le h.10.00 dell'1.7.2021;

- la procedura, come risulta dall'allegato "Report di procedura" che, ha dato il seguente esito:

APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa)
n.1 osmosi portatile	€ 10.000,00	BAXTER SPA	€ 9.100,00
		CULLIGAN ITALIANA SPA	€ 8.800,00
		FRESENIUS MEDICAL CARE SPA	€ 7.340,00
		NIPRO MEDICAL EUROPE NV	€ 8.490,00



- come previsto dal Capitolato Tecnico di gara, art. 4 - Requisiti speciali, relativi mezzi di prova e consegna campionatura - dopo una prima valutazione della documentazione tecnica presentata, si è deciso di procedere ad una visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte al fine di un'ottimale valutazione del prodotto; tali visioni si sono svolte nelle giornate del 3 e del 4 agosto 2021 presso l' UOSD Nefrologia e Dialisi di Esine;

- Il Capitolato Tecnico di gara, art.5 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione - prevede che l'aggiudicazione della procedura avvenga ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” in attuazione al D.Lgs n.50/2016, ovvero “(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...);”*;

- al termine della visione dei prodotti, in data 6.8.2021 si è riunito il tavolo di lavoro composto dal personale dell'UOSD Nefrologia e Dialisi e dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica al fine di valutare le apparecchiature offerte dalle ditte;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della valutazione delle proposte offerte, da cui risulta che quanto offerto dalla Nipro Medical Europe NV che è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali, anche da giustificare il maggior costo;

- gli allegati “Report della Procedura” e “Documento d'Offerta” della Nipro Medical Europe NV prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che:

- l'acquisto di cui al presente provvedimento rientra del Piano degli Investimenti 2021, DGR XI/3479/2020 - All.3: Apparecchiature a bassa e media tecnologia, alla voce “DGR_3479_3”;

RITENUTO:

- di procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020 e modificato con DL n.77/2021;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2021;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo ff e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare alla Nipro Medical Europe NV ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020 e modificato con DL n.77/2021 e dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4, la fornitura di n.1 osmosi portatile, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale e così riassunte:

APPARECCHIATURA	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Esclusa)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Inclusa)	CIG	DITTA AGGIUDICATARIA
n.1 osmosi portatile	€ 8.490,00	€ 10.357,80	ZE8320932A	NIPRO MEDICAL EUROPE NV



2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del Codice, per la fornitura di dispositivi/prodotti/servizi identici e/o inerenti a quelli oggetto del presente atto, alle medesime condizioni e per un periodo di ulteriori n.48 mesi dalla data del primo ordine e per un ulteriore importo non superiore al 100% del valore aggiudicato;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 10.357,80 (di cui € 1.867,80 per IVA 22%);

5 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing. Chiara Guirri Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI N.01 OSMOSI PORTATILE PER L'UOSD NEFROLOGIA E DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE (BS): AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/09/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/09/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CHIARA GUIRRI**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 10.357,80 annotato nel Bilancio 2021, come segue:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2021	n.01 osmosi portatile	020300100 Attrezzature sanitarie 2002000134 Cocontributo DGW XI/3479/2020 All 3 Progr_Reg_Straor_Inv	3160200 UOSD Nefrologia e Dialisi	DGR XI/3479/2020 Allegato 3 Apparecchiature a bassa e media tecnologia	DGR_3479_3	€ 10.357,80	€ 0,00	€ 10.357,80	
		TOTALE				€ 10.357,80	€ 0,00	€ 10.357,80	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 07/09/2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005


FORNITURA DI N.1 OSMOSI PORTATILE PER L'UOSD NEFROLOGIA E DIALISI
CIG: ZE8320932A
OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO	MAURIZIO BRAMBILLA									
NATO A	MONZA			IL	06 SETTEMBRE 1972					
IN QUALITA' DI (<i>Carica sociale</i>)	PROCURATORE SPECIALE									
DEL/DELLA (<i>Denominazione e ragione sociale</i>)	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.									
Sede legale in Mechelen (Belgio) CAP 2800 – VIA/PIAZZA Blokhuisstraat, n° civ 42										
Sede Legale della Filiale Italiana Milano CAP 20121 – VIA/PIAZZA P.zza Cavour n° civ 7										
TELEFONO	02/57.5000.57			N° Fax	02/57.51.81.11					
PEC	comgare@pec.niproitaly.it			MAIL	ufficiogare@nipro-group.com					
CODICE FISCALE	97204800151			P. IVA	12575740159					
CANALE RICEZIONE NSO	Partita Iva	Ragione Sociale	Tipo sede (es. principale, prodotti cardiovascolari, dialisi domiciliare, dialisi ospedaliera, ecc.)	Tipo Identificativo	Identificativo	Indirizzo	Comune	CAP	email	TEL
	12575740159	NIPRO MEDICAL EUROPE NV	Dialisi ospedaliera	Peppol	9906:it12575740159	Strada 1 Palazzo F1 Milanofiori	Assago	20057	online@nipro-europe.com	0257518870

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara


FORNITURA DI N.1 OSMOSI PORTATILE PER L'UOSD NEFROLOGIA E DIALISI
CIG: ZE8320932A
OFFERTA ECONOMICA
OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (IVA ESCLUSA)
MODULO OSMOSI "HemoRO 3000"	02HRO3002N-UG	Z12099007	1909970/R	1 unità	€ 5.950,00 (cinquemilanovecentoquarantuno/00)
Carrello per "HemoRO 3000"	SO8BHH000-UG	-	-	1 unità	€ 1.740,00 (millesettecentoquarantanove/00)
Prefiltri: 10"-AC, 10"-20 µm, 5"-5 µm	SO8B09895A-UG 3	-	-	1 unità (comprensiva di 3 prefiltri)	€ 800,00 (ottocento/00)
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 10.000,00					€ 8.490,00 (ottomilaquattrocentonovanta/00) <i>/comprensiva di manutenzione full risk per 36 mesi</i>

DATA 30/06/2021

Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

VERBALE VALUTAZIONE TECNICA

FORNITURA DI n.01 OSMOSI PORTATILE PER L'UOSD NEFROLOGIA E DIALISI

Questa Amministrazione, con decreto n.418/2021, ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di n.1 osmosi portatile per l'UOSD Nefrologia e Dialisi del presidio ospedaliero di Esine (BS) dell'ASST della Valcamonica.

La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del decreto legge n.76/2020, convertito con legge n.120/2020 e modificato con decreto legge n.77/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel.

In particolare, l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, **della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)**".

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, ID 141365129, entro le h.10:00 del 01.07.2021, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTO	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	OFFERTA (IVA esclusa)
BAXTER SPA	WRO300H	€ 10.000,00	€ 9.100,00
CULLIGAN ITALIANA SPA	AQUA CLEER SDS MD EVO		€ 8.800,00
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	AQUAUNO		€ 7.340,00
NIPRO MEDICAL EUROPE NV	HemoRO 3000		€ 8.490,00

Come previsto dal Capitolato Tecnico "art. 4 - Requisiti speciali, relativi mezzi di prova e consegna campionatura", dopo una prima valutazione della documentazione tecnica presentata, l'Azienda ha deciso di procedere ad una visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Le prove sono state effettuate nelle seguenti date:

DITTA	DATA	ORARIO
BAXTER SPA	03 agosto 2021	dalle 12:30 alle14:00
CULLIGAN ITALIANA SPA	03 agosto 2021	dalle 14:30 alle 16:00
FRESENIUS MEDICAL CARE	04 agosto 2021	dalle 12:30 alle14:00
NIPRO MEDICAL EUROPE	04 agosto 2021	dalle 14:30 alle 16:00

In data 06.08.2021 alle ore 14:00 si è riunito il tavolo di lavoro per la valutazione dei dispositivi presentati dalle ditte partecipanti, così composto:



- Dr.ssa Valentina Donato, Dirigente Medico presso l'UOSD Nefrologia e Dialisi
- Inf. Claudia Pegurri, infermiera presso l'UOSD Nefrologia e Dialisi
- Ing. Chiara Guirri, Responsabile SIC e verbalizzante

Come previsto da capitolato, sono stati analizzati i seguenti punti:

- caratteristiche tecniche;
- facilità di utilizzo;
- condizioni dell'assistenza tecnica offerta;
- prezzo offerto.

Dalla attenta analisi delle schede e relazioni tecniche e dalle prove svolte, si rilevano le seguenti considerazioni:

CRITERI	BAXTER SPA	CULLIGAN ITALIANA SPA	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA	NIPRO MEDICAL EUROPE NV
Caratteristiche tecniche	Dotata di addolcitore . FILTRI: allestita con n.1 filtri da 20µm+ 1 filtro compostio 5µm a carbone DISINFEZIONE: sia chimica che termica	FILTRI: non prevede 3 stadi di filtrazione ma un unico stadio composito. DISINFEZIONE: chimica 1 volta al mese. Non possibilità di connettere al miscelatore	FILTRI: 2 filtri 5µm+10µm, il 3 non connesso ma possibilità di collegarlo. DISINFEZIONE: chimica 1 volta a settimana con prodotti forniti in esclusiva.	FILTRI: 1 filtro da 20µm , 1 da 10µm e uno da 5µm. DISINFEZIONE: chimica con oxagal 1 volta l'anno o al bisogno. Durante la prova/visione è stato possibile collegare la macchina direttamente al rubinetto acqua del lavandino.
Facilità di utilizzo	Sistema di facile utilizzo, comodo sistema retrattile delle tubazioni di connessione (lung. tubi 10m) ma sistema nel complesso ingombrante	Sistema di facile utilizzo. Sistema compatto, difficile sistemazione dei tubi di connessione	Sistema di facile utilizzo e compatto.	Sistema di facile utilizzo e compatto.
Assistenza tecnica	36 mesu full risk, n. 1 MP annua ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE: cambio filtri mensile, ricarica sale.	36 mesu full risk, n. 4 MP annue ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE: cambio filtri mensile. Disinfezione chimica mensile. Materiale di consumo esclusivo.	36 mesu full risk, n. 4 MP annue ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE: cambio filtri mensile. Disinfezione chimica settimanale. Materiale di consumo esclusivo.	36 mesu full risk, n. 1 MP annua ATTIVITA' A CARICO DELL'OPERATORE: cambio filtri bimestrale. Disinfezione chimica annuale.

Dalla tabella sopra riportata emerge che il prodotto meglio rispondente alle esigenze della Azienda è quella fornita dalla ditta NIPRO, per i seguenti motivi:


- compatta del triplo stadio di filtrazione, come previsto da capitolato;
- ridotta manutenzione da parte del personale di reparto;
- possibilità di poter usare, a seconda dell'esigenza e grazie ad un raccordo dedicato che si ha avuto modo di provare durante la prova/visione:
 - i rubinetti dell'acqua predisposti nella sala deposito e dedicati alle osmosi portatili
 - i normali rubinetti del lavabo, grazie al raccordo fornito

Questo ultimo punto risponde particolarmente alla necessità di reparto di utilizzare la macchina in vari ambienti dell'ospedale, indipendentemente dalla presenza di rubinetti già predisposti; attualmente, in caso il paziente non si trovi in una delle poche stanze di degenza predisposte per l'attacco dell'osmosi, viene trasferito presso il reparto di dialisi.

Considerato quanto sopra, si procede ad aggiudicare alla ditta NIPRO MEDICAL EUROPE NV poichè in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali, anche da giustificare il maggior costo.

La seduta termina dichiarando quale aggiudicatario della fornitura la ditta NIPRO MEDICAL EUROPE NV


Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
Dr.ssa Valentina Donato	
Inf. Claudia Pegurri	Pegurri Claudia
Ing. Chiara Guirri	Chiara Guirri

Esine (Bs), 06 agosto 2021

IL VERBALIZZANTE

Ing. Chiara Guirri



Report della Procedura

Fornitura di n.1 osmosi portatile

n. 141365129 effettuata da

ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	8

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	141365129
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di n.1 osmosi portatile
<i>Codice CIG</i>	ZE8320932A
<i>Num. Protocollo</i>	1023779
<i>Num. Protocollo Ente</i>	14130/21
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33181000-2 - Apparecchi per emodialisi
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Mazzoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	10.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdi 18 giugno 2021 13.10.31 CEST
--------------------------------------	--------------------------------------

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 1 luglio 2021 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrità Regione Lombardia	Da restituire firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione Sostitutiva	Corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato Tecnico	Da restituire firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Descrizione complessiva della fornitura	corredata da depliant esplicativo e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta, in lingua italiana	Informativo	Libero		Allegato	
Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE	sia dell'apparecchiatura che del materiale di consumo per le apparecchiature/dispositivi per cui è prevista l'applicazione	Informativo	Libero		Allegato	
Questionario tecnico	debitamente compilato e	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	firmato digitalmente					
Descrizione manutenzione full-risk		Informativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	debitamente compilata e firmata digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SPINDIAL SPA SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_31814
<i>Indirizzo e-mail</i>	spindialgare@sicurezzapostale.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02141870341
<i>Indirizzo</i>	STRADA NAZIONALE 18 LOC. LEMIGNANO, 43044 COLLECCHIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0521339611
<i>Ragione sociale</i>	BAXTER S.p.A.
<i>Login</i>	user_5781
<i>Indirizzo e-mail</i>	baxterbids@pec.baxter.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00907371009
<i>Indirizzo</i>	VIA DEL SERAFICO, 89, 00142 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0632491919
<i>Ragione sociale</i>	B.Braun Avitum Italy S.p.A.
<i>Login</i>	user_31656
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@pecbbraunavitumitaly.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02067940367
<i>Indirizzo</i>	Via XXV Luglio nr. 11, 41037 MIRANDOLA (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0535616711
<i>Ragione sociale</i>	Culligan Italiana
<i>Login</i>	user_44131
<i>Indirizzo e-mail</i>	culligan@pec.culligan.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00502961204
<i>Indirizzo</i>	via Gandolfi n. 6 - Cadriano, 40057 GRANAROLO DELL'E-MILIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0516017111
<i>Ragione sociale</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A.
<i>Login</i>	user_5312
<i>Indirizzo e-mail</i>	freseniusmedicalcareitalia@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00931170195
<i>Indirizzo</i>	Via Crema, 8, 26020 PALAZZO PIGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03739741
<i>Ragione sociale</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
<i>Login</i>	user_34827
<i>Indirizzo e-mail</i>	comgare@pec.niproitaly.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12575740159
<i>Indirizzo</i>	Blokhuisstraat, 42 , 2800 Mechelen (Belgio) (Belgium)
<i>Numero telefono</i>	0257500057

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1625123940070
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Data</i>	giovedì 1 luglio 2021 9.19.00 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	8.490,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1625119129210
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	BAXTER S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	giovedì 1 luglio 2021 7.58.49 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	9.100,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1624969288144
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 29 giugno 2021 14.21.28 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	7.340,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1624626104181
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Culligan Italiana
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 25 giugno 2021 15.01.44 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	8.800,00000 EUR

<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 2 luglio 2021 12.07.04 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è iniziata.
venerdì 2 luglio 2021 12.07.00 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata completata.
venerdì 2 luglio 2021 12.07.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1625119129210) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 12.07.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1625123940070) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 12.07.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1624969288144) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 12.07.00 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1624626104181) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 11.41.14 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è iniziata.
venerdì 2 luglio 2021 11.41.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625123940070) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata ac-

Report della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile n.
141365129 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		cettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 11.41.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625119129210) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 11.41.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1624969288144) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 2 luglio 2021 11.41.09 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1624626104181) della Procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 11.17.54 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34827 sulla Procedura con ID 141365129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 11.17.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5781 sulla Procedura con ID 141365129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 11.17.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5312 sulla Procedura con ID 141365129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 11.17.53 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_44131 sulla Procedura con ID 141365129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 10.00.19 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
giovedì 1 luglio 2021 9.19.00 CEST	Invio Offerta	L'offerente NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
giovedì 1 luglio 2021 7.58.49 CEST	Invio Offerta	L'offerente BAXTER S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitu-

Data	Oggetto	Testo
		ra di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
martedì 29 giugno 2021 14.21.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente Fresenius Medical Care Italia S.p.A. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
venerdì 25 giugno 2021 15.01.44 CEST	Invio Offerta	L'offerente Culligan Italiana ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
venerdì 18 giugno 2021 13.10.46 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di n.1 osmosi portatile (ID 141365129).
venerdì 18 giugno 2021 13.10.31 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 141365129). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	141876898
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 luglio 2021 11.36.04 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.), ricevuto in data giovedì 1 luglio 2021 15.06.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della documentazione amministrativa caricata in piattaforma, per la dichiarazione sostitutiva non è stato utilizzato il modulo 02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_01 e manca la dichiarazione relativa all'art.53 comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Si allega modulo da compilare in ogni sua parte e restituire, allegandolo alla presente comunicazione, firmato digitalmente entro le ore 11:00 del 02.07.2021. Cordiali Saluti, Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via

<i>Allegato</i>	<p>A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p> <p>02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_01.docx</p> <p>Dimensioni: 104 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): PooG6y9GIbhsctz/mdNWXw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 718d063f60dd7ec5ce1c31fb20e3fbc06ce2a9fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 447a734b126cf50334b497c7806725e-1c3bf867fce01bcd440b6de3362d030b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142531070
<i>Data di invio</i>	mercoledì 21 luglio 2021 11.23.36 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (Fresenius Medical Care Italia S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 11.06.53 CEST; NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.), ricevuto in data venerdì 23 luglio 2021 15.38.08 CEST; Culligan Italiana (Culligan Italiana), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 12.04.20 CEST; BAXTER S.p.A. (BAXTER S.p.A.), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 10.56.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p>
<i>Allegato</i>	lettera per richiesta di visione osmosi portatile prot 16626_21.pdf.p7m

	Dimensioni: 83 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): 5J9G1Lz0Y3mXnwFVKFAKpQ== Hash(SHA-1-Hex): 9609c310b1934a64057a070a34b1f626ce0bbaf8 Hash(SHA-256-Hex): df2fa12ee28cec4444952c7d8e4d4d8- fbc6ef4b2d558ece2e6e6795b67fc4ec1 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	142650734
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 luglio 2021 15.42.58 CEST
<i>Mittente</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.)
<i>Destinatari</i>	Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 11.16.20 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le ASST DELLA VALCAMONICA presidio di ESINE, si conferma la presenza dei nostri incaricati (che si presenteranno muniti di delega) alla prova/visione fissata per la nostra azienda in data 04 Agosto 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.00. Cordiali saluti, NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	142695371
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 luglio 2021 11.12.03 CEST

<i>Mittente</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (Fresenius Medical Care Italia S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 11.16.51 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si conferma la presenza di un incaricato della Ditta Fresenius il giorno 04/08/2021 dalle 12:30 alle 14:00 per effettuare la visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte. Distinti saluti Fresenius Medical Care Italia Spa ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	142697457
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 luglio 2021 11.44.13 CEST
<i>Mittente</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (Fresenius Medical Care Italia S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 11.45.06 CEST; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, alleghiamo alla presente quanto da Voi richiesto. Distinti saluti Fresenius Medical Care Italia Spa ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela

<i>Allegato</i>	<p>SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p> <p>DIC.NI SOST. FAMILIARI CONVIVENTI ART. 85 D. LGS. 159.2011.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: CIVARDI SILVIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): /OpkRyr9MSsT1mOHtKB2cg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa442180eee37bba9c08069e82ba671476384471</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ed9d5db349fc3044d4b916ad97e180d-4438758cae1814735f5ec4491915b7835</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	142697798
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 luglio 2021 11.50.08 CEST
<i>Mittente</i>	Fresenius Medical Care Italia S.p.A. (Fresenius Medical Care Italia S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 13.45.54 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Scusate, è stato inviato per errore un file relativo alla dichiarazione dei familiari conviventi, si prega di NON considerare tale comunicazione. Tenere invece valida la conferma della Prova sul campo (comunicazione inviata in data 26/07/2021 ore 11:12:03. Distinti saluti Fresenius Medical Care Italia Spa ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA</p>

	CA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	142700136
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 luglio 2021 12.07.56 CEST
<i>Mittente</i>	Culligan Italiana (Culligan Italiana)
<i>Destinatari</i>	Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Ente, con la presente si conferma la prova sul campo delle apparecchiature offerte. sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui effettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	142694510
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 luglio 2021 10.58.20 CEST
<i>Mittente</i>	BAXTER S.p.A. (BAXTER S.p.A.)
<i>Destinatari</i>	Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 26 luglio 2021 11.16.31 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Comunicazione prova/visione apparecchiatura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente la Ditta Baxter conferma l'appuntamento del 03/08 dalle 12:30 alle 14:00 per la prova visione delle apparecchiature. Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti BAXTER S.p.A. UFFICIO GARE ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente alla procedura per la fornitura di n.1 osmosi portatile, con la presente si trasmette in allegato richiesta di visione con prova sul campo delle apparecchiature offerte, al fine di un'ottimale valutazione del prodotto. Per ciascuna ditta partecipante è indicata la data e l'ora in cui ef-

	fettuare la visione, si prega di confermarne la presenza, tramite piattaforma Sintel ed entro le ore 12:00 del 26.07.2021. Si ricorda che la non ottemperanza alla richiesta, comporterà la non valutabilità dell'offerta. Cordiali Saluti Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141374683
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 16.02.14 CEST
<i>Mittente</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 21 giugno 2021 10.21.08 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI NIPRO
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le RUP, tra la documentazione pubblicata non troviamo il documento "Dichiarazione Sostitutiva". Restando a disposizione porgiamo i ns piu cordiali saluti, NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
<i>Id Messaggio</i>	141397557
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 giugno 2021 10.23.18 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.), ricevuto in data martedì 22 giugno 2021 10.04.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI NIPRO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il documento è presente nella documentazione di gara ed è così nominato: 02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_01 Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it ----- Testo del messaggio originale: Spett.le RUP, tra la documentazione pubblicata non troviamo il documento "Dichiarazione Sostitutiva". Restando a disposizione porgiamo i ns piu cordiali saluti, NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.
<i>Id Messaggio</i>	141889727
<i>Data di invio</i>	giovedì 1 luglio 2021 15.07.35 CEST

<i>Mittente</i>	NIPRO MEDICAL EUROPE N.V. (NIPRO MEDICAL EUROPE N.V.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data venerdì 2 luglio 2021 11.40.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett.le ASST Valcamonica, con riferimento a quanto in oggetto allego il modulo "02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_01" compilato e firmato digitalmente dal ns. procuratore speciale. Cordiali saluti, Alessandro Mantella -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che, in fase di valutazione della documentazione amministrativa caricata in piattaforma, per la dichiarazione sostitutiva non è stato utilizzato il modulo 02_magrm031_autodichiarazione_fornitore_01 e manca la dichiarazione relativa all'art.53 comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012. Si allega modulo da compilare in ogni sua parte e restituire, allegandolo alla presente comunicazione, firmato digitalmente entro le ore 11:00 del 02.07.2021. Cordiali Saluti, Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it</p>
<i>Allegato</i>	<p>02_magrm031_dich. sostitutiva.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 543 KB</p> <p>Firmatari: MAURIZIO BRAMBILLA</p> <p>Hash(MD5-Base64): cXGTY2EgQxVI7RQuNo4pTg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 849cb93d0e0c0fca378b2bfcb944939c9fbf3f5b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e81bd8b13acfb4e93135244473a531e-9dddc86d5837d02acc303d8461b45f861</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>