

Decreto n. 583 del 09/09/2021

OGGETTO: Acquisizione di n.1 autoclave a vapore per il Blocco Operatorio del Presidio ospedaliero, sede di Esine: esclusione operatore economico offerente e aggiudicazione al secondo tramite piattaforma SinTel.

CIG: 8781278BD6

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo ff: Dott.ssa Cristina Lazzati

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" è stato approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;
- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR n.XI/3479/2020 del 5.8.2020 e successivo decreto n.10853 del 17.9.2020, Regione Lombardia ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale, assegnando all'ASST della Valcamonica un contributo pari a € 271.060,00 per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali a bassa e media tecnologia del quale quest'Azienda prendeva atto con decreto n.866/2020;
- con decreto n.424/2021 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica SinTel, del seguente bene:

BENE	UO DESTINATARIA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	CIG	COPERTURA ECONOMICA
n.1 autoclave a vapore	3150500 BO Esine	€ 45.000,00	8781278BD6	DGR XI/3479/2020 All.3 - Apparecchiature a bassa e media tecnologia

- per la selezione dei fornitori è stata utilizzata la piattaforma telematica SinTel e l'esito della manifestazione d'interesse pubblicata in data 6.5.2021;
- n.4 ditte hanno manifestato interesse a partecipare registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel:

APPARECCHIATURA	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
n.1 autoclave a vapore	CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE	12435741009
	GETINGE ITALIA SRL	03992220966
	SMI MEDICAL SRL	01265230456
	STEEL & POWER SRL	02947270597

- in data 18.6.2021 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, ID 141361427, con scadenza in cui presentare offerte prevista entro le h.10.00 dell'1.7.2021;
- la procedura, come risulta dall'allegato "Report di procedura" ha dato il seguente esito:

APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa)
n.1 autoclave a vapore	€ 45.000,00	CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE	€ 42.420,00
		GETINGE ITALIA SRL	€ 44.968,00

- in sede di gara la Cisa Production srl Unipersonale nel documento "Dichiarazione Sostitutiva" caricato tra la documentazione amministrativa richiesta, segnala che il Dott.



D.A. E. nella qualità di legale rappresentante risulta *“persona sottoposta ad indagini per il delitto di cui all'art. 356 comma I e II in relazione all'art. 355 comma II, nr. 3) c.p. “perché, nella qualità sopra specificata, commetteva frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura di mascherine concluso con l'Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale Nord Ovest Toscana (ESTAR) consegnando in particolare dispositivi KN95 certificati ICR Polska privi dei requisiti di conformità richiesti per le maschere FFP2/FFP3 e privi di valido certificato emesso da ente accreditato (non essendo tale ICR Polska). Fatto accertato a Livorno in data 18.06.2020”*. Nella predetta dichiarazione viene precisato, inoltre, che il procedimento si trova nella fase delle indagini, e che, dunque, non è stato adottato, nei confronti dell'indagato nessun provvedimento penale di condanna. Infine, si segnala, che il Dott. D.A. E., in data 3.7.2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mantenendo la sola qualifica di consigliere, sprovvista di rappresentanza legale e di poteri institori;

- si è proceduto pertanto all'ammissione della ditta alle successive fasi di gara con riserva in attesa di verifica ed approfondimento su quanto segnalato;

- in data 25.8.2021, al fine di completare la valutazione sull'ammissione o esclusione della Cisa Production srl Unipersonale dalla procedura di gara, tramite la sezione “Comunicazioni Procedura” della piattaforma SinTel si è provveduto a richiedere alla ditta stessa informazioni sullo stato del procedimento penale in corso, per verificare se vi fossero stati ulteriori sviluppi rispetto a quanto già dichiarato, indicando per le ore 18:00 del 26.8.2021 il termine ultimo per la trasmissione dell'eventuale riscontro;

- solo in data 3.9.2021 la Cisa Production srl Unipersonale inoltra all'ASST della Valcamonica documentazione relativa al procedimento penale a carico del Dott. DA E. dalla quale si evince che quest'ultimo risulta indagato non solo per il reato di frode nelle pubbliche forniture ma anche per i reati di truffa ex art.640, co.2 n.1, cp, frode nell'esercizio del commercio ex art. 515 c.p., falsità materiale ex art.482 c.p., e che anche la stessa CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE risulta indagata in ordine all'illecito di cui agli artt. 5 e 24 del D.Lgs n.231/2001;

- considerato che in tema di applicazione dell'art.80, co.5, lett.c) del D.Lgs n.50/2016 il Consiglio di Stato Sez. V 20.3.2019 n.1846 afferma, con particolare riguardo alla rilevanza degli atti delle indagini penali ai fini della valutazione - di competenza dell'amministrazione - dell'affidabilità dell'operatore economico, che *“possa trovare applicazione anche alla fattispecie qui controversa il principio (da ultimo, Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n.1367) secondo cui non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi...”*. Ed ancora *“...è consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante”* (cfr. Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6786; III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 11 giugno 2018, n. 3592; V, 3 aprile 2018, n. 2063; V, 2 marzo 2018, n. 1299; V, 4 dicembre 2017, n. 5704); d'altro canto *“Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest'ultima (stazione appaltante) un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera “non condivisibilità” della valutazione stessa”* (così Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312”);

- considerato altresì che secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.6,



approvate con la delibera del 16.11.2016, n.1293 ed aggiornate con la delibera del 11.10.2017, n.1008, punto n.3.1., “*i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice*”;

- tenuto conto che:

1) entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta relativa alla gara in argomento l'unica misura di *Self Cleaning* posta in essere per i fatti in contestazione, sotto l'aspetto degli organi societari, è consistita nelle dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società del dott. D.A. E., rimanendo quest'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione pur senza poteri institori, mentre, come comunicato in seguito dalla ditta, solo in data 30.7.2021 si è ulteriormente intervenuti sul rinnovo degli organi societari;

2) i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso possono ben essere considerati “mezzi adeguati” da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, per dimostrare che un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali, non essendo indispensabile che i gravi illeciti professionali posti a fondamento dell'esclusione del concorrente dalla gara siano stati accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo infatti sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi (cfr. TAR Piemonte Torino Sez. I, 23.8.2019, n. 959; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 24.1.2020 n.84);

3) in punto di diritto la mera pendenza di indagini penali, può assumere rilevanza ai fini del giudizio di affidabilità, anche se non in via automatica, tenuto conto dell'interesse pubblico da tutelare con la fornitura oggetto della procedura di gara evidenziata in premessa;

- in data 20.8.2021 si è verificato un guasto bloccante, non riparabile, sull'autoclave da sostituire e l'acquisto della nuova risulta quindi urgente per garantire il proseguimento dell'attività di sterilizzazione;

- ritenuto pertanto opportuno, per i motivi suddetti, procedere, ai sensi dell'art.80 co. 5, del D.Lgs n.50/2016 alla esclusione della Cisa Production Srl Unipersonale dalla procedura di gara;

- la procedura di conseguenza, come risulta dall'allegato “Report di procedura” che, allegato al presente atto, ne diventa parte integrante e sostanziale, ha dato il seguente esito:

APPARECCHIATURA	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	DITTA PARTECIPANTE	OFFERTA ECONOMICA (IVA esclusa)
n.1 autoclave a vapore	€ 45.000,00	GETINGE ITALIA SRL	€ 44.968,00

VISTI gli allegati “Report della Procedura” e “Documento d'Offerta” della Getinge Italia srl prodotti dal portale SinTel;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, con DGR n.XI/2672/2019 ha fornito precise indicazioni sui criteri per l'accantonamento ex art.113, di cui si è tenuto conto nel presente provvedimento;

- l'acquisto di cui al presente provvedimento rientra del Piano degli Investimenti 2021, DGR XI/3479/2020 - All.3: Apparecchiature a bassa e media tecnologia, alla voce “DGR_3479_3”;

RITENUTO di procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020 e modificato con decreto legge n.77/2021;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla re-



golarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2021;
ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo ff e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di escludere l'operatore economico Cisa Production srl Unipersonale dalla procedura di gara indetta con decreto n.424/2021, avente ad oggetto: "Acquisizione di n.1 autoclave a vapore per il Blocco Operatorio del Presidio ospedaliero di Esine: avvio di procedura sotto soglia", per tutto quanto detto e motivato in premessa;

2 - di aggiudicare alla Getinge Italia srl, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020 e modificato con DL n.77/2021 e dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4, la fornitura di n.1 autoclave a vapore, alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale e così riassunte:

APPARECCHIATURA	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Esclusa)	PREZZO AGGIUDICAZIONE (IVA Inclusa)	CIG	DITTA AGGIUDICATARIA
n.1 autoclave a vapore	€ 44.968,00	€ 54.860,96	8781278BD6	GETINGE ITALIA SRL

3 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

4 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del Codice, per la fornitura di dispositivi/prodotti/servizi identici e/o inerenti a quelli oggetto del presente atto, alle medesime condizioni e per un periodo di ulteriori 48 mesi dalla data del primo ordine e per un ulteriore importo non superiore al 200% del valore aggiudicato;

5 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 55.085,96 (di cui € 9.892,96 per IVA 22% ed € 225,00 per incentivo ex art.113 D.Lgs n.50/2016);

6 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing. Chiara Guirri Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;

7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI N.1 AUTOCLAVE A VAPORE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE: ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 07/09/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 07/09/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CHIARA GUIRRI**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 54.860,96 annotata nel Bilancio 2021, come segue:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2021	n.01 autoclave a vapore	020300100 Attrezzature sanitarie 2002000134 Cocontributo DGW XI/3479/2020 All 3 Progr_Reg_Straor_Inv	3150500 BO Esine	DGR XI/3479/2020 Allegato 3 Apparecchiature a bassa e media tecnologia	DGR_3479_3	€ 54.860,96	€ 0,00	€ 54.860,96	
		TOTALE				€ 54.860,96	€ 0,00	€ 54.860,96	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

TABELLA COSTI

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2021	6509000815 Accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016 2502000815 Fondo accantonamento art.113 D.Lgs.50/2016	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	
	TOTALE		€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 07/09/2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

FORNITURA DI N.1 AUTOCLAVE A VAPORE
PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE

CIG: 8781278BD6

OFFERTA ECONOMICA n. 21TD3185IC

IL SOTTOSCRITTO	Roberto Chareun		
NATO A	Torino	IL	07/11/1970
IN QUALITA' DI (Carica sociale)	Legale Rappresentante e Amministratore Delegato		
DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)	GETINGE Italia Srl		
SEDE LEGALE in	Cinisello Balsamo (MI)	CAP	20092
VIA/PIAZZA	Via G. Gozzano	n° civ	14
TELEFONO	026111351	N° Fax	02611135261
PEC	gare.getingeitalia@pec.getingepec.it	MAIL	ufficiogare.italia@getinge.com
CODICE FISCALE	03992220966	P. IVA	03992220966
CANALE RICEZIONE NSO	9906:03992220966		

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
Autoclave singola porta 6 us, funz. elettrico mod. GETINGE GSS67H101E Completa di <ul style="list-style-type: none"> - Versione cabinata - Vano ispezione lato destro - Porta USB a pannello (lato carico) - Multiple Sterilization Specific GOODS - Guide interne camera 66/6710 	GSS67H101E	Z12011304	1285973/R	1	44.968,00	44.968,00

FORNITURA DI N.1 AUTOCLAVE A VAPORE
PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE

CIG: 8781278BD6

OFFERTA ECONOMICA n. 21TD3185IC

<ul style="list-style-type: none"> - Carrello di carico interno 6 US, 66/6710-20, incl. 3 griglie 1 US - Ripiano supplementare per carrello di carico interno 66/6710-20 - Carrello di carico-scarico esterno h. regolabile elettricamente 66/6710-20 - Batteria per carrello di carico-scarico esterno h. regolabile elettricamente - Addolcitore etm28 <p>Compresi lavori di adeguamento edile-impiantistico</p>						
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 45.000,00						

DATA 30/06/2021

Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante

Report della Procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine n. 141361427 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Registro di controllo	5
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	141361427
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine
<i>Codice CIG</i>	8781278BD6
<i>Num. Protocollo</i>	1023434
<i>Num. Protocollo Ente</i>	14128/21
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33191110-9 - Autoclavi
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Mazzoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	45.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 18 giugno 2021 12.27.58 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte giovedì 1 luglio 2021 10.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Patto di integrità Regione Lombardia	Da restituire firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione Sostitutiva	Corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato Tecnico	Da restituire firmato digitalmente per accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Attestazione di avvenuto sopralluogo		Amministrativo	Libero		Allegato	
Progetto di massima	Contenente quanto specificato nella lettera di invito	Informativo	Libero		Allegato	
Descrizione complessiva della fornitura	corredata da depliant esplicativo e schede tecniche dell'apparecchiatura offerta, in lingua italiana	Informativo	Libero		Allegato	
Copia del certificato	sia dell'apparecchiatura	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
marcatura CE	che del materiale di consumo per le apparecchiature/dispositivi per cui è prevista l'applicazione					
Descrizione manutenzione full-risk		Informativo	Libero		Allegato	
Questionario tecnico	debitamente compilato e firmato digitalmente	Informativo	Libero		Allegato	
Offerta economica	debitamente compilato e firmato digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Steel & Power
<i>Login</i>	user_226647
<i>Indirizzo e-mail</i>	steelpowersrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02947270597
<i>Indirizzo</i>	VIA MONTI LEPINI 39, 04012 CISTERNA DI LATINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0694833028
<i>Ragione sociale</i>	CISA Production S.r.l.
<i>Login</i>	user_101100
<i>Indirizzo e-mail</i>	cisaproductionsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12435741009
<i>Indirizzo</i>	Via E. Mattei snc Angolo Via La Viaccia, 55100 LUCCA (Italia)

<i>Numero telefono</i>	058315381
<i>Ragione sociale</i>	GETINGE ITALIA S.R.L.
<i>Login</i>	user_9670
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.getingeitalia@pec.getingepec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03992220966
<i>Indirizzo</i>	VIA G. GOZZANO, 14, 20092 CINISELLO BALSAMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	026111351
<i>Ragione sociale</i>	S.M.I. MEDICAL SRL
<i>Login</i>	user_184883
<i>Indirizzo e-mail</i>	smimedicalsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01265230456
<i>Indirizzo</i>	via rinchiosa 20c, 54033 CARRARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	050982474

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1625075011782
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	CISA Production S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 30 giugno 2021 19.43.31 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	42.420,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1625042840681
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata

<i>Fornitore</i>	GETINGE ITALIA S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 30 giugno 2021 10.47.20 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	44.968,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 4. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 2 luglio 2021 10.04.04 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427) è iniziata.
venerdì 2 luglio 2021 10.03.52 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427) è iniziata.
venerdì 2 luglio 2021 10.03.46 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427) è iniziata.
venerdì 2 luglio 2021 10.03.42 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625075011782) della Procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427) è stata accettata con la seguente motivazione: Ammessa con riserva, in attesa di verifica sui contenuti dell'autodichiarazione fornita..
venerdì 2 luglio 2021 10.03.42 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1625042840681) della Procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 10.57.35 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_101100 sulla Procedura con ID 141361427 è

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 10.57.35 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_9670 sulla Procedura con ID 141361427 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 1 luglio 2021 10.00.23 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427).
mercoledì 30 giugno 2021 19.43.31 CEST	Invio Offerta	L'offerente CISA Production S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427).
mercoledì 30 giugno 2021 10.47.20 CEST	Invio Offerta	L'offerente GETINGE ITALIA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427).
martedì 29 giugno 2021 10.54.33 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 141361427
giovedì 24 giugno 2021 10.43.40 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 141361427
venerdì 18 giugno 2021 12.28.14 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il BO di Esine (ID 141361427).
venerdì 18 giugno 2021 12.27.59 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 141361427). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 5. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	141398128
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 giugno 2021 10.29.23 CEST
<i>Mittente</i>	S.M.I. MEDICAL SRL (S.M.I. MEDICAL SRL)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 22 giugno 2021 8.50.21 CEST; Mazzoli Francesco (Maz-

<i>Oggetto del Messaggio</i>	zoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Confermiamo sopralluogo per il giorno 24/06/2021 ore 14.30. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 24 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141775850
<i>Data di invio</i>	martedì 29 giugno 2021 10.53.10 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	GETINGE ITALIA S.R.L. (GETINGE ITALIA S.R.L.), ricevuto in data martedì 29 giugno 2021 11.39.09 CEST; CISA Production S.r.l. (CISA Production S.r.l.), ricevuto in data mercoledì 30 giugno 2021 18.12.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta ai chiarimenti 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega risposta ai chiarimenti richiesti, rif. prot.ASST n.15006/21 del 29.06.2021. La stessa comunicazione verrà caricata nella sezione "Documentazione di gara" presente in piattaforma. Cordiali saluti, Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_AUTOCLAVE_2 prot 15006_21.pdf Dimensioni: 151 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): zr0cpGij/acGLeHJKw4llg== Hash(SHA-1-Hex): 2ec6de08e71376954779ae485cc7a43391767bfa

	Hash(SHA-256-Hex): a0e29f4aa9dde95b15d7e65892e1012-63029ff926cf5829b9cf4d3dd041543b4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141554445
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 giugno 2021 11.13.39 CEST
<i>Mittente</i>	CISA Production S.r.l. (CISA Production S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 24 giugno 2021 12.25.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura fornitura autoclave
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato si inoltra richiesta di chiarimenti. Restando in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
<i>Allegato</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI.pdf.p7m Dimensioni: 73 KB Firmatari: VERONESI ANTONIO MARIA Hash(MD5-Base64): mMkKbkg6hQNIYfNsP32n5A== Hash(SHA-1-Hex): 58260680a8c62cae4b14a561f99f80bb9a78e119 Hash(SHA-256-Hex): 009b7522453414e9dd5c11950ae8fb6-6723c139647e7d16671f6ccbe7824f705 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141363699
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 12.34.36 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	CISA Production S.r.l. (CISA Production S.r.l.), ricevuto in data venerdì 18 giugno 2021 17.45.55 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 23 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141523315
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 giugno 2021 14.56.18 CEST
<i>Mittente</i>	S.M.I. MEDICAL SRL (S.M.I. MEDICAL SRL)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 24 giugno 2021 9.31.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, facciamo seguito alla specifica presente nel Capitolato Tecnico riguardante la consegna dell'apparecchiatura entro 15 giorni dalla data dell'ordine e in considerazione dei problemi contingenti di reperibilità della componentistica, ci troviamo costretti a non presiedere al sopralluogo previsto per il giorno 24/06/2021 ore 14.30, a meno che il requisito sopra riportato non possa essere esteso ad almeno 45 giorni. In attesa di Vostre, porgiamo cordiali saluti. Alessio Lenzi S.M.I. MEDICAL srl ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 24 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141523488
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 giugno 2021 14.59.28 CEST
<i>Mittente</i>	S.M.I. MEDICAL SRL (S.M.I. MEDICAL SRL)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 24 giugno 2021 9.31.36 CEST; Mazzoli Francesco (Maz-

<i>Oggetto del Messaggio</i>	zoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Chiarimento consegna fornitura Buongiorno, facciamo seguito alla specifica presente nel Capitolato Tecnico riguardante la consegna dell'apparecchiatura entro 15 giorni dalla data dell'ordine e in considerazione dei problemi contingenti di reperibilità della componentistica, siamo a richiedere se è possibile estenderla ad almeno 45 giorni. In attesa di Vostre, porgiamo cordiali saluti. Alessio Lenzi S.M.I. MEDICAL srl
<i>Id Messaggio</i>	141363844
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 12.36.53 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	S.M.I. MEDICAL SRL (S.M.I. MEDICAL SRL), ricevuto in data lunedì 21 giugno 2021 10.22.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 24 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141425159
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 giugno 2021 16.48.22 CEST
<i>Mittente</i>	GETINGE ITALIA S.R.L. (GETINGE ITALIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 22 giugno 2021 8.50.13 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Fornitura di n.1 autoclave a vapore per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Esine (Bs) dell'ASST Valcamonica.
<i>Testo del Messaggio</i>	SI COMUNICA CHE IL 23 GIUGNO 2021 alle ore 14:30 saremo presenti presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica per effettuare

	sopralluogo. Presenzierà il Sig. Matteo Bartolini GETINGE ITALIA SRL
<i>Id Messaggio</i>	141546292
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 giugno 2021 9.36.35 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	CISA Production S.r.l. (CISA Production S.r.l.), ricevuto in data giovedì 24 giugno 2021 10.28.09 CEST; S.M.I. MEDICAL SRL (S.M.I. MEDICAL SRL), ricevuto in data giovedì 24 giugno 2021 16.59.01 CEST; Steel & Power (Steel & Power), non ricevuto; GETINGE ITALIA S.R.L. (GETINGE ITALIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 28 giugno 2021 14.18.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta ai chiarimenti 1
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si allega risposta ai chiarimenti richiesti, rif. prot.ASST n.14512/21 del 24.06.2021. La stessa comunicazione verrà caricata nella sezione "Documentazione di gara" presente in piattaforma. Cordiali saluti, Panighetti Angela SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_AUTOCLAVE_1 prot 14512_21.pdf.p7m Dimensioni: 110 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): WfGWAFZ/tHeE783IWkwhMg== Hash(SHA-1-Hex): 9b853ed9170a365fd53a3fb96f652f0e96fd39cd Hash(SHA-256-Hex): e452a5cb5179d0ccd0f58393831dbdeb14e6a6c2b43f65dc2b0d5b71d7b349dd Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	141378818
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 17.49.35 CEST
<i>Mittente</i>	CISA Production S.r.l. (CISA Production S.r.l.)

<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data lunedì 21 giugno 2021 10.20.07 CEST; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, confermiamo la ns. presenza al sopralluogo il 23.06.p.v. alle ore 14,30. Distinti saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 23 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141363874
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 12.37.25 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	Steel & Power (Steel & Power), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 24 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141425201
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 giugno 2021 16.49.09 CEST
<i>Mittente</i>	GETINGE ITALIA S.R.L. (GETINGE ITALIA S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Guirri Chiara (Guirri Chiara), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 22 giugno 2021 8.50.03 CEST

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	SI COMUNICA CHE IL 23 GIUGNO 2021 alle ore 14:30 saremo presenti presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica per effettuare sopralluogo. Presenzierà il Sig. Matteo Bartolini GETINGE ITALIA SRL ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 23 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Id Messaggio</i>	141363740
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 giugno 2021 12.35.10 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	GETINGE ITALIA S.R.L. (GETINGE ITALIA S.R.L.), ricevuto in data lunedì 21 giugno 2021 16.29.34 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che la data del sopralluogo è fissata per il giorno: 23 GIUGNO 2021 ore 14:30 presso il Presidio Ospedaliero di Esine (Bs), Via Manzoni 142, Servizio di Ingegneria Clinica. Si prega di dare conferma di partecipazione entro le ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per il rilascio della relativa attestazione. Si ricorda che il sopralluogo presso la struttura è obbligatorio, pena esclusione. A disposizione per ulteriori chiarimenti, Servizio di Ingegneria Clinica ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Chiara Guirri Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it