

## **Decreto n. 414 del 12/07/2023**

**OGGETTO:** Acquisto, per la SC “Otorinolaringoiatria (ORL)” di Esine (Bs) di apparecchiature per diagnosi audiometriche e relativo materiale di consumo per la durata di 5 anni (dal 01.08.2023 al 31.07.2028): aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: 9830253566 - CUP: C42C22000190002

**IL DIRETTORE GENERALE FF**  
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto";

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR XI/5970/2022: "Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2022", nell'Allegato 1 "Indistinti" è stato messo a disposizione dell'ASST della Valcamonica l'importo di € 600.000,00; stando alla DGR stessa e alle indicazioni della Direzione Strategica, una quota delle risorse assegnate è destinata al mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale relativo alle apparecchiature a bassa e media tecnologia;

- la SC "Otorinolaringoiatria (ORL)" necessita di varie apparecchiature per diagnosi audiometriche in quanto obsolete e non più rispondenti alle attività diagnostiche di reparto. Alcune delle apparecchiature richieste prevedono l'utilizzo di materiale di consumo dedicato e si è pertanto ritenuto opportuno predisporre una unica procedura di gara, per l'acquisto delle apparecchiature e del materiale di consumo dedicato per un periodo di 5 anni;

- con decreto n.319/2023 veniva autorizzato l'avvio della procedura per l'acquisizione, attraverso la piattaforma telematica SinTel, dei seguenti beni:

BENE	BASE D'ASTA (IVA esclusa)	UO DESTINATARIA	CIG
Acquisto di: - n.1 apparecchio per analisi dei potenziali evocati - n.1 audiometro - n.1 impedenziometro - n.1 sistema per video-nistagnografia	€ 53.500,00	3170400 SC Otorinolaringoiatria (ORL)	9830253566
Acquisto del materiale di consumo dedicato per n.5 anni per l'apparecchio per l'analisi dei potenziali evocati e per l'impedenziometro	€ 10.000,00		
TOTALE A BASE D'ASTA (IVA Esclusa)	€ 63.500,00		

- in data 29.3.2023 è stato pubblicato sul sito aziendale e sul portale SinTel un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- n.3 ditte hanno manifestato interesse a partecipare registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel:

BENE	OPERATORI ECONOMICI INVITATI	CODICE FISCALE
Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e relativo materiale di consumo	LEDISO ITALIA SRL	06167210480
	INVENTIS SRL	03957810280
	NATUS MEDICAL SRL	05025030288

- in data 30.5.2023 è stata indetta, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con L. n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, tramite piattaforma telematica SinTel, ID 170057005, la procedura per l'Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di



consumo per la durata di 5 anni”, con scadenza in cui presentare offerte prevista entro le h.12.00 del 9.6.2023;

- in data 7.6.2023 la INVENTIS srl ha comunicato la non partecipazione alla procedura, poiché il distributore ufficiale dei prodotti da loro offerti è la ditta MEDIKO srl, che nel contempo ha chiesto di partecipare alla gara;

- in data 8.6.2023 si è proceduto ad invitare alla procedura di gara anche la MEDIKO srl e a posticipare i termini di scadenza in cui presentare offerta alle ore 12:00 del 14.6.2023;

- la procedura, come risulta dall'allegato “Report di procedura”, ha dato il seguente esito:

DITTA	OFFERTA APPARECCHIATURE (IVA esclusa)	OFFERTA MATERIALE DI CONSUMO (IVA esclusa)	OFFERTA COMPLESSIVA (IVA esclusa)
LEDISO ITALIA SRL	€ 39.500,00	€ 6.711,00	€ 46.211,00
MEDIKO SRL	€ 39.162,00	€ 7.210,00	€ 46.372,00
NATUS MEDICAL SRL	€ 39.000,00	€ 7.600,00	€ 46.600,00

- il Capitolato Tecnico di gara, art.5 - Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione - ha previsto che l'aggiudicazione della procedura avvenisse ai sensi dell'art.4.3.1 delle Linee Guida ANAC n.4 “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori*” in attuazione al D.Lgs n.50/2016, ovvero “(…) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (..) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)”;

- in data 29.6.2022 si è riunito il tavolo di lavoro composto dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, dal Primario della SC Otorinolaringoiatria e dal tecnico di audiometria al fine di valutare le apparecchiature offerte dalle ditte;

VISTI:

- l'allegato verbale redatto dal tavolo di lavoro a seguito della valutazione delle proposte presentate, da cui risulta che quanto offerto dalla MEDIKO srl è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze aziendali, anche da giustificare il maggior costo;

- gli allegati “Report della Procedura” e “Documento d'Offerta” della MEDIKO srl prodotti dal portale SinTel;

EVIDENZIATO che l'acquisto delle apparecchiature rientra nel Piano Investimenti 2023, DGR XI/5970/2022, All.1 Indistinti, alla voce “DGR\_5970\_1”;

RITENUTO di procedere all'acquisto ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con L. n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4;

CONSIDERATO che il Decreto Presidenza n.1780 del 10.2.2023 di assegnazione delle risorse per il Bilancio Preventivo 2023 dispone che le assegnazioni potranno essere aggiornate per tenere conto degli effetti economici:

- delle possibili modifiche ed integrazioni alle determinazioni della Giunta regionale in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2023, anche ad avvenuta approvazione del riparto nazionale delle disponibilità definitive del Fondo Sanitario per l'anno 2023;

- dell'andamento dei ricavi e dei costi rappresentati dalle aziende sanitarie pubbliche in sede di redazione delle certificazioni economiche trimestrali 2023;

DATO ATTO che per l'esercizio 2023 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2022 in quanto trattasi di apparecchiature di



nuova introduzione;

ATTESO che il Responsabile della struttura competente all'acquisto, di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel prossimo periodo l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica e del Direttore della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato - economato)";

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023;

- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

**DECRETA**



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con L. n.120/2020, modificato con DL n.77/2021 e convertito con L. n.108/2021 e delle Linee Guida ANAC n.4, alla MEDIKO srl la fornitura di apparecchiature per diagnosi audiometriche e relativo materiale di consumo per la durata di 5 anni (dal 1.8.2023 al 31.7.2028) alle condizioni tecnico-economiche dell'offerta presentata, del prospetto dei fabbisogni e del report di procedura SinTel, che allegati al presente atto, ne diventano parte integrante e sostanziale;

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata;

3 - che il contratto d'appalto potrà essere modificato, nel periodo di vigenza dello stesso, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del Codice, per la fornitura di dispositivi/prodotti identici o accessori inerenti a quelli oggetto del presente atto e/o per eventuale adeguamento prezzi, nei limiti di quanto in dettaglio all'interno del capitolato tecnico di gara;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 56.573,84 (di cui € 10.201,84 per IVA 22%);

5 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore della SC "Gestione Acquisti (Provveditorato - economato)" e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto) l'Ing. Roberto Paolone Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, coadiuvato dalla Dr.ssa Alexandra Georgiu Coordinatore Infermieristico dei Poliambulatori per la parte relativa al materiale di consumo;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura della SC "Servizio Affari Generali e Legali", la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF  
(Dott Guido Avaldi)

**OGGETTO: ACQUISTO, PER LA SC "OTORINOLARINGOIATRIA (ORL)" DI ESINE (BS) DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI (DAL 01.08.2023 AL 31.07.2028): AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG: 9830253566 CUP: C42C22000190002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/07/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PAOLONE ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 06/07/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
PAOLONE ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 47.777,64 annotata nel Bilancio 2023, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	n.01 Apparecchio per analisi dei potenziali evocati	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3170403 Ori - ambulatori	DGR XI/5970/2022, Allegato1 Indistinti	DGR_5970_1	€ 19.215,00	€ 0,00	€ 19.215,00	
2023	n.01 Audiometro	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3170403 Ori - ambulatori	DGR XI/5970/2022, Allegato1 Indistinti	DGR_5970_1	€ 8.013,57	€ 0,00	€ 8.013,57	
2023	n.01 Impedenziometro	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3170403 Ori - ambulatori	DGR XI/5970/2022, Allegato1 Indistinti	DGR_5970_1	€ 5.475,36	€ 0,00	€ 5.475,36	
2023	n.01 Sistema per video – nistagmografia	020300100 ATTREZZATURE SANITARIE 2002000396 CONTR.C/CAP.DGR XI/5970/2022 ALL.1 INDISTINTI	3170403 Ori - ambulatori	DGR XI/5970/2022, Allegato1 Indistinti	DGR_5970_1	€ 15.073,71	€ 0,00	€ 15.073,71	
		TOTALE				€ 47.777,64	€ 0,00	€ 47.777,64	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6203000100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

### Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.464,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2023, i conti di riferimento sono:

### TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.8.2023 – 31.12.2023	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	3170403 Ori - ambulatori	€ 762,50	€ 0,00	€ 762,50	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. 183/2021
1.8.2023 – 31.12.2023	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Ori - ambulatori	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. 353/2022
1.8.2023 – 31.12.2023	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Ori - ambulatori	€ 225,70	€ 0,00	€ 225,70	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con determina n. 436/2020
	TOTALE		€ 1.464,00	€ 0,00	€ 1.464,00	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta che l'importo di € 7.332,20 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione dell'esercizio/ esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI (esercizi successivi)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2024	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	3170403 Orl - ambulatori	€ 762,50	€ 0,00	€ 762,50	
2024	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Orl - ambulatori	€ 951,60	€ 0,00	€ 951,60	
2024	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Orl - ambulatori	€ 97,60	€ 0,00	€ 97,60	
	<b>TOTALE 2024</b>		<b>€ 1.811,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.811,70</b>	
2025	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	3170403 Orl - ambulatori	€ 762,50	€ 0,00	€ 762,50	
2025	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Orl - ambulatori	€ 951,60	€ 0,00	€ 951,60	
2025	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Orl - ambulatori	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00	
	<b>TOTALE 2025</b>		<b>€ 1.958,10</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.958,10</b>	
2026	4001000407 DISPOSITIVI MEDICI: CND B; G; N; Q; R; U-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPEC	3170403 Orl - ambulatori	€ 762,50	€ 0,00	€ 762,50	
2026	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Orl - ambulatori	€ 951,60	€ 0,00	€ 951,60	
2026	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Orl - ambulatori	€ 128,10	€ 0,00	€ 128,10	
	<b>TOTALE 2026</b>		<b>€ 1.842,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.842,20</b>	
2027	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Orl - ambulatori	€ 951,60	€ 0,00	€ 951,60	
2027	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Orl - ambulatori	€ 244,00	€ 0,00	€ 244,00	
	<b>TOTALE 2027</b>		<b>€ 1.195,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.195,60</b>	
1.1.2028 – 31.7.2028	4001000401 DISPOSITIVI MEDICI: CND Z - MATERIALI DIAGNOSTICI (MAT.PER APP.SAN.)	3170403 Orl - ambulatori	€ 475,80	€ 0,00	€ 475,80	
1.1.2028 – 31.7.2028	4001000411 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	3170403 Orl - ambulatori	€ 48,80	€ 0,00	€ 48,80	
	<b>TOTALE 2028</b>		<b>€ 524,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 524,60</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 7.332,20</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 7.332,20</b>	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 10.07.2023

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



## ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 9830253566

### OFFERTA ECONOMICA

<b>IL SOTTOSCRITTO</b>	LAURA DALLA PELLEGRINA				
<b>NATO A</b>	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	<b>IL 25-02-1971</b>			
<b>IN QUALITA' DI (Carica sociale)</b>	AMMINISTRATORE UNICO				
<b>DEL/DELLA (Denominazione e ragione sociale)</b>	MEDIKO S.R.L.				
<b>SEDE LEGALE in</b>	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	<b>Prov</b>	<b>PD</b>	<b>CAP</b>	35010
<b>VIA/PIAZZA</b>	BEVILACQUA	<b>Dn° civ</b>	153		
<b>TELEFONO</b>	049646999	<b>N° Fax</b>	049646999		
<b>PEC</b>	<a href="mailto:mediko@pec.mediko.it">mediko@pec.mediko.it</a>	<b>MAIL</b>	<a href="mailto:mediko@mediko.it">mediko@mediko.it</a>		
<b>CODICE FISCALE</b>	04375330281	<b>P. IVA</b>	04375330281		
<b>CANALE RICEZIONE NSO</b>	<a href="mailto:mediko@pec.mediko.it">mediko@pec.mediko.it</a>				

Preso atto dei contenuti del capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara

### OFFRE PER LA FORNITURA OGGETTO DELLA PRESENTE GARA

I seguenti prezzi unitari e complessivi (oneri fiscali esclusi):

APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE						
DESCRIZIONE COMPONENTE APPARECCHIATURA	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA'	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
GSI Audera Pro – ABR completo di: Computer mini tower fascia B, DISPLAY 23" Full HD, stampante laser a colori, trasformatore di isolamento, carrello monomontante a due ripiani con supporto VESA e cestello porta oggetti, staffe porta computer e hard disk	12081 (GSI AUDERA PRO) completo di: 10623 (PC); 10624 (Display); 10826 (Stampante); 10605 (Trasformatore); 10881 (Carrello); 10882 (Staffe) e 11034 (Hard Disk)	Z12140380	2337431	1	15.750,00	15.750,00



## ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 9830253566

### OFFERTA ECONOMICA

Piano modello Plus VRA printer completo di: n. 2 casse acustiche FBT, n. 2 Supporti da terra per cassa, n. 1 Rinforzo visivo, n. 1 Rinforzo per gioco e cassa acustica piccola e n. 1 kit collegamenti USB a distanza	10300 (Piano Plus VRA printer) completo di: 10266 (Cassa acustica attiva FBT – 2 pezzi) 10659 (Supporto da terra per casse n. 2 pezzi); 10302 (Rinforzo visivo) 11662 (Supporto per gioco e cassa acustica piccolo) e 10883 (Kit per collegamenti USB)	Z121401	561528	1	6.568,50	6.568,50
Clarinet modello Plus printer	10543 (Clarinet modello Plus printer)	Z12149005	1046313	1	4.488,00	4.488,00
Wireless VNG Ulmer modello Screening completo di: Computer mini tower fascia "A" 3 USCITE VIDEO, Display 23" Full HD, Stampante a COLORI, Trasformatore di isolamento, Tastiera e mouse wireless, Display LCD per sistemi VRA, Lettore di tessera sanitaria magnetica USB, Hard disk esterno USB e Telecamera ambientale	11463-XPR (Wireless VNG Ulmer modello Screening) completo di: 10622 (Computer); 10624 (Dispaly); 10826 (Stampante); 10605 (Trasformatore); 11219 (Tastiera); 10555 (Display LCD); 10055 (Lettore tessera); 11034 (Hars Disk) e 11471 (Telecamera ambientale)	Z121120124	53616	1	12.355,50	12.355,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PER LE APPARECCHIATURE - IVA ESCLUSA – BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 53.500,00</b>						<b>39.162,00</b>



## ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 9830253566

### OFFERTA ECONOMICA

MATERIALE DI CONSUMO						
DESCRIZIONE COMPONENTE	CODICE ARTICOLO	CND	REPERTORIO	Q.TA' per 5 anni	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)	
					UNITARIO	COMPLESSIVO
<b>MATERIALE DI CONSUMO PER POTENZIALI EVOCATI</b>						
Elettrodi pregellati Ambu Neuroline 720 – 25 pz	10858	N010101	65060	100	25,00	2.500,00
Tappini di spugna per auricolari a inserzione (misura piccola) – 100 pezzi	12023	NA	NA	3	60,00	180,00
Tappini di spugna per auricolari a inserzione (misura standard) – 100 pezzi	12022	NA	NA	3	60,00	180,00
<b>MATERIALE DI CONSUMO PER IMPEDENZIMETRO</b>						
Tappini varie misure per impedenzometri Inventis – 30 pezzi	10488 + 10489 + 10490 + 10491 + 10492 + 10493 + 10494 + 10495 + 10496	Z12149099	NA	260	15,00	3.900,00
Carta termica confezione da 5 rotoli	10293	NA	NA	10	40,00	400,00
Confezione fili spugnosi per la pulizia della sonda degli impedenzometri	10554	NA	NA	2	25,00	50,00



## ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

CIG: 9830253566

### OFFERTA ECONOMICA

<b>COSTO COMPLESSIVO MATERIALE DI CONSUMO - IVA ESCLUSA - BASE D'ASTA NON SUPERABILE € 10.000,00</b>	7.210,00

Riassumendo:

PRODOTTO A GARA	BASE D'ASTA NON SUPERABILE (iva esclusa)	PREZZO OFFERTO (iva esclusa)
Apparecchiature per diagnosi audiometriche	€ 53.500,00	39.162,00
Materiale di consumo per potenziali evocati e impedenziometro	€ 10.000,00	7.210,00
<b>TOTALE (Iva Esclusa)</b>	<b>€ 53.500,00</b>	46.372,00
<b>ALIQUOTA IVA DA APPLICARE</b>		22%

DATA 09/06/2023

*\*\*\*Da restituire firmata digitalmente dal Legale Rappresentante\*\*\**

**ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E  
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER LA DURATA DI 5 ANNI (DAL 01.08.2023 AL 31.07.2028)**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valcamonica

APPARECCHIATURE MATERIALE DI CONSUMO	PRODOTTO	MODELLO	COD. PROD	CND	RDM	CF	PREZZO UNIT I.E.	FABB PEZZI 5 ANNI	TOT Iva esclusa	TOT Iva compr.	CONTO ECONOMICO
APPARECCHIATURE	Apparecchio per analisi dei potenziali evocati	AUDERA PRO	12081	Z12140380	2337431	1	€ 15.750,0000	1	€ 15.750,00	€ 19.215,00	02 3 100
	Audiometro	PIANO PLUS VRA PRINTER	10300	Z121401	2351777	1	€ 6.568,5000	1	€ 6.568,50	€ 8.013,57	
	Impedenziometro	CLARINET PLUS PRINTER	10543	Z12149005	2351783	1	€ 4.488,0000	1	€ 4.488,00	€ 5.475,36	
	Sistema per video – nistagmografia	WIRELESS VNG ULMER SCREENING	11463-XPR	Z12120124	53616	1	€ 12.355,50	1	€ 12.355,50	€ 15.073,71	
MATERIALE DI CONSUMO PER POTENZIALI EVOCATI	Elettrodi pregellati Ambu Neuroline 720	---	10858	N010101	65060	1 cf da 25 pz	€ 25,00	100	€ 2.500,00	€ 3.050,00	40 1 407
	Tappini di spugna Sanibel per auricolari a inserzione	Misura piccola	12023	na	na	1 cf da 100 pz	€ 0,60	300	€ 180,00	€ 219,60	40 1 411
		Misura standard	12022	na	na	1 cf da 100 pz	€ 0,60	300	€ 180,00	€ 219,60	40 1 411
MATERIALE DI CONSUMO PER IMPEDENZIOMETRO	Tappini varie misure per impedenzometri Inventis	Colore bianco, diametro 6mm	10488	Z12149099	na	1 cf da 30 pz	€ 0,50	7800	€ 3.900,00	€ 4.758,00	40 1 401
		Colore rosa, diametro 7mm	10489								
		Colore viola, diametro 8mm	10490								
		Colore verde, diametro 10mm	10491								
		Colore rosso, diametro 12mm	10492								
		Colore blu, diametro 14mm	10493								
		Colore arancione, diametro 16mm	10494								
		Colore azzurro, diametro 18mm	10495								
	Colore giallo, diametro 21mm	10496									
	Carta termica per stampante 112mm	Rotolo da 25m, per audiometri e impedenziometri	10293	na	na	1 cf da 5 rotoli	€ 8,00	50	€ 400,00	€ 488,00	40 1 411
Fili spugnosi per la pulizia della sonda degli impedenzometri	(prezzo a cf da 30 fili)	10554	na	na	1 cf da 30 fili	€ 25,00	2	€ 50,00	€ 61,00	40 1 411	
									<b>IMPEGNO DI SPESA TOTALE</b>	<b>€ 46.372,00</b>	<b>€ 56.573,84</b>
									<b>di cui APPARECCHIATURE</b>	<b>€ 39.162,00</b>	<b>€ 47.777,64</b>
									<b>di cui MATERIALE</b>	<b>€ 7.210,00</b>	<b>€ 8.796,20</b>



## VERBALE VALUTAZIONE TECNICA

### ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI AUDIOMETRICHE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

Questa Amministrazione, con decreto n.319/2023, ha predisposto gli atti relativi all'acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e relativo materiale di consumo per la durata di 5 anni così come di seguito specificato:

BENE	BASE D'ASTA (iva esclusa)	UO DESTINATARIA	CIG
Acquisto di: - n.01 apparecchio per analisi dei potenziali evocati - n.01 audiometro - n.01 impedenziometro - n.01 sistema per video-nistaamografia	€ 53.500,00	3170400 SC Otorinolaringoiatria (ORL)	9830253566
Acquisto del materiale di consumo dedicato per n.5 anni per l'apparecchio per l'analisi dei potenziali evocati e per l'impedenziometro	€ 10.000,00		
<b>TOTALE A BASE D'ASTA (Iva Esclusa)</b>	<b>€ 63.500,00</b>		

La procedura è stata espletata mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art.1 co. 2 lett.a) del decreto legge n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, modificato con decreto legge n.77/2021 e convertito con legge n.108/2021 e attraverso l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione SinTel. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, **della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)**".

#### PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, ID 170057005, entro le h.12:00 del 14.06.2023, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	OFFERTA APPARECCHIATURE (IVA esclusa)	OFFERTA MATERIALE DI CONSUMO (iva esclusa)	OFFERTA COMPLESSIVA (iva esclusa)
LEDISO ITALIA SRL	€ 39.500,00	€ 6.711,00	€ 46.211,00
MEDIKO SRL	€ 39.162,00	€ 7.210,00	€ 46.372,00
NATUS MEDICAL SRL	€ 39.000,00	€ 7.600,00	€ 46.600,00

In data 29.06.2022 alle ore 11:00 si è riunito Il tavolo di lavoro per la valutazione dei dispositivi presentati dalle ditte partecipanti, è così composto:

RA



- Ing. Roberto Paolone, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica
- Dr. Giuseppe Bertolini, Primario della SC Otorinolaringoiatria
- Dott.ssa Susanna Gasparro, Tecnico di Audiometria
- Panighetti Angela (verbalizzante)

Nella valutazione di quanto offerto saranno presi in considerazione in ordine di importanza:

- caratteristiche tecniche;
- condizioni dell'assistenza tecnica offerta;
- prezzo offerto

Dalla lettura e attenta analisi delle schede tecniche, delle relazioni tecniche e dei questionari tecnici delle soluzioni offerte si rilevano le seguenti considerazioni:

<b>LEDISO ITALIA SRL</b>
<b>SINTESI</b>
Le apparecchiature offerte rispondono ai requisiti richieste nel questionario tecnico, presentano alcune evoluzioni cliniche che portano ad una valutazione clinica molto buona. Assistenza tecnica buona sia per tempi di intervento che di risoluzione.
<b>MEDIKO SRL</b>
<b>SINTESI</b>
Le apparecchiature offerte oltre a rispondere a tutti i requisiti minimi tecnici presentano soluzioni cliniche ritenute ottime per l'attività del reparto. I potenziali evocati dispongono di 2 testine che permettono il posizionamento degli elettrodi con diverse metodiche. L'audiometro è dotato di audiometria infantile con il rispettivo materiale vocale (frasi e parole Infantili). E' inoltre dotato di un gioco "rinforzo visivo", comandato dall'audiometro. La telecamera del Vng e' wifi, senza cavo, permettendo manovre anche a distanza senza rischi di strappare cav o intralciare il passaggio degli operatori. Il computer è già predisposto per un eventuale upgrade ad esami visivo vng ( pursuit, saccadici, ottococinetici), in quanto dotato di una terza uscita video per un eventuale videoproiettore. Per velocizzare l'inserimento e la ricerca Dati Pazienti , vi è anche un lettore di tessera sanitaria. L'assistenza tecnica proposta è molto buona per tempi di intervento che di risoluzione
<b>NATUS MEDICAL SRL</b>
<b>SINTESI</b>
Le apparecchiature offerte rispondono ai requisiti minimi tecnici e clinici richiesti nel questionario tecnico. L'assistenza tecnica è molto buona per tempi di risoluzione guasti proposta.

Dalla tabella sopra riportate, dove è stata fatta la sintesi di quanto offerto dalle varie ditte, si deduce che dal punto di vista, soprattutto clinico, l'offerta della ditta MEDIKO SRL è in grado di rispondere maggiormente alle esigenze aziendali e del reparto di otorinolaringoiatria, anche da giustificare il leggero maggior costo.

Si termina la seduta dichiarando la ditta MEDIKO SRL aggiudicataria della fornitura in oggetto. Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

RP


GP

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia


ASST Valcamonica

NOME E COGNOME	FIRMA
Ing. Roberto Paolone	
Dr. Giuseppe Bertolini	
Dott.ssa Susanna Gasparro	

Esine (Bs), 29.06.2022

IL VERBALIZZANTE

Panighetti Angela

  
\_\_\_\_\_

---

# Report della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni n. 170057005 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	6
Riepilogo Offerte .....	7
Registro di controllo .....	8
Comunicazioni di Procedura .....	11

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	170057005
<i>Nome Procedura</i>	Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni

### *Descrizione Procedura*

<i>Codice Gara</i>	714_2023_134
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9830253566
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1587326
<i>Num. Protocollo Ente</i>	12324/23
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse

*Responsabile Unico del Procedimento* Francesco Mazzoli  
*Nome Ente* ASST DELLA VALCAMONICA

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto previa richiesta di preventivi  
*Somministrazione* No, quantitativi ed o importi sono definiti  
*Modalità offerta economica?* Valore economico  
*Base dell'asta* 63.500,00000 EUR  
*Opzione proroga (mesi)* 60  
*Opzione rinnovo (mesi)* 60  
*Opzione rinnovo (importo)* 75.130,00000 EUR  
*Modalità di acquisizione* Acquisto  
*Mesi modalità di acquisizione* 60

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 30 maggio 2023 11.03.56 CEST  
*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* mercoledì 14 giugno 2023 12.00.00 CEST

*Informazioni sui Sublotti della trattativa*

**Tabella 1. Sublotti della Procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Quantità / Peso</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Peso tecnico</b>	<b>Incidenza % nella fornitura</b>
Apparecchiature per audiometria	Importo complessivo di tutte le apparecchiature	53.500,00000 EUR	1,00	nr	0	-
Materiale di consumo	Importo complessivo di tutto il materiale	10.000,00000 EUR	1,00	nr	0	-

**Tabella 2. Categorie Merceologiche dei Sublotti di Procedura**

<b>Nome</b>	<b>Categoria merceologica</b>
Apparecchiature per audiometria	Codice CND: Codice CND non disponibile.
Materiale di consumo	Codice CND: Codice CND non disponibile.

*Informazioni sui parametri dei sublotti della trattativa*

**Tabella 3. Parametri dei Sublotti di Procedura**

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Codice RDM	Apparecchiature per audiometria	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilita' codice RDM	Apparecchiature per audiometria	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezionano il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Apparecchiature per audiometria	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	
Codice RDM	Materiale di consumo	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Disponibilità codice RDM	Materiale di consumo	Solo se non è disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	Materiale di consumo	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	

**Tabella 4. Requisiti della procedura**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Documentazione amministrativa	Caricare un unico file zippato contenente: - il "Patto d'Integrità di Regione Lom-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	bardia”, firmato digitalmente per accettazione; - la “Dichiarazione Sostitutiva” corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente; - il “Capitolato Tecnico” firmato digitalmente per accettazione.					
Documentazione tecnica	Caricare un file zippato contenente: • Scheda tecnica dei prodotti offerti, in lingua italiana, sia dell'apparecchiatura che del materiale di consumo (in relazione al materiale di consumo indicare il confezionamento minimo acquistabile); • Copia del certificato attestante il possesso della marcatura CE e dichiarazioni di conformità, per le apparecchiature/dispositivi per cui è prevista l'applicazione; • il Questionario tecnico debita-	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente compilato e firmato digitalmente; • Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica nel periodo di garanzia, di tipo full-risk, della durata di almeno 24 mesi.					
file ASST "Offerta Economica"	debitamente compilato e firmato digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 5. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	LEDISO ITALIA SRL
<i>Login</i>	user_55536
<i>Indirizzo e-mail</i>	LEDISOITALIASRL@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06167210480
<i>Indirizzo</i>	VIA PANCIATICHI 94-20, 50127 FIRENZE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0554288392
<i>Ragione sociale</i>	Inventis srl
<i>Login</i>	user_100109
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@pec.inventis.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03957810280
<i>Indirizzo</i>	Corso Stati Uniti, 1/3, 35127 PADOVA (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0498962844
<i>Ragione sociale</i>	NATUS MEDICAL S.R.L.
<i>Login</i>	user_150527
<i>Indirizzo e-mail</i>	natusmedicalsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05025030288
<i>Indirizzo</i>	VIA DEL COMMERCIO, 27, 35036 MONTEGROTTO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0498911110
<i>Ragione sociale</i>	Mediko S.r.l.
<i>Login</i>	user_55999
<i>Indirizzo e-mail</i>	mediko@mediko.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04375330281
<i>Indirizzo</i>	Via Bevilacqua, 153, 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	049646999

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 6. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1686668318158
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	NATUS MEDICAL S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 13 giugno 2023 16.58.38 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	46.600,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	99,17
<i>Punteggio totale</i>	99,17
<i>Id Offerta</i>	1686643237309

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Mediko S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 13 giugno 2023 10.00.37 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	46.372,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	99,65
<i>Punteggio totale</i>	99,65
<i>Id Offerta</i>	1686575470595
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	LEDISO ITALIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	lunedì 12 giugno 2023 15.11.10 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	46.211,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 7. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
mercoledì 14 giugno 2023 12.55.41 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è iniziata.
mercoledì 14 giugno 2023 12.55.38 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata completata.
mercoledì 14 giugno 2023 12.55.38 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686575470595) della Procedu-

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		ra Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.55.38 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686643237309) della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.55.38 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1686668318158) della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.45.41 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è iniziata.
mercoledì 14 giugno 2023 12.45.39 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686643237309) della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.45.39 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686575470595) della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.45.39 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686668318158) della Procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005) è stata accettata con la seguente motivazione: .

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
mercoledì 14 giugno 2023 12.27.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_150527 sulla Procedura con ID 170057005 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.27.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55536 sulla Procedura con ID 170057005 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.27.27 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_55999 sulla Procedura con ID 170057005 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 14 giugno 2023 12.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005).
martedì 13 giugno 2023 16.58.38 CEST	Invio Offerta	L'offerente NATUS MEDICAL S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005).
martedì 13 giugno 2023 10.00.37 CEST	Invio Offerta	L'offerente Mediko S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005).
lunedì 12 giugno 2023 15.11.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente LEDISO ITALIA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005).
lunedì 12 giugno 2023 11.14.33 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 170057005
mercoledì 7 giugno 2023 15.24.45 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 170057005
mercoledì 7 giugno 2023 14.18.01 CEST	"Posticipo termini di gara" - termine originario: venerdì 9 giugno 2023 12.00.00 CEST	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 170057005 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presenta-

Data	Oggetto	Testo
		zione delle offerte è mercoledì 14 giugno 2023 12.00.00 CEST
martedì 30 maggio 2023 11.04.07 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Acquisto di apparecchiature per diagnosi audiometriche e materiale di consumo per la durata di 5 anni (ID 170057005).
martedì 30 maggio 2023 11.03.57 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 170057005). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 8. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	170416899
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 18.23.52 CEST
<i>Mittente</i>	NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2023 8.36.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO A SEGUITO NUOVO CAPITOLATO CORRETTO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in virtù della nuova apertura dei termini di richiesta chiarimenti, si chiede nuovamente quanto segue: si chiede conferma che la richiesta dei 4 canali espandibili sia corretta per quanto riguarda l'apparecchio per analisi dei potenziali evocati e che invece non siano richiesti solamente 2 canali. e si chiede in quale ambulatorio verrà utilizzata la strumentazione. grazie
<i>Id Messaggio</i>	170393780
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.58.26 CEST
<i>Mittente</i>	NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 14.06.07 CEST; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si chiede conferma che il requisito tecnico al punto 2.4 - sistema per video-nistagmografia: - Dotato di schermo dedicato alla presentazione dei rinforzi visivi per esami a pazienti pediatrici sia un refuso. attendiamo vs gentile riscontro. grazie cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	170556271
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 giugno 2023 11.12.07 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2023 13.21.42 CEST; Mediko S.r.l. (Mediko S.r.l.), non ricevuto; NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.), ricevuto in data martedì 13 giugno 2023 16.27.24 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta ai chiarimenti n.2
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato alla presente comunicazione si trasmette risposta ai chiarimenti pervenuti, ns prot. n.13442/23 del 12.06.2023. La stessa è caricata anche nella sezione "Documenti di gara". Cordiali saluti, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_2_AUDIOMETRIA prot 13442_23.pdf.p7m Dimensioni: 96 KB Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI Hash(MD5-Base64): DGsz5rilVuoBDZnHPUUPVQ== Hash(SHA-1-Hex): 8e13f6198bd2332adfd5f1b776664a2560a1f36e Hash(SHA-256-Hex): 71093e158b3cecf2c9cf56863e6f0c9-f32924e3b41054fc368b4fdadad9d17ea Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170107580
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 11.23.41 CEST
<i>Mittente</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL)

<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2023 13.33.25 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento potenziali evocati
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, relativamente al sistema per potenziali evocati si segnala che la richiesta di di almeno 1000 MO risulta incongrua per eccesso di potenza attribuita, si chiede se non debba essere inteso 10M ohm
<i>Id Messaggio</i>	170097027
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 9.26.05 CEST
<i>Mittente</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL)
<i>Destinatari</i>	Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2023 13.30.52 CEST; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta chiarimento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, relativamente al sistema di videonistagmografia si chiede di chiarire i seguenti punti: 1. Viene richiesto che il sistema sia " Dotato di sistemi di stimolazione (visivi / calorici) idonei all'esecuzione dei test", deve dunque essere previsto un irrigatore calorico compreso nella fornitura? 2. Cosa si intende per sistema di stimolazione visiva, visto che non sono richiesti i test ottococinetici? 3. Si chiede di confermare che trattasi di refuso la caratteristica: "Dotato di schermo dedicato alla presentazione dei rinforzi visivi per esami a pazienti pediatrici" 4. Si chiede di specificare che tipo di supporto si intende per "Dotato di dispositivo per l'esportazione e l'importazione di dati e immagini": si tratta di un hard disk esterno?
<i>Id Messaggio</i>	170259833
<i>Data di invio</i>	lunedì 5 giugno 2023 10.34.45 CEST
<i>Mittente</i>	Inventis srl (Inventis srl)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data martedì 6 giugno 2023 8.39.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI RDO 170057005
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Azienda Ospedaliera, con la presente siamo a richiedere chiarimenti inerenti alla vs. trattativa in oggetto. Per il sistema per video - nistagmografia (art. 2.4) tra le caratteri-

	stiche è richiesto "dotato di sistemi di stimolazione (visivi/calorici) idonei all'esecuzione del test", si richiede quindi offerta per stimolatore calorico? Chiediamo inoltre cosa si intende per "sensibilità elevata" per la fornitura di apparecchio per analisi dei potenziali evocati (Art. 2.1). Cordiali saluti INVENTIS SRL
<i>Id Messaggio</i>	170098964
<i>Data di invio</i>	mercoledì 31 maggio 2023 9.53.16 CEST
<i>Mittente</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 31 maggio 2023 13.31.31 CEST; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	questionario tecnico
<i>Testo del Messaggio</i>	il modello del questionario tecnico prevede una prima parte generica applicabile a tutte le strumentazioni e una seconda parte specifica con le caratteristiche e il dettaglio del singolo dispositivo. Il campo modello, anno versione, anno release, cnd e rdm compare però solo all'inizio, prima delle richieste generiche e non si riesce a declinarlo per tutte le strumentazioni. Si procede a modificare il vostro allegato Questionario Tecnico inserendo le specifiche richieste sopra ogni apparecchiatura di riferimento o si attende nuovo invio di documentazione?
<i>Id Messaggio</i>	170401312
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 14.12.59 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 14.30.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO REQUISITO TECNICO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come previsto dal capitolato tecnico di gara, il termine per la presentazione della richiesta di chiarimenti era fissata per il giorno 06.06.2023 ore 12. Si prega di prendere visione della comunicazione ns prot.13098/23 del 07.06.2023, che verrà inviata a breve e che potete ritrovare nella sezione "Documenti di Gara" in cui oltre alla risposta ai chiarimenti pervenuti entro i termini previsti dal capitolato, sono riportate importanti comunicazioni sulla presente procedura di gara (spostamento del termine di fine presentazione offerta e relativa possibilità di fare ulteriori chiarimenti). Resto a disposizione, Cordiali Saluti, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Roberto Paolone Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-

	valcamonica.it ----- Testo del messaggio originale: buongiorno, si chiede conferma che la richiesta dei 4 canali espandibili sia corretta per quanto riguarda l'apparecchio per analisi dei potenziali evocati. e si chiede in quale ambulatorio verrà utilizzata la strumentazione. grazie cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	170401800
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 14.22.44 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Panighetti Angela)
<i>Destinatari</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 15.32.29 CEST; Inventis srl (Inventis srl), non ricevuto; NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 14.30.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta ai chiarimenti e comunicazioni importanti relative alla presente procedura di gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in allegato, riferimento protocollo ASST n.13098/23 del 07.06.2023, si trasmette risposta ai chiarimenti pervenuti entro i termini previsti e comunicazioni importanti relative alla presente procedura. Si prega di prenderne accurata visione. L'allegata comunicazione viene anche pubblicata nella sezione "Documentazione di gara" presente in piattaforma. A disposizione, Angela Panighetti SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA ASST VALCAMONICA Responsabile: Ing. Roberto Paolone Ospedale di Esine Via A. Manzoni, 142 25040 Esine (BS) Tel: 0364-369870 mail: stb@asst-valcamonica.it
<i>Allegato</i>	Risposta Richiesta Chiarimenti_1_AUDIOMETRIA_prot 13098_23.pdf.p7m  Dimensioni: 103 KB  Firmatari: FRANCESCO MAZZOLI  Hash(MD5-Base64): kie7TNFIHxTxII70CH8hqA==  Hash(SHA-1-Hex): a7a130bb73d39809d4006fbc78cbae7c64ab10b7  Hash(SHA-256-Hex): 2519d038e420b1c0d8aa19039960153-123c052ba84b24cd65b8ffec28c7b0688  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170463621

<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 17.31.39 CEST
<i>Mittente</i>	LEDISO ITALIA SRL (LEDISO ITALIA SRL)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2023 12.02.30 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento audiometro
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, poichè per l'audiometro non è prevista la fornitura dei consumabili, si chiede di confermare che la richiesta di inserti in aggiunta ai normali trasduttori è un refuso, o che, laddove necessari gli inserti non è prevista la fornitura dei tappini. Allo stesso modo per la stampante termica, si chiede di confermare che non è prevista la fornitura dei rotolini dedicati. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	170392029
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.37.58 CEST
<i>Mittente</i>	NATUS MEDICAL S.R.L. (NATUS MEDICAL S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Paolone Roberto (Paolone Roberto), non ricevuto; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), non ricevuto; Panighetti Angela (Panighetti Angela), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 14.05.37 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO REQUISITO TECNICO
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, si chiede conferma che la richiesta dei 4 canali espandibili sia corretta per quanto riguarda l'apparecchio per analisi dei potenziali evocati. e si chiede in quale ambulatorio verrà utilizzata la strumentazione. grazie cordiali saluti