

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 614 del 09/07/2021

OGGETTO: Affidamento della fornitura di n.2 barelle a 4 sezioni per il Pronto Soccorso di Esine ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 ed ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4: aggiudicazione mediante piattaforma SinTel.

CIG: ZE931FECC1

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PRESO ATTO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" è stato approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;
- con decreto n. 621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio Preventivo;

PREMESSO che è pervenuta da parte del Pronto Soccorso di Esine la richiesta per l'acquisto urgente di n.2 barelle a 4 sezioni in sostituzione di quelle in dotazione ormai obsolete;

CONSIDERATO che, come da autorizzazione agli atti da parte della Direzione, l'acquisto verrà finanziato dalla DGR XI/4386 del 3.3.2021;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi nè convenzioni di ARIA SpA relative ai beni identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL n.66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo a base d'asta della fornitura ammonta ad € 5.600,00 (IVA esclusa);
- è possibile procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 ed ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4;

VERIFICATO che l'art.15 co.13 lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

DATO ATTO che:

- in data 24.5.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.11 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel: Coremec srl, Givas srl, Gardhen Bilance srl, MIS Medical srl, CAM Hospital srl, Favero Health Projects SpA, MGS Distribuzioni srl, Tech Trade srl, Malvestio SpA, HT Medical Service srl e Multi Services srl;

- si è proceduto pertanto a pubblicare la RDO su piattaforma Sintel;

- entro la scadenza prevista del 18.6.2021 alle ore 11:00 sono pervenute n.5 offerte: Coremec srl, Givas srl, MIS Medical srl, CAM Hospital srl e Favero Health Projects SpA;

VISTI:

- l'allegato verbale n.22/AGRM/2021 redatto a seguito della valutazione delle schede tecniche da parte del Coordinatore Infermieristico del PS di Esine, dal cui esito si evince che la barella offerta dalla Givas srl risulta la migliore in quanto oltre ad essere dotata di paracolpi laterali può alloggiare sotto il lettino 2 bombole dell'ossigeno ed effetti personali dei pazienti;

- i "Documento d'Offerta" prodotti dal portale SinTel, agli atti;

CONSIDERATO che l'acquisto rientra nel Piano Investimenti 2021 AGRM nella quota prevista alla voce "DGR XI/4386/2021" - Indistinti;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio dell'esercizio 2021;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020, la fornitura di n.2 barelle a 4 sezioni per il Pronto Soccorso di Esine alla Givas srl, alle medesime condizioni sotto descritte e riportate nel "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma Sintel che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

| CODICE MODELLO | DESCRIZIONE | Q.TA' | IMPORTO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA |
|----------------|--|-------|--------------------------------------|
| BE3211 | VOSTRA OFFERTA N.4366/2021: BARELLA SLIM A 4 SEZIONI H.V. SU COLONNE 5° RUOTA – MANIGLIONI RETRATTILI – SPONDE A COMPASSO VERTICALE COMPRENSIVA DI: 1 - ASTA PORTAFLEBO REMOVIBILE E REGOLABILE IN ALTEZZA A 4 GANCI 2 - PORTA SACCHE LATERALE PER BARELLE SLIM 3 - PORTAROTOLO PER BARELLE SLIM | 2 | € 2.304,47 |

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari ad € 5.622,91 (di cui € 1.013,97 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale DEC l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore AGRM;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 BARELLE A 4 SEZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO DI ESINE AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.120/2020 ED AI SENSI DELL'ART.4.1.3 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 28/06/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.622,91, annotata nel Bilancio 2021, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

| Anno PI | BENE | Conto patrimoniale | Centro di costo | Finanziamento | Codifica contributo | Bilancio Sanitario (iva inclusa) | Bilancio Territoriale (iva inclusa) | Totale (iva inclusa) | Annotazioni |
|---------------|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2021 | n.2 barelle a 4 sezioni | 0203000930 Altri beni mobili sanitari 2002000394 Contr.c/cap. DGR XI/4386/2021 All.1 Indistinti | 3200100 UOC Medicina e Chirurgia d'accettazione e urgenza | DGR XI/4386/2021 | DGR_4386 | € 5.622,91 | € 0.00 | € 5.622,91 | |
| TOTALE | | | | | | € 5.622,91 | € 0.00 | € 5.622,91 | |

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 62030008930 "Amm.to altri beni mobili sanitari) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione;

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 08.07.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Documento d'offerta

FORNITURA DI N.2 BARELLE A 4 SEZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO DI ESINE

Sommario

| | |
|---|---|
| Informazioni sull'affidamento diretto | 1 |
| Informazioni sul fornitore | 1 |
| Offerta | 1 |
| Sublotti dell'offerta | 2 |

Informazioni sull'affidamento diretto

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>Nome della procedura</i> | FORNITURA DI N.2 BARELLE A 4 SEZIONI PER IL PRONTO SOCCORSO DI ESINE |
| <i>Nome Ente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA |
| <i>Identificativo della procedura</i> | 140944217 |

Informazioni sul fornitore

| | |
|------------------------|--------------|
| <i>Ragione Sociale</i> | GIVAS S.R.L. |
|------------------------|--------------|

Offerta

| | |
|--|--|
| <i>Nome requisito:</i> | Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. |
| <i>Risposta:</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Nome requisito:</i> | Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si chiede di inserire nell'apposito campo "Documentazione amministrativa": - la Dichiarazione Sostitutiva "M AGRM 031" corredata da un documento d'identità. Il documento richiesto deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente. - Il Patto d'Integrità (Allegato n.1) firmato digitalmente. |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | magrm031_autodichiarazione_fornitori_01 e patto integrita.pdf.zip.p7m Dimensioni: 402 KB Firmatari: BERTO SILVIO Hash(MD5-Base64): u584DiV7OslfmCUU0eLgdA== Hash(SHA-1-Hex): 8d929364036b9e1530066b135f8e8acfb32086ab |

| | |
|--|---|
| | Hash(SHA-256-Hex): 2969fcf58f1badd79238e0c67df33fd-59092f133f98f1d17550f1e99c1532152 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Nome requisito:</i> | Documentazione tecnica (Parametro Amministrativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si chiede di inserire nell'apposito campo "Documentazione tecnica" le scheda tecnica del prodotto offerto con le relative immagini, l'indicazione del CND e dell'eventuale numero di repertorio (RDM) |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i> | 4366_2021_documentazione tecnica.pdf.zip.p7m |
| | Dimensioni: 2 MB |
| | Firmatari: BERTO SILVIO |
| | Hash(MD5-Base64): pAeRNJz5Z6C8HLCdYFbz8A== |
| | Hash(SHA-1-Hex): c4f2a186843b7fea58178d63db04f7acc920afd8 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 0d365c79497181fe80f98e4479d91f7-f0fa6ac0b7bb93f7ac0cc3a0593ced60d |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Base dell'asta</i> | 5.600,00000 EUR |

Sublotti dell'offerta

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Sublotto</i> | Barella oleodinamica ad altezza variabile 4 sezioni |
| <i>Offerta economica (in cifre)</i> | 2304,47 EUR |
| <i>Unità di misura</i> | PEZZI |
| <i>Categoria merceologica</i> | Codice CND: V08 - ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA. |
| <i>Parametri del Sublotto</i> | Barella oleodinamica ad altezza variabile 4 sezioni |
| <i>Nome requisito:</i> | Codice RDM (Parametro Informativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia) |
| <i>Risposta:</i> | 1915516 |
| <i>Nome requisito:</i> | Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo) |

| | |
|-------------------------------|--|
| <i>Descrizione requisito:</i> | Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo |
| <i>Risposta:</i> | RDM disponibile |
| <i>Nome requisito:</i> | Codice CND (Parametro Informativo) |
| <i>Descrizione requisito:</i> | Si richiede di inserire il codice CND |
| <i>Risposta:</i> | V0899 |



VERBALE VALUTAZIONE SCHEDE TECNICHE – 22/AGRM/2021

Affidamento della fornitura di n.2 barelle a 4 sezioni per il Pronto Soccorso di Esine

Questa Amministrazione, ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di n.2 barelle a 4 sezioni mediante piattaforma Sintel. La procedura è stata espletata ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, **della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)**".

In data 18.6.2021 alle h.14:00 si è riunito il tavolo di lavoro, al fine della visione e valutazione delle offerte, delle schede tecniche e della campionatura presentata dalle ditte partecipanti, così composto:

- Enrico Moscardi, Coordinatore Infermieristico PS Esine
- Gessica Vaira, Assistente amministrativo AGRM, con funzione di verbalizzante.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h 11:00 del 18.6.2021, come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

| DITTA PARTECIPANTE | BASE D'ASTA COMPLESSIVA (iva esclusa) | OFFERTA (iva esclusa) |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| GIVAS SRL | € 5.600,00 | € 4.608,94 |
| COREMEC SRL | | € 3.783,60 |
| CAM HOSPITAL SRL | | € 5.314,80 |
| MIS MEDICAL SRL | | € 4.022,76 |
| FAVERO HEALTH PROJECTS SPA | | € 5.596,02 |

Dalla visione delle schede tecniche presentate si rilevano le seguenti considerazioni:

Nella valutazione vengono escluse subito Favero e CAM perchè pur di fronte ad un prezzo superiore non forniscono elementi aggiuntivi determinanti.

La GIVAS, pur avendo un prezzo superiore, è già in uso in PS con altri modelli e presenta il vantaggio di poter avere degli accessori intercambiabili (aste flebo e tavolino portamonitor).


L'alloggiamento sotto il lettino è migliore rispetto alle ditte MIS e Coremec da cui differisce in quanto può alloggiare 2 bombole ossigeno fissate da cinghia e può alloggiare anche effetti personali dei pz.

La barella è dotata di barre paracolpo laterali non menzionate dalle altre 2 ditte. Sono infine presenti bussole per alloggiamento aste portaflebo ai 4 angoli.

La scelta ricade pertanto sulla barella offerta dalla GIVAS.

La seduta termina alle h 15:00

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

| NOME E COGNOME | FIRMA |
|--------------------|--|
| CI Enrico Moscardi |  |

Esine, 18.6.2021

IL VERBALIZZANTE

(Vaira Gessica)

