

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Sede di Esine
Tel. 0364 369386 – fax 0364 369519
e-mail: stb@asst-valcamonica.it – roberto.paolone@asst-valcamonica.it

Classificazione: 1.6.3 Data documento 16.03.2023

Spett.li Ditte
partecipanti alla procedura di gara

CIG:	Z353A49C9F
------	-------------------

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di n.10 cavi a 5 derivazioni per Holter ECG costruttore Edan mod. SE-2012. **RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI n.1**

QUESITO 1

Buongiorno,
in merito alla procedura in oggetto, siamo a richiedere se possibile partecipare con prodotto compatibile?
in attesa di un vostro riscontro rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.

RISPOSTA

Essendo l'apparecchiatura ancora coperta da garanzia del Fornitore, si conferma la richiesta di prodotti originali secondo quanto riportato dal manuale d'uso delle apparecchiature in cui è indicato che per garantire le prestazioni cliniche e la sicurezza elettrica è necessario che si utilizzino accessori del produttore.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Mazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28
dicembre 2000, n.445
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica: Ing. Roberto Paolone
Funzionario Istruttore: Angela Panighetti