

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 36 del 19/01/2022**

**OGGETTO:** Rinnovo della fornitura di circuiti monouso Oxilog 3000 per l'UOC di Anestesia e Rianimazione, prevista dalla determinazione dirigenziale n.681/2020, per l'anno 2022.

CIG: Z172F35471

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA  
GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con determinazione dirigenziale n.681/2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, si è reso necessario dotare l'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Valcamonica di circuiti monouso Oxilog 3000, per il periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza e comunque non oltre il 31.12.2021;

- allo stato attuale, con il perdurare dell'emergenza, permane la necessità dell'approvvigionamento di tali circuiti forniti da Draeger Italia SpA, i quali permettono l'utilizzo del ventilatore Oxilog 3000 Plus in dotazione all'UO, utilizzato nei casi di emergenza durante i trasporti dei pazienti intubati presso altri ospedali o durante l'esecuzione di indagini radiografiche (TAC);

### **CONSIDERATO** che

- la documentazione di gara predisposta per la procedura di cui alla determinazione dirigenziale n.681/2020 prevede la possibilità di *"rinnovo della fornitura per ulteriori 12 mesi"*;

- l'operatore economico ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi contrattuali, assicurando una fornitura puntuale ed affidabile;

**RITENUTO** pertanto di esercitare l'opzione prevista dalla determinazione di cui in oggetto, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020 denominato "decreto semplificazione" convertito in L.120/2020 e modificato con DL n.77/2021 ed ai sensi del Regolamento Aziendale relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui al decreto n.347/2020;

### **CONSIDERATO** che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dalla L.120/2020;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e s.m.i. relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- la fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi esplicativi;

- in data 10.1.2022 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel invitando la Draeger Italia Spa, con scadenza entro cui presentare offerte prevista entro le h.10.00 del 14.1.2022;

### **PRESO ATTO** che:

- le regole di sistema 2022 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2022 non sono al momento pervenute;

- l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

### **DATO ATTO** che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento risulta allineata a quella sostenuta nell'esercizio 2021;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

- che nel caso in cui la normativa in materia e le "Regole di gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022 che sarà prossimamente adottato dall'Azienda;

- che la DGR XI/2903 del 2.3.2020 *"prime determinazioni in ordine all'emergenza epidemiologica da covid-19 (di concerto con gli assessori Gallera, Caparini e Foroni)"* prende atto che *"le azioni per contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19 non si concludono con gli interventi"*

sulle strutture sanitarie, ma si estendono anche alle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l'emergenza coronavirus e che determinano le seguenti fattispecie di attività ..." e, pertanto, le risorse ad esse finalizzate dovranno essere puntualmente rendicontate al fine di computerle ai costi totali derivanti dallo stato emergenziale..";

**VISTI:**

- l'allegato Documento d'Offerta prodotto da portale SinTel;  
- il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio preventivo economico degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di esercitare l'opzione contrattuale prevista ai sensi dell'art.106 co.1 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 per il rinnovo della fornitura di circuiti monouso Oxilog 3000 per il periodo 24.1.2022-31.12.2022, prevista nella determinazione dirigenziale n.681/2020, aggiudicata a Draeger Italia SpA di Corsico (MI), alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla tabella sottoriportata e alla nota da parte della ditta che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale:

PRODOTTO	CODICE	CND	RDM	CF	PREZZO cad (iva esclusa)	FABB. 2022
Circuito monouso Oxilog 3000 plus	5703041	R020199	371412	1 cf da 5 pz	€ 48,132	n.100 pz

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 5.872,10 (di cui € 1.058,90 per IVA al 22%);

3 - di confermare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n. 50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Denise Petenzi Coordinatore Infermieristico dell'UOC di Anestesia e Rianimazione;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE AREA  
GESTIONE RISORSE MATERIALI  
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: RINNOVO DELLA FORNITURA DI CIRCUITI MONOUSO OXILOG 3000 PER L'UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PREVISTA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.681/2020, PER L'ANNO 2022.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 17/01/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 5.872,10 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI (anno corrente)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
24.1.2022 – 31.12.2022	400100407 Dispositivi Medici: presidi medico chirurgici specialistici: CND B G N Q R U	3200200 UOC Anestesia e Rianimazione	€ 5.872,10	€ 0,00	€ 5.872,10	Emergenza Covid.
	TOTALE		€ 5.872,10	€ 0,00	€ 5.872,10	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 400100409 Dispositivi medici: mat. protesici (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 19.01.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

---

# Documento d'offerta

Rinnovo fornitura circuiti oxilog 3000

## Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto .....	1
Informazioni sul fornitore .....	1
Offerta .....	1
Sublotti dell'offerta .....	2

## Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Rinnovo fornitura circuiti oxilog 3000
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	149639896

## Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	Draeger Italia S.p.A.
------------------------	-----------------------

## Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire: • il "Patto d'Integrità di Regione Lombardia", firmato digitalmente per accettazione; • la "Dichiarazione Sostitutiva" corredata da un documento d'identità e firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Documentazione Amministrativa.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 1dc1aQm9jxLf44nY4dnDOg==
	Hash(SHA-1-Hex): 6c28d67a19f443b72fd3a739b99550cd9a216d32
	Hash(SHA-256-Hex): 9a4be458967290b745c490291268f64-d5cd7530e0113e5b338b80eca92c10e35

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare la scheda tecnica del prodotto offerto.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	scheda tecnica 5703041.pdf.p7m
	Dimensioni: 82 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Zshh7Dnermx6faaBwioykg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3b57e253e10459d8dafc7f787d36d5cd298ed8fd
	Hash(SHA-256-Hex): 017d10cff8cc52c07d601f5d59f0845-105da66831f432be55e54d68a4cd58a47
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	4.813,20000 EUR

## Sublotti dell'offerta

<i>Sublotto</i>	5703041
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	48,132 EUR
<i>Unità di misura</i>	pz
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: R020199 - CIRCUITI RESPIRATORI - ALTRI.
<i>Parametri del Sublotto</i>	5703041
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	371412
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)

---

*Descrizione requisito:*

Si richiede di inserire il codice CND

*Risposta:*

R020199

## CIRCUITO PAZIENTE PER ADULTI PER OXYLOG 3000 Family, 2000 plus e VE300 con opzione PLUS

Il sistema circuito paziente monouso per adulti ha codice 5702871 ed è composto da :  
tubo paziente, tubi per la misurazione del flusso, valvola respiratoria, sensore di flusso e connettore angolato.



Il circuito paziente monouso non viene venduto singolarmente ma in confezioni da 5 pz. ed il codice della confezione è 5703041.

### Dati tecnici

#### Materiali :

Tubo corrugato	Polietilene (PE)
Valvola di non ritorno	Resina sintetica
Valvola di ventilazione	Polietilene (PE)
Alloggiamento sensore di flusso	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Membrana nel sensore di flusso	Poliestere
Adattatore	Gomma siliconata
Raccordo paziente	Polipropilene (PP)

Latex free.

#### Stoccaggio :

Temperatura	da -20 a 70°C
Pressione dell'aria	da 570 a 1200 hPa
Umidità relativa	da 5 a 95 %

#### Resistenza inspiratoria ed espiratoria per sistemi di tubi per adulti:

<6 mbar a 60 L/min  
<4 mbar a 30 L/min  
<2 mbar a 5 L/min

**Spazio morto, incluso sensore di flusso:** circa 30 mL

**Classificazione :** Classe IIa  
secondo la direttiva  
93/42/CEE  
Appendice IX

#### Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità con le normative vigenti a livello locale in materia di igiene e smaltimento dei rifiuti.

#### Dräger Italia S.p.A.

Società a socio unico  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Sede legale e sede amministrativa  
20094 Corsico (Mi) – Via Galvani, 7  
Tel 02 45872.1 Fax 02 4584515 - 02 48602464  
www.draeger.com

Cap Soc € 7.400.000,00  
R.E.A. MI n° 1266913  
Reg.Imp. 09058160152  
P.IVA IT 09058160152  
RAEE IT08020000003729  
Reg. PILE IT09060P00001299