

## AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno  
Tel. 0364-329319 – fax 0364-329318  
e-mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

### Risposte ai quesiti dei Concorrenti

**OGGETTO:** Gara Europea a Procedura Aperta in forma aggregata per l'affidamento della fornitura a noleggio di colonne per artroscopia e acquisto del relativo materiale di consumo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.50/2016, per un periodo di 5 anni eventualmente rinnovabili per ulteriori 4

#### Quesito n. 12

Un concorrente pone il seguente quesito:

1. Nel vostro file esemplificativo riferito alle quantità da considerare per la stesura dell'offerta, per TRE Enti (Busto Arsizio, Saronno e Gallarate) non vengono riportati quantitativi di utilizzo di KIT TUBI POMPA: confermate che NON ne fanno uso e non ci sono quantità “potenziali” pensate per la gara?
2. Per 'Ospedale di Saronno (e solo per questo Ente) non vengono riportati utilizzi di TUBI POMPA, bensì di CANNULA (il cui uso potenzialmente può essere riportato alla chirurgia della spalla). Trattasi quindi di un errore o possiamo utilizzare questi quantitativi per la formulazione dell'offerta complessiva dei tubi pompa da presentare?

#### Risposta:

1. Si conferma che a oggi non sono utilizzati. Ciò non toglie che, nel caso dovesse sorgere in futuro la necessità, anche per i tre citati Presidi ospedalieri, di utilizzare e quindi di acquistare “KIT Tubi Pompa”, l'Aggiudicatario sarà tenuto a fornirli al medesimo prezzo offerto in gara per gli Ospedali della Valcamonica e di Mantova.
2. Le cannule filettate da 6 e 8 mm sono usate nella spalla come canale strumenti non per aspirazione acqua

*Cordiali Saluti*

Breno 19 gennaio 2022

*Il RUP*  
*(Ing. Francesco Mazzoli)*