

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 247 del 18/03/2022

OGGETTO: Affidamento della fornitura di fasce di fissaggio per tubi endotracheali, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 ed ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4: aggiudicazione mediante piattaforma SinTel.

CIG: ZB5334FA1A

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di fascette per tubi endotracheali necessarie all'UO di Rianimazione che siano idonee per una permanenza prolungata del tubo endotracheale sui pazienti;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni di ARIA SpA relative ai beni identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 D.L. 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo quadriennale a base d'asta della fornitura ammonta ad € 26.880,00 (IVA esclusa);

- è possibile procedere all'affidamento della fornitura ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 nonché ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4;

VERIFICATO che l'art.15 co.13 lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

DATO ATTO che:

- in data 17.9.2021 è stato pubblicato sul sito aziendale un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;

- a seguito di tale avviso n.11 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel;

- con Determinazione dirigenziale n.880/2021 sono stati predisposti gli atti di gara;

- alla scadenza per la presentazione delle offerte del 20.10.2021 ore 11:00 hanno presentato offerta mediante piattaforma Sintel i seguenti n.9 concorrenti: EFM srl, Mehos srl, Medisan srl, Cair Italia srl, Medtronic italia SpA, Smiths Medical Italia srl, Novamedisan Italiasrl, Coremec srl e Effebe Hospital srl;

- il Coordinatore dell'UO di Rianimazione e il personale infermieristico hanno proceduto in questi mesi alla prova dei campioni presentati dalle singole ditte;

- come si evince dal verbale n.9/AGRM/2022, allegato, la scelta ricade sul dispositivo offerto dalla Medtronic Italia SpA in quanto assolutamente conforme alle esigenze del reparto (giusta morbidezza, perfetta aderenza, ottima resistenza al contatto con i liquidi etc.);

VISTO il "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma SinTel, allegato;

PRESO ATTO che:

- le regole di sistema 2022 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2022 non sono al momento pervenute;"

- l'evoluzione dell'emergenza Covid-19 non è al momento prevedibile;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2022 la spesa di cui al presente provvedimento non risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2021;

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

DATO ATTO altresì che nel caso la normativa in materia e le "Regole di Gestione 2022" dettassero disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022 che sarà prossimamente adottato dall'Azienda;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del DL n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020, integrato dall'art.51 del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021 nonchè ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4, la fornitura di fascette per tubi endotracheali necessarie all'UO di Rianimazione, alla Medtronic Italia SpA per il periodo 17.3.2022-16.3.2026 alle condizioni sotto riportate e descritte nel "Documento d'offerta" generato dalla piattaforma Sintel che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	CF	CND	RDM	Q.TA' 2022	Q.TA' 2023	Q.TA' 2024	Q.TA' 2025	Q.TA' 2026
330	Fascia di fissaggio per tubo endotracheale	€ 2,00	25 PEZZI	R0199	1659443/R	64 CF	80 CF	80 CF	80 CF	16 CF

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 19.520,00 (di cui per € 3.520,00 IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FASCE DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI, AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETTERA A) DEL DL N.76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.120/2020, INTEGRATO DALL'ART.51 DEL DL N.77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.108/2021 ED AI SENSI DELL'ART.4.1.3 DELLE LINEE GUIDA ANAC N.4: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 24/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VAIRA GESSICA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 3.904,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
17.3.2022-31.12.2022	4001000407 Dispositivi Medici: Pres. Med. Chir. Specialistici-cnd B,G,N,Q,R,U	3200203 UOS Rianimazione	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 3.904,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con determinazione dirigenziale n.626/2021.
		TOTALE	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 3.904,00	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 15.616,00 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione dell'esercizio di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2023-31.12.2023	4001000407 Dispositivi Medici: Pres. Med. Chir. Specialistici-cnd B,G,N,Q,R,U	3200203 UOS Rianimazione	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	
1.1.2024-31.12.2024	4001000407 Dispositivi Medici: Pres. Med. Chir. Specialistici-cnd B,G,N,Q,R,U	3200203 UOS Rianimazione	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	
1.1.2025-31.12.2025	4001000407 Dispositivi Medici: Pres. Med. Chir. Specialistici-cnd B,G,N,Q,R,U	3200203 UOS Rianimazione	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	
1.1.2026-16.3.2026	4001000407 Dispositivi Medici: Pres. Med. Chir. Specialistici-cnd B,G,N,Q,R,U	3200203 UOS Rianimazione	€ 976,00	€ 0,00	€ 976,00	
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 15.616,00	€ 0,00	€ 15.616,00	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 16.03.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Documento d'offerta

Affidamento della fornitura di fascette di fissaggio per tubi endotracheali

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Sublotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Affidamento della fornitura di fascette di fissaggio per tubi endotracheali
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	146132907

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
------------------------	-------------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si chiede di inserire: - la Dichiarazione Sostitutiva MAGRM 031, corredata da documento d'identità. La dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmata digitalmente; - il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	doc amministrativa.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): yD664MtUSS1Y1z9WfRIBkQ== Hash(SHA-1-Hex): 87b8a57569992bfceeee4bbce75a9a42b9d742ba

	Hash(SHA-256-Hex): 5c95b56d1f7f12fda2c6838f7b6b5db-5e7a3ae3de4d70173e0ef474ba24cb54c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione tecnica (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si chiede di inserire la scheda tecnica dei prodotti offerti con l'indicazione del confezionamento, del CND e dell'eventuale RDM.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Doc. tecnica.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Eu1o6ZxHU/3eTyiemitYvg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1285c8a29dff5efe3c5300950fbbf1e0662132a0
	Hash(SHA-256-Hex): 63606923933357d50c6b25975c47cc6-019fcb319e596e4daf34d8fb09fae8621
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	26.880,00000 EUR

Sublotti dell'offerta

<i>Sublotto</i>	Fascia di fissaggio per tubo endotracheale monopaziente, monouso, sterile, non risterilizzabile, in soffice tessuto per evitare le irritazioni della pelle e garantire il massimo comfort del paziente. Facile e duraturo fissaggio al collo del paziente. Latex free.
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	2,000 EUR
<i>Unità di misura</i>	PZ
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: R - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA.
<i>Parametri del Sublotto</i>	Fascia di fissaggio per tubo endotracheale monopaziente, monouso, sterile, non risterilizzabile, in soffice tessuto per evitare le irritazioni della pelle e garantire il massimo comfort del paziente. Facile e duraturo fissaggio al collo del paziente. Latex free.
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)

<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	1659443/R
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	R0199



VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE/CAMPIONATURA – 9/AGRM/2022

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FASCETTE DI FISSAGGIO PER TUBI ENDOTRACHEALI

Questa Amministrazione, ha predisposto gli atti relativi all'affidamento della fornitura di fascette di fissaggio per tubi endotracheali mediante piattaforma Sintel. La procedura è stata espletata ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche in L.120/2020 e modificato con DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.108/2021. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero "(...) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (...) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (...)".

In data 21.2.2022 alle h.15:00 si è riunito il tavolo di lavoro, al fine della valutazione della campionatura presentata dalle ditte partecipanti, (a seguito di prova da parte dell'UO di Rianimazione) così composto:

- Denise Petenzi, Coordinatore Infermieristico UOC Rianimazione;
- Gessica Vaira, Assistente amministrativo AGRM, con funzione di verbalizzante.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia entro le h 11:00 del 20.10.2021 come previsto dalla documentazione di gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA PARTECIPANTE	BASE D'ASTA UNITARIA (iva esclusa)	OFFERTA (iva esclusa)
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	€ 3,36	€ 2,10
EFM SRL		€ 1,48
MEDTRONIC ITALIA SPA		€ 2,00
CAIR ITALIA SRL		€ 1,60

NOVAMEDISAN ITALIA SRL		€ 1,80
EFFEBI HOSPITAL SRL		€ 1,04
COREMEC SRL		€ 2,35
MEHOS SRL		€ 3,10
MEDISAN SRL		€ 1,42

Dalla valutazione delle offerte e dalla prova sui pazienti dei campioni presentati, si rilevano le seguenti considerazioni:

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL: le fascette offerte risultano poco morbide e adesive.

EFM SRL: le fascette offerte sono poco aderenti al tubo.

MEDTRONIC ITALIA SPA: le fascette offerte sono perfettamente conformi alle necessità del reparto (giusta morbidezza, perfetta aderenza, ottima resistenza al contatto con i liquidi etc..) quindi sono ritenute idonee.

CAIR ITALIA SRL: le fascette offerte risultano essere troppo rigide.

NOVAMEDISAN ITALIA SRL: le fascette offerte risultano essere troppo grosse.

EFFEBI HOSPITAL SRL: le fascette offerte risultano essere troppo spesse e aderiscono poco al tubo.

COREMEC SRL: l'adesivo a contatto con la saliva dopo poco si stacca e quindi richiede una sostituzione frequente con possibilità di creare situazione favorevole al decubito della cute dove si continua a far aderire l'adesivo.

MEHOS SRL: il velcro delle fascette offerte ha poca tenuta quando si bagna.

MEDISAN SRL: la fascetta offerta risulta essere molto morbida e si attorciglia facilmente.

Si ritiene pertanto di procedere all'aggiudicazione della fornitura alla MEDTRONIC ITALIA SPA.

La seduta termina alle h. 15.30

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

NOME E COGNOME	FIRMA
CI Denise Petenzi	

Esine, 21.2.2022

IL VERBALIZZANTE

(Vaira Gessica)

