

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 1 del 05/01/2021 AGRM N. 1/2021**

**OGGETTO:** Fornitura di n.2 frigoriferi per la conservazione dei vaccini Covid-19 per l'UOC Area Integrata della Prevenzione Individuale e delle Attività Legali (AIPAL) dell'ASST della Valcamonica, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016.

CIG: Z733012C24

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto”;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XI/2468/2019 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità: determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/1725/2019 e stanziamento contributi. All.3: apparecchiature a bassa e media tecnologia”, Regione Lombardia assegnava a quest'Azienda l'importo di € 271.028,00 per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali a bassa e media tecnologia e con decreto ASST n.940/2019 quest'Azienda prendeva atto di tale importo assegnato;

- a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, si rende necessario dotare urgentemente l'UOC Area Integrata della Prevenzione Individuale e delle Attività Legali (AIPAL) di n.02 frigoriferi da utilizzare per la prossima campagna vaccinale anticovid-19, di cui uno portatile da poter posizionare su mezzo di trasporto in dotazione aziendale (autovettura o piccolo furgonato), come da mail agli atti e così riassunta:

BENE	MOTIVAZIONE RICHIESTA
n.1 frigorifero per conservazione farmaci	Conservazione dei vaccini per la prossima campagna vaccinale anticovid-19
n.1 frigorifero portatile per conservazione farmaci	Conservazione e trasporto sul territorio dei vaccini per la prossima campagna vaccinale anticovid-19

### CONSIDERATO che:

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dall'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

- per la fornitura del frigorifero non portatile, è attiva convenzione ARIA relativa a prodotti identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina, ma il lotto di interesse risulta essere esaurito;

- è possibile procedere ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, ritenendo opportuno chiedere alla ditta aggiudicataria della convenzione ARIA (A.C.F. Italia Srl) il mantenimento dei prezzi ivi offerto e la contestuale fornitura anche del frigorifero portatile;

- tale fornitura non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- con decreto n.347/2020 è stato approvato il “Regolamento relativo all'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs.50/2016”;

- alla luce di una base d'asta ammontante ad € 2.112,50 secondo il regolamento sopra indicato, con particolare riferimento alle modalità operative per le procedure di importo fino ad € 5.000,00 “...a seguito di verifica che i beni e/o i servizi necessari non siano presenti in Convenzioni ARIA SpA o Consip SpA, il Responsabile del Procedimento amministrativo ha la facoltà di individuare l'operatore economico fornitore/erogatore senza necessità di formale acquisizione di una pluralità dei preventivi, previa valutazione di congruità del prezzo, effettuata con l'impiego di vari possibili strumenti.... Per gli acquisti il cui importo ecceda il limite imposto

dall'art 15 co 13 della L135/12 (ad oggi pari a € 1.000,00) è necessario che l'offerta o la conferma del prezzo avvenga tramite le piattaforme telematiche SINTEL o MePa....Qualora l'acquisto si riferisca ad un bene durevole, rientrando pertanto tra le voci di investimento, o vi sia la necessità di stipula di un contratto che abbia una durata temporale, il Responsabile del Procedimento amministrativo sottoscrive, se delegato, o propone a firma del Direttore Generale il provvedimento di affidamento diretto contenente gli elementi essenziali.”;

**CONSIDERATO** che:

- l'all.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della L.R.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma Sintel per le procedure di gara;

- con procedura ID SinTel 133285111, la ditta A.C.F. Italia Srl è stata invitata alla procedura per l'acquisizione dei beni, con scadenza per la presentazione dell'offerta entro le h.14.30 del 4.1.2021;

**VISTO** l'allegato “Documento d'Offerta” della ditta A.C.F. Italia Srl prodotti dal portale SinTel;

**EVIDENZIATO** che:

- il presente acquisto rientra nel Piano Investimenti 2021, DGR n.XI/2468/2019 All.3 Apparecchiature a bassa e media tecnologia, alla voce “DGR\_1725\_3”;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare la fornitura di n.2 frigoriferi per la conservazione dei vaccini Covid-19 alla A.C.F. Italia Srl di Taino (VA) ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, alle condizioni tecnico-economiche di cui alla tabella sottoriportata e riportate nella documentazione di gara che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale:

PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	PREZZO cad/I.E.
n.01 frigorifero porta a vetro, 160 litri	EKV160-TFT	€ 742,00
n.01 pannello di controllo con data logger integrato per frigorifero EKV160	R060	€ 708,00
n.01 frigorifero portatile per trasporto su unità mobili, con registratore di temperatura digitale e pannello di controllo	TV18	€ 662,50

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 2.577,25 (di cui € 464,75 per IVA al 22%);

3 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), l'Ing. Chiara Guirri, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;



4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE AREA  
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
Dott.ssa Cristina Lazzati

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: FORNITURA DI N.2 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI COVID-19 PER L'UOC AREA INTEGRATA DELLA PREVENZIONE INDIVIDUALE E DELLE ATTIVITÀ LEGALI (AIPAL) DELL'ASST DELLA VALCAMONICA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 04/01/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LASCIOLI PAOLA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.755,25 annotato nel Bilancio 2021, come segue:

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2021	n.01 frigorifero porta a vetro, 160 litri	020300100 attrezzature sanitarie 2002000127 Contributo DGR XI/1725/2019 All.3 Ind.	1070000V UOC Area Integrata della Prevenzione Individuale e delle Attività Legali - COVID	DGR XI_1725_2019 DGR n.XI/2468/2019 Allegato 3 - <b>Apparecchiature a bassa e media tecnologia</b>	DGR_1725_3	€ 905.24	€ 0.00	€ 905.24	
2021	n.01 data logger per frigorifero EKV160	020300100 attrezzature sanitarie 2002000127 Contributo DGR XI/1725/2019 All.3 Ind.	1070000V UOC Area Integrata della Prevenzione Individuale e delle Attività Legali - COVID	DGR XI_1725_2019 DGR n.XI/2468/2019 Allegato 3 - <b>Apparecchiature a bassa e media tecnologia</b>	DGR_1725_3	€ 863.76	€ 0.00	€ 863.76	
2021	n.01 frigorifero portatile per trasporto su unità mobili, con registratore di temperatura digitale e pannello di controllo	020300100 attrezzature sanitarie 2002000127 Contributo DGR XI/1725/2019 All.3 Ind.	1070000V UOC Area Integrata della Prevenzione Individuale e delle Attività Legali - COVID	DGR XI_1725_2019 DGR n.XI/2468/2019 Allegato 3 - <b>Apparecchiature a bassa e media tecnologia</b>	DGR_1725_3	€ 808.25	€ 0.00	€ 808.25	
TOTALE						€ 2.577,25	€ 0,00	€ 2.577,25	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto conto 620300100 Amm.to attrezzature sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Breno, 05/01/2021

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

---

# Documento d'offerta

N.2 frigoriferi per trasporto vaccini covid

## Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto .....	1
Informazioni sul fornitore .....	1
Offerta .....	1
Prodotti dell'offerta .....	2

## Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	N.2 frigoriferi per trasporto vaccini covid
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	133285111

## Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	A.C.F. Italia S.r.l. con socio Unico
------------------------	--------------------------------------

## Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire: • la Dichiarazione Sostitutiva M AGRM 031, corredata da documento d'identità. La Dichiarazione richiesta deve trasformata in pdf e firmato digitalmente; • il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	magrm031_autodichiarazione_01.pdf.p7m  Dimensioni: 104 KB  Firmatari: FOGLIA ACHILLE  Hash(MD5-Base64): SEB7dlD0p+sXPMVX6Pcgeg==  Hash(SHA-1-Hex): e9168c4ee40d9e93e4acb8f60c8d5789c715d75d

	Hash(SHA-256-Hex): d793b16ebb04ea2e9ce24b3708b3888-6fd7d4654996163104b7e03a055b2d3cd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione Tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Allegare un file zippato contenente le schede tecniche dei prodotti offerti.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip.p7m
	Dimensioni: 18 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vd0oDfxm6DsNdPOXr84aVg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5993644904cf56f8bcd47e70c1c1339a2abc21a1
	Hash(SHA-256-Hex): bc1f201736bf20f4085292e5d60d89b-70f27573cfbd02e4df807d14b90f17fa0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	2.112,50000 EUR

## Prodotti dell'offerta

<i>Prodotto</i>	EKV160-TFT
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	742 EUR
<i>Unità di misura</i>	pz
<i>Codice CPV principale</i>	39711100-0 - Frigoriferi e congelatori
<i>Prodotto</i>	R060
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	708 EUR
<i>Unità di misura</i>	pz
<i>Codice CPV principale</i>	39711100-0 - Frigoriferi e congelatori
<i>Prodotto</i>	TV18
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	662,50 EUR

---

<i>Unità di misura</i>	pz
<i>Codice CPV principale</i>	39711100-0 - Frigoriferi e congelatori

**FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DI FARMACI E/O DERIVATI**

Capacità lorda (lt.)	<b>160</b>
Capacità netta (lt.)	145
Temperatura ( °C )	0 +15°C, preimpostato <b>+4°C</b>
Struttura Esterna	acciaio skinplate preverniciato bianco, anticorrosione, di facile pulizia
Struttura Interna	materiale ABS plastico, atossico sanificato antibatterico con prodotto DM cl. IIb, con angoli e fondo vasca arrotondati, di facile pulizia
Dimensioni L x P x H	esterne 598x623x850mm; interne 501x483x652mm
Densità-isolamento	Poliuretano espanso 50 mm (densità 42 Kg/m3) CFC free
Porte e tipologia	nr 1 porta in vetro temprato doppio strato, anticondensa, con maniglia ergonomica, guarnizione magnetica, reversibile.
Serratura	nr 1 blocco di sicurezza, con nr 2 chiavi a corredo, di serie
Illuminazione interna	al led, ad alto risparmio energetico, di serie
Allestimenti interno di serie	nr 2 ripiani a griglia in acciaio plastificato, regolabili in altezza, di serie
Registratore Temperature	di tipo digitale elettronico data logger con possibilità scarico dati mediante porta USB. Memoria interna per allarmi e eventi di tipo flash 12 mesi poi sovrascrivibile. Dati scaricati in formato NON modificabile, chiave USB e software gestionale forniti a corredo
Allestimento interno, opzionale	Ripiani e/o cassetti in acciaio inox AISI 304, estraibili e/o montati su guide telescopiche antiribaltamento
Ventilazione	automatica
Sbrinamento	automatico, con evaporazione condensa a resistenza
Unità Refrigerante	montata nella parte inferiore della macchina, compressore ermetico, tropicalizzato
Gas Refrigerante	R600a CFC HCFC free, conforme Norma F-Gas nr.517/2014 GWP=3
Peso Lordo (Kg)	48
Rumorosità (dBa)	<45 DbA
Potenza(V/ph/Hz/W)	230 / 1 / 50 / 130
Piedini	nr 2 piedi anteriori e nr 2 rulli posteriori per facilitate spostamenti, di serie
Pannello di controllo	<b>ACF500.</b> Pannello con strumento a microprocessore, dotato di display digitale retro illuminato TFT 2" 480x128px, indicante gli stati di funzionamento dell'apparecchio. <b>Accuratezza +/- 0,1°C.</b> Tastiera con pulsante di attivazione illuminazione interna e con possibilità di impostare password di blocco automatico. Utilizzo di sonde NTC, Pt1000. Microswitch per fermo ventola ad apertura porta, di serie. <b>HACCP, ALLARM TEST &amp; ISPECTION REAL TIME</b> function active. Gestione di tutti gli <b>allarmi acustici e visivi</b> , mediante buzzer incorporato di elevata potenza, <b>tacitabili</b> , per: <b>ALTA - BASSA temperatura - PORTA APERTA - SONDE GUASTE - CONDENSATORE OUT</b> <b>Contatti puliti NC/NA per allarmi remoti, di serie</b> <b>Batteria di back up (72h, a nuovo) e allarme mancata tensione, di serie</b> <b>Foro passante per sonda monitoraggio esterno (es. Spylog, Siryus, Xweb), di serie</b>





Immagine dimostrativa, l'aspetto può variare in base all'allestimento.  
Immagine versione porta vetro.

Prodotto conforme alle normative **CE** attualmente in vigore.

**PANNELLO DI CONTROLLO ACF500 (PER VERSIONI TFT)**
**SISTEMA DI REGISTRAZIONE E CONTROLLO FUNZIONI MACCHINA FRIGORIFERA**


Aspetto Pannello ACF500

Alcuni esempi delle schermate interne



**ACF500** è un controllore per macchine frigorifere, in grado di monitorare e registrare in continuo la Temperatura AMBIENTE e la Temperatura PRODOTTO (se presente a pag 1 e 2 e/o in offerta economica) e ha un sistema integrato per la gestione degli allarmi, nonché le funzioni di termostato.

Il controllore ACF500 prevede lo scarico dei dati mediante un data logger digitale, con porta frontale USB e chiave a corredo, Dati scaricati in formato NON modificabile. Dotato di memoria interna di tipo flash avente la possibilità di memorizzare i dati registrati in 12 mesi, periodo dopo il quale i dati si sovrascrivono a quelli più vecchi. I dati vengono registrati con un intervallo di 30" tra ogni registrazione.

Controllore dal pratico menù di facile lettura e consultazione, display con molteplici funzioni supplementari tra cui:

- visualizzazione nr aperture porta
- slide visiva funzionamento impianto in real time
- dizionario multilingue
- password su 2 livelli, impostabili

Il modulo è uno strumento a microprocessore, dotato di display digitale TFT da 2" (480x128 pixel), indicante anche gli stati di funzionamento dell'apparecchio.

Accuratezza del termostato integrato +/- 0,1°C.

Tastiera con pulsante di attivazione illuminazione interna; con possibilità di impostare password di blocco automatico su 2 livelli.

Utilizzo di sonde NTC, Pt100.

Gestione di tutti gli allarmi acustici e visivi, mediante buzzer incorporato di elevata potenza, tacitabili, per:

- ALTA - BASSA temperatura
- PORTA APERTA
- SONDE GUASTE
- CONDENSATORE SPORCO
- TIME OUT SBRINAMENTO (se presente sulla macchina offerta)
- MANCATA ALIMENTAZIONE

**ULTERIORI DOTAZIONI di SERIE:**

- Contatti puliti per allarmi remoti NO/NC
- Batteria di back up, con circuito ricarica integrato
- Sistema combinatore telefonico esterno (solo predisposizione)
- Funzione HACCP
- Funzione ALLARM TEST
- Funzione ISPECTION REAL TIME

**ULTERIORI DOTAZIONI ACCESSORIE:**

- Combinatore telefonico

**ULTERIORI INFORMAZIONI TECNICHE:**

Il controllore dispone di:

nr 9 ingressi (termostato, evaporatore, condensatore, sonda prodotto, switch porta, sonda umidità, batteria di back up, alimentazione generale switching 110/220 Vac, 50/60 Hz, porta comunicazione I2C per funzionalità twin-2M)

nr 5 uscite ( 1 relè compressore, 2 relè configurabili liberi, 1 contatto allarmi remoti NO/NC, 1 serratura elettronica)

nr 3 porte ( 1 RS485 MODBUS RTU per comunicazione seriale, plug-in in opzione quotato a parte, 1 ETHERNET, 1 USB frontale)

Prodotto conforme alle normative  attualmente in vigore.

**FRIGORIFERO PORTATILE PER IL TRASPORTO SU UNITA' MOBILI, A DOPPIA ALIMENTAZIONE**

Capacità lorda (lt.)	<b>23</b>
Capacità netta (lt.)	18
Temperatura ( °C )	range 0+15°C, preimpostato <b>+4°C</b> , impostabile fino a -20°C
Struttura Esterna	materiale in polietilene espanso grigio/nero, di facile pulizia
Struttura Interna	materiale in polietilene, di facile pulizia, con angoli e fondo vasca arrotondati per evitare rotture dgli eventuali prodotti contenuti
Dimensioni L x P x H	esterne 240x560 x420mm
Densità-isolamento	Polietilene espanso 70 mm iniettato ad alta densità CFC free
Porte e tipologia	nr 1 sportello, realizzato nello stesso materiale della scocca
Serratura	N.D.
Illuminazione interna	SI
Allestimento interno di serie	nr 1 cestello a filo grigliato, o in opzione porta biberon (se utilizzato per trasporto latte)
Registratore Temperature	di tipo digitale data logger mobile, con la possibilità di memorizzare i dati fino a 24 mesi, autoalimentato con pila al Litio (durata circa 2 anni), con intervalli di registrazione impostabili dall'utilizzatore. Dati scaricabili mediante porta USB.
Ventilazione	automatica
Sbrinamento	statico
Unità Refrigerante	montata nella parte inferiore della macchina, compressore di tipo ermetico
Gas Refrigerante	R134a CFC FREE
Peso Lordo (Kg)	9
Rumorosità (dBa)	<40 DbA
Potenza (V/ph/Hz/W)	230 / 1 / 50 / 45
Pannello di controllo	<b>ACF100.</b> Pannello con strumento a microprocessore, dotato di display digitale retro illuminato, indicante gli stati di funzionamento dell'apparecchio. Accuratezza +/- 0,1°C. Tastiera con pulsante di attivazione illuminazione interna e con possibilità di impostare password di blocco automatico. Utilizzo di sonde NTC, Pt100.



Gestione di tutti gli **allarmi acustici e visivi**, mediante buzzer incorporato di elevata potenza, tacitabili, per:

**ALTA - BASSA temperatura**

**SONDE GUASTE**



**Centralina bivalente 12V/230V**



**Cavo a corredo per alimentazione a 12V/230 V**



**Pratiche maniglie per trasporto**



**Luce interna**

Prodotto conforme alle normative attualmente in vigore.