

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 281 del 30/03/2021**

**OGGETTO:** Affidamento dell'intervento di repair/exchange della matrice OCTAVIUS  
DETECTOR INTERFACE 729 della Radioterapia di Esine.

CIG: ZEA30E5AA2

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- presso la Radioterapia dell'Ospedale di Esine è installato il sistema Octavius 4D utilizzato per le verifiche pre-trattamento e quindi l'appropriatezza dosimetrica;

- in data 14.10.2020 veniva richiesto un intervento per la riparazione della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729, componente del sistema Octavius 4D;

- in tale circostanza, si è rilevato che per tale matrice era in previsione il fine vita per il 31.12.2020, comportando in caso di ulteriore guasto l'irreparabilità del sistema stesso, con conseguenti ricadute sull'attività di radioterapia;

- si è pertanto valutata la possibilità tecnico-economica di effettuare una manutenzione straordinaria, attraverso un repair/exchange di tale matrice con un modello più performante dal punto di vista della risoluzione, con conseguenti migliori risultati anche dal punto di vista terapeutico specialmente per quanto riguarda i trattamenti stereotassici, come evidenziato dalla mail, agli atti, del Responsabile della Radioterapia;

- con decreto ASST n.419/2019 questa Azienda ha aderito alla "Procedura ristretta in forma aggregata per affidamento servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali in dotazione all'azienda ospedaliera di Desenzano D/G e all'Azienda Ospedaliera di Cremona – durata: 72 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 36", affidando alla ditta Tecnologie Sanitarie SpA, per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2021, il servizio di manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali installate in tutte le sedi dell'ASST Valcamonica;

- nel Capitolato Speciale della procedura sopra riportata, art. 18 "Manutenzione Straordinaria", è indicato che "Per manutenzione straordinaria si intendono tutte quelle attività atte a migliorare la funzionalità o la sicurezza delle apparecchiature (...). Rientrano tra tali attività, a titolo indicativo e non limitativo (...): C. Le riqualificazioni tecnologiche richieste dall'Azienda e finalizzate a conseguire migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico";

- l'intervento di repair/exchange della matrice con il modello di ultima generazione OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 1500 ha un costo complessivo di € 31.000,00; il costo a carico di Tecnologie Sanitarie SpA per l'attività di puro ripristino della funzionalità della matrice in fine vita è pari a € 16.000,00 IVA esclusa; per differenza il costo a carico della ASST VALCAMONICA per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è pari a € 15.000,00 IVA esclusa;

- con determinazione dirigenziale digitale n.203/2021 è stata autorizzata la possibilità di richiedere alla ditta Tecnologie Sanitarie SpA, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 e secondo quanto previsto dall'art.18 del Capitolato Speciale di Gara relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, la disponibilità all'esecuzione dell'intervento in oggetto, in compartecipazione della spesa, così riassunto:

INTERVENTO	CIG	COSTO TOTALE INTERVENTO (Iva Esclusa)	COSTO INTERVENTO A CARICO DI TECNOLOGIE SANITARIE SPA (Iva Esclusa)	COSTO INTERVENTO A CARICO DI ASST VALCAMONICA (Iva Esclusa)
Intervento di repair/exchange della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729	ZEA30E5AA2	€ 31.000,00	€ 16.000,00	€ 15.000,00

- con nota registrata al prot. ASST n.6295/21 del 19.03.2021, allegata, la ditta Tecnologie Sanitarie SpA si è resa disponibile ad effettuare l'Intervento di repair/exchange della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 con il modello di ultima generazione OCTAVIUS

DETECTOR INTERFACE 1500 e a compartecipare alla spesa per un importo pari a € 16.000,00 pari al costo dell'attività di puro ripristino della funzionalità della matrice in fine vita;

**EVIDENZIATO CHE:**

- il presente intervento prevede l'utilizzo dei fondi di cui al decreto ASST n.813/2020 "Determinazione dei budget di spesa per gli acquisti e prestazioni di servizi in affidamento diretto, per l'anno 2021, relativamente al Servizio di Ingegneria Clinica;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 e secondo quanto previsto dall'art.18 del Capitolato Speciale di Gara relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** altresì l'attestazione del Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021;

**D E T E R M I N A**

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di affidare alla ditta TECNOLOGIE SANITARIE SPA, ai sensi dell'art.1 co.2 lettera a) del DL n.76/2020, convertito con modifiche dalla L. n.120/2020 e secondo quanto previsto dall'art.18 del Capitolato Speciale di Gara, l'esecuzione dell'intervento repair/exchange della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 con il modello di ultima generazione OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 1500 così riassunto:

INTERVENTO	CIG	COSTO TOTALE INTERVENTO (Iva Esclusa)	COSTO INTERVENTO A CARICO DI TECNOLOGIE SANITARIE SPA (Iva Esclusa)	COSTO INTERVENTO A CARICO DI ASST VALCAMONICA (Iva Esclusa)	COSTO INTERVENTO A CARICO DI ASST VALCAMONICA (Iva Inclusa)
Intervento di repair/exchange della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 con il modello di ultima generazione OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 1500	ZEA30E5AA2	€ 31.000,00	€ 16.000,00	€ 15.000,00	€ 18.300,00

2 - che il costo derivante dal presente atto è pari a € 18.300,00 (di cui € 3.300,00 per IVA 22%);

3 - di nominare per la presente procedura, ai sensi dell'art.31 D.Lgs 50/2016, quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 50/2016 quale DEC (Direttore di esecuzione del contratto) quale DEC il Dr. Luca Grimaldi, Fisico Sanitario del Servizio di Radioterapia;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L.

n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE  
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
Ing. Francesco Mazzoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 25/03/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PANIGHETTI ANGELA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 18.300,00 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2021, i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2021	4503000200 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	3160119 Radioterapia	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 18.300,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice 4503000200 mediante riduzione del budget assunto con decreto n.813/2020 "Determinazione dei budget di spesa per gli acquisti e prestazioni di servizi in affidamento diretto, per l'anno 2021, relativamente al Servizio di Ingegneria Clinica.
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 18.300,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 18.300,00</b>	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 30.03.2021

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

**From:** angela.panighetti@asst-valcamonica.it  
**Sent:** 19/03/2021 13:24  
**To:** protocollo  
**Subject:** Fwd: POSTA CERTIFICATA: 0005917/21: INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE: RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.  
**Attachments:** daticert.xml, 0005917/21: INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE: RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

**Da:** "i rossi" <i.rossi@tecnologiesanitariepa.com>

**A:** "stb" <stb@asst-valcamonica.it>

**Inviato:** Venerdì, 19 marzo 2021 12:11:36

**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: 0005917/21: INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE: RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.

Buongiorno,

come da Vs richiesta siamo disponibili ad effettuare l'intervento di repair/exchange della matrice OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 con il modello di ultima generazione OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 1500 e siamo disponibili per la compartecipazione alla spesa, con un costo a Ns carico pari a € 16.000,00 IVA esclusa, pari al costo dell'attività di puro ripristino della funzionalità della matrice in fine vita.

Cordiali saluti

Irene Rossi



**Irene Rossi**

Responsabile di Commessa

Tel.: 0364 369467

Fax.: 0364 369253

Cell.: 348 8168408

**Tecnologie Sanitarie S.p.A.**

c/o Azienda Socio Sanitaria Territoriale Valle Camonica – Sebino

Via A. Manzoni n° 142– CAP 25040 Esine (BS)

Sede Legale Via Laurentina 456/458 – 00142 Roma

---

**Da:** Per conto di: protocollo@pec.asst-valcamonica.it <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>

**Inviato:** martedì 16 marzo 2021 08:24

**A:** i.rossi@tecnologiesanitariepa.com

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: 0005917/21: INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE: RICHIESTA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA.

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/03/2021 alle ore 08:24:12 (+0100) il messaggio "0005917/21: INTERVENTO DI REPAIR/EXCHANGE DELLA MATRICE OCTAVIUS DETECTOR INTERFACE 729 DELLA RADIOTERAPIA DI ESINE: RICHIESTA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA." è stato inviato da "[protocollo@pec.asst-valcamonica.it](mailto:protocollo@pec.asst-valcamonica.it)"

indirizzato a:

[i.rossi@tecnologiesanitariepa.com](mailto:i.rossi@tecnologiesanitariepa.com)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

[oppec2110.20210316082412.11001.26.1.161@pro.sicurezza postale.it](mailto:oppec2110.20210316082412.11001.26.1.161@pro.sicurezza postale.it)

Tutte le informazioni ed i dati personali contenuti in questa comunicazione ed ogni suo eventuale allegato sono confidenziali e riservati e, comunque, destinati in via esclusiva alla visione e conoscenza del loro effettivo destinatario, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR), della normativa italiana in materia di trattamento dei dati personali (privacy) e dell'art. 616 del Codice Penale in materia di riservatezza della corrispondenza. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, vi invitiamo a contattare immediatamente il mittente e cancellare la comunicazione ed ogni suo allegato in quanto ne è vietata l'utilizzazione non autorizzata.

Tecnologie Sanitarie spa utilizza, oltre alle mail nominali, anche mail condivise: se si risponde ad un messaggio proveniente da una casella di posta non nominale, anche se firmato, o si invia un messaggio ad una casella di posta non nominale il contenuto potrebbe essere recapitato a più persone.

--

Questo messaggio analizzato con Libraesva ESG risulta non infetto.  
This message has been checked by Libraesva ESG and is believed to be clean.