



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0069 DEL - 6 FEB. 2020

OGGETTO: Gara Europea a Procedura aperta per l'affidamento della "fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini" per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori n.36 mesi: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG 8035418CB1

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri favorevoli:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa 

del Direttore Amministrativo:

Dott Guido Avaldi 

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti 

L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.814/2019 si procedeva all'indizione di una procedura di Gara Aperta per la "fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetri" per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, per un periodo di n.36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi, ai sensi degli artt.60 e 95 D.Lgs n.50/2016;
- con il suddetto provvedimento è stata approvata la documentazione di gara ed è stato nominato, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'Area Gestione Risorse Materiali;
- la procedura di gara era stata inserita nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, approvata con decreti n.823/2019 e n.856/2019;
- il Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, come da documentazione allegata;
- in data 13.11.2019 si è provveduto a lanciare la procedura tramite portale SinTel, prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte le h.14.00 del 16.12.2019;
- con Determinazione AGRM n.236/2019 sono stati nominati, previa sottoscrizione del modulo "magrm014" relativo all'incompatibilità, il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice deputati alle operazioni di propria competenza;
- alla data di scadenza risultava caricata su piattaforma telematica SinTel n.1 offerta;
- in data 16.12.2019 ha avuto luogo la seduta privata del Seggio di Gara deputato alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata;
- in data 20.12.2019 ha avuto luogo la prima seduta privata della Commissione Giudicatrice, deputata all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti, ai sensi dell'art.21 del Disciplinare di Gara;
- in data 13.1.2020 ha avuto luogo la seconda seduta privata della Commissione Giudicatrice che ha attribuito il punteggio tecnico all'unico Concorrente che ha presentato offerta, ammettendolo alla fase successiva di apertura dell'offerta economica;
- nella stessa data, la Commissione Giudicatrice, coadiuvata dal RUP, ha inserito in piattaforma il punteggio e ha proceduto all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta economica del Concorrente;
- delle operazioni sopracitate si allegano i relativi verbali e i "Report della procedura" prodotti dal portale SinTel;

CONSIDERATO che:

- l'art.113 del D.Lgs n.50/2016, Codice dei contratti pubblici, prevede che "le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti" per attività legate al contratto, da ripartire sulla base di apposito Regolamento aziendale;
- in assenza di apposito Regolamento aziendale è comunque possibile accantonare le somme di cui al punto precedente, nel rispetto di quanto indicato da Regione Lombardia nel sub-allegato n.1 della DGR n.XI/2672 del 16.12.2019, pur non potendole ripartire ai dipendenti aventi diritto fino all'approvazione del Regolamento stesso;
- ove il regolamento successivamente adottato dall'Azienda dovesse individuare una

mm

4

percentuale differente, la parte dell'accantonamento non utilizzata concorrerà alla determinazione del risultato di amministrazione;

DATO ATTO che:

- per l'esercizio 2020 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2019, in quanto il presente provvedimento comporta l'introduzione, autorizzata dalla Direzione Sanitaria della ASST della Valcamonica, di un nuovo sistema di tracciabilità;

VERIFICATO che la procedura di Gara ha conseguito un ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, come meglio specificato nella tabella sottostante:

Aggiudicatario	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo	Base d'asta	Importo di aggiudicazione	Percentuale di ribasso
Leica Microsystems srl	70	30	100	€ 214.800,00	€ 201.774,87	6.07%

CONSIDERATO che negli atti di gara sono state previste le opzioni di aumento, rinnovo, proroga tecnica, le modifiche ai sensi dell'art. 106 co.1 lett.a) del Codice dei Contratti e le eventuali adesioni successive per le ASST, come da elenco di cui all'art.4.3 del Disciplinare di Gara, fino al limite del 400% dell'importo complessivo a base d'asta complessivo di tutte le opzioni previste;

VISTI:

- gli allegati verbali di apertura della busta amministrativa e tecnica redatti dal seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice;

- gli allegati "Report della Procedura" e "Documento d'Offerta" prodotti dal portale SinTel ed i Verbali allegati;

- la dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente dell'AGRM;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine all'annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;


ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare, attraverso la piattaforma SinTel, la "fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini" per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;

2 - di affidare la fornitura di cui sopra alla Leica Microsystems srl, per il periodo 8.2.2020-7.2.2023, alle condizioni tecniche ed economiche riportate nel "Report della Procedura" e nel "Documento d'Offerta" che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;



3 - che il contratto di appalto discendente dall'aggiudicazione sarà regolato dalle disposizioni civili in materia di contratto e dalla documentazione di gara (Capitolato, Disciplinare, Offerta Tecnica, Offerta Economica) presentata e debitamente sottoscritta dal Fornitore;


4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 248.312,07 (di cui € 44.390,47 per IVA al 22% e € 2.146,74 per incentivo ex art.113 del D.Lgs 50/2016);

5 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing Francesco Mazzoli Direttore dell'AGRM e ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.50/2016 quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Dr.ssa Roberta Marchione Direttore dell'Anatomia Patologica;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)



OGGETTO: Gara Europea a Procedura aperta per l'affidamento della "fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini" per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato, allegata agli atti istruttori.

Breno, 30.1.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente della AGRM attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato, allegata agli atti istruttori.

Breno, 30.1.2020

IL DIRIGENTE DELLA
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI



Breno, 30.1.2020



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 79.477,97 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2020, i conti di riferimento sono:


TABELLA COSTI:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
8.2.2020/31.12.2020	4001000301 Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - CND: W	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 34.140,86	€ 0,00	€ 34.140,86	
8.2.2020/31.12.2020	4001000411 Altri beni e prodotti sanitari (prod.senza repertorio e/o CND)	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 1.451,26	€ 0,00	€ 1.451,26	
8.2.2020/31.12.2020	4803000200 Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 19.165,99	€ 0,00	€ 19.165,99	
8.2.2020/31.12.2020	4503000200 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 23.425,09	€ 0,00	€ 23.425,09	
8.2.2020/31.12.2020	6509000815 Accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016 2502000815 Fondo accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.294,77	€ 0,00	€ 1.294,77	
	TOTALE 2020		€ 79.477,97	€ 0,00	€ 79.477,97	

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta che l'importo di € 168.834,10 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI:

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2021/31.12.2021	4001000301 Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - CND: W	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 34.140,86	€ 0,00	€ 0,00	
1.1.2021/31.12.2021	4001000411 Altri beni e prodotti sanitari (prod.senza repertorio e/o CND)	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 1.451,26	€ 0,00	€ 0,00	
1.1.2021/31.12.2021	4803000200 Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 20.908,35	€ 0,00	€ 20.908,35	
1.1.2021/31.12.2021	4503000200 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 25.554,64	€ 0,00	€ 0,00	
1.1.2021/31.12.2021	6509000815 Accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016 2502000815 Fondo accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 393,17	€ 0,00	€ 393,17	
	TOTALE 2021		€ 82.448,28		€ 82.448,28	
1.1.2022/31.12.2022	4001000301 Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - CND: W	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 34.140,86	€ 0,00	€ 34.140,86	
1.1.2022/31.12.2022	4001000411 Altri beni e prodotti sanitari (prod.senza repertorio e/o CND)	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 1.451,26	€ 0,00	€ 1.451,26	
1.1.2022/31.12.2022	4803000200 Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 20.908,35	€ 0,00	€ 20.908,35	
1.1.2022/31.12.2022	4503000200 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie ed economici	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 25.554,64	€ 0,00	€ 25.554,64	
1.1.2022/31.12.2022	6509000815 Accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016 2502000815	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 393,17	€ 0,00	€ 393,17	



	Fondo accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016					
	TOTALE 2022		€ 82.448,28	€ 0,00	€ 82.448,28	
1.1.2023/7.2.2023	4803000200 Noleggio impianti/attrezzature sanitarie ed economali	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 1.742,36	€ 0,00	€ 1.742,36	
1.1.2023/7.2.2023	4503000200 Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie ed economali	3210500 - UOC Anatomia Patologica	€ 2.129,55	€ 0,00	€ 2.129,55	
1.1.2023/7.2.2023	6509000815 Accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016 2502000815 Fondo accantonamento ART.113 D.LGS.50/2016	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 65,63	€ 0,00	€ 65,63	
	TOTALE 2023		€ 3.937,54	€ 0,00	€ 3.937,54	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 168.834,10	€ 0,00	€ 168.834,10	

Breno, 5.2.2020



IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Forniture - 534264-2019

12/11/2019 S218 Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

I. II. III. IV. VI.

Italia-Breno: Reattivi per laboratorio

2019/S 218-534264

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

- I.1) Denominazione e indirizzi
 Denominazione ufficiale: A.S.S.T. Valcamonica
 Città: Breno (BS)
 Codice NUTS: ITC47
 Paese: Italia
 E-mail: economato@pec.asst-valcamonica.it
 Indirizzi Internet:
 Indirizzo principale: www.asst-valcamonica.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-valcamonica.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetriani — CIG 8035418CB1

II.1.2) Codice CPV principale

33696500

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetriani per l'UOC Anatomia patologica dell'ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Di fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetriani per l'UOC Anatomia patologica dell'ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

Ai fini dell'art. 35 co. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, compresi accessori, opzioni e imposte di legge, ammonta ad 4 850 900,00 EUR.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70

Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si

Descrizione dei rinnovi:

Rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

ALLEGATO AL DECRETO

N. 69 del - 6 FEB. 2020

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Quinto d'obbligo: qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20 % (quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale, la A.S.S.T. della Vallecamonica potrà imporre al fornitore l'esecuzione alle medesime condizioni, senza che questo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice: il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento qualora, nel corso dell'esecuzione, si rendano necessari un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un ulteriore 25 % dell'importo contrattuale originario;

Rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni offerte in fase di gara. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro la scadenza del contratto originario.

Ulteriore opzione temporale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare un'ulteriore opzione temporale per ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni offerte in fase di gara, salvo eventuali migliorie da parte dell'Appaltatore. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro la scadenza del contratto originario e dell'eventuale rinnovo.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo della proroga è calcolato come 1/10 dell'importo calcolato come base d'asta e corrispondente a 6 mesi.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari**Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico****III.1) Condizioni di partecipazione**

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura**IV.1) Descrizione**

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: 12/12/2019

Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 13/12/2019

Ora locale: 14:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale di gara.

Area Gestione risorse materiali

Il Direttore: Ing. Francesco Mazzoli



- VI.4) Procedure di ricorso
- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia
- VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
- VI.4.3) Procedure di ricorso
- VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/11/2019



I - VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE DI GARA

“fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini” per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

Questa Amministrazione, con Decreto n.814/2019 ha predisposto gli atti relativi alla procedura di gara per l'affidamento della “fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini” per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.

In data **16 Dicembre 2019** alle ore 14:15, presso un ufficio dell'AGRM sito al 4 piano in via Nissolina n. 2 Breno (BS), si è riunito in seduta privata il Seggio di Gara deputato all'apertura in seduta privata delle buste amministrative.

Il Seggio risulta così composto:

- Ing. Francesco Mazzoli, Direttore AGRM, Responsabile Unico del Procedimento e Presidente,
- Vaira Gessica dipendente ASST – AGRM,
- Alessandro De Mola Alessandro, Coadiutore Amministrativo Esp.in servizio presso la AGRM;
- Danila Bonfadini, dipendente ASST – AGRM svolge funzione di verbalizzante.

PREMESSO CHE:

tramite la piattaforma SinTel di Regione Lombardia, entro le h.14.00 del **16.12.2019** ha presentato offerta un unico concorrente:

DITTA
LEICA MICROSYSTEMS SRL

Si procede alla verifica della presenza e della completezza della documentazione amministrativa presentata



DITTA	CAPITOLATO	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	PATTO DI INTEGRITA' (ALL.1)	GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSORE PER LA DEFINITIVA	DISCIPLINARE DI GARA	DICHIARAZIONE E SOSTITUTIVA REQUISITI EX ART.80	COPIA ATTESTATO AVVENUTO SOPRALLUOGO	CONTRIBUTO ANAC
LEICA MICROSYSTEMS SRL	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE
	PASSOE	ANTIMAFIA	ISCRIZIONE CCIAA	ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	DGUE		
	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE		

Si procede alla verifica della presenza della busta tecnica, stabilendo quale data per l'apertura, da parte della Commissione Tecnica, il giorno

Venerdì 20 Dicembre 2019, alle ore 08:00

La seduta termina alle ore 15:00

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto

SEGGIO DI GARA PRESENTE ALL'APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE	
NOME E COGNOME	FIRMA
Francesco Mazzoli	
Gessica Vaira	
Alessandro De Mola	

IL VERBALIZZANTE



II- VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fornitura “ in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini” per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi.”

Oggi, alle ore 8:30 del giorno 20 Dicembre 2019, presso un locale sito nel Laboratorio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Esine, si riunisce in seduta privata la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione AGRM n.236/2019, deputata all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti, ai sensi dell'art.21 del Disciplinare di Gara.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Manuela Piccolomini, Dirigente medico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Silvia Cè, Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Barbara Mazzola, Coordinatore Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;

La Dr.ssa Danila Bonfadini, a garanzia del regolare svolgimento delle operazioni di apertura della busta tecnica, Coadiutore Amm.vo Esperto in servizio presso l'AGRM dell'ASST della Valcamonica svolge funzione di verbalizzante.

La Commissione procede, ai sensi dell'art.21 del Disciplinare di Gara, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, presentati dai concorrenti.




Documentazione richiesta	
schede tecniche del sistema coloratore e montavetrini	X
schede di sicurezza/tossicologiche relative ad ogni prodotto offerto (strumenti, reagenti, consumabili); il concorrente dovrà inoltre dichiarare la durata dei reattivi e le modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;	X
copia delle Certificazioni di conformità alle normative vigenti (norme in materia di sicurezza I.E.C. 1010 o CEI 66.5, marchio CE, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 332 dell'8 settembre 2000, emendato con il D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37 – Recepimento Direttiva 2007/47/CE, recante "Attuazione della Direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro")	X
dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale	X
relazione tecnica che descriva dettagliatamente la tipologia e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica e di manutenzione preventiva e correttiva	X

Corretto caricamento dell'offerta tecnica	
Inserimento in un'unica cartella compressa	X
Firma digitale sui singoli file	X
Firma digitale del legale rappresentante della ditta concorrente o dell'eventuale procuratore, con relativa procura	X

La Commissione procederà, in una o più sedute successive, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, all'assegnazione dei relativi punteggi con l'applicazione dei criteri e delle formule indicate nel bando e nel Disciplinare di Gara.

I lavori terminano alle ore 9:30 del giorno 20.12.2019. La procedura in piattaforma telematica, comunque, presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

A seguito delle operazioni sopracitate, è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto.

COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Dr.ssa Manuela Piccolomini	
Silvia Cè	
Barbara Mazzola	

IL VERBALIZZANTE



VERBALE II SEDUTA COMMISSIONE TECNICA: ASSEGNAZIONE PUNTEGGI Verbale n.2/AGRM/2020

"Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini" per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi"

Oggi, alle ore 08:00 del 13.1.2020, presso un locale sito nel Laboratorio di Anatomia Patologica di Esine, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n.236/2019. La Commissione ha, in più sedute riservate, proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica dell'unico concorrente e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di Gara. Ciascun componente della Commissione ha attribuito il proprio voto in modo palese e a rotazione.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Manuela Piccolomini, Dirigente medico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Silvia Cè, Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Barbara Mazzola, Coordinatore Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;

La Dr.ssa Danila Bonfadini, Coadiutore Amm.vo Esp, in servizio presso l'AGRM dell'ASST della Valcamonica svolge funzione di verbalizzante.

Si comunica che l'unico concorrente che ha presentato regolare offerta ha superato la soglia di sbarramento, con il punteggio elencato in tabella.



Concorrente	Punteggio ottenuto	Punteggio Riparametrato
LEICA Microsystems srl	67,53	70


Si procede, quindi, all'ammissione della LEICA Microsystem alla fase di apertura delle buste economiche.

I lavori terminano alle ore 09:15.

La procedura in piattaforma telematica presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto

COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA	
NOME E COGNOME	FIRMA
Dr.ssa Manuela Piccolomini	
Silvia Cè	
Barbara Mazzola	

IL VERBALIZZANTE


Fornitura di "solvente diafanizzante e paraffina per istologia"

LEICA MICROSYSYSTEM

OPERATORE ECONOMICO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	MOTIVAZIONI
	Numero di stazioni dedicate ai reagenti per i protocolli di colorazione, incluse le stazioni per acqua corrente e le stazioni di ingresso/uscita cestelli di colorazione (esclusi forni)	7	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	Il sistema risponde alle esigenze del laboratorio
	Numero di forni dedicati alla sparaffinatura	8	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	Il sistema risponde alle esigenze del laboratorio
	Colorazione simultanea di più protocolli e modalità di ottimizzazione del processo di colorazione stesso	10	0,90	0,80	1,00	0,90	9,00	10,00	La presenza di 36 stazioni solo per reagenti garantisce la colorazione simultanea e la presenza di due bracci garantiscono l'ottimizzazione dei protocolli
	Sistema di controllo, tramite software, del consumo dei reagenti basato sul numero effettivo di vetrini colorati	8	0,80	1,00	1,00	0,93	7,47	8,00	lo stato di consumo dei reagenti viene visualizzato mediante barra colorata
	Sistemi di sicurezza per l'operatore: funzionalità del sistema di aspirazione	7	0,80	0,90	0,90	0,87	6,07	7,00	sistema integrato dotato di filtri a carboni attivi, oltre alla possibilità di collegamento ad un sistema di aspirazione esterno
	Semplicità di carico dei vetrini (hardware e software): sistema di identificazione e avvio (se automatico) dei protocolli predefiniti senza l'impostazione manuale del protocollo da parte dell'operatore	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	lo strumento riconosce il colore del chip a cui è stato associato il protocollo che si avvia automaticamente
	Garanzia di prosecuzione delle colorazioni già avviate in caso di black out	6	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	strumento corredato di UPS per assicurare l'autonomia richiesta e portare a termine le colorazioni fino al ripulimento della corrente
	Velocità di stampa cassette	9	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	la stampa per cassette è in grado di stampare in serie fino a 15 cassette/minuto
	Velocità di stampa vetrini	5	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	la stampa per vetrini è in grado di stampare in serie fino a 15 vetrini/minuto
	TOTALI	70				8,70	67,53	70,00	

Punteggio per la qualità del sistema proposto

p.max= 70/100 punti

Giudizio	Peso giudizio
eccellente	1,00
ottimo	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
scadente	0,40
insufficiente	0,30
gravemente insufficiente	0,20
inadeguato	0,10
non valutabile	0,00

Formula attribuzione punteggio per singola voce oggetto di valutazione:
D attribuito = D massimo x Peso Giudizio

Barbara Maresca

Pit

Marta Puddu

M

VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA
Verbale n.4/AGRM/2020

"Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini" per l'UOC Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi"

Oggi, alle ore 10:00 del 13.1.2020, presso un ufficio dell'AGRM di Breno, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n.236/2019.

La Commissione, coadiuvata dal RUP, ha inserito in piattaforma il punteggio tecnico ottenuto dall'unico Concorrente che ha presentato offerta.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Presidente: Dr.ssa Manuela Piccolomini, Dirigente medico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Silvia Cè, Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;
- Componente: Barbara Mazzola, Coordinatore Tecnico del Laboratorio di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica;

La Dr.ssa Danila Bonfadini, Coadiutore Amm.vo Esp, in servizio presso l'AGRM dell'ASST della Valcamonica svolge funzione di verbalizzante.

Premesso che:

- entro le ore 14:00 del 16 Dicembre 2019 ha presentato regolare offerta un unico operatore economico: Leica Microsystems srl;
- sono stati redatti i Verbali di apertura delle buste amministrativa e tecnica, con conseguente ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica.

La Commissione di Gara procede, direttamente sul portale SINTEL di Regione Lombardia, all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica del concorrente.

Considerato che:

- l'offerta economica risulta conforme al Disciplinare di Gara,
- il prezzo complessivo offerto per il contratto triennale ammonta a € 201.774,87 come da prospetto di dettaglio allegato.





La Commissione chiude le operazioni di gara, formulando la proposta di aggiudicazione in favore della LEICA Microsystems srl, sottoponendola alla Direzione Aziendale.

Si trasmettono al RUP tutti gli atti e i documenti di gara, ai fini dei successivi adempimenti.

I lavori terminano alle ore 10:45.

La procedura in piattaforma telematica presta ampia garanzia circa l'impossibilità di alterazione della documentazione progettuale.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto

COMPONENTI COMMISSIONE TECNICA e RUP	
NOME E COGNOME	FIRMA
Dr.ssa Manuela Piccolomini	
Silvia Cè	
Barbara Mazzola	
Ing. Francesco Mazzoli	

IL VERBALIZZANTE



<i>Allegato</i>	All.2 magrm031_dichiarazione_art.80_00.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	magrm002_capitolato_tecnico_qualità_prezzo_02 Coloratore e Stampanti.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.3 - DGUE da compilare.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stam- panti Corretto 27 11 2019.xls
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	disciplinare_di_gara_00 Coloratore e Stampanti.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Risposta a quesito 10.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti.xls
<i>Documento disattivato il</i>	28/11/2019 15:10:23
<i>Allegato</i>	Risposta a quesito 1.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Risposta al quesito 11.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	pianta anatomia patologica 11.19.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	pianta anatomia patologica 11.19.dwg
<i>Documento Pubblicato</i>	



Allegato All.1-Patto di integrità 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Forniture - 534264-2019 - TED Tenders Electronic Daily.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	117818245
<i>Nome Procedura</i>	Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini
<i>Codice CIG</i>	8035418CB1
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2792963
<i>Num. Protocollo Ente</i>	21252/19
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33696500-0 - Reattivi per laboratorio
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Bonfadini Danila
<i>Login</i>	user_169566
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329204

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Mazzoli Francesco
<i>Login</i>	user_127427
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-monta-
vetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampan-
ti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Indirizzo email economato@pec.asst-valcamonica.it

Num. telefono 0364329460

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 13 novembre 2019 15.21.07 CET

*Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte* lunedì 16 dicembre 2019 14.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

*La gestione dell'offerta offline è
abilitata ?* No

*Giustificativo all'Offerta economi-
ca?* No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerta è abilitato ?* No

*La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?* No

*La valutazione del 10% dei forn-
tori è attivata ?* No

*L'inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?* No

Base d'asta 214.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza* 0,00000 EUR

di cui costi del personale -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

*Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica* La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

*La gestione delle offerte anomale è
attivata?* Si

*Formula usata per il calcolo dei
punteggi* Prezzo minimo

*La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?* Si



I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).					
Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalita' illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalenti)	Tecnico	Libero	Max: 70,00 Min: 40,00	Allegato	

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	te). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Dettaglio prezzi unitari offerti - Allegato 4	Allegare il dettaglio prezzi unitari offerti utilizzando l'apposito file "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi" da compilare e firmare digitalmente.	Economico	Libero		Allegato	
Giustificativo all'offerta economica	Allegare il "giustificativo all'offerta economica", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Leica Microsystems S.r.l.
<i>Login</i>	user_6232
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficio.gare@leicacert.com

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09933630155
<i>Indirizzo</i>	Via Emilia, 26, 20090 BUCCINASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	02574861

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1576244122937
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3103487
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Leica Microsystems S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 dicembre 2019 14.35.22 CET
<i>Offerta economica</i>	201.774,87000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	47.224,38000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	405,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KS+5p6Rxq2cT0+CWQFZZ0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): aafef663509e6207ca0d146f0f8cab65fffe6b86
	Hash(SHA-256-Hex): 9095643e4ca5fd7ea718439e4321025-cfc30a2d4759814c051dabbc6f1f82be0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Documentazione tecnica.zip
	Dimensioni: 47 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): duujl6ENLqYiP4D9kFgkHw==
	Hash(SHA-1-Hex): 80d8d654512ad1aa1276eb5be1b30ff40b2a2602
	Hash(SHA-256-Hex): f7c8b437267db36da78f31d6a0ceddc-4146c3cf1b096040c495bc7e7749dcb37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Dettaglio prezzi unitari offerti - Allegato 4 (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Offerta economica.xls.p7m Dimensioni: 125 KB Firmatari: GILARDI VINCENZO Hash(MD5-Base64): Hy/hhBXX8YMR0vXj8m09Iw== Hash(SHA-1-Hex): d35f3a73b61b30c1e26d8733c29a3afcf257331a Hash(SHA-256-Hex): 365804bd831c5f1d323001cb51f56d6-d553fa9d6dc7dd87be21f53041e815b4a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Analisi giustificativa dell'offerta economica.pdf.- p7m Dimensioni: 387 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): nH+X24YPneXg8qVLbFQrNg== Hash(SHA-1-Hex): 11d68143e9f95dea64658347042589af09d3c98d Hash(SHA-256-Hex): 1ed76a59eac6787bb7c4be4aa446696-5648c39aa949ec67c1b5fa44c7cb79110 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1576244122937
-------------------	---------------

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Fornitore</i>	Leica Microsystems S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 13 dicembre 2019 14.35.22 CET
<i>Offerta economica</i>	201.774,87000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	70
<i>Punteggio totale</i>	70,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): KS+5p6Rxq2cT0+CWQFZZ0Q==
	Hash(SHA-1-Hex): aafef663509e6207ca0d146f0f8cab65fffe6b86
	Hash(SHA-256-Hex): 9095643e4ca5fd7ea718439e4321025-cfc30a2d4759814c051dabbc6f1f82be0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i>	Documentazione tecnica.zip Dimensioni: 47 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): duujl6ENLqYiP4D9kFgkHw== Hash(SHA-1-Hex): 80d8d654512ad1aa1276eb5be1b30ff40b2a2602 Hash(SHA-256-Hex): f7c8b437267db36da78f31d6a0ceddc-4146c3cf1b096040c495bc7e7749dcb37 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	70,00
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	Essendo presente un solo Concorrente, la riparametrazione , anche per singolo criterio, determina l'assegnazione del punteggio massimo
<i>Punteggio tecnico</i>	70
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Dettaglio prezzi unitari offerti - Allegato 4 (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Offerta economica.xls.p7m Dimensioni: 125 KB Firmatari: GILARDI VINCENZO Hash(MD5-Base64): Hy/hhBXX8YMR0vXj8m09Iw==

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetri n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)</i>	Hash(SHA-1-Hex): d35f3a73b61b30c1e26d8733c29a3afcf257331a
	Hash(SHA-256-Hex): 365804bd831c5f1d323001cb51f56d6-d553fa9d6dc7dd87be21f53041e815b4a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Analisi giustificativa dell'offerta economica.pdf.- p7m
	Dimensioni: 387 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): nH+X24YPneXg8qVLbFQrNg==
	Hash(SHA-1-Hex): 11d68143e9f95dea64658347042589af09d3c98d
	Hash(SHA-256-Hex): 1ed76a59eac6787bb7c4be4aa446696-5648c39aa949ec67c1b5fa44c7cb79110
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 13 gennaio 2020 10.41.11 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetri (ID 117818245) è iniziata.
lunedì 13 gennaio 2020 10.40.14 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetri (ID 117818245) è terminata.

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		zioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245) è stata completata.
lunedì 13 gennaio 2020 10.40.14 CET	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1576244122937) della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 dicembre 2019 14.35.06 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245) è iniziata.
lunedì 16 dicembre 2019 14.34.52 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1576244122937) della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 16 dicembre 2019 14.29.12 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_6232 sulla Procedura con ID 117818245 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 16 dicembre 2019 14.00.01 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245).
venerdì 13 dicembre 2019 14.35.22 CET	Invio Offerta	L'offerente Leica Microsystems S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245).
venerdì 13 dicembre 2019 11.06.02 CET	“Posticipo termini di gara” - termine originario: giovedì 12 dicembre 2019 14.00.00 CET	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 117818245 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è lunedì 16 dicembre 2019 14.00.00 CET
giovedì 12 dicembre 2019 11.06.52 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 117818245
giovedì 12 dicembre 2019 10.59.59 CET	Offerta Ritirata	E' stata ritirata un'offerta da parte dell'operatore economico con ragione sociale: Leica Microsystems S.r.l..
giovedì 12 dicembre 2019 10.28.18 CET	“Posticipo termini di gara” - termine originario: giovedì 12 dicembre 2019 14.00.00 CET	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 117818245 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 13 dicembre 2019 14.00.00 CET
mercoledì 11 dicembre 2019 15.17.44 CET	Invio Offerta	L'offerente Leica Microsystems S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245).
mercoledì 13 novembre 2019 15.21.08 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini (ID 117818245). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	119235046
---------------------	-----------

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Data di invio</i>	mercoledì 11 dicembre 2019 15.23.32 CET
<i>Mittente</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data giovedì 12 dicembre 2019 7.48.39 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data giovedì 12 dicembre 2019 10.41.43 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Segnalazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si evidenzia che contrariamente a quanto indicato nel Disciplinare di Gara alla pag. 23 (punto c), la piattaforma "Sintel" non prevede per la presente procedura il campo per l'inserimento dei costi del personale richiesti a pena di esclusione. E' infatti possibile inserire solo i valori di cui alle lettere a)-b)-d) richiesti dal Disciplinare (pag. 23). Quanto sopra per segnalare che detti costi, così come previsto dalla normativa vigente, verranno comunque inseriti in offerta economica. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	119272685
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 dicembre 2019 11.03.16 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.), ricevuto in data giovedì 12 dicembre 2019 11.23.04 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Segnalazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" è stata caricata la risposta al quesito n.11. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Si evidenzia che contrariamente a quanto indicato nel Disciplinare di Gara alla pag. 23 (punto c), la piattaforma "Sintel" non prevede per la presente procedura il campo per l'inserimento dei costi del personale richiesti a pena di esclusione. E' infatti possibile inserire solo i valori di cui alle lettere a)-b)-d) richiesti dal Disciplinare (pag. 23). Quanto sopra per segnalare che detti costi, così come previsto dalla normativa vigente, verranno comunque inseriti in offerta economica. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	118310694
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 novembre 2019 17.00.50 CET
<i>Mittente</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 8.21.11 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 17.31.40 CET

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Oggetto del Messaggio</i>	White list
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede di confermare che la dichiarazione circa l'eventuale iscrizione alla c.d. white list (così come richiesta a pag. 17 del Disciplinare di Gara") non è da intendersi obbligatoria per aziende aventi attività differenti da quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 53 della L.6 novembre 2012 n. 190. Si resta in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	119272875
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 dicembre 2019 11.05.01 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	BIO OPTICA MILANO SPA (BIO OPTICA MILANO SPA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Segnalazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" è stata caricata la risposta al quesito n.11, inerente una segnalazione pervenuta ieri. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Oggetto: Affidamento della fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Sulla base di indagini di mercato in nostro possesso, si segnala che le caratteristiche di minima indicate nel capito tecnico della gara in oggetto sembrerebbero identificare una sola azienda. Al fine di garantire la partecipazione alla gara a più operatori economici e quindi favorire la libera concorrenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche minime: Stampante per cassette: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato; - Capacità di carico di almeno 160 cassette da almeno 4 caricatori. Stampanti per vetrini: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro; - Capacità di carico di almeno 100 vetrini dotati di almeno un caricatore. Consumabili: - Vetrini porta-oggetto 26x76, molati, angolo a 45° o 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunocisto-chimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore. In attesa di un Vs. riscontro, inviamo distinti saluti. Bio-Optica Milano S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	118312356
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 novembre 2019 17.39.43 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ID 117818245 - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.1 a n.6, pervenuti negli scorsi giorni, e la Comunicazione n.1 relativa al posticipo della scadenza per la richiesta di Sopralluogo obbligatorio Distinti saluti Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: d) dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale Richiediamo chi è la software house fornitrice del sistema informatico aziendale con i riferimenti del sistema a cui si dovranno interfacciare le stampanti
<i>Id Messaggio</i>	118521669
<i>Data di invio</i>	martedì 26 novembre 2019 15.02.36 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ID 117818245 - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.7 a n.9, pervenuti negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: d) dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale Richiediamo chi è la software house fornitrice del sistema informatico aziendale con i riferimenti del sistema a cui si dovranno interfacciare le stampanti
<i>Id Messaggio</i>	118521697
<i>Data di invio</i>	martedì 26 novembre 2019 15.02.52 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	BIO OPTICA MILANO SPA (BIO OPTICA MILANO SPA), ricevuto in data martedì 26 novembre 2019 15.39.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara per la fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini ID 117818245
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.7 a n.9, pervenuti negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Oggetto: Affidamento della fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, occor-

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	<p>renti alla UOC di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Sulla base di indagini di mercato in nostro possesso, si segnala che le caratteristiche di minima indicate nel capito tecnico della gara in oggetto sembrerebbero identificare una sola azienda. Al fine di garantire la partecipazione alla gara a più operatori economici e quindi favorire la libera concorrenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche minime:</p> <p>Stampante per cassette: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato; - Capacità di carico di almeno 160 cassette da almeno 4 caricatori.</p> <p>Stampanti per vetrini: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro; - Capacità di carico di almeno 100 vetrini dotati di almeno un caricatore. Consumabili: - Vetrini porta-oggetto 26x76, molati, angolo a 45° o 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunocitochimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore. In attesa di un Vs. riscontro, inviamo distinti saluti. Bio-Optica Milano S.p.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118312344
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 novembre 2019 17.39.26 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	BIO OPTICA MILANO SPA (BIO OPTICA MILANO SPA), ricevuto in data martedì 26 novembre 2019 9.36.25 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Gara per la fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini ID 117818245
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.1 a n.6, pervenuti negli scorsi giorni, e la Comunicazione n.1 relativa al posticipo della scadenza per la richiesta di Sopralluogo obbligatorio Distinti saluti Il RUP Francesco Mazzoli -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Oggetto: Affidamento della fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica della ASST della Valcamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Sulla base di indagini di mercato in nostro possesso, si segnala che le caratteristiche di minima indicate nel capito tecnico della gara in oggetto sembrerebbero identificare una sola azienda. Al fine di garantire la partecipazione alla gara a più operatori economici e quindi favorire la libera concorrenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche minime:</p> <p>Stampante per cassette: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato; - Capa-</p>

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	<p>cità di carico di almeno 160 cassette da almeno 4 caricatori. Stampanti per vetrini: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro; - Capacità di carico di almeno 100 vetrini dotati di almeno un caricatore. Consumabili: - Vetrini porta-oggetto 26x76, molati, angolo a 45° o 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunohisto-chimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore. In attesa di un Vs. riscontro, inviamo distinti saluti. Bio-Optica Milano S.p.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118625017
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 15.18.12 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 16.14.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in "Documentazione di gara" è stata caricata la risposta al quesito da n.10, pervenuto negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Si chiede cortesemente di confermare che nella Cella H119 dell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" si è erroneamente moltiplicato il totale annuo per 5 invece che per 3 come riportato nella dicitura. Nell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" in caso di inserimento di un valore di un singolo reagente o di quota noleggio superiore alla base d'asta dello stesso viene evidenziata la dicitura "Il valore immesso è superiore alla base d'asta. Ciò è consentito, ma è necessario verificare che il costo complessivo annuo sia inferiore al limite ammissibile, a pena di esclusione!". Si chiede cortesemente se il valore che non deve superare la base d'asta è solamente il valore della cella M113 o se anche le celle O24 ed L32 devono rispettare il vincolo delle base d'asta parziali. Si ringrazia. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118625173
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 15.20.38 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	BIO OPTICA MILANO SPA (BIO OPTICA MILANO SPA), ricevuto in data venerdì 29 novembre 2019 11.01.00 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento su Allegato 4 Offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in "Documentazione di gara" è stata caricata la risposta al quesito n.10, pervenuto negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Oggetto: Affidamento della fornitu-</p>

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	<p>ra in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica della ASST della Vallecamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Sulla base di indagini di mercato in nostro possesso, si segnala che le caratteristiche di minima indicate nel capito tecnico della gara in oggetto sembrerebbero identificare una sola azienda. Al fine di garantire la partecipazione alla gara a più operatori economici e quindi favorire la libera concorrenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche minime: Stampante per cassette: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato; - Capacità di carico di almeno 160 cassette da almeno 4 caricatori. Stampanti per vetrini: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro; - Capacità di carico di almeno 100 vetrini dotati di almeno un caricatore. Consumabili: - Vetrini porta-oggetto 26x76, molati, angolo a 45° o 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunostochimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore. In attesa di un Vs. riscontro, inviamo distinti saluti. Bio-Optica Milano S.p.A.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118029930
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 novembre 2019 17.51.46 CET
<i>Mittente</i>	BIO OPTICA MILANO SPA (BIO OPTICA MILANO SPA)
<i>Destinatari</i>	Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data mercoledì 20 novembre 2019 10.29.47 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 17.31.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Gara per la fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini ID 117818245
<i>Testo del Messaggio</i>	Oggetto: Affidamento della fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini, occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica della ASST della Vallecamonica, ai sensi degli artt. 60 e 95 D.Lgs. 50/2016, per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Sulla base di indagini di mercato in nostro possesso, si segnala che le caratteristiche di minima indicate nel capito tecnico della gara in oggetto sembrerebbero identificare una sola azienda. Al fine di garantire la partecipazione alla gara a più operatori economici e quindi favorire la libera concorrenza, si chiede di apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche minime: Stampante per cassette: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro indelebile ad elevata risoluzione per le più comuni cassette istologiche presenti sul mercato; - Capacità di carico di almeno 160 cassette da al-

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	meno 4 caricatori. Stampanti per vetrini: - Stampante a trasferimento termico o a getto di inchiostro; - Capacità di carico di almeno 100 vetrini dotati di almeno un caricatore. Consumabili: - Vetrini porta-oggetto 26x76, molati, angolo a 45° o 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunoistochimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore. In attesa di un Vs. riscontro, inviamo distinti saluti. Bio-Optica Milano S.p.A.
<i>Id Messaggio</i>	118625113
<i>Data di invio</i>	giovedì 28 novembre 2019 15.19.55 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento su allegato 4 offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che in "Documentazione di gara" è stata caricata la risposta al quesito n.10, pervenuto negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: d) dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale Richiediamo chi è la software house fornitrice del sistema informatico aziendale con i riferimenti del sistema a cui si dovranno interfacciare le stampanti
<i>Id Messaggio</i>	118576365
<i>Data di invio</i>	mercoledì 27 novembre 2019 15.33.28 CET
<i>Mittente</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 15.09.56 CET; Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data giovedì 28 novembre 2019 8.21.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti offerta economica
<i>Testo del Messaggio</i>	Si chiede cortesemente di confermare che nella Cella H119 dell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" si è erroneamente moltiplicato il totale annuo per 5 invece che per 3 come riportato nella dicitura. Nell'allegato "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi Coloratore e Stampanti" in caso di inserimento di un valore di un singolo reagente o di quota noleggio superiore alla base d'asta dello stesso viene evidenziata la dicitura "Il valore immesso è superiore alla base d'asta. Ciò è consentito, ma è necessario verificare che il costo complessivo annuo sia inferiore al limite ammissibile, a pena di esclusione!". Si chiede cortesemente se il valore che non deve superare la base d'asta è solamente il valore della cella M113 o se anche le celle O24 ed L32 devo-

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	no rispettare il vincolo delle base d'asta parziali. Si ringrazia. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	118312465
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 novembre 2019 17.42.45 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 17.47.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.1 a n.6, pervenuti negli scorsi giorni da altri Concorrenti, e la Comunicazione n.1 relativa al posticipo della scadenza per la richiesta di Sopralluogo obbligatorio. Provvederemo al più presto a rispondere anche ai quesiti da Voi presentati. Distinti saluti Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Con la presente ed in riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Data la richiesta di fornire tutto il materiale per l'esecuzione delle colorazioni (pag. 5, capitolato tecnico) inclusi reagenti e coloranti, siamo a chiedere conferma del fatto che gli unici consumabili richiesti per i protocolli di colorazione siano i coloranti (elencati in tabella nella stessa pagina del capitolato tecnico) e non alcol e solventi. 2.Riguardo le stampanti di vetrini e cassette viene richiesta come caratteristica minima (pag. 2, capitolato tecnico) che siano conformi alla normativa 98/79/CE che, data la tipologia di strumento, non risulta essere necessaria in quanto non c'è contatto diretto tra il materiale biologico ed il dispositivo stesso. Chiediamo quindi che tale certificazione risulti non necessaria come caratteristica minima. In attesa di cortese riscontro si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	118521640
<i>Data di invio</i>	martedì 26 novembre 2019 15.02.16 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Mazzoli Francesco)
<i>Destinatari</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.), ricevuto in data martedì 26 novembre 2019 15.47.43 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: White list
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che in "Documentazione di gara" sono state caricate le risposte ai quesiti da n.7 a n.9, pervenuti negli scorsi giorni. Il RUP Francesco Mazzoli ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede di confermare che la dichiarazione circa l'eventuale iscrizione alla c.d. white list (così come richiesta a pag. 17 del Disciplinare di Gara") non è da intendersi obbligatoria per aziende aventi attività differenti da quelle maggiormente esposte a rischio di</p>

Report della Procedura Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini n. 117818245 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	infiltrazione mafiosa ed elencate all'art. 53 della L.6 novembre 2012 n. 190. Si resta in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	118302252
<i>Data di invio</i>	lunedì 25 novembre 2019 14.46.26 CET
<i>Mittente</i>	Leica Microsystems S.r.l. (Leica Microsystems S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 16.05.44 CET; Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 17.31.38 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente ed in riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Data la richiesta di fornire tutto il materiale per l'esecuzione delle colorazioni (pag. 5, capitolato tecnico) inclusi reagenti e coloranti, siamo a chiedere conferma del fatto che gli unici consumabili richiesti per i protocolli di colorazione siano i coloranti (elencati in tabella nella stessa pagina del capitolato tecnico) e non alcol e solventi. 2.Riguardo le stampanti di vetrini e cassette viene richiesta come caratteristica minima (pag. 2, capitolato tecnico) che siano conformi alla normativa 98/79/CE che, data la tipologia di strumento, non risulta essere necessaria in quanto non c'è contatto diretto tra il materiale biologico ed il dispositivo stesso. Chiediamo quindi che tale certificazione risulti non necessaria come caratteristica minima. In attesa di cortese riscontro si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti.
<i>Id Messaggio</i>	118060241
<i>Data di invio</i>	martedì 19 novembre 2019 12.11.01 CET
<i>Mittente</i>	AHSI S.P.A. (AHSI S.P.A.)
<i>Destinatari</i>	Mazzoli Francesco (Mazzoli Francesco), ricevuto in data lunedì 25 novembre 2019 17.31.27 CET; Bonfadini Danila (Bonfadini Danila), ricevuto in data mercoledì 20 novembre 2019 10.30.03 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ID 117818245 - RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	d) dichiarazione dell'idoneità delle stampanti all'interfacciamento con i sistemi informatici aziendali da parte della Software house fornitrice del sistema informatico aziendale. Richiediamo chi è la software house fornitrice del sistema informatico aziendale con i riferimenti del sistema a cui si dovranno interfacciare le stampanti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 13 gennaio 2020 10.42.50 CET
<i>Commento</i>	Si crea Report intermedio prima dell'apertura delle offerte economiche.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0090319



Documento d'offerta

Sommario

Procedura	1
Valore dell'offerta	1
Parametri dell'offerta	1

Procedura

<i>Stazione Appaltante</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Nome procedura</i>	Fornitura in service di una stazione integrata coloratore-montavetrini a vetro totalmente automatizzata per colorazioni cito-istologiche e di stampanti per cassette e per vetrini
<i>Identificativo della procedura</i>	117818245

Valore dell'offerta

<i>Fornitore</i>	Leica Microsystems S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Offerta economica</i>	201.774,87000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	405,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	47.224,38000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Base d'asta</i>	214.800,00000 EUR

Parametri dell'offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere al-

N.B.: Documento da firmare digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate



	legati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 8 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): KS+5p6Rxq2cT0+CWQFZZ0Q== Hash(SHA-1-Hex): aafe663509e6207ca0d146f0f8cab65ffe6b86 Hash(SHA-256-Hex): 9095643e4ca5fd7ea718439e4321025-cfc30a2d4759814c051dabbc6f1f82be0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
<i>Risposta:</i>	In forma singola
<i>Nome requisito:</i>	Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Societa' trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Nome requisito:</i>	Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	Documentazione tecnica.zip Dimensioni: 47 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): duujl6ENLqYiP4D9kFgkHw==



Hash(SHA-1-Hex):
80d8d654512ad1aa1276eb5be1b30ff40b2a2602

Hash(SHA-256-Hex): f7c8b437267db36da78f31d6a0ceddc-
4146c3cf1b096040c495bc7e7749dcb37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Dettaglio prezzi unitari offerti - Allegato 4 (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Allegare il dettaglio prezzi unitari offerti utilizzando l'apposito file "All.4_ Offerta economica_dettaglio prezzi" da compilare e firmare digitalmente.

Caratteristiche tecniche dell'offerta Allegato 4 - Offerta economica.xls.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: GILARDI VINCENZO

Hash(MD5-Base64): Hy/hhBXX8YMR0vXj8m09Iw==

Hash(SHA-1-Hex):
d35f3a73b61b30c1e26d8733c29a3afcf257331a

Hash(SHA-256-Hex): 365804bd831c5f1d323001cb51f56d6-
d553fa9d6dc7dd87be21f53041e815b4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: Giustificativo all'offerta economica (Parametro Economico)

Descrizione requisito: Allegare il "giustificativo all'offerta economica", attenendosi alle modalità illustrate nella documentazione di gara.

Caratteristiche tecniche dell'offerta Analisi giustificativa dell'offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nH+X24YPneXg8qVLbFQrNg==

Hash(SHA-1-Hex):
11d68143e9f95dea64658347042589af09d3c98d

Hash(SHA-256-Hex): 1ed76a59eac6787bb7c4be4aa446696-
5648c39aa949ec67c1b5fa44c7cb79110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Gara Coloratore montavetrini - Stampante per vetri e Stampante per cassette

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Valcamonica									
Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND	Repertorio	Numero test/pezzi a cf	Fabbisogno triennale	Quantità annue offerte	Prezzo unitario	Prezzo a confezione	Totale fornitura triennale 2020-2021-2023
Vetrini portaoggetto 26x76 a bordo molato ang.45°, banda bianca, lavati e sgrassati, privi di impurità e incrinature, vetro extra bianco, validati per la stampa al tracking	3808100GEIP	W0503900201	1713384/R	1000	90000	90	€ 0,07433	€ 74,33	€ 20.069,1000
Vetrini portaoggetto 26x76, molati, angolo a 90°, con banda bianca, vetro extra bianco con carica positiva, ad elevata adesione permanente durante tutte le fasi del processo di immunostochimica (o altre indagini, tipo FISH e SISH), ad alta resistenza a trattamenti con calore, validati per la stampa al tracking	3800200AE	W0503900201	1769775/R	1440	19000	14	€ 0,11913	€ 171,55	€ 7.205,1000
Cassette di varia tipologia di colore preimprimate per stampanti, validate per la stampa al tracking	39LC-500-1-L	W05030501	1712102	1000	40000	40	€ 0,06913	€ 69,13	€ 8.295,6000
Vetrini coprioggetto	3800152	W0503900202	1718963	2450	90000	37	€ 0,07020	€ 172,00	€ 19.092,0000
Reattivi vari per colorazioni (vd tabella)							€ 9.763,7100		€ 29.291,1300
Consumabili vari senza CND									€ 3.568,6800
TOTALE (IVA esclusa)								€ 198,26	€ 87.521,6100
TOTALE (IVA inclusa)									€ 106.776,3642
Descrizione apparecchiatura	Codice prodotto	CND	Repertorio	Quantità	Quantità	Repertorio	Noleggio MENSILE (IVA esclusa)	Noleggio ANNUALE (IVA esclusa)	Totale fornitura triennale 2020-2021-2023
Stampante per vetri	14060133201	W0202059017	N.a.	1		N.a.	€ 294,71	€ 3.536,54	€ 3.536,54
Stampante per cassette	14060233206	W0202059017	N.a.	1		N.a.	€ 275,32	€ 3.303,85	€ 3.303,85
Coloratore monta-vetrini	14051454200 + 14051254354	W0202059002 W0202059008	1661926 1719263	1		1719263	€ 858,13	€ 10.297,60	€ 10.297,60
TOTALE (IVA esclusa)									€ 51.413,9700
TOTALE (IVA inclusa)									€ 62.725,0434
Descrizione apparecchiatura	Codice prodotto	CND	Repertorio	Quantità	Quantità	Repertorio	Assistenza MENSILE (IVA esclusa)	Assistenza ANNUALE (IVA esclusa)	Totale fornitura triennale 2020-2021-2023
Stampante per vetri	14060133201	W0202059017	N.a.	1		N.a.	€ 360,20	€ 4.322,44	€ 4.322,44
Stampante per cassette	14060233206	W0202059017	N.a.	1		N.a.	€ 336,50	€ 4.038,0300	€ 4.038,03
Coloratore monta-vetrini	14051454200 + 14051254354	W0202059002 W0202059008	1661926 1719263	1		1719263	€ 1.048,83	€ 12.585,9600	€ 12.585,96
TOTALE (IVA esclusa)									€ 62.835,2900
TOTALE (IVA inclusa)									€ 76.663,9338
TOTALE (IVA esclusa)									€ 201.774,87
TOTALE (IVA inclusa)									€ 246.165,34

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vallecambonica Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

- 7 FEB. 2020

decorrere dal

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. Gabriele Ceresetti -



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da N. 46 (quarantasei) pagine, è conforme all'originale.

Breno,

IL DIRETTORE FF
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
- Avv. Gabriele Ceresetti -

