

## **Decreto n. 350 del 01/06/2022**

**OGGETTO:** Assegnazione, tramite procedura SinTel, del servizio di manutenzione degli impianti gas medicinali presenti presso gli Ospedali di Esine e Edolo, per l'anno 2022.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo ff:

Dott.ssa Cristina Lazzati

del Direttore Socio-Sanitario:

Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.130/2014 si prendeva atto dell'aggiudicazione di gara aggregata con l'ex AO Bolognini di Seriate (ora ASST Bergamo Est) per la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon;

- con decreto n.217/2019 veniva prorogata la fornitura di cui sopra fino al 31.12.2019;

- con determinazioni FAR n.66/2019 95/2019 si affidava la fornitura sopra citata fino al 31.12.2020 in attesa di nuova aggiudicazione da parte di ARIA SpA, prevista per il quarto trimestre 2021;

- con decreti n.47/2021 e n.506/2021 si procedeva a ulteriori affidamenti della fornitura in parola in quanto la presente ASST non è stata abilitata ad operare nel lotto n.3 della Convenzione di ARIA SpA "ARCA\_2017\_028.2 - Gas Medicinali, Tecnici e Criogenici e dei Servizi di manutenzione connessi";

- con decreto n.9/2022 veniva affidato, mediante piattaforma SinTel, la fornitura di ossigeno liquido, ossigeno gassoso, aria medica, anidride carbonica, miscele speciali, azoto liquido e argon per il periodo 1.1.2022-31.12.2022 alla Sapio Life srl, in attesa di aderire alla Convenzione quando quest'ASST verrà abilitata;

- nella Convenzione sopra richiamata sono presenti tutte le attività manutentive necessarie alla gestione dei gas medicinali nelle sedi del Presidio ospedaliero di Esine e Edolo, che attualmente sono affidate di anno in anno mediante apposita procedura;

CIO' PREMESSO, in attesa dell'attivazione della Convenzione e dei relativi servizi, è necessario procedere all'affidamento del servizio per l'anno 2022;

PRESO ATTO che il Responsabile del STP di quest'Azienda, ha avviato procedura mediante piattaforma SinTel n.154328796, da affidare ai sensi dell'art.1, co.2, lett.a) della L. n.120/2020 e smi, per il servizio di "Manutenzione impianti gas medicinali Ospedali di Esine e Edolo, per l'anno 2022";

VISTA l'offerta presentata dal costituendo RTI composto da Sapio Life srl di Monza (Mandatario) e STM Sistemi Tecnologie Medicali (Mandante), pari ad € 11.700,00, oltre ad IVA al 22%;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dal costituendo RTI composto da Sapio Life srl di Monza (Mandatario) e STM Sistemi Tecnologie Medicali (Mandante);

DATO ATTO che

- gli impegni di spesa relativi a costi e investimenti Covid-19 sono esplicitati in specifici budget di spesa;

- nel caso la normativa in materia dettasse disposizioni diverse si provvederà alla ridefinizione della spesa, di cui al presente atto, nel Bilancio di previsione 2022;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022;



ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo ff e Socio-Sanitario;

## **D E C R E T A**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di nominare RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 il Geom. Francesco Minolfi e DEC ai sensi del art.101 del medesimo D.Lgs n.50/2016 l'Ing. Ludovica Ruggeri;

2 - di affidare, al costituendo RTI composto da Sapio Life srl di Monza (Mandataria) e STM Sistemi Tecnologie Medicali (Mandante) la “Manutenzione impianti gas medicinali Ospedali di Esine e Edolo, per l'anno 2022”, per l'importo complessivo di € 11.700,00, oltre ad IVA al 22%, alle condizioni tecnico-economiche previste dalla documentazione di gara e dal report di procedura SinTel n.154328796 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 14.274,00 (di cui € 2.574,00 per IVA al 22%);

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI PRESENTI PRESSO GLI OSPEDALI DI ESINE E EDOLO, PER L'ANNO 2022.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 23/05/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### Attestazione riferita a costi/ricavi relativi all'anno corrente

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 14.274,00 (di cui € 2.574,00 per IVA al 22%) riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2022, i conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1/1/2022 - 31/12/2022	4503000100 Manutenzione e riparazione fabbricati	3130001 Comuni aziendali	€ 14.274,00	€ 0,00	€ 14.274,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno del medesimo importo dal budget 4503000100/TEC/2022E assunto con decreto n.142/2022
	TOTALE		€ 14.274,00	€ 0,00	€ 14.274,00	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 30.5.2022

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## DESCRIZIONE E MODALITA' INTERVENTI anno 2022

### MANUTENZIONE IMPIANTO

#### 1.1 Consistenza degli impianti

##### P.O. Esine

circa 300 posti letto + Sale operatorie

1 centrale di vuoto

##### P.O.Edolo

circa 50 posti letto + Sale operatorie

1 centrale di vuoto

#### 1.2 Verifiche funzionali

Con il termine Verifiche funzionali si intende l'esecuzione degli interventi volti a verificare che le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza del dispositivo siano mantenute.

Le verifiche funzionali saranno effettuate coprendo l'arco di un anno in maniera il più possibile omogenea.

Qualora le verifiche funzionali abbiano esito negativo si attueranno le operazioni di manutenzione ordinaria straordinaria necessarie.

#### Verifiche funzionali

##### Verifiche funzionali

##### N° di interventi/ anno

##### Centrale di Aspirazione

Verifica di tenuta dei dispositivi e delle giunzioni tra i diversi dispositivi

3

Verifica dei livelli pressori di inserimento delle pompe

3

Verifica livello olio delle pompe

3

Verifica degli scarichi della centrale al fine di controllare lo stato di usura dei filtri disolianti

3

Verifica integrità giunti flessibili e supporti antivibranti

3

Verifica dei filtri battericida tramite manometro differenziale

3

##### Quadri di riduzione di II ° stadio

Verifica della pulizia dei filtri di ingresso dei riduttori

2

Verifica della taratura dei riduttori di linea

2

Verifica di tenuta degli elementi costituenti il gruppo di riduzione di linea

2

Verifica dello stato di efficienza degli allarmi tramite pulsante di TEST

1

Verifica dei livelli di allarme dei presso stati

1

Prot 469/2015 rev.1 in data 17/12/2015

##### Verifiche funzionali

##### N° di interventi/ anno

##### Unità terminali

Verifica di integrità delle nomenclature specifiche di tutte le unità terminali

2

Verifica di integrità del punto di innesto di tutte le unità terminali

2

Verifica di tenuta della valvola di ritegno dell'unità terminale di tutte le unità terminali

2

Verifica di tenuta dell'accoppiamento unità terminale ed innesto di tutte le unità terminali

2

##### Flussimetri, aspiratori, presenti nei reparti

(circa 300 per ossigeno terapia e 150 vuoto)

Verifica di integrità

2

Verifica di pulizia

2

#### 1.3 Manutenzione ordinaria

Con il termine Manutenzione ordinaria si intende la manodopera necessaria per l'esecuzione degli interventi programmati di sostituzione delle parti soggette ad usura dei singoli dispositivi.

**I ricambi per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria nel presente contratto si intendono esclusi (a consuntivo).**

**Manutenzione ordinaria****N° di interventi in 1 anno****Centrale di Aspirazione**

Intervento di serraggio dei raccordi dei dispositivi e delle giunzioni tra i diversi dispositivi	A seguito di verifica funzionale
Regolazione dei pressostati (o sostituzione degli stessi) per inserimento delle pompe	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione olio delle pompe	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione filtri olio e filtri disoliatori delle pompe	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione giunti flessibili e giunti antivibranti	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione palette pompe	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione filtri e prefiltri batterici	A seguito di verifica funzionale

**Quadri di riduzione di II° stadio**

Sostituzione dei filtri di ingresso dei riduttori	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione del kit di ricambio riduttore di linea mod stm	A seguito di verifica funzionale
Taratura dei riduttori di linea	A seguito di verifica funzionale
Intervento di serraggio dei raccordi dei dispositivi e delle giunzioni tra i diversi dispositivi	A seguito di verifica funzionale
Regolazione o sostituzione dei dispositivi l'allarme di minima pressione e massima pressione	A seguito di verifica funzionale

**Unità terminali**

Sostituzione delle targhette delle unità terminali mod Stm	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione delle valvole di ritegno delle unità terminali mod. Stm	A seguito di verifica funzionale
Installate	A seguito di verifica funzionale

Nel corso della visita di manutenzione ordinaria verranno verificati anche gli accessori all'impianto (flussimetri e regolatori di vuoto) presenti nei reparti, segnalando eventuale non idoneità e necessità di sostituzione in base ai prezzi da concordare.

Il numero indicativo di flussimetri e regolatori si aggira attorno ai 350 dispositivi tra i due presidi ospedalieri.

**1.4 Modalità esecuzione servizio ordinario**

Gli interventi di verifica funzionale e di manutenzione ordinaria saranno eseguiti da personale specializzato in giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

**1.5 Periodicità e Canone servizio**

**I CONTROLLI previsti saranno QUADRIMESTRALI** su impianti di distribuzione e centrale vuoto.

In tabella sono riportati i prezzi a base d'asta per visita e per presidio, IVA esclusa.

Nei prezzi sono comprensivi i costi di trasferta e delle ore di manodopera per le visite di verifica funzionale –manutenzione straordinaria dei beni oggetto della presente contratto. Sono esclusi i ricambi.

LUOGO	VISITE	COSTO UNITARIO	TOTALE
PO Esine	3	€ 1.500,00	€ 4.500,00
PO Edolo	3	€ 1.100,00	€ 3.300,00
<b>Totali</b>	<b>3</b>	<b>€ 2.600,00</b>	<b>€ 7.800,00</b>

**anno 2022 € 7,800**

## MANUTENZIONE CENTRALE ARIA MEDICINALE O. ESINE

### 1,6 VERIFICHE FUZIONALI

Verifiche funzionali per i presidi di Edolo ed Esine le ASL	# INTERVENTI/ANNO
Verifica di tenuta dei dispositivi e delle giunzioni tra i diversi dispositivi	3
Verifica dei livelli pressori di inserimento dei compressori	3
Verifica pulizia cartuccia filtro di aspirazione dei compressori	3
Verifica pulizia del radiatore dei compressori	3
Verifica livello olio dei compressori	3
Verifica del tensionamento e dell'usura della cinghia	3
Verifica di funzionamento degli scaricatori di condensa	3
Verifica di funzionamento degli essiccatori a ciclo frigorifero	3
Verifica del funzionamento delle elettrovalvole del sistema di trattamento aria	3
Verifica del punto di rugiada indicato sul sistema di trattamento	3

### 1.7 - MANUTENZIONE PREVENTIVA

Manutenzione ordinaria	# INTERVENTI/ANNO
Intervento di serraggio raccordi dei dispositivi e delle giunzioni tra i diversi dispositivi	A seguito di verifica funzionale
Regolazione dei pressostati (o sostituzione degli stessi) per inserimento delle pompe	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione olio e filtro olio dei compressori	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione filtro aria dei compressori	A seguito di verifica funzionale
Sostituzione filtri disoleatori dei compressori	A seguito di verifica funzionale
Pulizia del radiatore dei compressori	3
Sostituzione cinghie	A seguito di verifica funzionale

LUOGO	VISITE	COSTO UNITARIO	TOTALE
PO Esine	3	€ 700,00	€ 2.100,00

#### Esine

Manutenzione nr. 1 centrale di evacuazione gas anestetici (pompe soffianti)

Controlli:

Centrali evacuazione gas anestetici Nr visite/anno Verifica valore del vacuometro su quadro n. 2

Verifica alternanza delle pompe soffianti simulando l'arresto di una delle due pompe n.2

Verifica delle segnalazioni di allarme acustico luminose su quadro di gestione e controllo di blocco pompa e vuoto insufficiente n.2

Verifica ON/OFF da pannello remoto in sala operatoria n 2

Verifica ed eventuale sostituzione della cartuccia filtrante n. 2

costo annuo E 250,00

**TOTALE BASE D'ASTA**

**anno 2022**

**€ 10.150,00**

---

# Report della Procedura MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 n. 154328796 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

## Sommario

Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	2
Riepilogo Offerte .....	3
Aggiudicazione del vincitore .....	3
Registro di controllo .....	4
Comunicazioni di Procedura .....	5

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	154328796
<i>Nome Procedura</i>	MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022
<i>Codice CIG</i>	Z18365AD96
	No
<i>Num. Protocollo</i>	1165038
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	50400000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	Francesco Minolfi

*Nome Ente* ASST DELLA VALCAMONICA

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Affidamento diretto

*Modalità offerta economica?* Valore economico

*Base dell'asta* 10.150,00000 EUR

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* martedì 10 maggio 2022 16.10.48 CEST

*Termine ultimo per la presentazione delle offerte* venerdì 13 maggio 2022 12.00.00 CEST

**Tabella 1. Requisiti della procedura**

<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tecnico / Informativo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio tecnico</b>	<b>Formato</b>	<b>Valori</b>
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	Sapio Life s.r.l.
<i>Login</i>	user_5752
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02006400960
<i>Indirizzo</i>	Via Silvio Pellico 48, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	03983981

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1652432026834
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Sapio Life s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 13 maggio 2022 10.53.46 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	11.700,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

## Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 4. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

**Tabella 5. Fornitore vincente**

<i>Nome</i>	Sapio Life s.r.l.
<i>Login</i>	user_5752
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Sapio Life s.r.l. (02006400960)
<i>Indirizzo email</i>	ufficiogaregrupposapio@pec.sapio.it
<i>Num. telefono</i>	03983981
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicata

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 6. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
venerdì 13 maggio 2022 15.07.44 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID#154328796) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 13 maggio 2022 15.01.20 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 13 maggio 2022 15.00.43 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1652432026834) della Procedura MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 13 maggio 2022 15.00.39 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1652432026834) della Procedura MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 13 maggio 2022 15.00.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5752 sulla Procedura con ID 154328796 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 13 maggio 2022 15.00.31 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5752 sulla Procedura con ID 154328796 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 13 maggio 2022 12.01.22 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796).
	Invio Offerta	

Data	Oggetto	Testo
venerdì 13 maggio 2022 10.53.46 CEST		L'offerente Sapio Life s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796).
martedì 10 maggio 2022 16.11.05 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022 (ID 154328796).
martedì 10 maggio 2022 16.10.49 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 154328796). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

### Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	154456501
<i>Data di invio</i>	venerdì 13 maggio 2022 11.10.09 CEST
<i>Mittente</i>	Sapio Life s.r.l. (Sapio Life s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RTI - ID 154328796 - MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Ente, la presente per informarVi che abbiamo provveduto a sottoporre l'offerta in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di cui si fornisce in allegato la documentazione a corredo. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e/o chiarimento e, nel contempo, porgiamo i nostri più cordiali saluti SAPIO LIFE SRL
<i>Allegato</i>	Documentazione RTI Sapio Life Stm.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): XyOVRv0+fxJgYBGvx1ic0g==

	Hash(SHA-1-Hex): 0138aecaa07fec81e8d00c31a5e594b0bfb69643  Hash(SHA-256-Hex): 43d812a52f5c02fa70dee8e558312eb-63e974d9e3bc960e27cc2bc7f2721be57  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	154428429
<i>Data di invio</i>	giovedì 12 maggio 2022 18.35.34 CEST
<i>Mittente</i>	Sapio Life s.r.l. (Sapio Life s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI - ID 154328796 - MAUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICINALI O. DI ESINE E EDOLO 2022
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Ente, la presente per segnalarVi che, allo stato attuale, la procedura non consente la partecipazione degli Operatori Economici in forma associata (es. RTI costituendo). Si chiede cortesemente di poter mettere a disposizione i relativi campi al fine di garantire la massima partecipazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e, nel ringraziarVi, porgiamo cordiali saluti SAPIO LIFE SRL