

SC GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Sede di BRENO
Tel. 0364329204 – fax 0364329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

A tutti i fornitori interessati

Oggetto: Affidamento della fornitura di elettrodi, piastre e gel.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI:

Buongiorno, in riferimento alla procedura in corso, chiediamo conferma che per i quattro lotti che hanno per oggetto piastre per defibrillazione compatibili, essendo le piastre per defibrillazione prodotto salvavita, per certificato di compatibilità intendiate una attestazione di equivalenza funzionale con le piastre originali emesso da ente terzo e quindi non una semplice autocertificazione del produttore o del distributore.

Chiediamo inoltre sempre ai fini di assicurare massima garanzia e sicurezza per prodotti critici quanto lo sono le piastre per la defibrillazione che in caso di offerta di piastre compatibili ad essa debba essere allegato certificato di classe IIB emesso da ente certificatore.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA:

Si conferma quanto da voi richiesto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL RUP
(*Dr.ssa Raffaella Ducoli*)